



MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
HUNGARIAN TRADE LICENSING OFFICE

Metrológiai Főosztály
Metrological Head-division

BUDAPEST XII., NÉMETVÖLGYI ÚT 37-39.
H-1535 Budapest, Pf. 919
Telefon: (36)-1-458-5831
Telefax: (36)-1-458-5927

EU bejelentett testület
Notified body

Azonosítási szám: 1422

Identification number.

Ügyiratszám: MFO/00290-001/2009/MT
Project number

Engedély szám: TH-8562/2/2009
Approval number

EK TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY

EC Type-approval Certificate (TAC)

A 90/384/EGK irányelvet honosító 62/2004. (IV.24.) GKM rendelet alapján a következő EK Típusvizsgálati tanúsítványt adtuk ki.

In accordance with the requirement of the 62/2004. (IV.24.) decree of the Minister of Economy and Transport implementing the Council Directive 90/384/EEC of the non-automatic weighing instruments, this certificate of EC type-approval has been issued.

Kérelmező: DIGITERM KFT.
Issued to: H-3200 Gyöngyös
Egri út 30.
Magyarország / Hungary

Megnevezés: Orvosi kezelőszékbe épített nem-automatikus működésű mérleg.
In respect of: Non-automatic weighing instruments, built-in medical therapy chair.

Max 200 kg e = 0,1 kg
Pontossági osztály / class: III
Gyártó / Manufacturer: DIGITERM KFT.
Típus / Type: Comfort-4 Scale

Engedély száma: TH-8562/2/2009

Approval number:

Érvényes: 2019. február 20.

Valid until:

Oldalak száma: 5

Number of pages:

Az azonosításhoz szükséges információkat (fő adatok, funkciók, lezárás, stb.) és a típusvizsgálati feltételeket (ha ilyenek vannak) ezen tanúsítvány és annak részét képező melléklet tartalmazza.
The necessary data (principal characteristics, functions, securing, etc.) for identification purposes and conditions (when applicable) are set out in this certificate and in the descriptive annex, which forms an integral part of this certificate.

Budapest, 2009 MAREC 02



Mónus Ferenc
főosztályvezető helyettes/deputy head of department
aláírás / signature