Ultradent™ Diamond Polish — EN

Product Description
Ultradent Diamond Polish is a white, mint-flavored paste available in two grits: 1.0µm and 0.5µm. Both grits contain micro fine diamond particles in a water-soluble gel. Diamond Polish is used to polish ceramic or composite restorations.
For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s)
- 1.2 mL Syringe
- Delivery Tips:
  - Black Mini™ Tip

Indications for Use/ Intended Purpose
May be used intra-orally or extra-orally for achieving a high porcelain luster.

Contraindications
Do not use on patients with known allergies to any of the ingredients listed within the SDS.

Warnings and Precautions
- Avoid Skin exposure, isolate strong chemicals to area of treatment.
- To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use.
- Tips are single-use only.
- Keep products out of heat/sunlight.
- Verify flow prior to expressing intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check.

Stepwise Instructions
Preparation – Polishing Ceramic
1) Contour and finish all surfaces of the restoration prior to polishing.
2) Remove Luer Lock cap from syringe. Twist recommended tip securely onto syringe.

Use – Polishing Ceramic
Apply a small amount of diamond polish and polish with a Jiffy Color Hair Brush. Rotate at low RPM's for best results. For final polishing, increase speed of hand piece and, if intraoral, use a heavy spray of water while polishing.

Cleanup
Use a firm air water spray for final rinse.

Preparation – Polishing Composite
Contour and finish all surfaces of the restoration prior to polishing.

Use – Polishing Composite
Apply a small amount of diamond polish and polish with a Jiffy Goat Hair Brush. Rotate at low RPM's for best results. For final polishing, increase speed of hand piece and, if intraoral, use a heavy spray of water while polishing.

Cleanup
Rinse and dry surface(s).

Storage and Disposal
Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information
For product SDS, reordering, and/or complete description of Ultradent's product line, please visit our website www.ultradent.com or call 1-800-552-5512 (toll free) or 801-572-4200 (outside of U.S.).
Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.

Ultradent™ Diamond Polish — DE

Produktbeschreibung
Ultradent Diamond Polish ist eine weiße Paste mit Minzgeschmack, die in zwei Körnungen verfügbar ist: 1.0 µm and 0.5 µm. Beide Körnungen enthalten mikrofeine Diamantpartikel in einem wasserlöslichen Gel. Die Diamantpulver dient zum Polieren von Keramik- oder Komposit-Restaurationen.
Alle Anleitungen und SDB-Informationen für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung dieser Produkte sorgfältig lesen und verstehen.

Lieferformen
- 1.2 ml Spritze
- Injektionsnadeln:
  - Black Mini™ tip

Gebrauchsbestimmung / Verwendungszweck
Kann intraoral oder extraoral angewendet werden, um einen hohen Porzellanglanz zu erzielen.

Kontraindikationen
Nicht verwenden bei Patienten mit bekannten Allergien gegen einen der in Sicherheitsdatenblatt aufgeführten Inhaltsstoffe.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
- Hautkontakt vermeiden, starke Chemikalien auf den Behandlungsbereich beschränken.
- Die Spritze vor jeder Benutzung mit einem Desinfektionsmittel mittlerer Konzentration abwischen und eine Einweg Barriere-Schutzhülle verwenden, um eine Kreuzkontaminierung zu vermeiden. Wenn keine Barriere-Schutzhülle verwendet wird, sollte die Spritze als Einweg- Spritze behandelt werden.
- Kanülen sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Produkte keinem Sonnenlicht oder Hitze aussetzen.
- Vor dem intraoralen Herausdrücken den Durchfluss überprüfen. Falls Widerstand auftritt, die Kanüle ersetzen und diese erneut überprüfen.

Schrittweise Anleitung
Vorbereitung - Polieren von Keramik
1) Vor dem Polieren alle Oberflächen der Restauration formen und fertigstellen.
2) Die Luer-Lock-Kappe von der Spritze entfernen. Empfohlene Kanüle fest auf die Spritze aufdrehen.

Verwendung - Polieren von Keramik
Eine geringe Menge Diamantpulver auftragen und mit einer gepolsterten Ziegenhaarbürste polieren. Die besten Ergebnisse werden durch Anwendung eine niedrige Drehzahl erreicht. Zum abschließenden Polieren die Drehzahl des Handstücks erhöhen. Zum Polieren bei intraoraler Verwendung reichlich Wasserspray einsetzen.

Säuberung
Zum abschließenden Ausspülen ein festes Luft/Wasser-Spray verwenden.

Vorbereitung - Polieren von Komposit
Vor dem Polieren alle Oberflächen der Restauration formen und fertigstellen.

Verwendung - Polieren von Komposit
Eine geringe Menge Diamantpulver aufbringen und mit einer gepolsterten Ziegenhaarbürste polieren. Die besten Ergebnisse werden durch Anwendung eine niedrige Drehzahl erreicht. Zum abschließenden Polieren die Drehzahl des Handstücks erhöhen. Zum Polieren bei intraoraler Verwendung reichlich Wasserspray einsetzen.

Säuberung
Oberflächen spülen und trocknen.

Lagerung und Entsorgung
Der! Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.

Sonstige Angaben
Das Sicherheitsdatenblatt für das Produkt, und/ oder die vollständige Beschreibung der Ultradent-Produktpalette finden Sie auf unserer Website unter www.ultradent.com oder kontaktieren Sie telefonisch unter 1-800-552-5512 (gebührenfrei) oder 801-572-4200 (außerhalb der USA) anrufen.
Melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

Ultradent™ Diamond Polish — FR

Description du produit
La Pâte à polir Ultradent Diamond Polish est une pâte blanche aromatisée à la menthe disponible en deux granulométries : 1.0 µm et 0.5 µm. Les deux versions contiennent des micro-particules de diamant dans un gel hydrosoluble. Diamant Polish sert à polir les restaurations en céramique ou en composite.
Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et comprenez toutes les instructions et les informations de la FDS avant utilisation.

Type(s) d'application
- Seringue de 1.2 ml
- Embouts d'application :
  - Embout Black Mini™

Indications d'utilisation/ Utilisation prévue
Peut être utilisé par voie intraorale ou extraorale pour obtenir un meilleur lustre de porcelaine

Contre-indications
Ne pas utiliser chez les patients présentant des allergies connues à l'un des ingrédients énumérés dans la FDS.

Avertissements et précautions
- Éviter l'exposition de la peau, isoler les produits chimiques forts de la zone de traitement.
- Pour éviter toute contamination croisée, essuyez la seringue avec un désinfectant de niveau intermédiaire entre les utilisations et utilisez un manchon de protection jetable. Si un manchon de protection n'est pas utilisé, la seringue doit être traitée comme à usage unique .
- Les embouts sont à usage unique.
- Conserver les produits à l'abri de la chaleur et de la lumière du soleil.
- Vérifier le débit avant l'application par voie intraorale. Si de la résistance est rencontrée, remplacer l'embout et vérifiez à nouveau.

Instructions par étapes
Préparation - Polissage de céramique
1) Réaliser les contours et la finition des surfaces de la restauration avant le polissage.
2) Retirer le capuchon Luer Lock de la seringue. Fixez l'embout recommandé solidement sur la seringue.

Utilisation - Polissage de céramique
Appliquez une petite quantité de la Diamant Polish et polissez avec une brosseette en poils de chèvre Jiffy. Pour de meilleurs résultats, travaille à faible vitesse. Pour le polissage final, augmenter la vitesse de rotation de la pièce à main et, en cas d'application intraorale, employer un fort jet d'eau durant le polissage.

Nettoyage
Utiliser un jet d'air/eau puissant pour le rinçage final.

Préparation - Polissage de composite
Réaliser les contours et la finition des surfaces de la restauration avant le polissage.

Utilisation - Polissage de composite
Appliquez une petite quantité de Diamant Polish et polissez avec une brosseette en poils de chèvre Jiffy. Pour de meilleurs résultats, travaille à faible vitesse . Pour le polissage final, augmenter la vitesse de rotation de la pièce à main et, en cas d'application intraorale, employer un fort jet d'eau durant le polissage.

Nettoyage
Rincer et sécher les surfaces.

Stockage et élimination
Éliminer les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

Informations diverses
Pour consulter la FDS du produit, la commande et/ou la description complète de la gamme de produits Ultradent, visitez notre site Web www.ultradent.com ou appelez le 1-800-552-5512 (sans frais) ou le 801-572-4200 (hors des États-Unis).
Signalez tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente.

Ultradent™ Diamond Polish — NL

Productomschrijving
Ultradent Diamond Polish is een witte pasta met munsmaak, verkrijgbaar in twee korrels: 1.0 µm en 0.5 µm. Beide korrels bevatten micro fijne diamantdeeltjes in een in water oplosbare gel. Ultradent Diamond Polish gebruikt voor het polijsten van keramische of composietrestauraties.
Lees aandachtig alle instructies en het veiligheidsinformatieblad van de beschreven producten voor gebruik.

Leveringsformulier(en)
- 1.2 ml spuit
- Leveringstip:
  - Black Mini™ tip

Indicaties voor gebruik/ beoogde toepassing
Kan intra-oraal of extra-oraal worden gebruikt voor het verkrijgen van een hoog porseilein glans.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij patiënten met bekende allergieën voor een van de bestanddelen die op het veiligheidsinformatieblad worden vermeld.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
- Vermijd blootstelling van de huid, isoleer sterke chemicaliën in het behandelingsgebied.
- Veeg, om kruisbesmetting te voorkomen, de spuit af met een desinfectiemiddel van gemiddeld niveau tussen verschillende toepassingen en gebruik een barrièrehuls voor eenmalig gebruik. Als een barrièrehuls niet wordt gebruikt, moet de spuit worden behandeld als zijnde voor eenmalig gebruik.
- Tips zijn alleen voor eenmalig gebruik.
- Stel producten niet bloot aan zonlicht.
- Controleer de stroom voordat u intraoraal aanbrengt. Als er weerstand wordt waargenomen, vervang dan de tip en controleer opnieuw.

Stapsgewijze instructies
Voorbereiding - Polijsten van keramiek
1) Contour en maak alle oppervlakken van de restauratie af vóór het polijsten.
2) Verwijder de Luer Lock-dop van de spuit. Draai de aanbevolen tip stevig op de spuit.

Gebruik - Polijsten van keramiek
Breng een kleine hoeveelheid diamantpolijn aan en polijst met een borstel met geitenhaar. Draai met een laag toerental voor de beste resultaten. Verhoog, voor het uiteindelijke polijsten, de snelheid van het handstuk en gebruik u tijdens het polijsten een zware waterstraal.

Opruimen
Gebruik een stevige lucht-waterstraal voor de laatste spoeling.

Voorbereiding - Polijsten van composiet
Contour en maak alle oppervlakken van de restauratie af vóór het polijsten.

Gebruik – Polijsten van composiet
Breng een kleine hoeveelheid diamantpolijn aan en polijst met een borstel met geitenhaar. Draai met een laag toerental voor de beste resultaten. Verhoog, voor het uiteindelijke polijsten, de snelheid van het handstuk en gebruik u tijdens het polijsten een zware waterstraal.

Opruimen
Spoel en droog het/de oppervlak(ken).

Opslag en verwijdering
Voer afval af volgens de lokale regels, richtlijnen en voorschriften.

Overige informatie
Voor product-SDS, herbestelling en/of volledige beschrijving van de productlijn van Ultradent, bezoek onze website www.ultradent.com of bel 1-800-552-5512 (gratis) of 801-572-4200 (buiten de VS).
Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit.

Ultradent™ Diamond Polish — IT

Descrizione del prodotto
La pasta lucidante diamantata Ultradent è una pasta bianca, aromatizzata alla menta, disponibile in due grane: 1.0 µm e 0.5 µm. Entrambe le grane contengono particelle microcristalline di diamante fini in un gel idrosolubile. La pasta lucidante diamantata è usata per lucidare la ceramica o restauri in resina composita.
Per tutti i prodotti descritti, leggete attentamente e comprendete tutte le istruzioni e le informazioni sulla SDS prima dell'uso.

Modalità di erogazione
- Siringa da 1.2 ml
- Punte di applicazione:
  - Punta Mini™ Nera

Indicazioni per l'uso/Scopo previsto
Può essere utilizzato in o fuori dalla bocca per ottenere una migliore lucidatura della porcellana o dei compositi.

Controindicazioni
Non usare su pazienti con allergie note a uno qualsiasi degli ingredienti elencati nella SDS.

Avvertenze e precauzioni
- Evitare l'esposizione della pelle, isolare l'area da trattare da sostanze chimiche forti.
- Per evitare la contaminazione crociata, pulire la siringa con un disinfettante di livello intermedio tra un'applicazione e l'altro e utilizzare una guaina protettiva monouso. Se non si utilizza una guaina protettiva, la siringa deve essere trattata come monouso.
- Le punte sono solo per uso singolo.
- Mantenere i prodotti lontani dal calore/ dalla luce del sole.
- Verificare il flusso del materiale prima dell'uso intraorale. Se si avverte resistenza, sostituire il puntale e riprovare.

Procedure di lavoro
Preparazione: lucidatura dellaceramica
1) Definire e rifinire tutte le superfici del restauro prima della lucidatura.
2) Rimuovere il tappo di chiusura Luer Lock dalla siringa. Avvitare la punta raccomandata saldamente sulla siringa.

Uso: lucidatura della ceramica
Applicare una piccola quantità di pasta lucidante diamantata e lucidare con un pennello di peli di capra Jiffy. Usare una velocità di rotazione bassa per ottenere i migliori risultati. Per la lucidatura finale, aumentare la velocità del manipolo e, in caso di intervento in bocca, usare un forte getto di spray d'acqua durante la lucidatura.

Pulizia
Per il risciacquo finale usare un forte getto di spray d'acqua.

Preparazione: lucidatura del composito
Definire e rifinire tutte le superfici del restauro prima della lucidatura.

Uso: lucidatura del composito
Applicare una piccola quantità di pasta lucidante diamantata e lucidare con un pennello di peli di capra Jiffy. Usare una velocità di rotazione bassa per ottenere i migliori risultati. Per la lucidatura finale, aumentare la velocità del manipolo e, in caso di intervento in bocca, usare un forte getto di spray d'acqua durante la lucidatura.

Pulizia
Sciacquare e asciugare le superfici.

Informazioni varie
Per SDS prodotto, riordino e/o descrizione completa della linea di prodotti Ultradent, visitare il nostro sito Web www.ultradent.com o chiamare il numero 1-800-552-5512 (numero verde) o 801-572-4200 (al di fuori degli Stati Uniti).
Segnalare qualsiasi incidente grave al fabbricante e all'autorità competente.

Ultradent™ Diamond Polish — ES

Descripción del producto
La Pasta Diamantada Ultradent es una pasta blanca con sabor a menta disponible en dos grosores de grano: 1.0µm y 0.5µm. Ambos grosores de grano contienen partículas micro finas de diamante en un gel soluble en agua. La Pasta Diamantada se utiliza para pulir restauraciones de cerámica o compuesto. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la SDS antes de usar el producto.

Forma(s) de suministro
- Jeringa de 1.2 ml
- Puntas de administración:
  - Punta Mini™ negra

Indicaciones de uso/Fin previsto
Puede usarse intraoral o extraoralmente para lograr un alto brillo de porcelana.

Contraindicaciones
No usar en pacientes con alergias conocidas a cualquiera de los ingredientes listados en la SDS.

Advertencias y precauciones
- Evite la exposición de la piel, aísle los productos químicos fuertes del área de tratamiento.
- Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre usos, y use una funda de barrera desechable. Si no se usa una funda de barrera, la jeringa debe tratarse como de un solo uso.
- Las puntas son de un solo uso.
- Mantenga el producto lejos del calor/ luz del sol.
- Verifique el flujo antes de aplicarlo intraoralmente. Si se encuentra resistencia, reemplace la punta y vuelva a verificar.

Instrucciones paso a paso
Preparación - Pulido de cerámica.
1) Contornee y termine todas las superficies de la restauración antes de pulir.
2) Retire la tapa Luer Lock de la jeringa. Coloque una punta recomendada firmemente en la jeringa.

Uso - Pulido de cerámica
Aplique una pequeña cantidad de pasta diamantada y pula con un cepillo de pelo de cabra Jiffy. Gire a baja RPM para obtener mejores resultados. Para el pulido final, aumente la velocidad de la pieza de mano y, si es intraoral, use un chorro fuerte de agua mientras pule.

Limpieza
Utilice un spray de agua y aire firme para el enjuague final.

Preparación - Pulido de composite
Contornee y termine todas las superficies de la restauración antes de pulir.

Uso - Pulido de composite
Aplique una pequeña cantidad de pasta diamantada y pula con un cepillo de pelo de cabra Jiffy. Gire a bajas RPM para obtener mejores resultados. Para el pulido final, aumente la velocidad de la pieza de mano y, si es intraoral, use un chorro fuerte de agua mientras pule.

Limpieza
Enjuague y seque la superficie(s).

Almacenamiento y eliminación
Deseche los residuos de acuerdo con las normas, directrices y regulaciones locales.

Información Variada
Para obtener la FDS de productos del producto, realizar pedidos y/o para ver la descripción completa de la línea de productos de Ultradent, visite nuestro sitio web www.ultradent.com o llame al 1-800-552-5512 (línea gratuita) o al 801-572-4200 (fuera de los EE.UU.).
Reporte cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente.

Ultradent™ Diamond Polish — PT

Descrição do Produto
O Polimento de Diamante Ultradent é uma pasta branca com sabor de hortelã disponível com dois tamanhos de grãos: 1,0 µm e 0,5 µm. Ambos os tamanhos de grãos contêm partículas de diamante micro finas em um gel solúvel em água. O polimento de diamante é usado para polir restaurações cerâmicas ou compósitas.
Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações nas FDS antes de usar.

Formas de aplicação
- Seringa de 1,2 mL
- Pontas de entrega:
  - Ponta Mini™ Preta

Indicações de Uso/ Finalidade Pretendida
Pode ser usado intra-oralmente ou extra-oralmente para obter um alto brilho da porcelana.

Contraindicações
Não utilize em pacientes com alergias conhecidas a qualquer dos ingredientes listados na FDS.

Avisos e Precauções
- Evitar a exposição da pele, isolar produtos químicos fortes para área de tratamento.
- Para evitar a contaminação cruzada, limpe a seringa com um desinfectante de nível intermédio entre as utilizações e utilize uma manga de barreira descartável. Se não for usada uma manga de barreira, a seringa deve ser tratada como de uso único.
- As pontas são apenas de uso único.
- Manter os produtos afastados do calor/luz solar.
- Verifique o fluxo antes da aplicação intraoral. Se for encontrada resistência, substitua a ponta e verifique novamente.

Instruções passo a passo
Preparação - Cerâmica de polimento
1) Contorne e termine todas as superfícies da restauração antes de polir.
2) Remova a tampa Luer Lock da seringa. Gire a ponta recomenda firmemente na seringa.

Uso - Cerâmica de polimento
Aplique uma pequena quantidade de polimento de diamante e faça o polimento com uma escova de pelo de cabra Jiffy. Gire a baixas rotações para melhores resultados. Para o polimento final, aumente a velocidade da peça de mão e use um jato de água intenso durante o polimento.

Limpeza
Use um jato de água firme para o enxaguamento final.

Preparação - Compósito de polimento
Contorne e termine todas as superfícies da restauração antes do polimento.

Uso - Compósito de polimento
Aplique uma pequena quantidade de polimento de diamante e faça o polimento com uma escova de pelo de cabra Jiffy. Gire a baixas rotações para melhores resultados. Para o polimento final, aumente a velocidade da peça de mão e use um jato de água intenso durante o polimento.

Limpeza
Lave e seque a(s) superfície(s).

Armazenamento e Descarte
Descarte os resíduos de acordo com as regras, diretrizes e regulamentos locais.

Informações Diversas
Para obter Informações sobre FDS, repetir a encomenda e/ou descrição completa da linha de produtos da Ultradent, visite nosso site www.ultradent.com ou telefone para 1-800-552-5512 (chamada gratuita) ou 801-572-4200 (fora dos E.U.A.).
Relate qualquer incidente grave ao fabricante e à autoridade competente.

Ultradent™ Diamond Polish — SV

Produktbeskrivning
Ultradent Diamantpuls är en vit, med mintsmak utsatt pasta som finns i två kornstorlekar: 1.0 µm och 0.5 µm. Båda kornstorlekarna innehåller mikrofina diamantpartiklar i en vattenlöslig gel. Diamantpuls används för att polera keramiska eller kompositrestaureringar.
För alla produkter som beskrivs här: läs noggrant och sätt dig in i alla instruktioner och SDS-information före användning.

Leveransformulär
- 1,2 ml Spruta
- Spruttspetsar:
  - Svart Mini™ spets

Indikationer för användning / avsett syfte
Kan användas intra-oralt eller extra-oralt för att uppnå en hög porslinsglans.

Kontraindikationer
Använd inte på patienter med kända allergier mot någon av de ingredienser som anges i SDS.

Varningar och försiktighetsåtgärder
- Undvik exponering på huden, isolera starka kemikalier till behandlingsområdet.
- För att undvika korskontamination, torka sprutan med ett medelstarkt desinfektionsmedel mellan användningstillfällen och använd en skyddsfolie för engångsbruk. Om en skyddsfolie inte används, ska sprutan kassera.
- Spetsarna är för engångsbruk.
- Förvara produkterna undan värme/solljus.
- Kontrollera flödet innan du sprutar intraoralt. Om motstånd är uppnått, byt ut spetsen och kontrollera på nytt.

Stegvisa instruktioner
Förberedelse - Polering Keramik
1) Konturera och fullkomlna alla ytor av restaurationen innan polering.
2) Ta bort Luer Lock-skyddet från sprutan. Vrid rekommenderad spets ordentligt på sprutan.

Användning - Polering Keramik
Applicera en liten mängd diamantpasta och polera med en liten roterande poleringsborste. Rotera med lågt varvtal för bäst resultat. För slutlig polering, ökaa hastigheten och, om det är intraoralt, använd spraya rikligt med vatten under poleringen.

Rengöring
Spola ochtorken med en kraftig vattenstråle.

Beredning - Polering Komposit
Konturera och fullkomma alla ytor av restaurationen före polering.

Användning - Polering Komposit
Applicera en liten mängd diamantpasta och polera med en liten roterande poleringsborste. Rotera med lågt varvtal för bäst resultat. För slutlig polering, ökaa hastigheten och, om det är intraoralt, använd spraya rikligt med vatten under poleringen.

Rengöring
Spola ochtorka ytan/yttorna.

Förvaring och Avfallshantering
Kassera avfall enligt lokala regler, riktlinjer och föreskrifter.

Övrig information
För produkt-SDS, ombeställning och/ eller fullständig beskrivning av Ultradents produktlinje, besök vår hemsida www.ultradent.com eller ring 1-800-552-5512 (gratis i USA) eller 801-572-4200 (utanför USA).
Rapportera eventuella allvarliga händelser till tillverkaren och den behöriga myndigheten.

Ultradent™ Diamond Polish — DA

Produktbeskrivelse
Ultradent-diamantpolermiddel er en hvid pasta med mintsmag, der fås i to slibehårdheder: 1.0 µm og 0,5 µm. Begge slibehårdheder indeholder mikrofine diamantpartikler i en vandopløselig gel. Diamantpolermiddel bruges til polering af keramiske eller sammensatte restaureringer.
For alle de beskrevne produkter skal du læse og forstå alle instruktioner og SDS-oplysninger omhyggeligt inden brug.

Leveringsformular(er)
- 1,2 ml sprøjte
- Leveringsspidser:
  - Sort Mini™ spids

Indikationer for brug/ tilsigtet formål
Kan anvendes intraoralt eller ekstraoralt for at opnå høj porcelænsglans.

Kontraindikationer
Må ikke anvendes til patienter med kendte allergier over for nogen af de ingredienser, der er anført i SDS.

Advarsler og forholdsregler
- Undgå hudeksponering, isoler stærke kemikalier til behandlingsområde.
- For at undgå krydskontaminering, skal du tørre sprøjten med et middelkraftigt desinfektionsmiddel mellem hver brug og bruge en barrierefuldte til engangsbrug. Hvis der ikke anvendes en barrierefuldte, skal sprøjten behandles som engangsbrug.
- Spidserne er kun til engangsbrug.
- Hold produkterne væk fra varme/sollys.
- Bekræft flow, før du udtrykker intraoralt. Hvis der mødes modstand, skal spidsen udskiftes og kontrolleres igen.

Trinvise instruktioner
Forberedelse - Polering, keramisk
1) Konturer og afslut alle restaureringens overflader før polering.
2) Fjern beskyttelseshætten fra sprøjten. Drej den anbefalede spids skikket over på sprøjten.

Anvendelse - Polering, keramisk
Påfør en lille smule diamantpolermiddel og poler med en lille roterende polerende børste. Rotér ved lave omdrejninger for at opnå de bedste resultater. For endelig polering, øg hastighedens håndstykker og, hvis intraoral, skal der bruges kraftig vandsprøjtning under polering.

Rengøring
Skyl og tørrer overflade(r).

Opbevaring og bortskaffelse
Bortskaf affald i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse oplysninger
For produkt-SDS, genbestilling og/eller fuldstændig beskrivelse af Ultradents produktlinje, besøg vores websted www.ultradent.com eller ring 1-800-552-5512 (gratis) eller 801-572-4200 (uden for USA).
Rapporter enhver alvorlig hændelse til producenten og den kompetente myndighed.

Ultradent™ Diamond Polish — FI

Tuotekuvaus
Ultradent valkoinen, mintunmakuinen timanttipolttaminen tahna saatavilla kahdessa karkeudessa: 1.0 µm ja 0.5 µm. Molemmat raekoot sisältävät mikrohienoja timanttihiukkasia vesiliuoksessa geelissä. Timanttikiillotuspastaa käytetään poliksi- tai komposittipäällysteen kiillottamiseen.
Lue kaikki ohjeet seka käyttötunnelmaisuustiedote huolellisesti ja sisäistä se ennen kyseisten tuotteiden käyttöä.

Annostelumuoto(-t)/-muodot
- 1,2 ml:n ruisku
- Annostelukärjet:
  - Musta Mini™ kärki

Käyttöaiheet/-tarkoitus
Käytettävissä suunsisäisesti tai suunulkoisesti korkean porcelainen kiillon aikaansaamiseksi.

Vasta-aiheet
Älä käytä potilailla, joiden tiedetään olevan allergiat jollekin KTT:ssä mainituille ainesosille.

Varoitukset ja varotoimet
- Vältä ihon altistumista, eristä vahvat kemikaalit hoitoalueelle.
- Ristikontaminaation välttämiseksi pyyhi ruisku keskitason desinfektioainella käyttökertojen välilla ja käytä kertakäyttöistä ruiskusuojaa. Jos ruiskusuojaa ei käytetä, ruiskua tulee käsitellä kertakäyttöisenä.
- Kärjet ovat ainoastaan kertakäyttöön.
- Suojaa tuote kuumuudelta ja auringonvalolta.
- Varmista virtaus ennen suunsisäistä käytöstä. Jos kohtaat kitkä ja tarkista uudelleen mikäli vastustusta havaitaan.

Vaihtelitaiet ohjeet
Valmistelu - Poliinin kiillotus
1) Muotoile ja viimeistele kaikki pinnat ennen kiillotusta.
2) Irrota ruiskusta Luer Lock -korkki. Kiinnitä suositusten mukainen kärki tiiviisti kiinni ruiskuun.

Käyttö - Poliinin kiillotus
Levitä pieni määrä kiillotustahnaa ja kiillota Jiffy-vuohenkarvaharjalla. Saat parhaan tuloksen alhaisella kierrosnopeudella. Viimeistele kiillotus nostamalla käsikappaleen nopeutta. Ja käytä voimakasta vesisuihkua kiillottaessasi suunsisäisesti.

Puhdistus
Tee loppuvaihtelu voimakkaalla ilma-ja vesisuihkulla.

Valmistelu - Kompositin kiillotus
Muotoile ja viimeistele kaikki pinnat ennen kiillotusta.

Käyttö - Kompositin kiillotus
Levitä pieni määrä kiillotustahnaa ja kiillota Jiffy-vuohenkarvaharjalla. Saat parhaan tuloksen alhaisella kierrosnopeudella. Viimeistele kiillotus nostamalla käsikappaleen nopeutta. Ja käytä voimakasta vesisuihkua kiillottaessasi suunsisäisesti.

Puhdistus
Huuhtele ja kuivaa pinta/pinnat.

Säilytys ja hävitys
Hävitä jätteet paikallisten säännösten, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Lisätiedot
Muokkaus uudelleentilauksen, nähdäksesi Ultradentin yksityiskohtaisen tuotevalikoimakuvauksen ja/tai tuotteen KTT:n, vieraile verkkosivuillamme www.ultradent.com tai soita numeroon 1-800-552-5512 (maksuton Yhdysvaltoissa) tai +1-801-572-4200 (Yhdysvaltojen ulkopuolella).
Ilmoita kaikista vakavista vaaratilanteista valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ultradent™ Diamond Polish — NO

Produktbeskrivelse
Ultradent diamantpolermiddel er en hvit pasta med mintsmak som er tilgjengelig i to grifter: 1.0 µm og 0,5 µm. Begge grifter inneholder mikrofine diamantpartikler i en vannløselig gel. Diamantpolermiddel benyttes til polering av keramiske eller komposittrestaureringer.
For alle produkter som er beskrevet her), les nøye og forstå all instruksjon og SDS-informasjon før bruk.

Leveringsskjema(er)
- 1,2 ml sprøyte
- Leveringstupp:
  - Svart Mini™ tupp

Indikasjoner for bruk / tiltenkt formål
Kan brukes intraoralt eller ekstra-oralt for å oppnå en høy porselensluster.

Kontraindikasjoner
Ikke bruk på pasienter med kjente allergier mot noen av ingrediensene som er oppført i SDS.

Advarsler og forholdsregler
- Unngå hudeksponering, isoler sterke kjemikalier til behandlingsområdet.
- For å unngå krydskontaminering, tørk sprøyten med et mellomliggende desinfeksjonsmiddel mellom bruk og bruk engangsbarriere. Hvis det ikke brukes en barrierehylse ikke brukes, bør sprøyten behandles som engangsbruk.
- Tupper er bare til engangsbruk.
- Hold produktene borte fra varme/solys.
- Bekreft flyt før du presser ut intraoralt. Hvis du møter motstand, må du skifte tuppen og sjekke på nytt.

Trinnvise instruksjoner
Forberedelse - Poleringskjeramikk
1) Konturer og forbered alle overflater av restaureringen før polering.
2) Fjern Luer Lock-beskytteren fra sprøyten. Drei den anbefalte tuppen strammt på sprøyten.

Bruk - Poleringskjeramikk
Påfør en liten mengde diamantpolermiddel og poler med en liten roterende polerende børste. Roter ved lav OPM for best resultat. For endelig polering, øk hastigheten på håndstykket og, hvis intraoral, bruk en kraftig vannspray mens du polerer.

Rens
Bruk en stadig luftvannsspray for endelig skylling.

Forberedelse - Poleringskompositt
Konturer og forbered alle overflater av restaureringen før polering.

Bruk - Poleringskompositt
Påfør en liten mengde diamantpolermiddel og poler med en liten roterende polerende børste. Roter ved lav OPM for best resultat. For endelig polering, øk hastigheten på håndstykket og, hvis intraoral, bruk en kraftig vannspray mens du polerer.

Rens
Skyl og tørk overflaten(e).

Oppbevaring og kassering
Kast avfall i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse opplysninger
For produkt-SDS, ombestilling og/eller fullstendig beskrivelse av Ultradents produktlinje, besøk vår hjemmeside www.ultradent.com eller ring 1-800-552-5512 (gratis) eller 801-572-4200 (utenfor USA).
Rapporter enhver alvorlig hendelse til produsenten og den kompetente myndigheten.

Ultradent™ Diamond Polish — EL

Περιγραφή προϊόντος
Η πάστα στίλβωσης Ultradent με γεύσεις δεντρολίβανο είναι λευκή πάστα με γεύση μέντας που διαθέτεται σε δύο μεγέθη κόκκων: 1,0 μm και 0,5 μm. Και οι δύο κόκκοι περιέχουν μικρά σωματίδια διαμαντιού σε υδατοδιαλυτό πήκτωμα. Η πάστα στίλβωσης με κόκκους διαμαντιού χρησιμοποιείται για τη στίλβωση κεραμικών ή σύνθετων αποκαταστάσεων.
Για όλα τα προϊόντα που περιγράφονται, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες στο φύλλο δεδομένων ασφάλειας (SDS) πριν τη χρήση.

Τρόποι χορήγησης
- Σύριγγα 1,2 ml
- Μύτες χορήγησης:
  - Μαύρη Mini™ μύτη

Ενδείξεις χρήσης/Σκοπούμενη χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδοστοματικά ή εξωστοματικά για την επίτευξη υψηλής στιλβώσεως πορσελάνης.

Αντενδείξεις
Μη μη χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με γνωστές αλλεργίες σε οποιαδήποτε από τα συστατικά που αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας (SDS).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
- Αποφύγετε την έκθεση του δέρματος και απομονώστε τα ισχυρά χημικά στις περιοχές θεραπείας.
- Για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση, σκουπίστε τη σύριγγα με ένα απολυμαντικό μέτριας ισχύος μετά από κάθε χρήση και χρησιμοποιήστε προστατευτικό κάλυμμα μίας χρήσης. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί προστατευτικό κάλυμμα, η σύριγγα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προϊόν για μία μόνο χρήση.
- Τα άκρα προορίζονται μόνο για μία χρήση.
- Φυλάξτε τα προϊόντα μακριά από τη θερμότητα/ το ηλιακό φως.
- Επαληθεύστε τα ροή πριν από την εξώθηση του υλικού από τον σύριγγα. Αν συναντήσετε αντίσταση, αντικαταστήστε το άκρο και ελέγξτε ξανά.

Οδηγίες βήμα-βήμα
Προετοιμασία - Στίλβωση κεραμικών αποκαταστάσεων
1) Διαμορφώστε το περίγραμμα και ολοκληρώστε όλες τις επιφάνειες της αποκατάστασης πριν από τη στίλβωση.
2) Αφαιρέστε το πώμα ασφάλισης Luer από τη σύριγγα. Περιστρέψτε το συνιστώμενο για να το τοποθετήσετε σταθερά στη σύριγγα.

Χρήση - Στίλβωση κεραμικών αποκαταστάσεων
Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα πάστας στίλβωσης με κάποιος διαμαντιού και γυαλίστε με βούρτσα με τρίχες αγκύλς Jiffy. Περιστρέψτε με χαμηλές στροφές για καλύτερα αποτελέσματα. Για την τελική στίλβωση, αυξήστε την ταχύτητα του εργαλείου χειρός και, σε περίπτωση ενδοστοματικής χρήσης, χρησιμοποιήστε ανοιχτό ψεκασμό με νερό κατά τη διάρκεια της στίλβωσης.

Καθαρισμός
Χρησιμοποιήστε σταθερό ψεκασμό νερού για την τελική ξέπλυση.

Προετοιμασία – Στίλβωση σύνθετων αποκαταστάσεων
Διαμορφώστε το περίγραμμα και ολοκληρώστε όλες τις επιφάνειες της αποκατάστασης πριν από τη στίλβωση.

Χρήση - Στίλβωση σύνθετων αποκαταστάσεων
Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα πάστας στίλβωσης με κάποιος διαμαντιού και γυαλίστε με βούρτσα με τρίχες αγκύλς Jiffy. Περιστρέψτε με χαμηλές στροφές για καλύτερα αποτελέσματα. Για την τελική στίλβωση, αυξήστε την ταχύτητα του εργαλείου χειρός και, σε περίπτωση ενδοστοματικής χρήσης, χρησιμοποιήστε ανο

Ultradent™ Diamond Polish — LT

Produkto aprašymas
„Ultradent" deimantinė poliravimo medžiaga yra balta, mėlyi skonio pasta, kurią galima ciągti su dviejų tipų granulėmis: 1,0 µm ir 0,5µm. Abejose granulėse yra labai smulkių deimantų dalelių vandenyje tirpios gelyje. Deimantinė poliravimo medžiaga naudojama keramikos ar kompozitų restauracijų poliravimui.
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite ir supraskite visą aprašytų produktų instrukcijas ir SDL informaciją.
Pristatymo forma (-os)
- 1,2 ml švirkštas
- Naudojami antgaliai:
  - Juodasis Mini™ antgalis

Naudojimo indikacijos / paskirtis
Gali būti naudojamas intraoraliniu arba ekstraoraliniu būdu, siekiant porcelianu blizgesio.
Kontraindikacijos
Negalima naudoti pacientams, alergiškiems SDL dvardytoms cukerdamosioms dalims.
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
- Venkite poveikio odai, sutelkite stipriąsias chemines medžiagas tik gydymo srityje.
- Siekiant išvengti kryžminio užteršimo, švirkštą valykite tarpinio lygio dezinfekuojamo priemone naudojimo metu ir naudokite vienkartinę barjerinę movą. Jei barjerinė mova nenaudojama, švirkštas laikomas vienkartiniu.
- Antgaliai yra tik vienkartiniai.
- Saugokite produktus nuo karščio / saulės spindulių.
- Prieš pradedami naudoti intraoraliniu būdu, patikrinkite srautą. Jei jaučiate pasipriešinimą, pakeiskite antgalį ir patikrinkite dar yką.

Instrukcijos etapais

Paruošimas – keramikos poliravimas
1) Prieš poliravimą kontroliuokite ir užbaikite visas restauracijų paviršius.
2) Naudokite Luer Lock dangtelį nuo švirkšto. Tvirtai pritvirtinkite ant švirkšto.

Naudojimas – keramikos poliravimas
Uždėkite nedėvėti kieji deimantinės poliravimo medžiagos ir poliruokite su „Jiffy" oblos plokšnę šepetėliu. Geriausiems rezultatams išgauti sukite esant mažam apsisukimų dažniui.
Galutinam poliravimui, paldėkite ruožinio greitį, o intraoraliniu atveju poliravimo metu naudokite vandens srovę.
Valymas
Galutinam skalavimui naudokite oro vandens srovę.
Paruošimas – kompozito poliravimas
Prieš poliravimą kontroliuokite ir užbaikite visas restauracijų paviršius.
Naudojimas – kompozito poliravimas
Uždėkite nedėvėti kieji deimantinės poliravimo medžiagos ir poliruokite su „Jiffy" oblos plokšnę šepetėliu. Geriausiems rezultatams pasiekti sukite esant mažam apsisukimų dažniui.
Galutinam poliravimui, paldėkite ruožinio greitį, o intraoraliniu atveju poliravimo metu naudokite vandens srovę.
Valymas
Nuskalaukite ir išdžiovinkite paviršių (-ius).
Saugojimas ir šalinimas
Atidėkite tinkamoje vietoje: saulės, gaires ir įstatymus.
Įvairi informacija
Norėdami gauti „Ultradent" SDL, pakartotinai užsikaykti ir (arba) norėdami visos „Ultradent" produktų linijos aprašo, apsilankykite svetainėje www.ultradent.com arba skambinkite 1-800-552-5512 (nemokamai) arba 801-572-4200 (JAV).
Apie kiekvieną rimtą incidentą būtina pranešti gamintojui ir kompetentingai institucijai.

Ultradent™ Diamond Polish — MT

Deskrizzjoni tal-prodott
Ultradent Lostru tad-Dijamanti huwa pejst abjad, bit-toghma taz-zelka u disponibbli f'żewġ qamhirrun: 1.0 µm u 0.5µm. Iż-żewġ fraħ fihom partiċelli mikro dijamanti f'ġeli li jinħall fl-ilma. Lostru tad-Dijamanti jintużaw biex jillustra r-reżultat sal-ceramica jew kompost. Ghall-prodotti kollha deskritti, aqra sew u ifhem l-istruzzjonijiet kollha u l-informazzjoni SDS qabel l-użu.
Forma (forma) tal-kunsinna
- 1.2 ml. Siringa
- Ghajnuriet ghall-Kunsinna:
  - Tar Mini™ żwieġ

Indikazzjonijiet ghall-Użu / Ghan Mahsuba
Jista' jintuża b'mod orali jew extra-orali biex jinkiseb tleqgħa tal-porcellana gholja.
Kontra-indikazzjonijiet
Tużax fuq pazjenti b'allerġji magħrufa ghal xi wieħed mis-sustanzi elenkati fi-SDS.
Twissijiet u Precaukzjonijiet
- Evita l-esposizzjoni tal-ġilda, dola kimiki qawwiġa mad-żona tat-trattament.
- Biex tevita kontro-kontaminazzjoni, imsah is-siringa b'dizinfettant tal-livell intermedju bejn l-użu u uża kunmma l-barriera wara l-tintrema. Jekk ma tintużax liquġ tal-ġugħ, is-siringa ghandha tiġi trattata bhala użu ta' darba.
- Il-parir huma ta' darba biss.
- Żomm il-prodotti barra mis-shana / mid-dawl tas-xemx.
- Iwerriħa l-fluss qabel ma tesprimi ġol-ġisem. Jekk ir-reżistenza tintilaħaq, ibdel il-punta u erġa' ċekkja.

Pass Istruzzjonijiet
Preparazzjoni - illustrar taċ-ceramika
1) Kontorni u lesti l-uċuh kollha tar-restaur qabel l-illustrar.
2) Neħħi l-ġħatu ta' Luer Lock mis-siringa. Ibwel l-punta tradikmandata sew fuq is-siringa.

Uża - Illustrar taċ-ceramika
Applika ammont żgħir ta' lustrar tad-dijamanti u llostra b'kkupilja jiffy tax-Xagħar tal-Moġħa. Daħħal b'PPM baxxi ghall-ahjar rezultati.
Ghall-illustrar finali, żid il-veloċità tal-biċċa tal-idejn u, jekk intiesaħ, uża spray tqil ta' ilma waqt l-illustrar.
Naddaf
Uża spray sod tal-ilma tal-arja ghat-tlaħlib finali.

Preparazzjoni - illustrar Kompost
Kontorni u lesti l-uċuh kollha tar-restaur qabel l-illustrar.
Uża - Illustrar Kompost
Applika ammont żgħir ta' lustrar tad-dijamanti u llostra b'kkupilja jiffy tax-Xagħar tal-Moġħa. Dawwar b'PPM baxxi ghall-ahjar rezultati.
Ghall-illustrar finali, żid il-veloċità tal-biċċa tal-idejn u, jekk intiesaħ, uża spray tqil ta' ilma waqt l-illustrar.
Naddaf
L-Ahlaħ u wież niexef.
Ħażna u Rimi
Armi l-iskart skond ir-regoli, il-linji gwida u r-regolamenti lokali.
Informazzjoni mixxellanja
Ghal prodott SDS, ordni mill-ġdid, u / jew deskrizzjoni ohxta tal-linja ta' prodotti ta' Ultradent, ikkonsulta l-ġurnal ta' l-website tagħna www.ultradent.com jew cempel 1-800-552-5512 (bla ħlas) jew 801-572-4200 (barra mit-tilfonata tal-USA).
Irrapporta kwalunkwe incident serju lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti.

Ultradent™ Diamond Polish — PL

Opis produktu
Diamentowy polysk firmy Ultradent to biała pasta zbijał, bit-toghma taz-zelka u disponibbli f'żewġ qamhirrun: 1.0 µm u 0.5µm. Iż-żewġ fraħ fihom partiċelli mikro dijamanti f'ġeli li jinħall fl-ilma. Lostru tad-Dijamanti jintużaw biex jillustra r-reżultat sal-ceramika jew kompost. Ghall-prodotti kollha deskritti, aqra sew u ifhem l-istruzzjonijiet kollha u l-informazzjoni SDS qabel l-użu.
Postać dostarczana
- Strzykawka 1,2 ml
- Końcówki do nakładania:
  - Czarna końcówka Mini™

Wskazania do stosowania/ przeznaczenie
Produkt może być stosowany wewnątrz- lub zewnątrzustnie w celu uzyskania wysokiego połysku porcelany.
Przeciwwskazania
Nie stosować u pacjentów ze znanymi alergiami na którykolwiek ze składników wymienionych w karcie charakterystyki.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Unikać narażenia skóry, wyrzutowej mocnej substancji chemicznej do obszaru leczenia.
- Aby uniknąć przeniesienia zakażenia, pomiędzy kolejnymi zastosowaniami strzykawkę należy przecierać środkiem dezynfekującym poziomu pośredniego i używać jednorazowego rękawa barierowego, jeśli nie używa się rękawa barierowego, strzykawkę należy traktować jako wyrób jednorazowy.
- Końcówki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.
- Przechowywać produkty z dala od źródeł ciepła/światła/ dwutlenek siarki.
- Sprawdzić wypływ materiału przed jego wyciśnięciem w obrębie jamy ustnej. W razie wystąpienia oporu wymienić końcówkę i sprawdzić ponownie.

Szczegółowe instrukcje
Przygotowanie — polerowanie ceramiki
1) Wypreślować i wykończyć wszystkie powierzchnie uzupełnienia przed polerowaniem.
2) Zdąć nasadkę Luer Lock ze strzykawki. Mocno przykręcić zalecaną końcówkę do strzykawki.

Zastosowanie — polerowanie ceramiki
Nanieść niewielką ilość diamentowego lestidu z polerować szczotką jiffy Goat. Używać niskich obr./min, aby uzyskać najlepsze rezultaty. W przypadku ostatecznego polerowania zwiększyć prędkość obrotową, a w przypadku stosowania w jamie ustnej, użyć intensywnego natrysku wody podczas polerowania.
Sprzątanie
Podczas ostatecznego płukania użyć silnego strumienia wody z powietrzem.
Przygotowanie — polerowanie kompozytu
Wypreślować i wykończyć wszystkie powierzchnie uzupełnienia przed polerowaniem.
Zastosowanie — polerowanie kompozytu
Nanieść niewielką ilość pasty Diamentowy Połysk i polerować szczotką jiffy Goat. Używać niskich obr./min, aby uzyskać najlepsze rezultaty. W przypadku ostatecznego polerowania zwiększyć prędkość obrotową, a w przypadku stosowania w jamie ustnej, użyć intensywnego natrysku wody podczas polerowania.
Sprzątanie
Opłukać i osuszyć powierzchnię(-e).
Przechowywanie i usuwanie
Odpady usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami, wytycznymi i rozporządzeniami.
Inne informacje
W celu uzyskania karty charakterystyki produktu, ponownego zamówienia i/lub uzyskania pełnego opisu linii produktów firmy Ultradent należy odwiedzić stronę internetową www.ultradent.com lub zadzwonić pod numer 1-800-552-5512 (bezpłatny) lub 801-572-4200 (poza USA).
Wszelkie poważne incydenty należy zgłosić producentowi i organowi odpowiedzialnemu.

Ultradent™ Diamond Polish — RO

Descrierea produsului
Pasta de lustruire diamantată Ultradent este o pastă albă cu aromă de mentă, disponibilă în două granulații: 1.0 µm și 0.5 µm. Ambele granulații conțin particule de diamant microfine într-un gel solubil în apă. Pasta de lustruire diamantată se utilizează pentru lustruirea restaurărilor ceramice sau compozite.
Pentru toate produsele descrise, citiți cu atenție și înțelegeți toate instrucțiunile și informațiile din fișa cu date de securitate înainte de utilizare.
Forma de livrare
- Seringă de 1,2 ml
- Sfaturi de livrare:
  - Vârf negru Mini™

Instrucțiuni de utilizare/ scop preconizat
Poate fi folosit intraoral sau în afara cavității bucale pentru a obține un lucru de porțelan intens.
Contraindicații
A nu se utiliza în cazul pacienților cu alergii cunoscute la oricare din ingredientele enumerate în fișa cu date de securitate.
Avertismente și precauții
- Evitați expunerea pielii, țesuturi substanțele chimice puternice în zona de tratament.
- Pentru a evita contaminarea încrucișată, stropiți seringa cu un dezinfectant intermediar între utilizări și folosiți un husă de protecție de unică folosință. Dacă nu este folosit o husă de protecție, seringa trebuie tratată ca pentru unică utilizare.
- Sfaturile sunt doar pentru o singură utilizare.
- Păstrați produsele feriți de căldură/ lumină solară.
- Verificați debitul înainte de a introduce în cavitatea bucală. Dacă întâmpinați rezistență, folosiți vârful și verificați din nou.

Instrucțiuni etapizate

Pregătire - lustruirea ceramicii
1) Realizați contururi și finisați toate suprafețele restaurării înainte de lustruire.
2) Îndepărtați capacul de tip Luer Lock din seringă. Rotiți vârful recomandat pâhă la fixare pe seringă.

Utilizare - lustruirea ceramicii
Aplicați o cantitate mică de pastă cu particule de diamant și lustruiți cu o perie din pâr de capră jiffy. Rotiți la turații reduse pentru rezultate optime. Pentru lustruirea finală, creșteți viteza pieselor de mână și, dacă faceți acest lucru intraoral, utilizați o pulverizare puternică cu apă în timpul lustruirii.
Curățare
Utilizați o pulverizare puternică cu apă pentru clătirea finală.
Pregătire - lustruirea compozitului
Realizați contururi și finisați toate suprafețele restaurării înainte de lustruire.
Utilizare - lustruirea compozitului
Aplicați o cantitate mică de pastă cu particule de diamant și lustruiți cu o perie din pâr de capră jiffy. Rotiți la turații reduse pentru rezultate optime. Pentru lustruirea finală, creșteți viteza pieselor de mână și, dacă faceți acest lucru intraoral, utilizați o pulverizare puternică cu apă în timpul lustruirii.
Curățare
Clătiți și uscați suprafețele.
Depozitare și eliminare
Eliminați deșeurile în conformitate cu normele, orientările și reglementările locale.
Diverse informații
Pentru fișa cu date de securitate a produsului, repetarea comenzii și/sau descrierea completă a liniei de produse Ultradent, vizitați site-ul nostru web www.ultradent.com sau apelați 1-800-552-5512 (gratuit) sau 801-572-4200 (în afara S.U.A.).
Raportați orice incident grav producătorului și autorității competente.

Ultradent™ Diamond Polish — SK

Popis produktu
Ultradent diamantové leštidlo je biela pasta s príchutou mätu, ktorá je k dispozícii v dvoch zrnitostiach: 1.0 µm a 0.5 µm. Obe zrnitosti obsahujú mikro jemné diamantové častice vo vodorozpustnom géli. Diamantové leštidlo sa používa na leštenie keramických alebo kompozitných výplní.
Pred použitím, všetkých opísaných produktov si pozorne prečítajte všetky pokyny a bezpečnostné listy a porozumejte im.
Formy dodania
- 1,2 ml. striekačka
- Aplikačné kanyly:
  - Kanyla Black Mini™

Indikácie pre použitie/určený účel
Môže byť použité intra orálne alebo extra oráne na dosiahnutie vysokého porcelánového lesku.
Kontraindikácie
Nepoužívať u pacientov so známymi alergiami na niektorú zo zložiek uvedených v bezpečnostnom liste).
Varovania a bezpečnostné opatrenia
- Vyhnite sa kontaktu s pokožkou, silné chemikálie izolujte od oblasti ošetrenia.
- Aby ste predišli krížovej kontaminácii, utrite injekčnú striekačku s dezinfekčným prostriedkom stredného stupňa medzi použitím a použite jednorazovú ochranný nákek. Ak sa nepoužije ochranný nákek, striekačka by sa mala považovať za jednorazovú.
- Kanyly sú len na jedno použitie.
- Výrobky uchovávajte mimo dosahu tepla/ slnečného žiarenia.
- Pred intraorálnym použitím, vytlačením overte prietok cez kanylu. Ak je tam prekážka, vymeňte kanylu a znova skontrolujte.

Postup, pokyny

Príprava - leštenie keramiky
1) Pred leštením vytvarujte a dokončte všetkých povrchy výplne.
2) Odstráňte luer uzáver zo striekačky. Naštrubujte doporučenú kanylu bezpečne na striekačku.

Použitie - leštenie keramiky
Nanesie malé množstvo diamantového leštidla a leštite s kefkou jiffy z kozích vlákien. Pre najlepší výsledok leštite pri nízkych otáčkach. Pri konečnom leštení, zvyšujte rýchlosť kolienka, a ak leštíte intraorálne, používajte pri leštení silný prúd vody.
Čistenie
Pre konečné opláchnutie použite silný prúd vody/vzduchu.
Príprava - leštenie kompozitnej výplne
Pred leštením vytvarujte a dokončte všetkých povrchy výplne.
Použitie - leštenie kompozitnej výplne
Nanesie malé množstvo diamantového leštidla a leštite s kefkou jiffy z kozích vlákien. Pre najlepší výsledok leštite pri nízkych otáčkach. Pri konečnom leštení, zvyšujte rýchlosť kolienka, a ak leštíte intraorálne, používajte pri leštení silný prúd vody.
Čistenie
Opláchnite a osušte povrch(y).
Skladovanie a likvidácia
Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi, smernicami a nariadeniami.
Dopĺňujúce informácie
Pre bezpečnostné listy výrobkov, opätovné objednanie a/alebo úplný popis rady výrobkov Ultradent, navštívte naše webové stránky www.ultradent.com alebo zavolajte na číslo 1-800-552-5512 (bezplatne) alebo 801-572-4200 (mimo USA).
Akýkoľvek vážny incident oznámte výrobcovi a príslušnému orgánu.

Ultradent™ Diamond Polish — SL

Opis izdelka
Diamantni lak Ultradent je bela pasta z aromo mente, ki je na voljo v dveh velikostih zrnc: 1.0 µm in 0.5 um. Obe velikosti zrn vsebujejo mikro fine diamantne delce v vodotopnem gelu. Diamantni lak se uporablja za poliranje keramičnih ali kompozitnih restavracij.
Za vse opisane izdelke pred uporabo natančno preberite vsa navodila in informacije SDS.
Obrazci za dostavo
- 1,2 ml brizge
- Nasvet za dovajanje:
  - Konica Mini™ Črna
Indikacije za uporabo / namen uporabe
Lahko se uporablja intra-oralno ali ekstra-oralno za doseganje visokega porcelanskega sjaja.
Kontraindikacije
Ne uporabite pri bolnikih z znano alergijo na katerokoli sestavino, navedeno v varnostnem listu.
Opozorila in previdnostni ukrepi
- Izogibajte se izpostavljanju kože, izolirajte močne kemikalije na področju zdravljenja.
- Da bi se izognili navzkrižni kontaminaciji, brizgo obrišite z vmesnim razkužilom med uporabo in uporabite zaščitni nákek za enkratno uporabo. Če se ne uporablja zaščitni nákek, je treba brizgo obravnavati kot enkratno uporabno.
- Konice so samo za enkratno uporabo.
- Izdelka ne izpostavljajte vročini / sončni svetlobi.
- Pred intraoralnim izrazom preverite tok. Če naletite na odpor, zamenjajte konico in ponovno preverite.

Postopna navodila
Priprava - poliranje keramike
1) Obdelajte in dokončajte vse površine restavracije pred poliranjem.
2) Odstranite pokrovček Luer Lock iz brizge. Priporočeno konico zavrtite na brizgo.

Uporaba - poliranje keramike
Nanesite majhno količino laka za barvanje z diamantom in s krtačo iz koze dlake jiffy. Za boljše rezultate zavrtite ob nizkih RPM. Za končno poliranje, povečajte hitrost ročnega dela in, če delate intraorálno, med poliranjem uporabite močno vodno prišlo.
Čiščenje
Za končno izpiranje uporabite vodno prišlo.
Priprava - polirni kompozit
Obdelajte in dokončajte vse površine restavracije pred poliranjem.
Uporabite - Polirni kompozit
Nanesite majhno količino laka za barvanje z diamantom in s krtačo iz koze dlake jiffy. Za boljše rezultate zavrtite ob nizkih RPM. Za končno poliranje, povečajte hitrost ročnega dela in, če delate intraorálno, med poliranjem uporabite močno vodno prišlo.
Čiščenje
Operite in osušite površino (-e).
Shranjevanje in odstranjevanje
Odpadke zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi, smernicami in predpisi.
Razne informacije
Za izdelek SDS, preureditev in / ali popoln opis linije izdelkov Ultradent, obiščite naše spletno stran www.ultradent.com ali pokličite 1-800-552-5512 (brezplačna) ali 801-572-4200 (zunaj ZDA).
O vsakem resnem incidentu poročaje proizvajalcu in pristojnemu organu.

Ultradent™ Diamond Polish — RU

Описание продукта
Ultradent Алмазная паста для полирования – это белая паста со вкусом мяты, выпускаемая в двух вариантах: 1,0 микрон и 0,5 микрон. Оба абразива содержат микроскопические алмазные частицы в водорастворимом геле. Алмазная паста используется для полирования керамических или композитных реставраций.
Перед использованием внимательно прочитайте и усвоите инструкции для всех перечисленных продуктов, а также всю информацию в паспорте безопасности.
Форма поставки
- Шприцы объемом 1,2 мл
- Насадки-дозаторы:
  - Черная насадка Mini™

Показания к использованию / Назначение
Может использоваться внутри или снаружи ротовой полости для достижения несравненного фарфорового блеска.
Противопоказания
Не используйте препарат для лечения пациентов с известной аллергией на любой из ингредиентов, перечисленных в СДС.
Меры предосторожности и предупреждения
- Избегайте попадания сильнодействующих химических веществ на кожу и за пределы области лечения.
- Во избежание перекрестного загрязнения протрайте шприц между применениями дезинфицирующим средством средней активности и используйте одноразовые защитные чехлы. Если защитные чехлы не используются, шприцы следует рассматривать как одноразовые.
- Насадки предназначены только для одноразового использования.
- Берегите препараты от высокой температуры и воздействия солнечного света.
- Перед применением средства в ротовой полости проверьте, насколько хорошо оно выдавливается из шприца. При чрезмерном сопротивлении замените наконечник и повторите проверку.

Пошаговые инструкции
Подготовка - Полировка Керамики
1) Придайте форму и завершите работу над всеми поверхностями реставрации до полирования.
2) Снимите люэровский наконечник со шприца. Надежно закрутите рекомендуемую насадку на шприц.

Использование - Полировка Керамики
Нанесите небольшое количество алмазной пасты и отполируйте с помощью кисточки из козьей щетки jiffy. Для получения наилучшего результата поворачивайте с небольшой частотой об/мин. Для окончательной полировки, увеличьте скорость движения ручки, а в случае применения внутри ротовой полости, при полировке используйте интенсивный впрыск воды.
Очистка
Для окончательного промывания используйте отрыскивание сильной струйой воздух/воды.
Подготовка - Полировка Композитов
Придайте форму и завершите работу над всеми поверхностями реставрации до полирования.
Использование – Полировка Композитов
Нанесите небольшое количество алмазной пасты и отполируйте с помощью кисточки из козьей щетки jiffy. Для получения наилучшего результата поворачивайте с небольшой частотой об/мин. Для окончательной полировки, увеличьте скорость движения ручки, а в случае применения внутри ротовой полости, при полировке используйте интенсивный впрыск воды.
Очистка
Промойте и высушите поверхность(-ти).
Хранение и утилизация
Утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами, инструкциями и нормами.
Различная информация
По получению листа безопасности продукта, повторного заказа и/или полного описания линейки продуктов Ultradent, пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.ultradent.com или позвоните по телефону 1-800-552-5512 (бесплатный) или 801-572-4200 (за пределами США).
Сообщите о любых серьезных инцидентах производителю и компетентному органу.

Ultradent™ Diamond Polish — KO

제품 설명
Ultradent 다이아몬드 광택제는 민트향이 가미된 흰색 가루반죽으로 두 가지 그리트 (grit)로 제공됩니다. 1.0um 및 0.5um. 두 그리이는 수용성 젤에 초소형 미세 다이아몬드 입자가 함유되어 있습니다. 다이아몬드 광택제는 자기를 또는 복합재 수복물의 광택을 내는 데 사용됩니다. 설명된 모든 제품에 대해, 사용 전에 모든 지침과 물질안전보건자료(SDS)정보를 주의 깊게 읽고 이해하십시오.
전달 형태
- 1.2 mL 주사기
- 팁일 팁:
  - 흑색 Mini™ 팁

사용 방법 / 용도
도자기에 고광택을 내기 위해 구강 안 또는 구강 밖에서 사용할 수 있습니다.
금기사항
SDS에 기재된 성분 중 알려진 알레르기가 있는 환자에게는 사용하지 마십시오.
경고 및 사전 주의사항
- 피부 노출을 최하고, 강한 화학물질을 치료 부위로 격리시키십시오.
- 교차 오염을 방지하려면 사용 사이에 중간 수준의 소독제로 주사기를 닦고 일회용 팁커버 슬리브를 사용하십시오. 팁커버 슬리브를 사용하지 않으면 주사기는 일회용으로 취급해야 합니다.
- 팁은 일회용으로만 사용해야 합니다.
- 제품을 열 또는 햇빛이 없는 곳에 보관하십시오.
- 구강내에서 팁이 전에 흐름을 확인하십시오. 저항이 있으면, 팁을 교체하고 다시 확인합니다.

단계별 지침
준비 - 도자기 광택내기
1) 광택을 내기 전에 수복물의 모든 표면을 윤곽 및 마무리 합니다.
2) 주사기에서 루어(Luer) 잠금캡을 제거합니다. 권장되는 팁을 주사기 위로 비틀어 고정시킵니다.

사용 - 도자기 광택내기
소량의 다이아몬드 광택제를 바르고 나서 Jiffy 염소 털 브러시로 광택을 냅니다. 최상의 결과를 얻기 위해 낮은 RPM으로 회전하십시오. 최종 광택을 낼 때는 핸드피스의 속도를 높이고, 입안에서 광택을 내는 동안 물 스프레이를 사용하십시오.
세척
마지막으로 향균 매에는 강한 에어워터 스프레이를 분무하십시오.
준비 - 복합재의 광택
광택을 내기 전에 수복물의 윤곽을 잡고 모든 표면을 끝손질합니다.
사용 - 복합재의 광택
소량의 다이아몬드 광택제를 바르고 나서 Jiffy 염소털 브러시로 광택을 냅니다. 최상의 결과를 얻기 위해 낮은 RPM으로 회전하십시오. 최종 광택을 낼 때는 핸드피스의 속도를 높이고, 입안에서 광택을 내는 동안 물 스프레이를 사용하십시오.
세척
표면을 헹구고 후 건조시킵니다.
보관 및 처분
현지 규칙, 지침 및 규정에 따라 폐기물을 처분하십시오.
기타 정보
제품 SDS, 제주문, 또는 Ultradent 제품 라인에 대한 전체 설명은 당사 웹사이트 www.ultradent.com 을 방문하거나 1-800-552-5512 (무료 전화) 또는 801-572-4200 (미국 외)으로 전화하십시오.
심각한 사고 발생 시 제조자와 관할기관에 신고하십시오.

Ultradent™ Diamond Polish — ZH

产品描述
Ultradent 金刚石抛光膏是一种白色薄荷味膏状物，有两种粒状抛光剂供选择：1.0 微米和 0.5 微米，两种砂粒都含有水溶性凝胶中的微细金刚石颗粒。金刚石抛光剂用于抛光陶瓷或复合材料修复体。
对于所描述的产品，使用前请仔细阅读并理解所有说明和 SDS 信息。
交货形式
- 1.2 毫升注射器
- 注射针头：
  - 黑色 Mini™ 针头

适用范围/预期目的
可以在口腔内或口腔外使用，以获得高的陶瓷光泽度。
禁忌症
请勿对已知对 SDS 中列出的任何成分过敏的患者使用。
警告和注意事项
- 避免皮肤接触，将强化学品与处理区隔离开。
- 为避免交叉污染，请在使用间隔用中级消毒剂擦拭注射器，并且使用一次性辅助套。如果不使用辅助套，则应将注射器视为一次性使用。
- 针头仅供一次性使用。
- 避免本品受热/阳光照射。
- 在口腔内挤出之前验证注液是否流畅。如遇到阻力，更换针头并重新检查。

分步说明
准备 - 抛光陶瓷
1) 抛光前，修剪并整理修复体的所有表面。
2) 从注射器上取出鲁尔锁帽。将针头牢固地拧到注射器上。

使用 - 抛光陶瓷
使用 Jiffy 山羊毛刷涂抹少量金刚石抛光膏并抛光。以低转速 (RPM) 旋转，以获得最佳效果。对于最终抛光，增加手机的速度，如果是口腔内，抛光时使用大量的水喷雾。
清理
使用强劲的空气水喷雾进行最终冲洗。
准备 - 抛光复合材料
抛光前，修剪并整理修复体的所有表面。
使用 - 抛光复合材料
使用 Jiffy 山羊毛刷涂抹少量金刚石抛光膏并抛光。以低转速 (RPM) 旋转，以获得最佳效果。对于最终抛光，增加手机的速度，如果是口腔内，抛光时使用大量的水喷雾。
清理
冲洗并干燥表面。
储存和处置
根据当地规则、准则和法规处置废弃物。
其他信息
有关 Ultradent 产品系列的产品 SDS、再订购和/或完整描述，请访问我们的网站 www.ultradent.com 或致电 1-800-552-5512 (免费电话) 或 801-572-4200 (美国境外)。
向制造商和主管部门报告任何严重事故。

Ultradent™ Diamond Polish — JA

製品の説明
Ultradent ダイヤモンドポリッシュは白い ミントの味の研磨ペーストで、1.0 µm と0.5 µm の2種類の粒度があります。どちらの粒 度にも水溶性ゲル上に、ダイヤモンドの微 粒子が含まれています。ダイヤモンドポリ ッシュは、セラミックまたは合成物の修復 で使用されます。
記載されているあらゆる製品について、ご 使用前に指示とSDS情報をすべてよく読 み、理解してください。
提供形態
- 1.2 mL シリンジ
- デリバリーチップ:
  - ブラックMini™チップ

適応/適用
陶材の光沢を高めるために、口内または口 外で使用できます。
禁忌
SDSに記載されている成分のいずれかに 対して既知のアレルギーがある患者さん には使用しないでください。
警告および注意事項
- 皮膚に触れないようにし、強い薬品 を処置部位に近づけないでください。
- 交差汚染を避けるため、使用後は中 程度の消毒剤でシリンジを拭き、使い 捨てのバリアスリーブを使用してください。バリアスリーブを使用しない場 合、シリンジは使い捨てとして扱う必 要があります。
- チップは使い捨てです。
- 本剤を高熱や直射日光の当たる場所 に保管しないでください。
- 口内に挿出する前に流率を確認してください。抵抗を感じる場合は、チップを 取り替えて再度確認してください。

各段階の手順
準備 - 研磨用セラミック
1) 研磨する前に、すべての修復表面の輪 郭をつけて仕上げます。
2) ジリンジからルアーロックキャップ を外してください。推奨されるチッ プをシリンジにしっかりねじって取 りつけます。

使用 - 研磨用セラミック
少量のダイヤモンドポリッシュを塗り、Jiffy ヤギモグラフで研磨します。最良の結果を 得るには低いRPMで回転させてください。 最終的な研磨の際は、ハンドピースのスピ ードをとばします。口内の場合は、研磨中に 水スプレーを重点的に使用します。
クリーンアップ
最後はしっかり空気・水スプレーを吹きけ て洗い流します。
準備 - 研磨用合成物
研磨する前に すべての修復表面の輪郭を つけて仕上げます。
使用 - 研磨用合成物
少量のダイヤモンドポリッシュを塗り、Jiffy ヤギモグラフで研磨します。最良の結果を 得るには低いRPMで回転させてください。 最終的な研磨の際は、ハンドピースのスピ ードをとばします。口内の場合は、研磨中に 水スプレーを重点的に使用します。
清掃
洗浄し乾燥します。
保管と廃棄
各地の規則、ガイドライン、および規制に従 って廃棄します。
その他の情報
製品のSDS、再注文やUltradent製品ライ ンの詳細な説明については、弊社ウェブサ イト (www.ultradent.com) をご覧になか、1-800-552-5512（ダイヤルフリー） または 801-572-4200 (米国外) までお 問合せください。
重大な問題が発生した場合は、製造元および所管官庁に報告してください。

Ultradent™ Diamond Polish — TH

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ยาขัดสำหรับฟันด้วยเพชรของ Ultradent™ เป็น ยาขัดสีขาวมีเนื้อเป็นครีมให้เลือกสองขนาด 1.0µm และ 0.5µm ขนาดอนุภาคเพชรที่ละลายน้ำได้ ยาขัดเพชรใช้ในการขัดเงาวัสดุเซรามิกและวัสดุคอมโพสิต
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุทั้งหมดโปรดอ่านให้ถ่องแอะ ก่ำทำความเข้าใจคำแนะนำและข้อมูล SDS ก็ของก่อนใช้งาน
แบบฟอร์มการจัดส่งสินค้า
- เข็มฉีดขนาด 1.2 ml
- ทิปปลายสำหรับส่งมอบ:
  - ปลายสีดำ Mini™ ดีดำ

ข้อบ่งชี้สำหรับการใช้ / วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
อาจใช้ภายในช่องปากหรือนอกช่องปากเพื่อให้ได้ พอร์ซเลนเงางามสูง
ข้อห้าม
ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ส่วนผสมใด ๆ ที่ ระบุใน SDS
คำเตือนและข้อควรระวัง
- หลีกเลี่ยงการสเพรย์ผิดที่ผิวหนังบริเวณที่ ถูกการรักษา
- ฉีดพ่นสิ่งเจือปนเข้มข้นในบริเวณที่ถูกรักษา
- ฉีดพ่นสิ่งเจือปนเข้มข้นในบริเวณที่ถูกรักษา
- เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้ามกระทรัพระหว่างการใช้งานและใช้ปลอกกันแบบใช้แล้ว ทิ้ง หากไม่ใช้ปลอกกันกระทรัพระหว่างการใช้งานและใช้ปลอกกันแบบใช้ทิ้งถือว่าเป็นของใช้แล้วทิ้ง
- ปลายปิดแบบใช้ครั้งเดียวเท่านั้น
- ทิ้งผลิตภัณฑ์ให้พ้นความร้อน / แสงแดด
- ตรวจสอบการไหลก่อนปุ่มใช้งานในช่องปาก หาก พบว่ามีแรงต้านทาน ให้เปลี่ยนส่วนปลายและตรวจสอบอีกครั้ง

ขั้นตอนปรับเงาด้วยพื้นผิวเงา
การเตรียมพร้อม - การขัดเซรามิก
1) ปรับแต่งและตกแต่งพื้นผิวทั้งหมดของการบูรณะก่อนขัดเงา
2) ถอดฝาครอบลูออร์ ล็อค ออกจากกระบอก ปิดเงาด้วยกันแน่นกำลังกับกระบอก ปิดเงาให้แน่นหนา

การใช้ - ขัดเซรามิก
ทาน้ำยาขัดเพชรปริมาณเล็กน้อยด้วยแปรงขนแพะ jiffy คนแน่วด RPM ถ้า เพื่อ ผลที่ดีที่สุด ลำหรับการขัดเงั่นสุดท้ายให้หมุนความเร็ว ของมือหมุนด้วยเพิ่มขึ้นและทำให้ไม่ร้อนน้ำ ฉีดพ่นน้ำ ระหว่างขั้นตอนขัดเงาด้วยมือ
ทำความสะอาด
ใช้ลมร่วมน้ำทำความสะอาดขั้นสุดท้ายการทำ
การเตรียมพร้อม - การขัดเงาคอมโพสิต
ปรับแต่งและตกแต่งพื้นผิวทั้งหมดของการบูรณะก่อนขัดเงา
การใช้ - ขัดเงาคอมโพสิต
ทาน้ำยาขัดเพชรปริมาณเล็กน้อยด้วยแปรงขนแพะ jiffy คนแน่วด RPM ถ้า เพื่อ ผลที่ดีที่สุด ลำหรับการขัดเงั่นสุดท้ายให้หมุนความเร็ว ของมือหมุนด้วยเพิ่มขึ้นและทำให้ไม่ร้อนน้ำ ฉีดพ่นน้ำ ระหว่างขั้นตอนขัดเงาด้วยมือ
ทำความสะอาด
ล้างและทำให้แห้งพื้นผิวเงั่น
การจัดเก็บและกำจัดทิ้ง
กำจัดของเสียตามกฎระเบียบ แนวทางและข้อปฏิบัติของท้องถิ่น
ข้อมูลเบ็ดเตล็ด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ของเว็บไซต์ www.ultradent.com หรือโทร 1-800-552-5512 (ทรงฟรี) หรือ 801-572-4200 (นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา) หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ ต้องแจ้งผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้าง

Ultradent™ Diamond Polish —