

## **Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques**

**Pompe à insuline Tandem Mobi avec la technologie Control-IQ+  
avec l'application mobile Tandem Mobi et le réservoir Tandem Mobi 2 mL**

|                                 |                |                                                                                                                        |                         |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Document Number:<br>REC-0027855 | Revision:<br>A | Title:<br>Summary of Safety and Clinical Performance, Tandem Mobi,<br>Control-IQ+, Tandem Mobi Mobile Application, fra | Page Number:<br>1 of 62 |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

CONFIDENTIAL

## Table des matières

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.                                                                                                                                          | IDENTIFICATION DU DISPOSITIF ET INFORMATIONS GENERALES .....                                                                        | 4  |
| 2.                                                                                                                                          | UTILISATION PREVUE DU DISPOSITIF ET INDICATIONS, CONTRE-INDICATIONS ET POPULATIONS CIBLES .....                                     | 5  |
| 3.                                                                                                                                          | DESCRIPTION DU DISPOSITIF .....                                                                                                     | 5  |
| 3.1.                                                                                                                                        | VUE D'ENSEMBLE DU DISPOSITIF .....                                                                                                  | 5  |
| 3.2.                                                                                                                                        | GÉNÉRATIONS PRÉCÉDENTES ET VARIANTES .....                                                                                          | 6  |
| 3.3.                                                                                                                                        | DESCRIPTION DES ACCESSOIRES.....                                                                                                    | 6  |
| 3.4.                                                                                                                                        | DESCRIPTION D'AUTRES DISPOSITIFS DESTINES A ETRE UTILISES EN COMBINAISON AVEC LE DISPOSITIF .....                                   | 6  |
| 4.                                                                                                                                          | RISQUES ET MISES EN GARDE .....                                                                                                     | 7  |
| 4.1.                                                                                                                                        | RISQUES RÉSIDUELS ET EFFETS INDÉSIRABLES .....                                                                                      | 7  |
| 4.2.                                                                                                                                        | MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS .....                                                                                                 | 12 |
| 4.2.1.                                                                                                                                      | <i>Résumé des mises en garde et précautions à l'intention des patients*</i> .....                                                   | 12 |
| 4.2.2.                                                                                                                                      | <i>Mises en garde et précautions à l'intention des professionnels de la santé</i> .....                                             | 13 |
| 4.3.                                                                                                                                        | RESUME DES MESURES CORRECTIVES DE SECURITE SUR LE TERRAIN .....                                                                     | 13 |
| 4.3.1.                                                                                                                                      | <i>Mesures correctives de sécurité sur le terrain – Pompe à insuline Tandem Mobi avec technologie Control+.....</i>                 | 13 |
| 4.3.2.                                                                                                                                      | <i>Mesures correctives de sécurité sur le terrain – Pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ/Control-IQ+ .....</i> | 14 |
| 4.3.3.                                                                                                                                      | <i>Mesures correctives de sécurité sur le terrain – Application mobile t:slim.....</i>                                              | 15 |
| 5.                                                                                                                                          | RESUME DE L'EVALUATION CLINIQUE ET DU SUIVI CLINIQUE APRES COMMERCIALISATION .....                                                  | 15 |
| 5.1.                                                                                                                                        | RESUME DES DONNEES CLINIQUES RELATIVES A UN DISPOSITIF EQUIVALENT .....                                                             | 15 |
| 5.2.                                                                                                                                        | RESUME DES DONNEES CLINIQUES PROVENANT D'AUTRES SOURCES .....                                                                       | 48 |
| 5.3.                                                                                                                                        | RESUME GENERAL DES PERFORMANCES CLINIQUES ET DES CARACTERISTIQUES DE SECURITE .....                                                 | 48 |
| 5.4.                                                                                                                                        | SUIVI CLINIQUE APRES COMMERCIALISATION EN COURS OU PREVU .....                                                                      | 49 |
| UN RESUME DES CARACTERISTIQUES DE SECURITE ET DES PERFORMANCES CLINIQUES DU DISPOSITIF, DESTINE AUX PATIENTS, EST PRESENTE CI-DESSOUS. .... |                                                                                                                                     | 56 |
| 6.                                                                                                                                          | VUE D'ENSEMBLE A L'INTENTION DES PATIENTS .....                                                                                     | 56 |
| 6.1.                                                                                                                                        | CONTEXTE CLINIQUE DU DISPOSITIF .....                                                                                               | 56 |
| 6.2.                                                                                                                                        | SÉCURITÉ.....                                                                                                                       | 56 |
| 6.3.                                                                                                                                        | PROFIL SUGGERE ET FORMATION A L'INTENTION DES UTILISATEURS .....                                                                    | 57 |
| 7.                                                                                                                                          | REFERENCE AUX NORMES HARMONISEES ET AUX SPECIFICATIONS COMMUNES APPLIQUEES.....                                                     | 61 |
| 8.                                                                                                                                          | HISTORIQUE DES RÉVISIONS.....                                                                                                       | 62 |

## Tableaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1. Résumé de l'essai international en boucle fermée sur le diabète (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel, une étude pivot de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ .....                                                                                     | 15 |
| Tableau 2. Résumé de l'essai international en boucle fermée sur le diabète (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel, phase de prolongation A de l'étude pivot de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ .....                                                            | 19 |
| Tableau 3. Résumé de l'essai international en boucle fermée sur le diabète (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel en pédiatrie, une étude de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ .....                                                                              | 22 |
| Tableau 4. Résumé de l'essai international en boucle fermée sur le diabète (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel en pédiatrie - Étude de prolongation de l'étude de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ .....                                                      | 26 |
| Tableau 5. Résumé de l'essai de pancréas artificiel en pédiatrie (PEDAP) : une comparaison contrôlée randomisée de la technologie Control-IQ par rapport à la norme de soins chez les jeunes enfants atteints de diabète de type 1. ....                                               | 29 |
| Tableau 6. Résumé de l'essai de pancréas artificiel en pédiatrie (PEDAP) : une comparaison contrôlée randomisée de la technologie Control-IQ par rapport à la norme de soins chez les jeunes enfants atteints de diabète de type 1 (phase de prolongation) .....                       | 33 |
| Tableau 7. Résumé de la technologie Control-IQ pour les patients à fortes doses d'insuline (Higher-IQ) .....                                                                                                                                                                           | 37 |
| Tableau 8. Résumé de l'évaluation de la sécurité d'un système hybride avancé en boucle fermée utilisant l'insuline Lyumjev avec le Tandem t:slim X2 avec Control-IQ chez les adultes, les adolescents et les enfants atteints de diabète de type 1 .....                               | 40 |
| Tableau 9. Résumé de la sécurité et de l'efficacité de l'administration automatisée et soutenue d'insuline par rapport à la thérapie par capteur et pompe chez les adultes atteints de diabète de type 1 présentant un risque élevé d'hypoglycémie : un essai contrôlé randomisé ..... | 44 |
| Tableau 10. Résumé des résultats de Control-IQ comparant les capteurs Dexcom G6 et G7 chez les adultes atteints de diabète de type 1 .....                                                                                                                                             | 46 |
| Tableau 11. Résumé de l'étude observationnelle Control-IQ (CLIO) .....                                                                                                                                                                                                                 | 49 |
| Tableau 12. Résumé de l'étude post-approbation PS230005 .....                                                                                                                                                                                                                          | 53 |
| Tableau 13. Résumé des études cliniques .....                                                                                                                                                                                                                                          | 57 |

Ce résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques (RCSPC) est destiné à fournir au public un résumé actualisé des principaux aspects du dispositif en matière de caractéristiques de sécurité et de performances cliniques.

Le RCSPC n'est pas destiné à remplacer le guide de l'utilisateur en tant que document principal pour garantir une utilisation sûre du dispositif, ni à fournir des suggestions diagnostiques ou thérapeutiques aux utilisateurs prévus ou aux patients.

Le résumé d'informations suivant est destiné aux professionnels de la santé :

## 1. Identification du dispositif et informations générales

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom commercial du dispositif</b>                                 | Pompe à insuline Tandem Mobi avec la technologie Control-IQ+<br>Réservoir Tandem Mobi 2 mL<br>Application mobile Tandem Mobi                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nom et adresse du fabricant</b>                                  | Tandem Diabetes Care, Inc.<br>12400 High Bluff Drive<br>San Diego, CA 921230<br>États-Unis                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Numéro d'enregistrement unique (SRN)</b>                         | US-MF-000031791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IUD-ID de base</b>                                               | IUD-ID de base de la pompe à insuline Tandem Mobi avec technologie Control-IQ+ : 00389152TF0018738ZJ<br><br>IUD-ID de base du réservoir Tandem Mobi 2 mL : 0389152TF0009858CHN<br><br>IUD-ID de base de l'application mobile Tandem Mobi : 0850018992TF-0011603KR                                                                                                                  |
| <b>Codes de la nomenclature européenne des dispositifs médicaux</b> | Le code EDMN pour la pompe à insuline Tandem Mobi est : Z1204021601 - INSTRUMENTS PORTABLES DE PERFUSION D'INSULINE<br><br>Le code EMDN pour le réservoir Tandem Mobi 2 mL est : Z1204021685 – INSTRUMENTS DE MICROPERFUSION PORTABLES – CONSOMMABLES<br><br>Le code EMDN pour l'application mobile Tandem Mobi est : Z12030382 – INSTRUMENTS DE PERFUSION – ACCESSOIRES LOGICIELS |
| <b>Classe/Règle de classification</b>                               | Pompe à insuline Tandem Mobi avec technologie Control-IQ+ : Classe III selon la règle 22<br><br>Réservoir Tandem Mobi 2 mL : Classe IIa selon la règle 2<br><br>Application mobile Tandem Mobi : Classe III selon la règle d'application 3.3                                                                                                                                       |
| <b>Année de délivrance du premier certificat CE</b>                 | Le dispositif ne porte pas le marquage CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Représentant agréé</b>                                           | MDSS GmbH<br>Schiffgraben 41<br>Hannover 30175, Allemagne<br>DE-AR-000005430                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Organisme notifié</b>                                            | BSI Group Netherlands BV<br>NB 2797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 2. Utilisation prévue du dispositif et indications, contre-indications et populations cibles

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation prévue</b>             | <p>La pompe à insuline Tandem Mobi avec la technologie interopérable (la pompe) est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La technologie Control-IQ+ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe Tandem Mobi pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des résultats de la MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.</p> <p>La cartouche Tandem Diabetes Care de 2 mL est destinée à être utilisée avec la pompe à insuline Tandem Mobi pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).</p> <p>L'application mobile Tandem Mobi permet à l'utilisateur de connecter un smartphone compatible à la pompe grâce à la technologie sans fil Bluetooth®, afin de visualiser les données de la pompe Tandem Mobi et d'exécuter les fonctions de la pompe directement sur son smartphone. L'application mobile Tandem Mobi envoie également des messages et des alertes provenant de la pompe Tandem Mobi sous forme de notifications push sur le smartphone de l'utilisateur. L'application mobile Tandem Mobi peut transmettre les données relatives à la pompe et au traitement de la pompe vers le cloud tant que le smartphone de l'utilisateur est connecté à Internet.</p> |
| <b>Indications</b>                    | Les personnes atteintes de diabète sucré nécessitant de l'insuline, âgées de deux ans et plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Populations de patients visées</b> | Personnes âgées de 2 ans ou plus qui nécessitent une dose totale quotidienne d'insuline d'au moins 5 unités et qui pèsent au moins 9 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contre-indications</b>             | Aucune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 3. Description du dispositif

### 3.1. Vue d'ensemble du dispositif

#### La pompe à insuline Tandem Mobi avec technologie Control-IQ+

La pompe à insuline Tandem Mobi est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.

La technologie Control-IQ+ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à insuline Tandem Mobi pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des

résultats de la MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.

### **Accessoire Réservoir Tandem 2 mL :**

Le réservoir Tandem Mobi de 2 mL est destiné à être utilisé avec la pompe à insuline Tandem Mobi pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).

### **Accessoire Application mobile Tandem Mobi :**

L'application mobile Tandem Mobi permet à l'utilisateur de connecter un smartphone compatible à la pompe grâce à la technologie sans fil Bluetooth®, afin de visualiser les données de la pompe Tandem Mobi et d'exécuter les fonctions de la pompe directement sur son smartphone. L'application mobile Tandem Mobi envoie également des messages et des alertes provenant de la pompe Tandem Mobi sous forme de notifications push sur le smartphone de l'utilisateur. L'application mobile Tandem Mobi peut transmettre les données relatives à la pompe et au traitement de la pompe vers le cloud tant que le smartphone de l'utilisateur est connecté à Internet.

## **3.2. Générations précédentes et variantes**

La technologie Control-IQ+, la version la plus récente de l'algorithme d'administration automatisée d'insuline de la pompe, permet une plage de poids et d'IQT plus large, en plus d'autres modifications visant à améliorer les performances pour les utilisateurs qui ont des débits basaux élevés par rapport à la version originale de la technologie Control-IQ. La technologie Control-IQ+ prend également en charge les débits basaux temporaires et les bolus prolongés pendant une période allant jusqu'à 8 heures avec Control-IQ+ active.

## **3.3. Description des accessoires**

En plus des composants principaux du dispositif décrits ci-dessus, le dispositif est destiné à être utilisé avec les accessoires suivants :

- Socle de charge USB, adaptateur USB mural, câble USB pour charger la batterie interne de la pompe ;
- Boîtier de la pompe/clip

## **3.4. Description d'autres dispositifs destinés à être utilisés en combinaison avec le dispositif**

Les dispositifs suivants sont destinés à être utilisés en combinaison avec la pompe à insuline Tandem Mobi avec technologie Control-IQ+, certains étant disponibles dans le commerce auprès d'autres fabricants :

- Réservoir Tandem Mobi 2 mL
- Application mobile Tandem Mobi
- Système de MCG

|                                 |                |                                                                                                                        |                         |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Document Number:<br>REC-0027855 | Revision:<br>A | Title:<br>Summary of Safety and Clinical Performance, Tandem Mobi,<br>Control-IQ+, Tandem Mobi Mobile Application, fra | Page Number:<br>6 of 62 |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

## 4. Risques et mises en garde

### 4.1. Risques résiduels et effets indésirables

Des données qualitatives sur les effets secondaires et les risques résiduels liés à la technologie Control-IQ+ ont été identifiées grâce à des essais cliniques prospectifs randomisés portant sur la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+, le dispositif équivalent. Voir les **Figure 1**, **Figure 2**, **Figure 3**, **Figure 4** et **Figure 5** pour une quantification de tous les risques associés à la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ (dispositif équivalent) à partir des essais cliniques pivots.

Les données suivantes représentent les performances cliniques de la technologie Control-IQ™ dans cinq études cliniques prospectives pivots. La première étude pivot (DCLP3, participants [N=168, CIQ=112, SAP=56]) incluait des participants âgés de ≥ 14 ans. Une deuxième étude pivot (DCLP5, N=101, CIQ=78, SAP=23) incluait des participants âgés de ≥ 6 ans à 13 ans. Une troisième étude pivot (PEDAP, N=102, CIQ=68, Standard Care=34) incluait des participants âgés de ≥ 2 à < 6 ans. Dans les deux premières études, la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ a été comparée au traitement par la pompe augmentée par capteur (SAP) seul (groupe témoin). Dans la deuxième étude, la technologie Control-IQ a été comparée au traitement standard (SC), qui comprend des injections quotidiennes multiples (IQM) et l'utilisation d'une pompe.

L'essai PEDAP a été suivi d'une phase de prolongation de 3 mois au cours de laquelle tous les participants ont utilisé la technologie Control-IQ+. En outre, l'utilisation d'une dose élevée d'insuline avec la technologie Control-IQ+ a été évaluée chez 34 participants dans le cadre de l'essai à bras unique Higher-IQ. Tous les participants à ces études ont utilisé le système de MCG Dexcom G6.

|                                                          |                                                           | Nombre d'événements |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                          |                                                           | Control-IQ (n=112)  | SAP (n=56) |
| Nombre total d'événements indésirables                   |                                                           | 13                  | 3          |
| Événements indésirables liés au dispositif à l'étude     |                                                           |                     |            |
|                                                          | Cétose (défaillance du site de perfusion)                 | 3                   | 0          |
|                                                          | Hyperglycémie (défaillance du site de perfusion)          | 4                   | 2          |
|                                                          | Hyperglycémie (réservoir défectueux)                      | 1                   | 0          |
|                                                          | Acidocétose diabétique (échec de l'ensemble de perfusion) | 1                   | 0          |
| Événements indésirables non liés à un dispositif d'étude |                                                           |                     |            |
|                                                          | Hyperglycémie (erreur de l'utilisateur)                   | 3                   | 0          |
|                                                          | Hyperglycémie (infection respiratoire)                    | 0                   | 1          |
|                                                          | Pontage coronarien                                        | 1                   | 0          |
|                                                          | Otite externe                                             | 1                   | 0          |
|                                                          | Concussion                                                | 1                   | 0          |

**Figure 1 Types et nombre d'événements indésirables du DCLP3 par groupe de traitement**

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | Nombre d'événements |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | Control-IQ (n=78)   | SAP (n=23) |
| Nombre total d'événements indésirables                                                                                                                                                                    |                                                                      | 16                  | 3          |
| Événements indésirables liés au dispositif à l'étude                                                                                                                                                      |                                                                      |                     |            |
|                                                                                                                                                                                                           | Cétose (défaillance du site de perfusion)                            | 8                   | 0          |
|                                                                                                                                                                                                           | Abcès à l'emplacement du capteur (capteur SGC)                       | 0                   | 2          |
|                                                                                                                                                                                                           | Hyperglycémie (réservoir défectueux)                                 | 1                   | 0          |
| Événements indésirables non liés à un dispositif d'étude                                                                                                                                                  |                                                                      |                     |            |
|                                                                                                                                                                                                           | Hypoglycémie (erreur de l'utilisateur)                               | 1                   | 0          |
|                                                                                                                                                                                                           | Cétose (erreur de l'utilisateur)                                     | 2                   | 1          |
|                                                                                                                                                                                                           | Cétose (gastro-entérite)                                             | 1                   | 0          |
|                                                                                                                                                                                                           | Hyperglycémie (erreur de l'utilisateur)                              | 2                   | 0          |
|                                                                                                                                                                                                           | Suradministration accidentelle d'insuline (erreur de l'utilisateur)* | 1                   | 0          |
| <i>*Un sujet a amorcé la tubulure alors qu'elle était connectée à son corps. Il s'agit d'un effet indésirable grave, qui a nécessité un traitement en salle d'urgence pour prévenir une hypoglycémie.</i> |                                                                      |                     |            |

**Figure 2 Types et nombre d'événements indésirables du DCLP5 par groupe de traitement**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | Nombre d'événements |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | Control-IQ (n=68)   | SC (n=34) |
| Nombre total d'événements indésirables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 71                  | 14        |
| Épisodes d'hypoglycémie sévère (HS)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 2                   | 1         |
| Épisodes d'acidocétose diabétique (ACD)†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 1                   | 0         |
| Autres événements indésirables graves‡ (EIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0                   | 1         |
| Autres événements indésirables N événements/N participants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 68/40               | 12/9      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hyperglycémie avec ou sans cétose liée au dispositif à l'étude     | 39/26               | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hyperglycémie avec ou sans cétose non liée au dispositif à l'étude | 12/9                | 8/7       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hypoglycémie (sans gravité)                                        | 2/2                 | 0/0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brûlure                                                            | 1/1                 | 0/0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COVID-19                                                           | 3/3                 | 0/0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chute                                                              | 1/1                 | 0/0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fracture du doigt                                                  | 1/1                 | 0/0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastro-entérite                                                    | 2/2                 | 2/2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hématurie                                                          | 1/1                 | 0/0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saignement au site du dispositif médical                           | 1/1                 | 0/0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Infection cutanée                                                  | 3/2                 | 0/0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Angine à streptocoque                                              | 1/1                 | 0/0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Infection des voies respiratoires supérieures                      | 1/1                 | 0/0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vomissements                                                       | 0/0                 | 2/1       |
| <p>*Un épisode d'hypoglycémie sévère est défini comme un épisode d'hypoglycémie qui a) a nécessité l'assistance d'une autre personne en raison d'un état de conscience altéré, et b) a nécessité qu'une autre personne administre activement des hydrates de carbone, du glucagon ou d'autres mesures de réanimation.</p> <p>†Épisodes d'ACD répondant aux critères du DCCT.</p> <p>‡Un participant du groupe SC a été hospitalisé pour une crise d'asthme.</p> |                                                                    |                     |           |

**Figure 3 Types et nombre d'événements indésirables du PEDAP par groupe de traitement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | Nombre d'événements |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | CLC-CLC (n=63)      | SC-CLC (n=33) |
| Nombre total d'événements indésirables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 46                  | 29            |
| Épisodes d'hypoglycémie sévère (HS)* N événements/<br>N participants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 2/2                 | 0/0           |
| Autres événements indésirables graves† (EIG)<br>N événements/N participants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 1/1                 | 0/0           |
| Autres événements indésirables N événements/<br>N participants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 43/34               | 29/16         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hyperglycémie avec ou sans cétose liée au dispositif à l'étude     | 20/18               | 8/8           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hyperglycémie avec ou sans cétose non liée au dispositif à l'étude | 10/8                | 12/4          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hypoglycémie (sans gravité)                                        | 1/1                 | 0/0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Allergie SAI                                                       | 1/1                 | 0/0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cellulite                                                          | 0/0                 | 1/1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COVID-19                                                           | 3/3                 | 0/0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fièvre                                                             | 0/0                 | 1/1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gastro-entérite                                                    | 2/2                 | 2/2           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Traumatisme crânien                                                | 0/0                 | 1/1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grippe                                                             | 1/1                 | 0/0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lacération                                                         | 0/0                 | 1/1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pneumonie                                                          | 1/1                 | 0/0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Infection cutanée                                                  | 1/1                 | 2/2           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Infection des voies respiratoires supérieures                      | 1/1                 | 0/0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Syndrome viral                                                     | 1/1                 | 0/0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vomissements                                                       | 1/1                 | 1/1           |
| <i>*Un épisode d'hypoglycémie sévère est défini comme un épisode d'hypoglycémie qui a) a nécessité l'assistance d'une autre personne en raison d'un état de conscience altéré, et b) a nécessité qu'une autre personne administre activement des hydrates de carbone, du glucagon ou d'autres mesures de réanimation.</i><br><i>† Un participant du groupe CLC-CLC a été hospitalisé pour des douleurs musculaires</i> |                                                                    |                     |               |

**Figure 4 Types et nombre d'événements indésirables de la phase de prolongation du PEDAP par groupe de traitement**

|                                                                   |                                                                    | Nombre d'événements                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                    | Tous les participants ont utilisé Control-IQ |
| Nombre total d'événements indésirables                            |                                                                    | 38                                           |
| Épisodes d'hypoglycémie sévère (HS)*                              |                                                                    | 0                                            |
| Épisodes d'acidocétose diabétique (ACD)†                          |                                                                    | 0                                            |
| Autres événements indésirables graves‡ (EIG)                      |                                                                    | 1                                            |
| Autres événements indésirables <i>N événements/N participants</i> |                                                                    | 37/18                                        |
|                                                                   | Hyperglycémie avec ou sans cétose liée au dispositif à l'étude     | 1/1                                          |
|                                                                   | Hyperglycémie avec ou sans cétose non liée au dispositif à l'étude | 0/0                                          |
|                                                                   | Bronchite                                                          | 1/1                                          |
|                                                                   | Insuffisance rénale chronique                                      | 1/1                                          |
|                                                                   | Toux                                                               | 1/1                                          |
|                                                                   | COVID-19                                                           | 2/2                                          |
|                                                                   | Dyslipidémie                                                       | 1/1                                          |
|                                                                   | Hypertension                                                       | 1/1                                          |
|                                                                   | Grippe                                                             | 3/3                                          |
|                                                                   | Entorse ligamentaire                                               | 1/1                                          |
|                                                                   | Migraine                                                           | 1/1                                          |
|                                                                   | Myalgie                                                            | 1/1                                          |
|                                                                   | Nausée/vomissements                                                | 2/2                                          |
|                                                                   | Douleur oropharyngée                                               | 1/1                                          |
|                                                                   | Otite externe                                                      | 1/1                                          |
|                                                                   | Otite moyenne                                                      | 2/2                                          |

**Figure 5 Types et nombre d'événements indésirables de Higher-IQ**

### **Comment les risques potentiels ont été contrôlés ou gérés**

Les risques ont été contrôlés et gérés à travers la conception du dispositif, l'étiquetage et la formation des patients.

### **Risques résiduels et effets indésirables**

De nombreux risques sont communs à l'insulinothérapie en général. L'utilisation des dispositifs présente des risques supplémentaires. Les risques résiduels liés à l'utilisation des dispositifs sont les suivants :

- Hypoglycémie due à une administration excessive d'insuline.
- Hyperglycémie et cétose pouvant entraîner une acidocétose diabétique.
- Infection et signes d'infection, notamment le saignement, la douleur et l'irritation cutanée, y compris les rougeurs, au site de la perfusion d'insuline.

- Réaction allergique ou irritation cutanée due à l'allergie ou à la sensibilité du patient à l'adhésif du dispositif de perfusion utilisée avec le dispositif ou irritation cutanée due au fait que la peau du patient sensible ou facilement irritable.

Tandem Diabetes Care Inc. recueille continuellement des données de surveillance après la commercialisation afin de garantir la sécurité et les performances continues du dispositif. L'étude d'observation Control-IQ a évalué ces risques, ainsi que la sécurité et l'efficacité du dispositif dans un contexte réel.

## 4.2. Mises en garde et précautions

Vous trouverez ci-dessous une liste de mises en garde et de précautions importantes. Consultez le guide de l'utilisateur pour obtenir la liste complète des mises en garde et précautions.

### 4.2.1. Résumé des mises en garde et précautions à l'intention des patients\*

- La technologie Control-IQ+ ne doit pas être utilisée chez les enfants âgés de moins de deux ans. Control-IQ+ ne doit pas non plus être utilisée chez les patients qui ont besoin d'une dose totale quotidienne d'insuline inférieure à 5 unités par jour et ne doit pas être utilisée par les personnes qui pèsent moins de 9 kilogrammes (20 livres), car il s'agit des valeurs minimales requises pour le fonctionnement de Control-IQ+ en toute sécurité.
- Soyez TOUJOURS prêt à injecter l'insuline à l'aide d'une autre méthode si l'administration est interrompue pour quelque raison que ce soit. Votre pompe est conçue pour administrer de l'insuline de manière fiable, mais comme elle n'utilise que de l'insuline à action rapide, vous n'aurez pas d'insuline à action prolongée dans votre corps. L'absence d'une autre méthode d'administration de l'insuline peut entraîner une glycémie très élevée ou une acidocétose diabétique (ACD).
- Ne remplissez JAMAIS votre tubulure lorsque votre dispositif de perfusion est connecté à votre corps. Vérifiez toujours que le dispositif de perfusion est déconnecté de votre corps avant de changer la cartouche ou de remplir la tubulure. Le fait de ne pas déconnecter le dispositif de perfusion du corps avant de changer la cartouche ou de remplir la tubulure peut donner lieu à une administration excessive d'insuline. Cela peut provoquer des épisodes d'hypoglycémie (glycémie basse).
- NE commencez PAS à utiliser votre pompe avant d'avoir lu le guide d'utilisation. Le non-respect des instructions de ce guide de l'utilisateur peut entraîner une administration excessive ou insuffisante d'insuline. Cela peut donner lieu à des épisodes d'hypoglycémie (glycémie basse) ou d'hyperglycémie (glycémie élevée). Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précisions sur l'utilisation de votre pompe, demandez à votre prestataire de soins de santé ou appelez le service client de votre région.
- NE commencez PAS à utiliser votre pompe avant d'avoir reçu une formation appropriée sur son utilisation par un formateur certifié ou par le biais des supports de formation disponibles en ligne. Consultez votre prestataire de soins de santé pour connaître vos besoins individuels en matière de formation à l'utilisation de la pompe.

|                                 |                |                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Document Number:<br>REC-0027855 | Revision:<br>A | Title:<br>Summary of Safety and Clinical Performance, Tandem Mobi,<br>Control-IQ+, Tandem Mobi Mobile Application, fra | Page Number:<br>12 of 62 |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

Le fait de ne pas suivre la formation nécessaire à l'utilisation de votre pompe peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Utilisez UNIQUEMENT les analogues de l'insuline U-100 qui ont été testés et jugés compatibles avec la pompe, indiqués dans le Guide de l'utilisateur, section 1.7 Insulines compatibles. Utilisez uniquement les analogues de l'insuline U-100 qui ont été testés et jugés compatibles avec la pompe, répertoriés dans la section 1.7 Insulines compatibles. L'utilisation d'insuline plus ou moins concentrée peut entraîner une administration excessive ou insuffisante d'insuline. Cela peut donner lieu à des épisodes d'hypoglycémie (glycémie basse) ou d'hyperglycémie (glycémie élevée).
- Pour les patients dont l'administration d'insuline est gérée par un aidant, il est recommandé de désactiver la fonctionnalité de bolus rapide afin d'éviter l'administration involontaire d'un bolus. Des pressions involontaires sur les boutons de la pompe peuvent entraîner une suradministration d'insuline. Cela peut provoquer des épisodes d'hypoglycémie (glycémie basse). Cependant, si votre smartphone est perdu ou endommagé, vous ne pourrez PAS administrer un bolus à l'aide de votre pompe. Contactez votre prestataire de soins de santé pour mettre en place un autre plan d'administration d'insuline si votre smartphone n'est pas disponible et que la fonction Bolus rapide n'est pas activée.

**\*Remarque : se reporter au Guide de l'utilisateur pour toutes les mises en garde et précautions. Le résumé ci-dessus répertorie les mises en garde les plus pertinentes en fonction des risques pour les patients à partir des preuves disponibles.**

#### **4.2.2. Mises en garde et précautions à l'intention des professionnels de la santé**

Consultez le résumé des mises en garde et précautions ci-dessus. Pour une liste complète des mises en garde et des précautions, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

#### **4.3. Résumé des mesures correctives de sécurité sur le terrain**

Voici une liste récapitulative des mesures correctives de sécurité sur le terrain pour la pompe à insuline Tandem Mobi avec technologie Control-IQ+ ou l'application mobile Tandem Mobi. Les mesures sur le terrain liées aux dispositifs équivalents, la pompe à insuline Tandem t:slim X2 avec la technologie Control-IQ/Control+ et l'application mobile Tandem t:slim, sont également répertoriées ci-dessous.

##### **4.3.1. Mesures correctives de sécurité sur le terrain – Pompe à insuline Tandem Mobi avec technologie Control+**

Voici une liste récapitulative des mesures correctives de sécurité sur le terrain pour la pompe à insuline Tandem Mobi avec technologie Control-IQ+ :

Sujet : Interpolation incorrecte de CIQ+

Type de mesure sur le terrain : Avis de correction sur le terrain

Géographie(s) : États-Unis

|                                 |                |                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Document Number:<br>REC-0027855 | Revision:<br>A | Title:<br>Summary of Safety and Clinical Performance, Tandem Mobi, Control-IQ+, Tandem Mobi Mobile Application, fra | Page Number:<br>13 of 62 |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

Date de lancement : 27 févr. 2025

Sujet : Bolus de correction automatique inattendu

Type de mesure sur le terrain : Avis de correction sur le terrain

Géographie(s) : États-Unis

Date de lancement : 06 oct. 2025, suivi de l'alerte de sécurité sur le terrain datant du 05 août 2025

Sujet : Défaillance 12, Moteur de vibrations

Type de mesure sur le terrain : Avis de correction sur le terrain

Géographie(s) : États-Unis

Date de lancement : 06 oct. 2025

#### **4.3.2. Mesures correctives de sécurité sur le terrain – Pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ/Control-IQ+**

Voici une liste récapitulative des mesures correctives de sécurité sur le terrain pour la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ et Control-IQ+ :

Sujet : Rappel concernant la pompe à insuline – les patients âgés de moins de 6 ans

Type de mesure sur le terrain : Avis de sécurité

Géographie(s) : France

Date de lancement : 17 janv. 2022

Sujet : Réglage du débit basal

Type de mesure sur le terrain : Avis de sécurité

Géographie(s) : Mondial - Hors des États-Unis

Date de lancement : 23 févr. 2022

Sujet : Lancement du logiciel X.6

Type de mesure sur le terrain : Avis de correction sur le terrain (États-Unis),

Avis de sécurité (hors États-Unis)

Géographie(s) : Mondial

Date de lancement : 22 mai 2022

Sujet : remplissage de la tubulure pendant qu'elle est connectée

Type de mesure sur le terrain : Avis de sécurité

Géographie(s) : France

Date de lancement : 02 déc. 2024

Sujet : Interpolation incorrecte de CIQ+

Type de mesure sur le terrain : Avis de correction sur le terrain

Géographie(s) : États-Unis

Date de lancement : 27 févr. 2025

Sujet : Bolus de correction automatique inattendu

Type de mesure sur le terrain : Avis de correction sur le terrain

Géographie(s) : États-Unis

|                                 |                |                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Document Number:<br>REC-0027855 | Revision:<br>A | Title:<br>Summary of Safety and Clinical Performance, Tandem Mobi, Control-IQ+, Tandem Mobi Mobile Application, fra | Page Number:<br>14 of 62 |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

Date de lancement : 21 oct. 2025, suivi de l'alerte de sécurité sur le terrain datant du 05 août 2025

Sujet : Défaillance 16, défaillance potentielle du haut-parleur  
 Type de mesure sur le terrain : Avis de sécurité  
 Géographie(s) : Plusieurs pays  
 Date de lancement : 22 juill. 2025

#### 4.3.3. Mesures correctives de sécurité sur le terrain – Application mobile t:slim

Voici une liste récapitulative des mesures correctives de sécurité sur le terrain pour l'application mobile Tandem t:slim :

Sujet : Plantage de l'application mobile entraînant l'épuisement de la batterie de la pompe  
 Type de mesure sur le terrain : Avis de correction sur le terrain  
 Géographie(s) : États-Unis  
 Date de lancement : 26 mars 2024

### 5. Résumé de l'évaluation clinique et du suivi clinique après commercialisation

#### 5.1. Résumé des données cliniques relatives à un dispositif équivalent

La pompe à insuline Tandem Mobi avec la technologie Control-IQ+ et le réservoir Tandem Mobi 2 mL ont été évalués à partir de données provenant du dispositif équivalent, la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ et Control-IQ+, et les réservoirs t:slim 3 mL, qui ont été évalués sur la base d'études cliniques prospectives randomisées et d'études à bras unique.

**Tableau 1. Résumé de l'essai international en boucle fermée sur le diabète (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel, une étude pivot de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étude                            | L'essai international en boucle fermée sur le diabète (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel, une étude pivot de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ (identifiant clinicaltrials.gov : NCT03563313)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dispositif objet de l'étude      | Pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ, cartouche t:slim X2 de 3 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Utilisation prévue du dispositif | <p>La pompe à insuline t:slim X2 est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La technologie Control-IQ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à insuline t:slim X2 pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des résultats de MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.</p> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Le réservoir t:slim X2 3 mL est indiqué pour une utilisation avec le système t:slim X2 pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objectif de l'étude                             | Évaluer l'efficacité et la sécurité de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ dans le cadre d'un vaste essai contrôlé randomisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conception de l'étude                           | Étude prospective randomisée multicentrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Critères d'évaluation principaux et secondaires | <p><u>Critère d'évaluation principal de l'efficacité</u><br/>         Temps passé dans l'intervalle cible de 70-180 mg/dL mesuré par le système de MCG dans le groupe CLC par rapport au groupe SAP</p> <p><u>Critères d'évaluation secondaires de l'efficacité</u><br/>         Pourcentage de temps mesuré par le système de MCG au-dessus de 180 mg/dL<br/>         Glucose moyen mesuré par le système de MCG<br/>         HbA1c à 26 semaines<br/>         Pourcentage de temps mesuré par le système de MCG en dessous de 70 mg/dL<br/>         Pourcentage de temps mesuré par le système de MCG en dessous de 54 mg/dL</p> <p><u>Autres critères d'évaluation secondaires de l'efficacité (considérés comme exploratoires) :</u><br/>         Mesuré par le système de MCG :<br/>         Pourcentage de temps dans l'intervalle 70-140 mg/dL<br/>         Variabilité du glucose mesurée par le coefficient de variation (CV)<br/>         Variabilité du glucose mesurée à l'aide de l'écart-type (ET)<br/>         Pourcentage de temps &lt; 60 mg/dL<br/>         Indice glycémique bas<br/>         Épisodes d'hypoglycémie (définis comme une glycémie &lt; 70 mg/dL pendant au moins 15 minutes consécutives)<br/>         Pourcentage de temps &gt; 250 mg/dL<br/>         Pourcentage de temps &gt; 300 mg/dL<br/>         Indice glycémique élevé</p> <p><u>HbA1c :</u><br/>         HbA1c &lt; 7,0 % à 26 semaines<br/>         HbA1c &lt; 7,5 % à 26 semaines<br/>         Amélioration du taux d'HbA1c entre le début et la 26e semaine &gt; 0,5 %<br/>         Amélioration du taux d'HbA1c entre le début et la 26e semaine &gt; 1,0 %<br/>         Amélioration relative du taux d'HbA1c entre le début et la 26e semaine &gt; 10 %<br/>         Amélioration du taux d'HbA1c entre le début et la 26e semaine &gt; 1,0 % ou taux d'HbA1c &lt; 7,0 % à la 26e semaine</p> <p><u>Questionnaires</u><br/>         Enquête sur la peur de l'hypoglycémie (HFS-II) – score total et sous-échelles<br/>         Échelle de l'évitement de l'hyperglycémie – score total et sous-échelles<br/>         Échelle de détresse du diabète – score total et sous-échelles<br/>         Échelle de confiance en la gestion de l'hyperglycémie – score total<br/>         Scores de sensibilisation à l'hypoglycémie de Clarke<br/>         Résultats de l'enquête INSPIRE<br/>         Échelle de mesure de l'utilisabilité du système (System Usability Scale, SUS)</p> |
| Critères d'inclusion                            | 1. Diagnostic clinique, basé sur l'évaluation de l'investigateur, de diabète de type 1 pour au moins 1 an et utilisation d'insuline depuis au moins 1 an<br>2. Connaissance et utilisation d'un rapport insuline/glucides pour les bolus de repas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>3. Âge <math>\geq 14</math> ans.</p> <p>4. Pour les femmes, ne pas être actuellement enceinte (<i>si la femme est sexuellement active, doit accepter d'utiliser une forme de contraception pour prévenir la grossesse pendant la durée de l'étude. Un test de grossesse sanguin ou urinaire négatif sera exigé pour toutes les femmes en âge de procréer. Les participantes qui tombent enceintes seront exclues de l'étude. De même, les participantes qui manifestent l'intention de tomber enceintes pendant la durée de l'étude seront exclues</i>).</p> <p>5. Les participants âgés de <math>&lt; 18</math> ans doivent habiter avec un ou plusieurs parents/tuteurs légaux qui connaissent les procédures d'urgence en cas d'hypoglycémie sévère et sont capables de contacter le sujet en cas d'urgence.</p> <p>6. Volonté d'interrompre l'utilisation de tout système de MCG personnel pendant la durée de l'essai clinique, une fois que le système de MCG de l'étude est utilisé.</p> <p>7. Volonté d'utiliser une pompe à insuline standard pendant l'étude, sans ajustement automatique de l'insuline en fonction du taux de glucose, lors de l'attribution à participer à un groupe SAP.</p> <p>8. Conviction de l'investigateur que le participant peut utiliser tous les dispositifs de l'étude et est capable d'adhérer au protocole.</p> <p>9. Volonté de passer à l'insuline lispro (Humalog) ou aspart (Novolog) si ce n'est pas déjà le cas, et de n'utiliser aucune autre insuline que lispro (Humalog) ou aspart (Novolog) pendant l'étude.</p> <p>10. Dose totale quotidienned'insuline (DTQ) d'au moins 10 U/jour</p> <p>11. Volonté de ne pas commencer de nouveau traitement hypoglycémiant non-insulinique pendant la durée de l'essai.</p> |
| Critères d'exclusion      | <p>1. Utilisation concomitante d'un traitement hypoglycémiant non insulinique autre que la metformine (y compris les agonistes du GLP-1, le Symlin, les inhibiteurs de la DPP-4, les inhibiteurs du SGLT-2, les sulfonylurées).</p> <p>2. Hémophilie ou tout autre trouble de la coagulation.</p> <p>3. État qui, de l'avis de l'investigateur ou de la personne désignée, présenterait un risque pour le participant ou l'étude.</p> <p>4. Participation à un autre essai pharmaceutique ou de dispositif au moment de l'inscription à l'étude ou pendant le déroulement de celle-ci.</p> <p>5. Être employé par Tandem Diabetes Care, Inc. ou TypeZero Technologies, LLC, ou avoir des membres de sa famille proche employés par ces sociétés, ou avoir un supérieur hiérarchique direct sur le lieu de travail qui participe également de manière directe à la conduite de l'essai clinique (en tant qu'investigateur, coordinateur, etc.) ; ou avoir un premier contact avec un membre de la famille de premier degré directement impliqué dans la conduite de l'essai clinique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de sujets recrutés | Recrutement de 170 sujets au total avec randomisation de 168 sujets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Population de l'étude     | Les femmes représentaient 50 % des sujets. L'âge variait de 14 à 71 ans avec une moyenne d'âge de 33 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Méthodes de l'étude       | Étude clinique randomisée avec une randomisation à 2:1 pour l'intervention avec la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ comparée à une pompe à insuline augmentée par capteur pendant 6 mois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Avantages cliniques       | L'utilisation de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ s'est avérée sûre et efficace, augmentant le temps passé dans l'intervalle cible, réduisant à la fois l'hyperglycémie et l'hypoglycémie, et améliorant simultanément l'hémoglobine glyquée sur une période de 26 semaines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| Effets secondaires ou événements indésirables                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Avant la randomisation   | Après la randomisation    |                          |           |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | Contrôle en boucle fermée | SAP                      |           |
|                                                                                                            | Hyperglycémie avec cétose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                        | 12                        | 2                        |           |
|                                                                                                            | Acidocétose diabétique (ACD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                        | 1                         | —                        |           |
|                                                                                                            | Hyperglycémie sans cétose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                        | 1                         | —                        |           |
|                                                                                                            | Concussion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                        | 1                         | —                        |           |
|                                                                                                            | Otite externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                        | 1                         | —                        |           |
|                                                                                                            | Pontage coronarien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                        | 1                         | —                        |           |
|                                                                                                            | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                        | 17                        | 2                        |           |
| Avantages et risques à long terme                                                                          | Les avantages et les risques à long terme n'ont pas été évalués dans le cadre de cette étude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |                          |           |
| Limitations de l'étude                                                                                     | Il y a eu davantage de contacts non-planifiés dans le groupe en boucle fermée, ce qui a été attribué à l'utilisation d'un dispositif sous étude. Les pompes à insuline utilisées par le groupe de contrôle n'étaient pas dotées d'une fonction permettant d'interrompre l'injection de l'insuline en cas d'hypoglycémie prévue, fonction qui est désormais disponible pour certaines pompes et dont il a été démontré qu'elle réduisait le taux d'hypoglycémies mesurées par les systèmes de mesure continue du glucose. |                          |                           |                          |           |
| Déficiência de dispositif ou remplacements de dispositif pour des raisons de sécurité et/ou de performance |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Groupe de traitement CLC |                           | Groupe de traitement SAP |           |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Control-IQ               | Dexcom G6                 | Pompe SAP                | Dexcom G6 |
|                                                                                                            | Problème de connectivité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82                       | 2                         | —                        | —         |
|                                                                                                            | Défaillance d'un composant nécessitant un remplacement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17                       | 9                         | 1                        | 1         |
|                                                                                                            | Message d'erreur/alerte inapproprié(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28                       | 4                         | —                        | 1         |
|                                                                                                            | Défaillance d'un composant nécessitant une réinitialisation/un redémarrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                        | —                         | —                        | —         |
|                                                                                                            | Comportement inapproprié lié à la calibration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                        | 2                         | —                        | —         |
|                                                                                                            | Interface bloquée/ non-réactive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                        | —                         | —                        | —         |
|                                                                                                            | Message d'erreur inconnue / alerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                        | —                         | —                        | —         |
|                                                                                                            | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137                      | 17                        | 1                        | 2         |

**Tableau 2. Résumé de l'essai international en boucle fermée sur le diabète (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel, phase de prolongation A de l'étude pivot de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étude                                           | L'essai international en boucle fermée sur le diabète (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel, phase de prolongation A de l'étude pivot de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ (identifiant clinicaltrials.gov : NCT03563313)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dispositif objet de l'étude                     | Pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ, cartouche t:slim X2 de 3 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Utilisation prévue du dispositif                | <p>La pompe à insuline t:slim X2 est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La technologie Control-IQ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à insuline t:slim X2 pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des résultats de MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.</p> <p>Le réservoir t:slim X2 3 mL est indiqué pour une utilisation avec le système t:slim X2 pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).</p> |
| Objectif de l'étude                             | <p>1) Parmi les sujets qui ont utilisé Control-IQ dans l'essai contrôlé randomisé initial, pour comparer l'utilisation continue de Control-IQ pendant 3 mois et le passage à Basal-IQ (APH) pendant 3 mois, et</p> <p>2) Parmi les sujets ayant utilisé le SAP dans l'essai contrôlé randomisé initial, pour obtenir des données supplémentaires sur la sécurité en commençant l'utilisation de Control-IQ dans le cadre d'une étude d'observation pendant 3 mois.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conception de l'étude                           | Étude prospective, à bras unique, multicentrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Critères d'évaluation principaux et secondaires | <p><u>Critère d'évaluation principal de l'efficacité</u><br/>         temps passé dans l'intervalle cible de 70-180 mg/dL mesuré par le système de MCG dans le groupe CLC par rapport au groupe APH sur 3 mois. Pour l'étude d'observation chez les sujets qui ont utilisé le SAP pendant l'essai contrôlé randomisé initial, puis sont passés à Control-IQ pendant 3 mois, les résultats en matière de sécurité sont primordiaux.</p> <p><u>Critères d'évaluation supplémentaires</u><br/> <u>Mesuré par le système de MCG :</u><br/>         Contrôle général et hyperglycémie<br/>         Pourcentage de temps dans l'intervalle 70-180 mg/dL<br/>         Pourcentage de temps &gt; 180 mg/dL<br/>         Glycémie moyenne<br/>         Pourcentage de temps &gt; 250 mg/dL<br/>         Pourcentage de temps &gt; 300 mg/dL</p>                                                                                                                                                |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>Indice glycémique élevé<br/>Pourcentage de temps dans l'intervalle 70-140 mg/dL<br/>Hypoglycémie<br/>% &lt; 70 mg/dL<br/>% &lt; 54 mg/dL<br/>% &lt; 60 mg/dL<br/>Indice glycémique bas<br/>Épisodes d'hypoglycémie (définis comme une glycémie &lt; 70 mg/dL pendant au moins 15 minutes consécutives)<br/>Variabilité de la glycémie<br/>Coefficient de variation (CV)<br/>Écart-type<br/><u>HbA1c :</u><br/>HbA1c à 13 semaines<br/>HbA1c &lt; 7,0 % à 13 semaines<br/>HbA1c &lt; 7,5 % à 13 semaines<br/>Amélioration du taux d'HbA1c entre le début et la 13e semaine &gt; 0,5 %<br/>Amélioration du taux d'HbA1c entre le début et la 13e semaine &gt; 1,0 %<br/>Amélioration relative du taux d'HbA1c entre le début et la 13e semaine &gt; 10 %<br/>Amélioration du taux d'HbA1c entre le début et la 13e semaine &gt; 1,0 % ou HbA1c &lt; 7,0 % à la 13e semaine<br/><u>Autres critères d'évaluation</u><br/>Questionnaires<br/>Enquête sur la peur de l'hypoglycémie (HFS-II) – score total, sous-échelles<br/>Échelle de l'évitement de l'hyperglycémie – score total et sous-échelles<br/>Échelle de détresse du diabète – score total et sous-échelles<br/>Échelle de confiance en la gestion de l'hyperglycémie – score total<br/>Scores de sensibilisation à l'hypoglycémie de Clarke<br/>Résultats de l'enquête INSPIRE<br/>Échelle de mesure de l'utilisabilité du système (System Usability Scale, SUS)<br/>Enquête sur l'acceptation des technologies<br/>Questionnaire sur les résultats du rapport du patient de Control-IQ</p> |
| Critères d'inclusion | <p>1. Achèvement réussi de l'essai contrôlé randomisé de 6 mois dans les 14 jours précédents.<br/>2. Pour les femmes, pas de grossesse connue à ce jour.<br/>Pour les femmes sexuellement actives, les sujets ont accepté d'utiliser une forme de contraception pour éviter une grossesse pendant leur participation à l'étude. Un test de grossesse urinaire négatif était exigé pour toutes les femmes en âge de procréer. Les participantes qui sont tombées enceintes ont été exclues de l'étude (aucune participante n'est tombée enceinte pendant le déroulement de l'étude).<br/>3. Les participants âgés de &lt; 18 ans, habitant avec un ou plusieurs parents/tuteurs légaux qui connaissent les procédures d'urgence en cas d'hypoglycémie sévère et sont capables de contacter le sujet en cas d'urgence.<br/>4. Volonté de ne pas utiliser de système de MCG personnel pendant la durée de l'étude.<br/>5. Conviction de l'investigateur de la capacité du participant d'utiliser tous les dispositifs de l'étude et de sa capacité d'adhérer au protocole.<br/>6. Volonté d'utiliser uniquement l'insuline Lispro (Humalog) ou Aspart (Novolog), et de ne pas utiliser d'autres insulines pendant l'étude.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                               | 7. Volonté de ne pas commencer un nouveau traitement hypoglycémiant non insulinique pendant la durée de l'essai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |
| Critères d'exclusion                          | 1. Non achèvement de l'essai contrôlé randomisé initial de 6 mois dans les 14 jours précédents.<br>2. Utilisation concomitante d'un traitement hypoglycémiant non insulinique autre que la metformine (y compris les agonistes du GLP-1, le Symmlin, les inhibiteurs de la DPP-4, les inhibiteurs du SGLT-2, les sulfonyles).<br>3. Hémophilie ou tout autre trouble de la coagulation.<br>4. État qui, de l'avis de l'investigateur ou de la personne désignée, présenterait un risque pour le participant ou l'étude.<br>5. Participation à un autre essai pharmaceutique ou de dispositif au moment de l'inscription à l'étude ou pendant le déroulement de celle-ci.<br>6. Être employé par Tandem Diabetes Care, Inc. ou TypeZero Technologies, LLC, ou avoir des membres de sa famille proche employés par ces sociétés, ou avoir un supérieur hiérarchique direct sur le lieu de travail qui participe également de manière directe à la conduite de l'essai clinique (en tant qu'investigateur, coordinateur, etc.) ; ou avoir un premier contact avec un membre de la famille de premier degré directement impliqué dans la conduite de l'essai clinique. |                         |                         |                         |
| Nombre de sujets recrutés                     | 164 sujets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                         |
| Population de l'étude                         | Âge (moyenne $\pm$ ET) : 33 $\pm$ 16 ans<br>Sexe (% de femmes) : 50 % de femmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                         |
| Méthodes de l'étude                           | Étude de prolongation de 13 semaines pour les sujets ayant terminé l'essai contrôlé randomisé (ECR ; DCLP3) précédent de 6 mois sur le Control-IQ par rapport à la pompe augmentée d'un capteur (SAP). Les sujets du groupe de la pompe augmentée par capteur (SAP) de l'essai contrôlé randomisé initial ont utilisé Control-IQ au cours de l'étude de prolongation. Les sujets du groupe Control-IQ de l'essai contrôlé randomisé initial ont été répartis de manière randomisée 1:1 pour continuer l'utilisation de Control-IQ ou passer à Basal-IQ (système Tandem d'arrêt prédictive avant hypoglycémie – APH).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |
| Avantages cliniques                           | L'utilisation de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ s'est avérée sûre et efficace au cours de l'essai clinique randomisé initial de 6 mois et a donné des résultats durables tout au long de l'étude de prolongation de 13 semaines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |                         |
| Effets secondaires ou événements indésirables |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CLC-CLC<br/>N=54</b> | <b>CLC-APH<br/>N=55</b> | <b>SAP-CLC<br/>N=55</b> |
|                                               | Épisodes d'hypoglycémie sévère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                               | Épisodes d'acidocétose diabétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                               | Événements indésirables graves liés au dispositif à l'étude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                               | Autres événements indésirables graves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                               | Épisodes d'hyperglycémie/de cétose sans ACD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                       | 3                       | 2                       |
|                                               | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                | <b>3</b>                | <b>2</b>                |

|                                                                                                             |                                                                                               |                              |           |                              |           |       |                              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------|------------------------------|-----------|
| Avantages et risques à long terme                                                                           | Les avantages et les risques à long terme n'ont pas été évalués dans le cadre de cette étude. |                              |           |                              |           |       |                              |           |
| Limitations de l'étude                                                                                      | Aucune limite n'a été signalée pour cette étude                                               |                              |           |                              |           |       |                              |           |
| Déficiência de dispositivo ou replacements de dispositivo pour des raisons de sécurité et/ou de performance |                                                                                               | Groupe de traitement CLC-CLC |           | Groupe de traitement CLC-APH |           |       | Groupe de traitement CLC-CLC |           |
|                                                                                                             |                                                                                               | Control -IQ                  | Dexcom G6 | Basal-IQ                     | Dexcom G6 | Autre | Control -IQ                  | Dexcom G6 |
|                                                                                                             | Problème de connectivité                                                                      |                              |           | 1                            |           |       |                              |           |
|                                                                                                             | Défaillance d'un composant nécessitant un remplacement                                        | 2                            | 1         | 9                            | 2         |       | 1                            | 3         |
|                                                                                                             | Défaillance du kit de perfusion                                                               |                              |           | 1                            |           | 1     | 1                            |           |
|                                                                                                             | Défaillance d'un composant nécessitant une réinitialisation/ un redémarrage                   | 1                            |           | 10                           |           |       | 3                            |           |
|                                                                                                             | Épuisement imprévu de la batterie                                                             |                              |           |                              |           |       | 1                            |           |
|                                                                                                             | Interface bloquée/ non-réactive                                                               |                              |           | 1                            |           |       |                              |           |
|                                                                                                             | Défaillance nécessitant un correctif logiciel                                                 | 1                            |           |                              |           |       | 1                            |           |
|                                                                                                             | Erreur de l'utilisateur                                                                       |                              |           |                              |           |       | 1                            |           |
| Total                                                                                                       |                                                                                               | 137                          | 17        | 1                            | 2         |       |                              |           |

**Tableau 3. Résumé de l'essai international en boucle fermée sur le diabète (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel en pédiatrie, une étude de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étude                       | L'essai international en boucle fermée sur le diabète (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel en pédiatrie - Une étude de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ (identifiant clinicaltrials.gov : NCT03844789) |
| Dispositif objet de l'étude | Pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ, cartouche t:slim X2 de 3 mL                                                                                                                                            |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation prévue du dispositif                | <p>La pompe à insuline t:slim X2 est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La technologie Control-IQ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à insuline t:slim X2 pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des résultats de MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.</p> <p>Le réservoir t:slim X2 3 mL est indiqué pour une utilisation avec le système t:slim X2 pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Objectif de l'étude                             | Évaluer l'efficacité et la sécurité de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conception de l'étude                           | Étude prospective randomisée multicentrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Critères d'évaluation principaux et secondaires | <p><u>Critère d'évaluation principal de l'efficacité</u><br/>         Pourcentage mesuré par le système de MCG dans l'intervalle 70-180 mg/dL</p> <p><u>Critères d'évaluation secondaires de l'efficacité</u><br/>         Pourcentage mesuré par le système de MCG au-dessus de 180 mg/dL<br/>         Glucose moyen mesuré par le système de MCG<br/>         HbA1c à 16 semaines<br/>         Pourcentage mesuré par le système de MCG inférieur à 70 mg/dL<br/>         Pourcentage mesuré par le système de MCG inférieur à 54 mg/dL<br/>         Pourcentage mesuré par le système de MCG au-dessus de 250 mg/dL<br/>         Variabilité du glucose mesurée par le coefficient de variation (CV)</p> <p><u>Autres critères d'évaluation secondaires de l'efficacité</u><br/>         Mesuré par le système de MCG<br/>         % dans l'intervalle 70-140 mg/dL<br/>         Variabilité du glucose mesurée à l'aide de l'écart-type (ET)<br/>         % &lt; 60 mg/dL<br/>         Indice glycémique bas<br/>         Épisodes d'hypoglycémie (définis comme une glycémie &lt; 70 mg/dL pendant au moins 15 minutes consécutives)<br/>         % &gt; 300 mg/dL<br/>         Indice glycémique élevé<br/>         % d'amélioration dans l'intervalle 70-180 mg/dL entre le début et la 16e semaine ≥ 5 %<br/>         % d'amélioration dans l'intervalle 70-180 mg/dL entre le début et la 16e semaine ≥ 10 %</p> <p><u>HbA1c</u><br/>         HbA1c &lt; 7,5 % à 16 semaines 1 469<br/>         Amélioration du taux d'HbA1c entre le début et la 16e semaine &gt; 0,5 % 1 470<br/>         Amélioration du taux d'HbA1c entre le début et la 16e semaine &gt; 1,0 % 1 471<br/>         Amélioration relative du taux d'HbA1c entre le début et la 16e semaine &gt; 10 % 1 472</p> |





|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>Amélioration du taux d'HbA1c entre le début et la 16e semaine &gt; 1,0 % ou HbA1c &lt; 7,0 % à la 16e semaine</p> <p><u>Questionnaires</u></p> <p>Score total et sous-échelles de l'enquête sur la peur de l'hypoglycémie (HFS-II)</p> <p>Scores de sensibilisation à l'hypoglycémie de Clarke</p> <p>Enquête sur les problèmes liés au diabète (Problem Areas In Diabetes, PAID)</p> <p>Résultats de l'enquête INSPIRE</p> <p>Score total et sous-échelles du module PedsQL sur le diabète</p> <p>Index de qualité du sommeil de Pittsburgh (parents uniquement)</p> <p>Échelle de mesure de l'utilisabilité du système (System Usability Scale, SUS)</p> <p><u>Autre :</u></p> <p>Dose totale quotidienne d'insuline (unités/kg)</p> <p>Rapport entre l'insuline basale et l'insuline de bolus</p> <p>Poids et indice de masse corporelle (IMC)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Critères d'inclusion | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diagnostic clinique, basé sur l'évaluation de l'investigateur, de diabète de type 1 pour au moins 1 an et l'utilisation d'insuline depuis au moins 1 an</li><li>2. Connaissance et utilisation d'un rapport insuline/glucides pour les bolus de repas.</li><li>3. Âge <math>\geq 6</math> ans et <math>\leq 13</math> ans</li><li>4. Poids <math>\geq 25</math> kg et <math>\leq 140</math> kg</li><li>5. Pour les femmes, ne pas être actuellement enceinte (si la femme est sexuellement active, doit accepter d'utiliser une forme de contraception pour prévenir la grossesse pendant la durée de l'étude. Un test de grossesse sanguin ou urinaire négatif était exigé pour toutes les femmes en âge de procréer. Les participantes tombées enceintes auront été exclues de l'étude. De même, les participantes qui manifestent l'intention de tomber enceintes pendant la durée de l'étude auront été exclues.</li><li>6. Habiter avec au moins un parent ou un tuteur connaissant les procédures d'urgence en cas d'hypoglycémie sévère (et capable de contacter les services d'urgence et le personnel de l'étude).</li><li>7. Volonté d'interrompre l'utilisation de tout système personnel à boucle fermée (à l'exception de la pompe à insuline t:slim X2 avec Basal-IQ si le participant fait partie du groupe de contrôle) utilisé à la maison pendant la durée de l'essai clinique une fois que le système de MCG de l'étude est utilisé.</li><li>8. Conviction de l'investigateur que le participant (ou parent/tuteur) peut utiliser tous les dispositifs de l'étude et est capable d'adhérer au protocole.</li><li>9. Volonté de passer à l'insuline lispro (Humalog) ou aspart (Novolog) si ce n'est pas déjà le cas, et de n'utiliser aucune autre insuline que lispro (Humalog) ou aspart (Novolog) pendant l'étude. Cela inclut :est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à<ol style="list-style-type: none"><li>a. Participants randomisés pour la technologie Control-IQ</li><li>b. Participants sous traitement IQM, randomisés dans le groupe SAP, qui recevront une pompe à insuline t:slim X2 à utiliser pendant l'étude.</li></ol></li><li>10. Dose totale quotidienne d'insuline (DTQ) d'au moins 10 U/jour</li><li>11. Volonté de ne pas commencer de nouveau traitement hypoglycémiant non-insulinique pendant la durée de l'essai.</li><li>12. Volonté du participant et de ses parents/tuteurs de participer à toutes les séances de formation organisées par le personnel de l'étude.</li></ol> |





|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Critères d'exclusion                          | 1. Utilisation concomitante d'un traitement hypoglycémiant non insulinique autre que la metformine (y compris les agonistes du GLP-1, le Symmlin, les inhibiteurs de la DPP-4, les inhibiteurs du SGLT-2, les sulfonylurées).<br>2. Hémophilie ou tout autre trouble de la coagulation.<br>3. État qui, de l'avis de l'investigateur ou de la personne désignée, présenterait un risque pour le participant ou l'étude.<br>4. Participation à un autre essai pharmaceutique ou de dispositif au moment de l'inscription à l'étude ou pendant le déroulement de celle-ci.<br>5. Être employé par Tandem Diabetes Care, Inc. ou TypeZero Technologies, LLC, ou avoir des membres de sa famille proche employés par ces sociétés, ou avoir un supérieur hiérarchique direct sur le lieu de travail qui participe également de manière directe à la conduite de l'essai clinique (en tant qu'investigateur, coordinateur, etc.) ; ou avoir un premier contact avec un membre de la famille de premier degré directement impliqué dans la conduite de l'essai clinique. |              |                   |
| Nombre de sujets recrutés                     | 101 sujets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
| Population de l'étude                         | Les 101 sujets étaient âgés de 6 à 13 ans, l'âge médian étant de 11 ans dans le groupe CLC et de 10 ans dans le groupe SAP. Trente-huit pourcent des sujets étaient de sexe féminin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                   |
| Méthodes de l'étude                           | Les participants éligibles qui n'utilisent pas actuellement une pompe à insuline et un système de MCG Dexcom avec les données minimales requises entameront une phase préliminaire de 2 à 4 semaines qui sera personnalisée en fonction de l'expérience du participant en matière d'utilisation d'une pompe ou d'un MCG. Les participants qui ne participent pas ou qui achèvent la phase préliminaire seront répartis de manière aléatoire dans une proportion de 3:1 entre le groupe de contrôle en boucle fermée (groupe CLC) utilisant la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ et le groupe de contrôle pendant 16 semaines. Le groupe de contrôle se verra proposer une transition vers l'utilisation du CLC et le groupe expérimental prolongera son utilisation du CLC pendant 12 semaines.                                                                                                                                                                                                                                            |              |                   |
| Avantages cliniques                           | L'utilisation de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ s'est avérée sûre et efficace, augmentant le temps passé dans l'intervalle cible et réduisant l'hyperglycémie sur une période de 16 semaines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
| Effets secondaires ou événements indésirables | <b>Nombre d'événements / nombre de participants</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |
|                                               | <b>CLC (N=78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>SAP (N=23)</b> |
|                                               | <b>Événement indésirable lié au dispositif de l'étude</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13/13</b> | <b>2/1</b>        |
|                                               | Abcès au site du capteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0/0          | 2/1               |
|                                               | Hyperglycémie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2/2          | 0/0               |
|                                               | Cétose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10/10        | 0/0               |
|                                               | Administration excessive accidentelle d'insuline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/1          | 0/0               |
|                                               | <b>Événements indésirables non liés au dispositif de l'étude</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3/2</b>   | <b>1/1</b>        |
|                                               | Hypoglycémie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/1          | 0/1               |
|                                               | Cétose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2/2          | 1/1               |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| Avantages et risques à long terme                                                                         | Les avantages et les risques à long terme n'ont pas été évalués dans le cadre de cette étude.                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                               |            |
| Limitations de l'étude                                                                                    | Bien que les critères d'éligibilité aient été assez larges, la population de l'essai n'était pas entièrement représentative de la population générale en matière de statut socio-économique, de niveaux d'hémoglobine glyquée et d'utilisation de dispositifs (pompes et systèmes de mesure continue du glucose) dans la gestion du diabète. |                               |                               |            |
| Déficiência de dispositivo ou remplacimientos de dispositivo para razones de seguridad y/o de performance |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Avant la randomisation</b> | <b>Après la randomisation</b> |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | <b>CL</b>                     | <b>SAP</b> |
|                                                                                                           | Défaillance d'un composant nécessitant un remplacement                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                             | 19                            | 2          |
|                                                                                                           | Erreur de l'utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                             | 6                             | 0          |
|                                                                                                           | Problème de connectivité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                             | 2                             | 0          |
|                                                                                                           | Événement indésirable lié au dispositif                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                             | 0                             | 2          |
|                                                                                                           | Défaillance d'un composant nécessitant une réinitialisation/un redémarrage                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                             | 1                             | 0          |
|                                                                                                           | Message d'erreur inconnue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                             | 1                             | 0          |
|                                                                                                           | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3</b>                      | <b>29</b>                     | <b>4</b>   |

**Tableau 4. Résumé de l'essai international en boucle fermée sur le diabète (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel en pédiatrie - Étude de prolongation de l'étude de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étude                            | L'essai international en boucle fermée sur le diabète (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel en pédiatrie - Étude de prolongation de l'étude de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ (identifiant clinicaltrials.gov : NCT03844789)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dispositif objet de l'étude      | Pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ, cartouche t:slim X2 de 3 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Utilisation prévue du dispositif | <p>La pompe à insuline t:slim X2 est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La technologie Control-IQ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à insuline t:slim X2 pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des résultats de MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.</p> <p>Le réservoir t:slim X2 3 mL est indiqué pour une utilisation avec le système t:slim X2 pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).</p> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectif de l'étude                             | Évaluer l'efficacité et la sécurité durables de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ en pédiatrie, au cours de l'étude de prolongation de l'essai contrôlé randomisé dans laquelle tous les participants ont utilisé le système pendant 12 semaines supplémentaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conception de l'étude                           | Étude prospective, à bras unique, multicentrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Critères d'évaluation principaux et secondaires | <p>Le critère d'évaluation principal de cette étude de prolongation était l'amélioration du temps passé dans l'intervalle cible (70-180 mg/dL) mesuré par le système de MCG dans le groupe SAP après le passage à la technologie Control-IQ de la pompe à insuline t:slim 2 pour l'étude de prolongation de 12 semaines, par rapport au même groupe pendant la phase principale de l'essai contrôlé randomisé.</p> <p>Les critères d'évaluation exploratoires suivants ont également été rapportés :</p> <p>Mesuré par le système de MCG</p> <p>Pourcentage de temps passé dans l'intervalle 70-180 mg/dL</p> <p>Pourcentage de temps passé dans l'intervalle 70-140 mg/dL</p> <p>Glycémie moyenne</p> <p>Variabilité du glucose mesurée à l'aide de l'écart-type (ET)</p> <p>Variabilité du glucose mesurée par le coefficient de variation (CV)</p> <p>Pourcentage de temps au-dessus de 180 mg/dL</p> <p>Pourcentage de temps &gt; 250 mg/dL</p> <p>Pourcentage de temps &gt; 300 mg/dL o Indice glycémique élevé</p> <p>Pourcentage de temps &lt; 70 mg/dL</p> <p>Pourcentage de temps &lt; 60 mg/dL</p> <p>Pourcentage de temps &lt; 54 mg/dL</p> <p>Indice glycémique bas (Low blood glucose index, LBGI)</p> <p>Épisodes d'hypoglycémie (définis comme une glycémie &lt; 70 mg/dL pendant au moins 15 minutes consécutives)</p> <p>% d'amélioration dans l'intervalle 70-180 mg/dL entre le début et la 16e semaine à la 28e semaine ≥ 5 %</p> <p>% d'amélioration dans l'intervalle 70-180 mg/dL entre le début et la 16e semaine à la 28e semaine ≥ 10 %</p> <p>HbA1c</p> <p>HbA1c à 28 semaines</p> <p>HbA1c &lt; 7,0 % à 28 semaines</p> <p>HbA1c &lt; 7,5 % à 28 semaines</p> <p>Amélioration de l'HbA1c entre la 16e semaine de référence et la 28e semaine &gt; 0,5 %</p> <p>Amélioration de l'HbA1c entre la 16e semaine de référence et la 28e semaine &gt; 1,0 %</p> <p>Amélioration relative de l'HbA1c entre la 16e semaine de référence et la 28e semaine &gt; 10 %</p> <p>Amélioration de l'HbA1c entre la 16e semaine de référence et la 28e semaine &gt; 1,0 % ou HbA1c &lt; 7,0 % à 28 semaines</p> <p>Questionnaires</p> |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>Score total de l'enquête sur la peur de l'hypoglycémie (HFS-II), score du comportement (éviter et maintenir d'une glycémie élevée) et score de l'inquiétude (impuissance et conséquences sociales)</p> <p>Scores de sensibilisation à l'hypoglycémie de Clarke</p> <p>Enquête sur les problèmes liés au diabète (Problem Areas In Diabetes, PAID)</p> <p>Résultats de l'enquête INSPIRE</p> <p>Module sur la qualité de vie du diabète au niveau pédiatrique (Pediatric Quality of Life Diabetes Module) - score total et 5 sous-échelles :</p> <p>Diabète</p> <p>Traitement I</p> <p>Traitement II</p> <p>Inquiétude</p> <p>Communication</p> <p>Index de qualité du sommeil de Pittsburgh (parents uniquement)</p> <p>Échelle de mesure de l'utilisabilité du système (System Usability Scale, SUS)</p> |
| Critères d'inclusion      | Achèvement réussi de l'essai contrôlé randomisé DCLP5 sur 4 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Critères d'exclusion      | Échec de l'achèvement de l'essai contrôlé randomisé DCLP5 sur 4 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre de sujets recrutés | 100 sujets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Population de l'étude     | Les 100 sujets étaient âgés de 6 à 13 ans, l'âge moyen étant de 11 ans dans le groupe CLC-CLC et de 10 ans dans le groupe SAP-CLC. Les femmes représentaient respectivement 49 % et 50 % des deux groupes de traitement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Méthodes de l'étude       | Il s'agit de l'étude de prolongation de l'essai contrôlé randomisé DCLP5, qui était une prolongation prévue dans le protocole d'exemption de dispositif expérimental approuvé. Après la première phase (4 mois d'essai contrôlé randomisé en groupes parallèles avec une randomisation 3:1 pour l'intervention avec le système en boucle fermée (CLC) par rapport à la pompe augmentée par capteur (SAP)), l'étude de prolongation a duré pendant les 12 semaines suivantes au cours desquelles le groupe de contrôle initial a utilisé le système en boucle fermée (SAP-CLC) et le groupe d'intervention initial a prolongé l'utilisation du système en boucle fermée pour la même période (CLC-CLC).                                                                                                       |
| Avantages cliniques       | L'utilisation de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ s'est avérée sûre et efficace, augmentant le temps passé dans l'intervalle cible et réduisant l'hyperglycémie ; des améliorations étaient visibles dès le premier jour d'utilisation et ont duré tout au long d'une période de 28 semaines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Effets secondaires ou événements indésirables                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nombre d'événements / nombre de participants |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLC-CLC (N=78)                               | SAP-CLC (N=22) |
|                                                                                                            | <b>Événement indésirable lié au dispositif de l'étude</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                |
|                                                                                                            | Hyperglycémie avec ou sans cétose liée à un problème avec le kit de perfusion de la pompe                                                                                                                                                                                                                                                    | 7/6                                          | 2/1            |
|                                                                                                            | Hyperglycémie avec ou sans cétose due à un problème au niveau du système de MCG                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/5                                          | 2/1            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/1                                          | 0/0            |
|                                                                                                            | <b>Événements indésirables non liés au dispositif à l'étude</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                |
|                                                                                                            | Cétose due à une maladie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/0                                          | 1/1            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0                                          | 1/1            |
| Avantages et risques à long terme                                                                          | Les avantages et les risques à long terme n'ont pas été évalués dans le cadre de cette étude.                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |
| Limitations de l'étude                                                                                     | Bien que les critères d'éligibilité aient été assez larges, la population de l'essai n'était pas entièrement représentative de la population générale en matière de statut socio-économique, de niveaux d'hémoglobine glyquée et d'utilisation de dispositifs (pompes et systèmes de mesure continue du glucose) dans la gestion du diabète. |                                              |                |
| Déficiência de dispositif ou remplacements de dispositif pour des raisons de sécurité et/ou de performance | Voir ci-dessous les types de problèmes liés aux dispositifs dans l'étude de prolongation par groupe de traitement :                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLC-CLC                                      | SAP-CLC        |
|                                                                                                            | Défaillance d'un composant nécessitant un remplacement                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                           | 3              |
|                                                                                                            | Erreur de l'utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                            | 0              |
|                                                                                                            | Message d'erreur inconnue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                            | 2              |
| <b>Total</b>                                                                                               | <b>17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5</b>                                     |                |

**Tableau 5. Résumé de l'essai de pancréas artificiel en pédiatrie (PEDAP) : une comparaison contrôlée randomisée de la technologie Control-IQ par rapport à la norme de soins chez les jeunes enfants atteints de diabète de type 1.**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étude                       | L'essai de pancréas artificiel en pédiatrie (PEDAP) : une comparaison contrôlée randomisée de la technologie Control-IQ par rapport à la norme de soins chez les jeunes enfants atteints de diabète de type 1 (identifiant clinicaltrials.gov : NCT04796779) |
| Dispositif objet de l'étude | Pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ, cartouche t:slim X2 de 3 mL                                                                                                                                                                          |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation prévue du dispositif                | <p>La pompe à insuline t:slim X2 est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La technologie Control-IQ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à insuline t:slim X2 pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des résultats de MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.</p> <p>Le réservoir t:slim X2 3 mL est indiqué pour une utilisation avec le système t:slim X2 pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objectif de l'étude                             | Évaluer l'efficacité, la qualité de vie et la sécurité d'un système de contrôle en boucle fermée (CLC) (pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ) dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé chez des enfants âgés de 2 ans et < 6 ans atteints de diabète de type 1, en comparaison avec les soins standard (SC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conception de l'étude                           | Essai clinique contrôlé randomisé et multisite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Critères d'évaluation principaux et secondaires | <p>Le critère d'évaluation principal de l'efficacité était le pourcentage mesuré par le système de MCG dans l'intervalle 70-180 mg/dL entre Control-IQ (Contrôle en boucle fermée, CLC) et le traitement standard (SC) – défini comme des injections quotidiennes multiples d'insuline (IQM) ou l'utilisation d'une pompe à insuline sans capacité de boucle fermée hybride (BFH) (la fonctionnalité d'interruption à faible taux de glucose ou d'arrêt prédictive avant hypoglycémie était autorisée) en conjonction avec le système de MCG de l'étude sur 13 semaines.</p> <p>Les critères d'évaluation secondaires suivants ont été testés de manière hiérarchique afin de préserver l'erreur globale de type 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pourcentage mesuré par le système de MCG au-dessus de 250 mg/dL</li> <li>• Glucose moyen mesuré par le système de MCG</li> <li>• HbA1c à 13 semaines</li> <li>• Pourcentage mesuré par le système de MCG inférieur à 70 mg/dL</li> <li>• Pourcentage mesuré par le système de MCG inférieur à 54 mg/dL</li> </ul> <p>Les critères d'évaluation exploratoires de l'efficacité comprenaient diverses mesures du contrôle glycémique basées sur le système de MCG et des évaluations binaires de l'HbA1c.</p> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | D'autres résultats clés comprenaient une série de questionnaires psychosociaux, des mesures de l'administration d'insuline et des mesures du poids et de l'indice de masse corporelle (IMC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Critères d'inclusion      | La cohorte de l'étude comprenait des enfants âgés de 2 à < 6 ans atteints de diabète de type 1 (DT1) depuis au moins 6 mois et utilisant de l'insuline depuis au moins 6 mois. La dose totale quotidienne d'insuline des participants devait être d'au moins 5 U/jour, avec un poids corporel d'au moins 20 livres (9 kg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Critères d'exclusion      | Les exclusions comprenaient l'utilisation de tout agent hypoglycémiant non insulinique ; l'hémophilie ou tout autre trouble de la coagulation ; > 1 épisode d'hypoglycémie sévère avec convulsions ou perte de conscience au cours des 3 derniers mois ; > 1 événement d'ACD au cours des 6 derniers mois non lié à une maladie, à une défaillance du kit de perfusion ou au diagnostic initial ; antécédents d'insuffisance rénale chronique ou actuellement sous hémodialyse ; antécédents d'insuffisance surrénale ; hypothyroïdie non traitée de manière adéquate ; toute autre affection qui, de l'avis de l'investigateur ou de son représentant, mettrait en danger le participant ou l'étude ; et utilisation actuelle d'un système hybride en boucle fermée (HCL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre de sujets recrutés | 102 sujets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Population de l'étude     | L'âge moyen était de $3,84 \pm 1,23$ ans (tranche d'âge de 2,00 à 5,98) dans le groupe CLC, et de $4,06 \pm 1,25$ ans (tranche d'âge de 2,02 à 5,90) dans le groupe SC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Méthodes de l'étude       | <p>L'éligibilité a été évaluée après la signature du consentement. Les participants éligibles qui n'utilisent pas actuellement un système de mesure continue du glucose (MCG) Dexcom G5 ou Dexcom G6 répondant aux exigences minimales d'utilisation ont entamé une phase préliminaire de 2 à 6 semaines qui a été personnalisée en fonction de l'expérience du participant en matière d'utilisation d'un système de MCG.</p> <p>Les participants qui n'ont pas participé ou qui ont achevé la phase préliminaire ont été répartis de manière aléatoire dans une proportion de 2:1 entre l'intervention utilisant Tandem t:slim X2 avec la technologie Control-IQ ou le groupe de contrôle des soins standard (SC) utilisant l'insulinothérapie existante en conjonction avec le MCG de l'étude.</p> <p>Un contact par téléphone ou vidéoconférence a eu lieu 3 (<math>\pm 2</math>) jours après la randomisation uniquement pour les participants sous traitement IQM lors du recrutement attribués au groupe CLC. Des contacts supplémentaires par téléphone/vidéoconférence ont eu lieu à 7 (<math>\pm 2</math>) jours et à 10 semaines (<math>\pm 7</math> jours) après la randomisation. Les visites ont eu lieu à 2 semaines (<math>\pm 4</math> jours), à 6 semaines (<math>\pm 7</math> jours) et à 13 semaines (<math>\pm 7</math> jours) après la randomisation. La plupart des visites ont été virtuelles. Lors de la randomisation et de la visite à 13 semaines, un échantillon de sang a été prélevé pour permettre de déterminer l'HbA1c par le laboratoire central. Des questionnaires psychosociaux ont été remplis lors du dépistage et de la visite à 13 semaines.</p> |





|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avantages cliniques                           | <p>Au cours de cet essai contrôlé randomisé, les participants utilisant la CLC ont passé beaucoup plus de temps dans l'intervalle cible de 70 à 180 mg/dL, soit une augmentation d'environ 3 heures par jour, par rapport aux participants du groupe SC qui utilisaient le système de MCG en conjonction avec leur méthode habituelle d'administration de l'insuline.</p> <p>Le bénéfice de l'augmentation du temps passé dans l'intervalle cible a été observé sur l'ensemble des caractéristiques des participants, y compris l'âge, la race et l'origine ethnique, le niveau d'éducation des parents, le revenu familial, le niveau initial d'hémoglobine glyquée et la méthode d'administration de l'insuline avant l'étude (pompe à insuline ou injections d'insuline).</p> <p>L'effet bénéfique de la CLC s'est également traduit par une réduction du temps &gt; 250 mg/dL, de la glycémie moyenne et de l'hémoglobine glyquée. Le taux d'hypoglycémie mesuré par le système de MCG était faible au départ et n'a pas différé d'un groupe à l'autre lors du suivi.</p> <p>Les participants ont utilisé le système CLC en toute sécurité. La fréquence des événements cliniques d'hypoglycémie sévère et d'hypoglycémie mesurée par le système de MCG était faible et similaire dans les deux groupes. Un plus grand nombre de cas de défaillance du site de perfusion de la pompe entraînant une hyperglycémie avec ou sans cétose ont été signalés dans le groupe CLC par rapport au groupe SC. Toutefois, cela reflète probablement une différence de déclaration entre les groupes, comme cela a été observé dans d'autres études. Cette présomption est étayée par la constatation d'un taux plus faible d'épisodes d'hyperglycémie prolongée dans le groupe CLC par rapport au groupe SC.</p> <p>L'étude a été menée pendant l'urgence de santé publique due au COVID-19 aux États-Unis, ce qui a nécessité l'élaboration de processus pour former les familles des participants à l'utilisation du système CLC de manière virtuelle plutôt que par l'approche conventionnelle avec des visites en personne. En conséquence, plus de 80 % de la formation au CLC et plus de 90 % de toutes les visites ont été effectuées de manière virtuelle. L'utilisation réussie du CLC dans ces conditions est une découverte importante qui pourrait avoir une incidence sur l'approche adoptée pour mettre en place et surveiller l'utilisation des systèmes de CLC et étendre l'utilisation de ces systèmes, en particulier pour les participants vivant dans des régions sans endocrinologue.</p> <p>En résumé, dans cet essai sur 13 semaines portant sur des enfants âgés de 2 à &lt; 6 ans atteints de DT1, avec une formation au dispositif virtuel pour plus de 80 % des participants, l'utilisation d'un système en boucle fermée hybride avec la technologie Control IQ était sûre et associée à une augmentation des taux de glucose dans l'intervalle cible par rapport à l'administration d'insuline des soins standard utilisée avec un système de MCG.</p> |
| Effets secondaires ou événements indésirables | <p>Soixante et onze événements indésirables ont été signalés pour 41 (60 %) participants du groupe CLC et 14 événements pour 11 (32 %) participants du groupe SC (P=0,001). Deux cas d'hypoglycémie sévère ont été enregistrés</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | dans le groupe CLC et un cas dans le groupe SC. Un cas d'acidocétose diabétique est survenu dans le groupe CLC et aucun dans le groupe SC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Avantages et risques à long terme                                                                         | Les avantages et les risques à long terme n'ont pas été évalués dans le cadre de cette étude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Limitations de l'étude                                                                                    | La surreprésentation des familles à statut socio-économique élevé dans la cohorte de l'essai peut affecter la généralisation des résultats. La période d'essai sur 13 semaines seulement a constitué une limite supplémentaire. Il y a eu plus de contacts avec les patients du groupe en boucle fermée qu'avec ceux du groupe de soins standard ; il s'agit d'un problème inhérent aux essais dans lesquels un groupe utilise un dispositif expérimental et l'autre groupe reçoit des soins standard. |
| Déficience de dispositif ou remplacements de dispositif pour des raisons de sécurité et/ou de performance | 51 épisodes d'hyperglycémie/cétose ont été signalés dans le groupe CLC, principalement liés à des défaillances du dispositif de perfusion, et 8 dans le groupe SC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Tableau 6. Résumé de l'essai de pancréas artificiel en pédiatrie (PEDAP) : une comparaison contrôlée randomisée de la technologie Control-IQ par rapport à la norme de soins chez les jeunes enfants atteints de diabète de type 1 (phase de prolongation)**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étude                            | L'essai de pancréas artificiel en pédiatrie (PEDAP) : une comparaison contrôlée randomisée de la technologie Control-IQ par rapport à la norme de soins chez les jeunes enfants atteints de diabète de type 1 (phase de prolongation) (identifiant clinicaltrials.gov : NCT04796779).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dispositif objet de l'étude      | Pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ+, cartouche t:slim X2 de 3 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Utilisation prévue du dispositif | <p>La pompe à insuline t:slim X2 est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La technologie Control-IQ+ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à insuline t:slim X2 pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des résultats de la MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.</p> <p>Le réservoir t:slim X2 3 mL est indiqué pour une utilisation avec le système t:slim X2 pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).</p> |
| Objectif de l'étude              | Évaluer l'efficacité, la qualité de vie et la sécurité d'un système de contrôle en boucle fermée (t:slim X2 avec la technologie Control-IQ) dans une phase de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | prolongation faisant suite à un essai contrôlé randomisé chez des enfants âgés de 2 à < 6 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conception de l'étude                           | Phase de prolongation après un essai randomisé chez des enfants âgés de 2 à < 6 ans atteints de diabète de type 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Critères d'évaluation principaux et secondaires | <p>La phase de prolongation décrite ci-dessous a été précédée d'un essai contrôlé randomisé (ECR) sur 13 semaines en groupes parallèles comparant un groupe recevant des soins standard (SC) (système de MCG de l'étude plus injections quotidiennes multiples d'insuline [IQM] ou pompe à insuline sans contrôle en boucle fermée hybride) à un groupe de contrôle en boucle fermée (CLC) (t:slim X2 avec technologie Control-IQ).</p> <p>Au cours de la période initiale de la phase de prolongation (semaines 14 à 26 de l'étude), le groupe SC de l'essai contrôlé randomisé est passé à l'utilisation du CLC pendant 13 semaines (SC-CLC) et le groupe CLC de l'essai contrôlé randomisé a continué à utiliser le CLC pendant la même période (CLC-CLC).</p> <p>Des comparaisons statistiques formelles entre l'essai contrôlé randomisé et la phase de prolongation ont été effectuées pour les principaux critères d'évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pourcentage mesuré par le système de MCG dans l'intervalle 70-180 mg/dL (TIR)</li> <li>• Pourcentage mesuré par le système de MCG au-dessus de 250 mg/dL</li> <li>• Glucose moyen mesuré par le système de MCG</li> <li>• HbA1c à 13 semaines</li> <li>• Pourcentage mesuré par le système de MCG inférieur à 70 mg/dL</li> <li>• Pourcentage mesuré par le système de MCG inférieur à 54 mg/dL</li> <li>• Module PedsQL sur le diabète – score total</li> <li>• Inventaire pédiatrique pour les parents (Pediatric Inventory for Parents, PIP)             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Score total du domaine de la fréquence</li> <li>○ Score total du domaine de la difficulté</li> </ul> </li> <li>• Enquête INSPIRE</li> <li>• Score global de l'index de qualité du sommeil de Pittsburgh (PSQI)</li> <li>• Enquête sur la peur de l'hypoglycémie pour les parents (HFS-P) – score total</li> <li>• Échelle de confiance en matière d'hypoglycémie (HCS)</li> <li>• Échelle de mesure de l'utilisabilité du système (System Usability Scale, SUS)</li> </ul> <p>Les résultats en matière de sécurité sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre d'épisodes d'hypoglycémie sévère (HS) et taux d'épisodes d'hypoglycémie sévère pour 100 années-personnes</li> <li>• Nombre d'épisodes d'ACD et taux d'épisodes d'ACD pour 100 années-personnes</li> <li>• Autres événements indésirables graves</li> <li>• Tous les événements indésirables à signaler</li> <li>• Nombre de jours civils avec un taux de cétone <math>\geq 1,0</math> mmol/l</li> </ul> |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Connexes au dispositif expérimental :<ul style="list-style-type: none"><li>○ Effets indésirables associés au dispositif (ADE)</li><li>○ Événements indésirables graves associés au dispositif (SADE)</li><li>○ Effets indésirables imprévus associés au dispositif (UADE)</li></ul></li></ul> <p>Les autres résultats comprenaient des mesures de l'administration d'insuline et des mesures du poids et de l'indice de masse corporelle (IMC).</p> <p>Pour la période d'utilisation prolongée (au-delà de la 26e semaine), les résultats étaient analogues à ceux calculés pour la période initiale de la phase de prolongation.</p> <p>Les résultats de la période des épreuves de provocation comprenaient des événements liés à la sécurité et des mesures du système de MCG pendant la période de l'épreuve, et jusqu'à 4 heures par la suite, et pendant la nuit après les épreuves.</p>              |
| Critères d'inclusion      | Les participants à l'essai contrôlé randomisé précédent étaient des enfants âgés de 2 à < 6 ans atteints de diabète de type 1 (DT1) et traités à l'insuline depuis au moins 6 mois. La dose totale quotidienne d'insuline des participants devait être d'au moins 5 U/jour, avec un poids corporel d'au moins 20 livres (9 kg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Critères d'exclusion      | Les exclusions comprenaient l'utilisation de tout agent hypoglycémiant non insulinique ; l'hémophilie ou tout autre trouble de la coagulation ; > 1 épisode d'hypoglycémie sévère avec convulsions ou perte de conscience au cours des 3 derniers mois ; > 1 événement d'acidocétose diabétique (ACD) au cours des 6 derniers mois non lié à une maladie, à une défaillance du kit de perfusion ou au diagnostic initial ; antécédents d'insuffisance rénale chronique ou actuellement sous hémodialyse ; antécédents d'insuffisance surrénale ; hypothyroïdie non traitée de manière adéquate ; toute autre affection qui, de l'avis de l'investigateur ou de son représentant, mettrait en danger le participant ou l'étude ; et utilisation actuelle d'un système hybride en boucle fermée (HCL).                                                                                                                                                |
| Nombre de sujets recrutés | 96 sujets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Population de l'étude     | L'âge moyen était de $4,10 \pm 1,23$ ans (tranche d'âge de 2,30 à 6,33) dans le groupe CLC-CLC, et de $4,32 \pm 1,23$ ans (tranche d'âge de 2,35 à 6,22) dans le groupe SC-CLC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Méthodes de l'étude       | <p>La phase de prolongation décrite ci-dessous a été précédée d'un essai contrôlé randomisé (ECR) sur 13 semaines en groupes parallèles comparant un groupe recevant des soins standard (SC) (système de MCG de l'étude plus injections quotidiennes multiples d'insuline [IQM] ou pompe à insuline sans contrôle en boucle fermée hybride) à un groupe de contrôle en boucle fermée (CLC) (t:slim X2 avec technologie Control-IQ).</p> <p>Au cours de la période initiale de la phase de prolongation (semaines 14 à 26 de l'étude), le groupe SC de l'essai contrôlé randomisé est passé à l'utilisation du CLC pendant 13 semaines (SC-CLC) et le groupe CLC de l'essai contrôlé randomisé a continué à utiliser le CLC pendant la même période (CLC-CLC). Après la visite à 26 semaines, les participants ont pu continuer à utiliser le CLC pour une période d'utilisation prolongée supplémentaire qui s'est terminée le 31 juillet 2022.</p> |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>Un sous-ensemble de participants a pris part à une étude auxiliaire facultative d'épreuves de provocation par l'exercice/alimentaire, qui comprenait 1) un bolus de repas sauté, 2) un bolus de repas complet plus de l'exercice, et 3) une séance d'exercice séparée.</p> <p>Une version actualisée (1.5) du système Control-IQ, plus facile à utiliser et comportant des modifications spécifiques de l'algorithme destinées à améliorer la sécurité et les performances pour cette population d'utilisateurs d'insuline à faible dose (dose quotidienne totale faible), a été utilisée pendant la phase de prolongation et les périodes d'utilisation prolongée. Les participants attribués au groupe de l'essai contrôlé randomisé traité par SC ont reçu une formation complète basée sur la pompe mise à jour, tandis que les participants assignés au groupe de l'essai contrôlé randomisé traité par CLC ont reçu une brève session de formation pour passer en revue toutes les caractéristiques nouvelles ou modifiées de la pompe.</p> <p>Un contact téléphonique ou par vidéoconférence a eu lieu 3 (<math>\pm 2</math>) jours après le début de la phase de prolongation. Des contacts téléphoniques supplémentaires ont eu lieu à 14 semaines (<math>\pm 2</math> jours) et à 23 semaines (<math>\pm 7</math> jours). D'autres vidéoconférences ou visites à la clinique ont eu lieu à 15 semaines (<math>\pm 4</math> jours), à 19 semaines (<math>\pm 7</math> jours) et à 26 semaines (<math>\pm 7</math> jours).</p> <p>Au cours de la période d'utilisation prolongée qui a débuté à la 26<sup>e</sup> semaine, les participants ont eu des vidéoconférences ou des visites à la clinique toutes les 13 semaines (<math>\pm 7</math> jours) jusqu'à la fin de l'étude.</p> <p>La plupart des visites ont été virtuelles. Lors de la visite à 26 semaines, un échantillon de sang a été prélevé pour permettre de déterminer le taux d'HbA1c par le laboratoire central, des questionnaires psychosociaux ont été remplis et un sous-ensemble de participants a pris part à une session de groupe de discussion. À chaque intervalle successif de 13 semaines pendant la période d'utilisation prolongée, un autre échantillon de sang a été prélevé pour permettre de déterminer l'HbA1c par le laboratoire central.</p> |
| Avantages cliniques                           | <p>Au cours de cette phase de prolongation de 13 semaines et de la période d'utilisation prolongée qui a suivi l'essai contrôlé randomisé PEDAP auprès d'enfants âgés de 2 à &lt; 6 ans atteints de DT1, l'utilisation d'un système en boucle fermée hybride avec la technologie Control-IQ+ s'est avérée sûre et efficace sur une période prolongée, comprenant une utilisation totale du système combinant l'essai contrôlé randomisé, la phase de prolongation et la période d'utilisation prolongée de 23 582 jours (64,6 années-participants).</p> <p>Les résultats ont également révélé que l'utilisation de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ auprès de ce jeune groupe d'âge est associée à de solides améliorations dans les résultats rapportés par les patients (RRP) couramment utilisés, et les entretiens sur l'expérience des utilisateurs mettent en évidence les avantages au-delà des résultats glycémiques.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Effets secondaires ou événements indésirables | <p>Il y a eu peu d'effets indésirables graves, que ce soit dans le groupe CLC-CLC comme dans le groupe SC-CLC. Deux cas d'hypoglycémie sévère sont survenus, sans lien avec le dispositif de l'étude. Il n'y a eu aucun épisode d'ACD. Au cours des épreuves de provocation alimentaire/par l'exercice, il n'y</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | a pas eu d'événements indésirables graves ou liés à l'étude, et les mesures du système de MCG n'ont montré aucun problème, que ce soit pendant les épreuves, immédiatement par la suite, ou pendant la nuit après les épreuves.  |
| Avantages et risques à long terme                                                                          | Les avantages et les risques à long terme n'ont pas été évalués dans le cadre de cette étude.                                                                                                                                    |
| Limitations de l'étude                                                                                     | Moins d'un tiers des participants se sont soumis à des entretiens sur l'expérience des utilisateurs. Il est possible que les expériences fournies par les participants ne reflètent pas entièrement l'ensemble de l'échantillon. |
| Déficiência de dispositif ou remplacements de dispositif pour des raisons de sécurité et/ou de performance | L'hyperglycémie avec ou sans cétose due à une défaillance du dispositif de perfusion ou à une maladie était fréquente et non imprévue. Il n'y a pas eu d'effets indésirables imprévus associés au dispositif.                    |

**Tableau 7. Résumé de la technologie Control-IQ pour les patients à fortes doses d'insuline (Higher-IQ)**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étude                            | Technologie Control-IQ pour les patients à fortes doses d'insuline atteints de diabète de type 1 (Higher-IQ) (identifiant clinicaltrials.gov : NCT05422053)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dispositif objet de l'étude      | Pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ+, cartouche t:slim X2 de 3 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Utilisation prévue du dispositif | <p>La pompe à insuline t:slim X2 est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La technologie Control-IQ+ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à insuline t:slim X2 pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des résultats de la MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.</p> <p>Le réservoir t:slim X2 3 mL est indiqué pour une utilisation avec le système t:slim X2 pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).</p> |
| Objectif de l'étude              | Évaluer la sécurité et explorer les résultats glycémiques de l'utilisation d'un système d'administration automatisée de l'insuline, ou AID (pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ+) chez des adultes atteints de diabète de type 1 (DT1) qui prévoyaient d'utiliser au moins un débit basal > 3 unités/heure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conception de l'étude            | Étude clinique prospective multicentrique à bras unique d'une durée de 13 semaines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Critères d'évaluation principaux et secondaires | <p>Critères d'évaluation principaux de la sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hypoglycémie sévère (avec déficience cognitive de telle sorte que l'assistance d'une autre personne est nécessaire pour le traitement) pendant l'étude comparée aux données sur les épisodes d'hypoglycémie sévère rapportés par le registre clinique du diabète de type 1 (T1D Exchange) sur une période de trois mois.</li><li>• Acidocétose diabétique (taux d'épisodes)</li><li>• Nombre d'effets indésirables imprévus associés au dispositif (UADE)</li><li>• Nombre d'autres événements indésirables graves (EIG)</li></ul> <p>Critères d'évaluation secondaires de la sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tous les événements indésirables</li><li>• Résultats de l'hypoglycémie par le système de MCG<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Pourcentage global de temps &lt; 54 mg/dL</li><li>◆ Pourcentage global de temps &lt; 70 mg/dL</li></ul></li></ul> <p>Exploratoire :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Temps dans l'intervalle – global (70-180 mg/dL, &gt; 180 mg/dL, &gt; 250 mg/dL, 70-140 mg/dL)</li><li>• Glycémie moyenne</li><li>• Variabilité globale (coefficient de variation [CV] et écart-type [ET])</li><li>• Changement de l'hémoglobine A1C (HbA1c) par rapport à la valeur de départ</li><li>• Mesures de MCG pour l'hypoglycémie, l'hyperglycémie et la variabilité pendant le jour et la nuit</li></ul> |
| Critères d'inclusion                            | Les principaux critères d'inclusion étaient les suivants : (1) âge ≥ 18 ans et diagnostic de DT1 depuis au moins un an, (2) utilisation actuelle de CSII avec n'importe quelle marque de pompe à insuline depuis au moins trois mois, et intention d'utiliser au moins un débit basal supérieur à 3 unités/heure avec la pompe de l'étude, et (3) hémoglobine A1c (HbA1c) < 10,5 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Critères d'exclusion                            | Les principaux critères d'exclusion étaient les suivants : (1) plus d'un épisode d'hypoglycémie sévère (nécessitant une assistance) ou d'acidocétose diabétique (ACD) au cours des six derniers mois, (2) grossesse, (3) dose instable d'agoniste du récepteur du glucagon-like peptide-1 (GLP-1), d'inhibiteur de la protéine de transport du sodium-glucose 2 (SGLT-2) ou d'un autre médicament pour le contrôle de la glycémie/la perte de poids au cours des trois derniers mois, (4) début d'un nouveau traitement hypoglycémiant ou amaigrissant non insulinique pendant l'essai, (5) insuffisance surrénalienne et (6) autre maladie chronique considérée par l'investigateur comme interférant avec la participation à l'étude. L'utilisation d'une insuline autre que U-100 Lispro ou Aspart n'était pas autorisée avec la pompe. Il n'était pas nécessaire d'avoir une expérience préalable avec le système de mesure continue du glucose (MCG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de sujets recrutés                     | 34 sujets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Population de l'étude                         | L'âge moyen était de $39,9 \pm 11,9$ ans, 41,2 % étaient des femmes et la durée du diabète était de $21,8 \pm 11,2$ ans. L'IQT moyenne au moment du recrutement était de 1,2 unité/kg par jour, avec une plage de 0,5 à 2,0 unités/kg par jour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Méthodes de l'étude                           | <p>Il s'agissait d'une étude prospective à bras unique portant sur 13 semaines d'utilisation à domicile de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ chez des personnes atteintes de diabète de type 1 qui prévoyaient d'utiliser au moins un débit basal &gt; 3 unités/heure, âgées de 18 ans et plus.</p> <p>La technologie Control-IQ+ supprime la limitation du débit de base à 3 unités/heure qui était présente dans les versions antérieures de la technologie Control-IQ, et permet une plus large plage de poids et d'insuline quotidienne totale (IQT) dans le système. Cette étude a été conçue pour montrer que le système fonctionnait en toute sécurité lors de son utilisation avec des débits basaux de profil d'utilisateurs supérieurs à 3 unités/heure.</p> <p>Les participants à l'étude ont été recrutés sur 4 sites d'étude clinique.</p> <p>Après la formation à l'utilisation du dispositif, les participants ont utilisé le système pendant 13 semaines. Des épreuves de provocation par l'exercice et alimentaire ont été réalisées au cours de l'étude. Les taux d'HbA1c au laboratoire central ont été recueillis au début et à la fin de la période de traitement (utilisation du dispositif à l'étude).</p> <p>Les participants ont également pu continuer à prendre d'autres médicaments pour le contrôle de la glycémie et/ou la perte de poids, tels que les inhibiteurs du SGLT-2, les agonistes des récepteurs du GLP-1 ou les inhibiteurs de la DPP-IV, à condition de maintenir une dose stable.</p> |
| Avantages cliniques                           | <p>L'utilisation de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+, avec la suppression de la limitation du débit basal de 3 unités/heure, s'est avérée sûre et efficace chez les personnes atteintes de diabète de type 1 utilisant des débits basaux &gt; 3 unités/heure et des doses quotidiennes totales d'insuline élevées.</p> <p>Les taux d'HbA1c ont montré une amélioration significative du début à la fin de la période de traitement de 13 semaines, avec un changement moyen de -0,82 % et une valeur <math>P &lt; 0,0001</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Effets secondaires ou événements indésirables | Il n'y a pas eu d'hypoglycémie sévère ou d'ACD au cours de l'étude. Il n'y a pas eu d'effets indésirables pendant les épreuves de provocation de l'étude. Toutes les épreuves de provocation ont été achevées en toute sécurité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Avantages et risques à long terme             | Les avantages et les risques à long terme n'ont pas été évalués dans le cadre de cette étude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Limitations de l'étude                        | Les limites de l'étude comprennent l'absence de groupe de contrôle et, en tant qu'étude de sécurité, la taille de l'échantillon était relativement faible, ce qui rendait difficile l'examen de sous-groupes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déficiences de dispositif ou remplacements de dispositif pour des raisons de sécurité et/ou de performance | Il n'y a eu qu'un seul cas de cétones dû à une défaillance du dispositif de perfusion. Celui-ci a été résolu par une injection de secours conformément au plan de sécurité de l'étude. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tableau 8. Résumé de l'évaluation de la sécurité d'un système hybride avancé en boucle fermée utilisant l'insuline Lyumjev avec le Tandem t:slim X2 avec Control-IQ chez les adultes, les adolescents et les enfants atteints de diabète de type 1.**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étude                                           | Évaluation de la sécurité d'un système hybride avancé à boucle fermée utilisant l'insuline Lyumjev avec le Tandem t:slim X2 avec Control-IQ chez les adultes, les adolescents et les enfants atteints de diabète de type 1 (identifiant clinicaltrials.gov : NCT05403502)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dispositif objet de l'étude                     | Pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ+, cartouche t:slim X2 de 3 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Utilisation prévue du dispositif                | <p>La pompe à insuline t:slim X2 est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La technologie Control-IQ+ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à insuline t:slim X2 pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des résultats de la MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.</p> <p>Le réservoir t:slim X2 3 mL est indiqué pour une utilisation avec le système t:slim X2 pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).</p> |
| Objectif de l'étude                             | Évaluer la sécurité de l'utilisation de l'insuline Lyumjev (insuline Lispro-aabc) dans la pompe à insuline Tandem t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ chez les adultes et les enfants atteints de diabète de type 1 dans un cadre ambulatoire pour justifier l'étiquetage du système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conception de l'étude                           | Étude clinique prospective multicentrique à bras unique d'une durée de 13 semaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Critères d'évaluation principaux et secondaires | <p>Critères d'évaluation principaux de la sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hypoglycémie sévère (l'hypoglycémie sévère est définie comme une déficience cognitive de telle manière que l'assistance d'une autre personne est nécessaire pour le traitement).</li> <li>• Acidocétose diabétique (ACD)</li> <li>• Effets indésirables imprévus associés au dispositif</li> <li>• Autres événements indésirables graves</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réactions indésirables associées aux médicaments</li> </ul> <p>Critères d'évaluation secondaires de la sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les événements indésirables</li> <li>• Résultats de l'hypoglycémie mesurée par le système de MCG : 24 heures et pendant les périodes postprandiales pour les repas annoncés, à l'exclusion des épreuves de provocation alimentaire décrites séparément ci-dessous.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pourcentage de temps &lt; 54 mg/dL</li> <li>• Pourcentage de temps &lt; 70 mg/dL</li> <li>• Taux d'épisodes d'hypoglycémie, définis comme une glycémie &lt; 54 mg/dL pendant 15 minutes consécutives ou plus.</li> </ul> </li> </ul> <p>Les autres résultats exploratoires comprenaient le pic de glycémie postprandial mesuré par le système de MCG, diverses autres mesures du contrôle glycémique basées sur la MCG, l'HbA1c, les mesures d'administration de l'insuline et les questionnaires sur les résultats rapportés par les patients.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Critères d'inclusion | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Âge de 6 à &lt; 81 ans</li> <li>2. Diagnostic de diabète de type 1 depuis au moins 1 an</li> <li>3. Utilisation actuelle de la technologie Control-IQ depuis au moins 3 mois, avec des données de MCG enregistrées indiquant l'utilisation du système (boucle fermée active) pendant ≥ 85 % du temps possible au cours des 14 jours précédant le recrutement</li> <li>4. Dose totale quotidienne d'insuline (DTQ) d'au moins 2 U/jour</li> <li>5. HbA1c &lt; 10,5 %.</li> <li>6. Résidant à plein temps aux États-Unis sans voyage en dehors des États-Unis prévu durant la participation à l'étude.</li> <li>7. Pour les participants âgés de &lt; 18 ans, habitant avec un ou plusieurs parents/tuteurs légaux qui connaissent les procédures d'urgence en cas d'hypoglycémie sévère et sont capables de contacter le participant en cas d'urgence, et disposés à utiliser l'application Dexcom Follow (avec les notifications push activées) pendant toute la durée de l'étude.</li> <li>8. Si le participant est âgé de &gt; 18 ans, il doit avoir une personne qui vit à moins de 30 minutes qui soit disposée à être contactée si l'équipe de l'étude n'arrive pas à joindre le participant en cas d'urgence médicale présumée.</li> <li>9. Le participant a accepté de participer à l'étude ; il a lu, compris et signé le formulaire de consentement éclairé (FCE) et l'assentiment, le cas échéant ; il a accepté de suivre toutes les procédures de l'étude, y compris :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• interrompre l'utilisation de tout système de MCG personnel pendant la durée de l'essai clinique, une fois que le système de MCG de l'étude est utilisé ;</li> <li>• passer à ou poursuivre l'utilisation de l'insuline Humalog pendant la période d'introduction ;</li> <li>• passer à l'insuline Lyumjev pendant la période principale de l'étude ;</li> <li>• être disposé et capable d'effectuer les épreuves de provocation par exercices et alimentaires prévus dans le cadre de l'étude.</li> </ul> </li> <li>10. L'investigateur est convaincu que le participant peut utiliser tous les dispositifs à l'étude et qu'il est capable de respecter le protocole, y compris de</li> </ol> |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>réagir aux alertes et aux alarmes, et d'assurer une autogestion de base du diabète.</p> <p>11. Le participant et/ou le parent/tuteur légal sont capables de lire et de comprendre l'anglais</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Critères d'exclusion      | <p>Les principaux critères d'exclusion étaient une hypoglycémie sévère (HS) ou une acidocétose diabétique (ACD) au cours des 6 derniers mois, ou une condition médicale ou autre considérée comme un problème de sécurité par l'investigateur du site.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de sujets recrutés | <p>179 sujets ont terminé la phase préliminaire Humalog et ont commencé l'insuline Lyumjev, et 173 sujets ont effectué la visite à la 13e semaine après avoir commencé l'insuline Lyumjev.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Population de l'étude     | <p>Les participants qui ont commencé à utiliser l'insuline Lyumjev étaient âgés de 6 à 75 ans (109 avaient &lt; 18 ans et 70 avaient ≥ 18 ans) ; 166 (95 %) étaient blancs et 12 (7 %) étaient d'origine hispanique. L'HbA1c moyenne était de 7,2 % +/-0,9.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Méthodes de l'étude       | <p>L'étude comportait deux périodes : la période d'introduction à l'insuline Humalog (~16 jours) et la période de traitement à l'insuline Lyumjev (13 semaines).</p> <p>Les participants ont entamé une période d'introduction à l'insuline Humalog d'environ 16 jours. Les participants qui ont terminé la période d'introduction à l'insuline Humalog, indiquée par 85 % d'utilisation active en boucle fermée pendant cette période, ont été formés à l'utilisation de la pompe de l'étude avec l'insuline Lyumjev et ont entamé la période de traitement à la Lyumjev pendant 13 semaines.</p> <p>Il a été demandé aux participants d'effectuer 1 bolus repas manqué et 1 épreuve de provocation par exercice à domicile pendant la période d'introduction à l'Humalog, puis 3 épreuves de provocation alimentaire et 3 épreuves de provocation par exercices à domicile pendant la période de traitement à l'insuline Lyumjev.</p> <p>Un contact téléphonique ou par vidéoconférence a eu lieu 3 jours (±1 jour) après le début de l'utilisation du système en boucle fermée avec Lyumjev. Des contacts supplémentaires par téléphone/vidéoconférence ont eu lieu à 1 semaine (±2 jours), 2 semaines (±2 jours), 3 semaines (±7 jours) et 9 semaines (±7 jours). Une visite à la clinique a eu lieu à 6 semaines (±7 jours) et la visite finale à la clinique à 13 semaines (91-98 jours).</p> <p>L'HbA1c a été mesurée dans un laboratoire central à la fin de la période d'introduction à l'insuline Humalog et à la fin de la période de traitement à l'insuline Lyumjev (visite à 13 semaines). Des questionnaires ont été remplis lors de la sélection et de la visite à 13 semaines.</p> |
| Avantages cliniques       | <p>L'utilisation de Lyumjev dans la pompe à insuline Tandem t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ a été bien tolérée avec peu d'effets indésirables et aucune augmentation de l'hypoglycémie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>Les taux d'hypoglycémie sévère et d'ACD étaient plus faibles que dans les données du registre clinique de diabète de type 1 (T1D Exchange), la comparaison statistique répondant aux critères de réussite préspecifiés.</p> <p>La sécurité de l'insuline Lyumjev a été maintenue tout en obtenant un temps élevé dans l'intervalle et une légère réduction de l'hyperglycémie par rapport à l'insuline Humalog, ainsi qu'une amélioration des mesures de la qualité de vie par rapport au début de l'étude.</p> <p>Par conséquent, cet essai a démontré que l'utilisation de Lyumjev dans la pompe à insuline Tandem t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ était sûre pour les participants adultes et pédiatriques atteints de diabète de type 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Effets secondaires ou événements indésirables | <p>Aucun épisode d'hypoglycémie sévère n'est survenu au cours de la période de lispro de 16 jours. Au cours de la période Lyumjev de 13 semaines, trois épisodes d'hypoglycémie sévère (HS) sont survenus chez trois participants (un dans la cohorte adulte et deux dans la cohorte pédiatrique), l'un d'entre eux étant associé à une crise ou à une perte de conscience. Aucun des événements n'a été attribué au dispositif. Un événement s'est produit en raison d'un bolus manuel sans manger, un autre après avoir fait de l'exercice et avoir remplacé la recommandation du calculateur de bolus de zéro unité à un bolus manuel de 1,5 unité, et le troisième après avoir fait un bolus manuel avant de faire de l'exercice alors que la glycémie était encore de 60 mg/dL. Le taux global d'hypoglycémie sévère (HS) était de 6,6 pour 100 années-personnes, et le taux de HS associé à une crise ou à une perte de conscience était de 2,2 pour 100 années-personnes. Le pourcentage de participants ayant eu au moins un épisode d'hypoglycémie sévère (HS) nécessitant l'assistance d'une tierce personne était de 1,7 % et le pourcentage de participants ayant eu une HS associée à une crise ou à une perte de conscience était de 0,6 % par rapport à la fréquence de 6,1 % de correspondance selon l'âge d'au moins un épisode de HS associé à une crise ou à une perte de conscience au cours d'une période de 3 mois dans le registre de diabète de type 1 (T1D Exchange) (P = 0,07 comparant 1,7 % par rapport à 6,1 % et P = 0,02 comparant 0,6 % par rapport à 6,1 %).</p> <p>Aucun cas d'ACD n'est survenu pendant la période lispro ou la période Lyumjev. Dans le registre clinique du diabète de type 1 (T1D Exchange), 2,8 % des participants d'âge correspondant ont signalé une ACD au cours d'une période de 3 mois (P = 0,04 en comparant 0 % par rapport à 2,8 %).</p> |
| Avantages et risques à long terme             | <p>Les avantages et les risques à long terme n'ont pas été évalués dans le cadre de cette étude.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Limitations de l'étude                        | <p>L'essai ne comportait pas de groupe de contrôle randomisé concomitant et la comparaison des critères glycémiques avec Lyumjev a été effectuée sur une courte période d'utilisation de lispro précédant l'utilisation de Lyumjev. La cohorte de l'étude était composée d'utilisateurs existants de Control-IQ et comptait trop peu de participants issus de minorités et de participants ayant un statut socio-économique inférieur pour évaluer si les réactions au site de perfusion et d'autres paramètres de sécurité pouvaient différer en fonction de la race, de l'origine ethnique ou du statut socio-économique. Pour l'évaluation</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | des principaux paramètres de sécurité (HS et ACD), des comparaisons ont été effectuées avec des données collectées rétrospectivement dans le registre clinique du diabète de type 1 (T1D Exchange), une cohorte du monde réel qui diffère probablement d'une cohorte d'essai clinique et dont les données ont été collectées à une époque où la grande majorité des personnes atteintes de diabète n'utilisaient pas encore de dispositifs en boucle fermée hybride (BFH). Comme les participants n'étaient pas dans l'ignorance quant à l'insuline utilisée, il est possible que certains des effets observés avec Lyumjev, y compris les bénéfices observés dans les enquêtes PRO, soient attribuables à un effet d'étude lié à l'utilisation de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+. |
| Déficiência de dispositif ou remplacements de dispositif pour des raisons de sécurité et/ou de performance | Aucun événement indésirable grave n'a été lié au dispositif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Tableau 9. Résumé de la sécurité et de l'efficacité de l'administration automatisée et soutenue d'insuline par rapport à la thérapie par capteur et pompe chez les adultes atteints de diabète de type 1 présentant un risque élevé d'hypoglycémie : un essai contrôlé randomisé**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étude                            | Innocuité et efficacité de l'administration automatisée et soutenue d'insuline par rapport à la thérapie par capteur et pompe chez les adultes atteints de diabète de type 1 présentant un risque élevé d'hypoglycémie : un essai contrôlé randomisé (identifiant clinicaltrials.gov : NCT04266379)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dispositif objet de l'étude      | Pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ, cartouche t:slim X2 de 3 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Utilisation prévue du dispositif | <p>La pompe à insuline t:slim X2 est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La technologie Control-IQ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à insuline t:slim X2 pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des résultats de MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.</p> <p>Le réservoir t:slim X2 3 mL est indiqué pour une utilisation avec le système t:slim X2 pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).</p> |
| Objectif de l'étude              | Évaluer la sécurité et l'efficacité de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ chez les adultes atteints de diabète de type 1 (DT1) présentant un risque élevé d'hypoglycémie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conception de l'étude                           | Étude prospective, randomisée, contrôlée, multicentrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Critères d'évaluation principaux et secondaires | <p>Le résultat principal était le changement du temps sous la cible (TBR) mesuré par le système de MCG (pourcentage de temps MCG [%time] &lt; 70 mg/dL) par rapport à la valeur de départ.</p> <p>Les principaux résultats secondaires, testés de manière hiérarchique pour préserver la signification statistique, comprenaient le temps mesuré par le système de MCG dans l'intervalle cible (TIR ; 70-180 mg/dL), le temps au-dessus de l'intervalle (TAR), la lecture moyenne du capteur de glucose (SG), et le pourcentage de temps par le système de MCG avec un niveau de glucose &lt; 54 mg/dL. En cas d'absence de comparaison significative, toutes les comparaisons suivantes de la liste hiérarchique ont été considérées comme exploratoires.</p> <p>Les principaux résultats en matière de sécurité comprenaient la fréquence d'hypoglycémie sévère et de l'acidocétose diabétique.</p> |
| Critères d'inclusion                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Âge ≥ 18 ans</li> <li>2. Diagnostic clinique de DT1 &gt; 1 an.</li> <li>3. HbA1c &lt; 10/5 %</li> <li>4. Administration d'insuline par pompe à insuline pendant &gt; 6 mois</li> <li>5. Formation au comptage des glucides</li> <li>6. Score de Clarke &gt; 3, et/ou expérience d'hypoglycémie sévère au cours des 6 derniers mois.</li> <li>7. Confirmation d'un temps inférieur à l'intervalle (TBR ; défini comme une lecture du glucose du capteur [SG] &lt; 70 mg/dL) de ≥ 5 % au cours de la période préliminaire de 2 semaines avec la MCG en aveugle.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Critères d'exclusion                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test de grossesse positif chez les femmes en âge de procréer</li> <li>2. Toute maladie chronique associée à un traitement (sauf l'insuline) affectant le métabolisme du glucose</li> <li>3. Utilisation d'inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose 2 au cours des 3 derniers mois</li> <li>4. Absence de soutien social ou familial capable d'intervenir en cas d'épisode d'hypoglycémie sévère</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre de sujets recrutés                       | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Population de l'étude                           | Adultes atteints de DT1 présentant un risque élevé d'hypoglycémie (défini par un score de Clarke > 3 et un TBR ≥ 5 %) et/ou des antécédents d'hypoglycémie sévère.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Méthodes de l'étude                             | Essai randomisé en parallèle (2:1) de l'AID (pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ) par rapport à la MCG et à la thérapie par pompe pendant 12 semaines. Une prolongation facultative de 12 semaines avec l'AID a été proposée à tous les participants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Avantages cliniques                             | Cet essai contrôlé randomisé parallèle porte exclusivement sur des adultes atteints de DT1 présentant un risque élevé d'hypoglycémie, une population peu étudiée avec les systèmes AID, et démontre la supériorité de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ par rapport à la thérapie par pompe à insuline augmentée par capteur au cours de la phase de randomisation de 12 semaines et de la phase de prolongation de 12 semaines. L'évolution du TBR (résultat primaire) depuis le début jusqu'à l'intervention de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>l'étude à 12 semaines a été considérablement différente entre les groupes d'étude, avec une diminution de -3,7 points de pourcentage avec l'AID (n=49) contre le S&amp;P (n=22). Les changements dans le TIR et le TAR (résultats secondaires) étaient également considérablement différents entre les deux groupes d'étude, avec une augmentation du TIR de +8,6 % et une diminution du TAR de -5,3 % liée à l'effet de l'AID.</p> <p>Au cours de la prolongation de 12 semaines, les effets de l'AID ont été maintenus dans le groupe AID et reproduits dans le groupe de pompe augmentée par capteur. Ces données montrent la durabilité des effets de l'utilisation des AID pendant 24 semaines et la reproductibilité de ces effets chez les personnes nouvellement exposées aux AID.</p>                                                   |
| Effets secondaires ou événements indésirables | <p>Deux épisodes d'hypoglycémie sévère sont survenus au cours de la période préliminaire, dont l'un a entraîné le retrait de l'étude. Un épisode d'hypoglycémie sévère et deux épisodes d'hyperglycémie avec cétose sont survenus dans le groupe AID pendant la phase d'entraînement, alors que l'AID n'était pas encore activé. Deux épisodes d'hypoglycémie sévère, deux acidocétoses (dont une dans la phase de prolongation, qui a entraîné le retrait du patient de l'étude) et un épisode d'hyperglycémie &gt; 300 mg/dL sans cétose sont survenus pendant l'utilisation de l'AID. Tous les épisodes d'hyperglycémie, avec ou sans cétose ou acidocétose, étaient liés à des occlusions des cathéters de perfusion. Deux événements indésirables graves sont survenus pendant l'utilisation de l'AID, mais n'étaient pas liés au diabète.</p> |
| Avantages et risques à long terme             | <p>Les avantages et les risques à long terme n'ont pas été évalués dans le cadre de cette étude.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Limitations de l'étude                        | <p>Courte durée de l'étude/exposition à la thérapie AID, l'essai a été réalisé dans des hôpitaux universitaires avec un personnel dédié et formé pour soutenir les participants, ce qui peut ne pas refléter la pratique réelle dans des environnements ambulatoires typiques. Seuls 6 participants avaient une HbA1c <math>\geq 8\%</math> au départ, ce qui indique que les conclusions pourraient ne pas s'appliquer aux personnes qui présentent simultanément une hypoglycémie fréquente/sévère et une HbA1c élevée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Tableau 10. Résumé des résultats de Control-IQ comparant les capteurs Dexcom G6 et G7 chez les adultes atteints de diabète de type 1**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étude                            | Résultats de Control-IQ comparant les capteurs Dexcom G6 et G7 chez les adultes atteints de diabète de type 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dispositif objet de l'étude      | Pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ, cartouche t:slim X2 de 3 mL, application mobile Tandem t:slim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Utilisation prévue du dispositif | <p>La pompe à insuline t:slim X2 est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La technologie Control-IQ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à insuline</p> |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>t:slim X2 pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des résultats de MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.</p> <p>Le réservoir t:slim X2 3 mL est indiqué pour une utilisation avec le système t:slim X2 pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).</p> <p>L'application mobile Tandem t:slim est un accessoire destiné à être utilisé comme un dispositif logiciel connecté capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des pompes à insuline compatibles, notamment en recevant et en affichant des informations sur la pompe et en envoyant des commandes d'administration d'insuline à la pompe à insuline t:slim X2 connectée et compatible de l'utilisateur.</p> |
| Objectif de l'étude                             | Analyser les résultats réels des utilisateurs de Dexcom G7 qui ont associé leur capteur à la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conception de l'étude                           | Analyse rétrospective monocentrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Critères d'évaluation principaux et secondaires | L'analyse a porté sur le pourcentage de temps pendant lequel le CGM était actif, le pourcentage de temps en boucle fermée et les mesures de MCG standard (pourcentage de temps à 70-180 mg/dL, 70-140 mg/dL, < 70 mg/dL, < 54 mg/dL, > 180 mg/dL, > 250 mg/dL, glycémie moyenne, écart-type de la glycémie, coefficient de variation de la glycémie et indice de risque glycémique) entre Dexcom G6 et Dexcom G7 lors de leur utilisation avec la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Critères d'inclusion                            | <p>Les participants devaient être des adultes (âge <math>\geq 18</math> ans) et avoir déjà utilisé la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ.</p> <p>Les participants devaient être des utilisateurs antérieurs du Dexcom G6 et disposer d'au moins 30 jours de données du G6 avec utilisation active de la technologie Control-IQ directement avant de commencer le Dexcom G7 avec la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ, ainsi que de 30 jours de données du G7 avec utilisation active de la technologie Control-IQ directement après avoir commencé le G7 avec la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ, pour être définis comme des utilisateurs actifs de la technologie Control-IQ.</p>                                                                                                                                                                |
| Critères d'exclusion                            | Les utilisateurs d'autres capteurs de MCG pris en charge n'ont pas été inclus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre de sujets recrutés                       | 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Population de l'étude                           | 463 adultes (âge moyen $36 \pm 15$ ans, 59 % de femmes, durée antérieure d'utilisation de Control-IQ égale à $4 \pm 2$ ans) ont commencé à utiliser le Dexcom G7 associé à la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ entre novembre 2023 et juin 2024 après avoir précédemment utilisé le Dexcom G6 avec leur pompe Tandem, et disposant d'au moins 30 jours de données Control-IQ avant et après le début de l'utilisation du G7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes de l'étude                           | L'analyse des données a été réalisée à partir des données des pompes à insuline téléchargées sur le système de gestion des données Tandem t:connect et Tandem Source pour les patients identifiés à la clinique d'endocrinologie pour adultes du Barbara Davis Center. Les résultats ont été répertoriés pour les 30 jours d'utilisation du Dexcom G7 avec la technologie Control-IQ après le début de l'utilisation du G7.                                                                                                                                                              |
| Avantages cliniques                           | Le temps moyen d'utilisation des capteurs et le temps moyen en boucle fermée étaient très élevés avec l'utilisation de chaque capteur. Le temps moyen dans l'intervalle 70-180 mg/dL était de 70,7 % pendant l'utilisation du G6 et de 71,1 % pendant l'utilisation du G7 avec la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ, ce qui montre que la plupart des individus ont atteint l'objectif consensuel de > 70 % de temps dans l'intervalle. La plupart des personnes ont également atteint les objectifs consensuels de temps à < 70 mg/dL et de temps à < 54 mg/dL. |
| Effets secondaires ou événements indésirables | Aucun signalement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Avantages et risques à long terme             | Les avantages et les risques à long terme n'ont pas été évalués dans le cadre de cette étude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 5.2. Résumé des données cliniques provenant d'autres sources

Une vue d'ensemble de l'analyse documentaire systématique réalisée par Tandem est incluse dans le rapport d'évaluation clinique. L'analyse a permis de recenser plusieurs articles dans lesquels la pompe à insuline Tandem Mobi avec la technologie Control-IQ+, ou un dispositif équivalent, avec les accessoires associés, ont été utilisés. Ces articles indiquent que la technologie Control-IQ répond aux attentes de performances et de sécurité. Les études n'ont pas rapporté d'effets indésirables supplémentaires en dehors des risques résiduels décrits ci-dessus et dans le mode d'emploi.

La mise en œuvre des plans de suivi clinique après commercialisation (SCAC) et de surveillance après commercialisation (SAC) n'a pas permis d'obtenir d'autres informations cliniquement pertinentes. Il n'y a pas eu de probabilité nouvelle ou modifiée d'effet(s) secondaire(s) indésirable(s), ni d'augmentation significative de la fréquence ou de la gravité des incidents, ni de tendances identifiées, ni d'autres conclusions principales du rapport d'évaluation du SCAC ou du rapport périodique actualisé relatif à la sécurité.

L'analyse des données cliniques de la base de données MAUDE a été collectée dans le cadre du processus d'évaluation clinique. La base de données MAUDE recense les événements indésirables associés aux dispositifs médicaux qui sont signalés à la FDA des États-Unis par des déclarants obligatoires, tels que les fabricants. La majorité des signalements concernent la résolution de conditions d'alarme. L'analyse des données cliniques de la base de données MAUDE n'a pas signalé d'effets indésirables supplémentaires en dehors des risques résiduels décrits ci-dessus et dans le mode d'emploi.

## 5.3. Résumé général des performances cliniques et des caractéristiques de sécurité

Les bénéfices probables de la pompe à insuline Tandem Mobi avec la technologie Control-IQ+ sont basés sur des données recueillies dans le cadre d'essais cliniques

|                                 |                |                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Document Number:<br>REC-0027855 | Revision:<br>A | Title:<br>Summary of Safety and Clinical Performance, Tandem Mobi, Control-IQ+, Tandem Mobi Mobile Application, fra | Page Number:<br>48 of 62 |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

prospectifs randomisés, de la littérature et d'études non cliniques du dispositif équivalent menées dans le cadre de l'autorisation réglementaire du dispositif équivalent.

La pompe à insuline Tandem Mobi avec la technologie Control-IQ+, ainsi que le réservoir Tandem Mobi 2 mL et l'application mobile Tandem Mobi, sont bénéfiques pour les patients car l'utilisation de ces dispositifs permet aux utilisateurs d'améliorer le temps dans l'intervalle glycémique cible 70-180 mg/dL d'au moins 5 % par rapport au traitement antérieur, d'atteindre le temps glycémique dans l'intervalle cible 3,9-10 mmol/L (70-180 mg/dL)  $\geq$  70 % et d'améliorer la qualité de vie (scores de qualité de vie améliorés  $\geq$  8 % par rapport au traitement antérieur). En outre, les utilisateurs de ces dispositifs sont en mesure d'obtenir un temps  $<$  3,9 mmol/L inférieur à 4 %, comme le recommandent désormais les directives internationales consensuelles.

#### 5.4. Suivi clinique après commercialisation en cours ou prévu

Une étude de suivi clinique après commercialisation (SCAC) a été réalisée pour la technologie Control-IQ. Un résumé de cette étude de SCAC, également connue sous le nom d'« étude CLIO », est fourni ci-dessous. Cette étude a évalué la sécurité et l'efficacité en situation réelle de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ. Il n'y a eu aucun risque émergent, aucune complication ni aucune défaillance inattendue du dispositif.

Suite à l'ajout de l'indication pour les patients de deux ans et plus, une étude clinique complémentaire de suivi après commercialisation est prévue.

**Tableau 11. Résumé de l'étude observationnelle Control-IQ (CLIO)**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étude                            | Étude observationnelle post-approbation Control-IQ (CLIO) (identifiant clinicaltrials.gov : NCT04503174)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dispositif objet de l'étude      | Pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ, cartouche t:slim X2 de 3 mL, application mobile Tandem t:slim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Utilisation prévue du dispositif | <p>La pompe à insuline t:slim X2 est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La technologie Control-IQ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à insuline t:slim X2 pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des résultats de MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.</p> <p>Le réservoir t:slim X2 3 mL est indiqué pour une utilisation avec le système t:slim X2 pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).</p> <p>L'application mobile Tandem t:slim est un accessoire destiné à être utilisé comme un dispositif logiciel connecté capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des pompes à insuline compatibles, notamment en</p> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | recevant et en affichant des informations sur la pompe et en envoyant des commandes d'administration d'insuline à la pompe à insuline t:slim X2 connectée et compatible de l'utilisateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Objectif de l'étude                             | <p><u>Objectif principal</u><br/>         Démontrer, dans un contexte réel, la sécurité de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ pour la gestion du diabète de type 1 en évaluant le taux d'hypoglycémie sévère (HS) et d'acidocétose diabétique (ACD).</p> <p><u>Objectif secondaire</u><br/>         Évaluer l'impact sur les résultats glycémiques des patients et l'expérience utilisateur dans le monde réel, au cours des 12 premiers mois d'utilisation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conception de l'étude                           | Étude de cas-témoins observationnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Critères d'évaluation principaux et secondaires | <p><u>Critères d'évaluation principaux</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Taux d'incidence de l'hypoglycémie sévère (HS) et de l'acidocétose diabétique (ACD)</li> <li>Sécurité du remplissage automatique des relevés de MCG dans le calculateur de bolus du système Control-IQ</li> </ul> <p><u>Critères d'évaluation secondaires</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Résultats glycémiques comme mesure de l'efficacité du système Control-IQ</li> <li>Satisfaction et confiance des patients à l'égard du système Control-IQ, de la facilité d'utilisation du système et de la qualité du sommeil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Critères d'inclusion                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patients souffrant d'un diabète de type 1 autodéclaré à qui l'on a prescrit le système Control-IQ.</li> <li>Âge d'au moins 6 ans</li> <li>Utilisation de l'insuline Humalog ou Novolog</li> <li>Pour les femmes, non enceintes et ne prévoient pas de l'être au cours des 12 prochains mois.</li> <li>Acceptation d'utiliser la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ, et de continuer à l'utiliser pendant au moins 12 mois consécutifs après le recrutement à l'étude.</li> <li>Accepter de fournir un résultat d'HbA1c obtenu dans les 3 mois précédant le recrutement.</li> <li>Capacité à réagir aux alertes et aux alarmes, ou à assurer une autogestion de base du diabète.</li> <li>Patients résidant à temps plein aux États-Unis.</li> <li>Volonté de télécharger l'application mobile t:connect sur leur smartphone et de la garder active tout au long de l'étude. Les patients incapables d'utiliser l'application mobile t:connect doivent être disposés à télécharger</li> </ul> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>manuellement les données de leur pompe à insuline sur t:connect tous les trois mois et à la fin de l'étude.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le sujet a lu, compris et accepté de participer à l'étude et a signé électroniquement le formulaire de consentement éclairé (FCE).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Critères d'exclusion      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diabète de type 2 auto-déclaré</li> <li>Âgé de &lt; 6 ans</li> <li>Utilisation d'un traitement hypoglycémiant autre que l'insuline Humalog ou Novolog</li> <li>Incapacité à réagir aux alertes et aux alarmes, ou à assurer une autogestion de base du diabète.</li> <li>Grossesse</li> <li>Les sujets qui n'ont pas signé le FCE.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de sujets recrutés | Au total, 3 157 personnes ont répondu aux critères de recrutement et ont commencé à participer aux enquêtes mensuelles. 2 998 participants ont achevé l'étude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Population de l'étude     | L'âge médian des participants était de 29,0 (16,0-45,0) ans. 55,7 % étaient des femmes. Le dernier taux d'A1c rapporté avant le recrutement était de 7,7 (6,9-8,7) % [61 (52-72) mmol/mol]. 2 190 participants (69,4 %) étaient des adultes. 38,4 % étaient des utilisateurs antérieurs de la pompe Tandem, 31,5 % étaient des utilisateurs antérieurs d'une pompe d'une autre marque et 30,1 % étaient des utilisateurs antérieurs d'injections quotidiennes multiples (IQM). La grande majorité (87,2 %) a déclaré avoir au moins une certaine expérience de MCG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Méthodes de l'étude       | Étude de cohorte observationnelle à bras unique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Avantages cliniques       | <p>Pour le résultat principal, les taux d'événements indésirables pour l'hypoglycémie sévère et l'acidocétose diabétique avec l'utilisation de la technologie Control-IQ sur une période de 12 mois étaient significativement plus bas pour les adultes et les enfants par rapport aux données historiquement rapportées.</p> <p>Pour les adultes, le taux observé d'hypoglycémie sévère était de 9,77 (36,97) pour l'utilisation de Control-IQ contre 29,45 (104,54) pour les données historiques du T1D Exchange (taille de l'effet <math>d=0,53</math>, <math>p&lt;0,01</math>), tandis que pour les enfants, le taux observé d'hypoglycémie sévère était de 9,31 (34,31) pour l'utilisation de Control-IQ contre 19,31 (85,73) pour les données historiques (taille de l'effet <math>d=0,29</math>, <math>p&lt;0,01</math>).</p> <p>Pour les adultes, le taux observé d'ACD était de 1,46 (13,10) pour l'utilisation de Control-IQ contre 9,81 (61,87) pour les données historiques du T1D Exchange (taille de l'effet <math>d=0,64</math>, <math>p&lt;0,01</math>), tandis que pour les enfants, le taux observé d'ACD était de 1,93 (13,78) pour l'utilisation de Control-IQ contre 12,81 (70,43) pour les données historiques (taille de l'effet <math>d=0,79</math>, <math>p&lt;0,01</math>).</p> <p>Le pourcentage de bolus utilisant la fonctionnalité d'auto-population a donné lieu à moins de lectures &lt; 54 mg/dL (&lt; 3,0 mmol/l) et &lt; 70 mg/dL</p> |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>(&lt; 3,9 mmol/l) que ceux n'utilisant pas la fonction, dans tous les intervalles de glucose avant bolus examinés. L'examen a porté sur les plages de glucose avant bolus de 70-180 mg/dL, 181-250 mg/dL, &gt; 250 mg/dL, et dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de preuve d'un risque accru d'hypoglycémie lorsque les résultats de MCG automatiquement remplis ont été utilisés pour calculer le bolus suivant par rapport à la saisie manuelle des niveaux de glucose dans le calculateur de bolus.</p> <p>Pour le résultat secondaire, les résultats glycémiques, les utilisateurs du système ont atteint les objectifs des lignes directrices consensuelles internationales pour la durée de l'intervalle.</p> <p>Le temps passé dans l'intervalle 70-180 mg/dL (3,9-10,0 mmol/l) était de 70,1 % (61,0-78,8) pour les adultes, 61,2 % (52,4-70,5) pour les 6-13 ans, 60,9 % (50,1-71,8) pour les 14-17 ans, et 67,3 % (57,4-76,9) pour l'ensemble.</p> <p>En ce qui concerne les résultats secondaires, la satisfaction et la confiance des patients à l'égard du système Control-IQ, de la facilité d'utilisation du système et de la qualité du sommeil, le thème de la réduction du fardeau du diabète et de l'amélioration du sommeil, ainsi qu'un niveau élevé de satisfaction, ont été systématiquement rapportés.</p> <p>72,1 % des participants ont utilisé l'application mobile Tandem t:slim pour télécharger les données à analyser, ce qui montre un taux élevé d'utilisation de l'application mobile.</p> |
| Effets secondaires ou événements indésirables | Les taux d'hypoglycémie sévère et d'ACD étaient inférieurs aux taux historiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Avantages et risques à long terme             | Les avantages et les risques à long terme n'ont pas été évalués dans le cadre de cette étude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Limitations de l'étude                        | <p>Cette étude présentait des limites. En premier lieu, elle a utilisé une méthodologie différente de celle des études antérieures pour définir la HS et l'ACD, ce qui a potentiellement augmenté les taux d'événements indésirables rapportés dans l'étude. Les taux de ces événements indésirables, tels qu'ils ont été déterminés par les enquêtes d'échange sur le DT1, exigeaient une perte de conscience ou une crise pour la HS, ou une hospitalisation d'une nuit pour l'ACD, ce qui est plus strict que nos exigences. Les événements indésirables ont également été déclarés par les intéressés eux-mêmes, ce qui est susceptible de donner lieu à des inexactitudes dans les informations rapportées. Les événements indésirables de l'enquête de référence n'ont pas été vérifiés et n'ont donc pas pu être utilisés à des fins de comparaison selon la même méthodologie.</p> <p>L'étude n'a pas inclus de phase préliminaire de MCG en aveugle avant l'utilisation de Control-IQ, ni de groupe de contrôle, ce qui aurait permis d'établir une meilleure comparaison des taux d'événements indésirables. Aujourd'hui, les personnes peuvent choisir entre plusieurs systèmes automatisés d'administration d'insuline et de MCG qui n'étaient pas disponibles à l'époque de la cohorte historique de T1D Exchange. Par</p>                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | conséquent, la comparaison directe des taux avec une cohorte présentant un ensemble différent de choix thérapeutiques de base est limitée. En outre, l'écart-type des événements rapportés dans toutes les catégories était très variable, tant pour les données historiques que pour l'utilisation de Control-IQ. Enfin, la question d'une « fracture numérique » entre les personnes qui pouvaient participer et télécharger à distance, et celle de savoir si cela pourrait exclure certaines personnes, reste ouverte. |
| Déficiences de dispositif ou remplacements de dispositif pour des raisons de sécurité et/ou de performance | Aucun effet indésirable imprévu associé au dispositif (UADE) n'a été signalé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Une étude SCAC est en cours pour la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+, la pompe à insuline Tandem Mobi avec la technologie Control-IQ+ chez les enfants âgés de 2 à < 6 ans atteints de diabète de type 1. Un résumé du plan de cette étude est fourni ci-dessous. Le recrutement des participants à l'étude a débuté en 2025.

**Tableau 12. Résumé de l'étude post-approbation PS230005**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étude                            | Étude post-approbation PS230005 (identifiant clinicaltrials.gov : NCT06717451)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dispositif objet de l'étude      | Pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ+, pompe à insuline Tandem Mobi avec technologie Control-IQ+, cartouche t:slim X2 de 3 mL, cartouche Tandem Diabetes Care de 2 mL, application mobile Tandem t:slim, application mobile Tandem Mobi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utilisation prévue du dispositif | <p>La pompe à insuline t:slim X2 est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La pompe à insuline Tandem Mobi est destinée à l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez les personnes nécessitant de l'insuline. La pompe est capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des dispositifs compatibles connectés numériquement.</p> <p>La technologie Control-IQ+ est destinée à être utilisée avec un système de mesure continue du glucose (MCG) compatible et la pompe à insuline t:slim X2 pour augmenter, diminuer et interrompre automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des résultats de la MCG et des valeurs de glycémie prédites. Elle peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prévu que la valeur de glycémie dépasse un seuil prédéfini.</p> |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>Le réservoir t:slim X2 3 mL est indiqué pour une utilisation avec le système t:slim X2 pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).</p> <p>La cartouche Tandem Diabetes Care de 2 mL est destinée à être utilisée avec la pompe à insuline Tandem Mobi pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI).</p> <p>L'application mobile Tandem t:slim est un accessoire destiné à être utilisé comme un dispositif logiciel connecté capable de communiquer de manière fiable et sécurisée avec des pompes à insuline compatibles, notamment en recevant et en affichant des informations sur la pompe et en envoyant des commandes d'administration d'insuline à la pompe à insuline t:slim X2 connectée et compatible de l'utilisateur.</p> <p>L'application mobile Tandem Mobi permet à l'utilisateur de connecter un smartphone compatible à la pompe à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth®, afin de visualiser les données de la pompe Tandem Mobi et d'exécuter les fonctions de la pompe directement sur son smartphone. L'application mobile Tandem Mobi envoie également des messages et des alertes provenant de la pompe Tandem Mobi sous forme de notifications push sur le smartphone de l'utilisateur. L'application mobile Tandem Mobi peut transmettre les données relatives à la pompe et au traitement de la pompe vers le cloud tant que le smartphone de l'utilisateur est connecté à Internet.</p> |
| Objectif de l'étude                             | <p><u>Objectif principal</u><br/>         Démontrer, dans un contexte réel, la sécurité de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ ou de la pompe à insuline Tandem Mobi avec la technologie Control-IQ+ pour la prise en charge du diabète de type 1 en évaluant le taux d'hypoglycémie sévère (HS) et d'acidocétose diabétique (ACD).</p> <p><u>Objectif secondaire</u><br/>         Démontrer, dans un contexte réel, l'efficacité de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ pour la gestion du diabète de type 1 en évaluant l'impact sur les résultats glycémiques des patients et l'expérience de l'utilisateur dans le monde réel, au cours des 12 premiers mois d'utilisation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conception de l'étude                           | Étude de cas-témoins observationnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Critères d'évaluation principaux et secondaires | <p><u>Critères d'évaluation principaux</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Taux d'incidence de l'hypoglycémie sévère (HS) et de l'acidocétose diabétique (ACD)</li> </ul> <p><u>Critères d'évaluation secondaires</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Résultats de la glycémique comme mesure de l'efficacité du système Control-IQ+</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Satisfaction et confiance des patients à l'égard de la technologie Control-IQ+, de la facilité d'utilisation du système et de l'amélioration de la qualité de vie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Critères d'inclusion      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diabète de type 1 autodéclaré à qui l'on a prescrit la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ ou la pompe à insuline Tandem Mobi avec la technologie Control-IQ+.</li> <li>Âge de 2 à &lt; 6 ans au moment du dépistage</li> <li>Utilisation d'une insuline approuvée pour la pompe</li> <li>Utilisation d'un capteur iCGM approuvé pour la pompe</li> <li>Acceptation d'utiliser la technologie Control-IQ+ et de continuer à l'utiliser pendant au moins 12 mois consécutifs après le recrutement à l'étude.</li> <li>Accepter de fournir un résultat d'HbA1c obtenu dans les 6 mois précédant le recrutement.</li> <li>Capacité du parent/gardien à réagir aux alertes et aux alarmes, ou à assurer une autogestion de base du diabète.</li> <li>Résider à temps plein aux États-Unis.</li> <li>Volonté de télécharger l'application mobile Tandem t:slim sur leur smartphone et de la maintenir active pendant toute la durée de l'étude en cas d'utilisation d'une pompe Tandem t:slim X2. Les participants incapables d'utiliser l'application mobile Tandem t:slim doivent accepter de télécharger manuellement les données de leur pompe à insuline vers Tandem Source tous les trois mois et à la fin de l'étude.</li> <li>Le parent/tuteur du participant a lu, compris et accepté de participer à l'étude, et a signé électroniquement le formulaire de consentement éclairé (FCE).</li> </ul> |
| Critères d'exclusion      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisation d'un traitement hypoglycémiant autre que l'insuline.</li> <li>Une affection médicale ou autre, ou la prise de médicaments qui, de l'avis de l'investigateur, constituerait un enjeu de sécurité pour la participation à l'étude.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre de sujets recrutés | Le recrutement est en cours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Population de l'étude     | L'étude recrutera jusqu'à 180 participants, l'objectif étant d'atteindre un minimum d'environ 120 participants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Méthodes de l'étude       | Étude de cohorte observationnelle à bras unique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Un résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques du dispositif, destiné aux patients, est présenté ci-dessous.

## 6. Vue d'ensemble à l'intention des patients

Cette section explique comment il a été déterminé que la pompe à insuline Tandem est sûre et efficace chez les patients prenant de l'insuline pour le traitement du diabète.

Veuillez contacter votre médecin si vous avez des questions concernant l'utilisation d'une pompe à insuline. Suivez toujours les instructions figurant dans le Guide de l'utilisateur de la pompe à insuline pour garantir une utilisation sûre de la pompe.

### 6.1. Contexte clinique du dispositif

L'American Diabetes Association recommande un traitement du diabète par des injections quotidiennes multiples ou par une pompe à insuline. L'utilisation d'une pompe à insuline avec un dispositif de mesure continue du glucose (MCG) est plus avancée mais également recommandée (par exemple, un dispositif MCG Dexcom). Lors de l'utilisation d'une pompe à insuline Tandem avec une MCG, d'autres outils peuvent être utilisés pour déterminer le moment d'administration de l'insuline.

La technologie Control-IQ+ est un outil utilisé par la pompe à insuline Tandem pour prendre des décisions à votre place. La décision peut être d'augmenter, de diminuer ou d'arrêter l'administration d'insuline. Control-IQ+ utilise les informations fournies par la MCG pour prendre ces décisions concernant la pompe à votre place.

La pompe Tandem Mobi est dotée d'une application pour smartphone qui vous permet de consulter les informations relatives à la pompe et de prendre des décisions concernant l'administration d'insuline.

### 6.2. Sécurité

#### **Risques associés à l'utilisation d'une pompe à insuline**

La prise d'insuline comporte des risques. L'utilisation d'une pompe à insuline comporte certains risques supplémentaires. Il est important de suivre les instructions figurant dans le Guide de l'utilisateur de la pompe pour garantir une utilisation en toute sécurité. Discutez des risques avec votre médecin.

La prise d'une quantité incorrecte d'insuline risque d'augmenter ou de diminuer le taux de sucre dans le sang à des niveaux dangereux.

Les risques supplémentaires possibles associés à l'utilisation des pompes à insuline sont les suivants :

- Infection au niveau du site de perfusion de l'insuline. Signes d'infection tels que saignement, douleur, rougeur et irritation cutanée au site de la perfusion d'insuline.
- Réaction allergique ou irritation cutanée due à la partie collante du dispositif de perfusion utilisé avec la pompe à insuline.

|                                 |                |                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Document Number:<br>REC-0027855 | Revision:<br>A | Title:<br>Summary of Safety and Clinical Performance, Tandem Mobi, Control-IQ+, Tandem Mobi Mobile Application, fra | Page Number:<br>56 of 62 |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### **Comment Tandem évalue la sécurité d'utilisation de la pompe chez les patients**

Tandem Diabetes Care Inc. soumet tous ses dispositifs à des tests afin de s'assurer qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité par un grand nombre de personnes. Tandem mène également des études cliniques régulières pour vérifier que la pompe reste sûre et efficace. Ces études examinent les risques et les avantages de l'utilisation d'une pompe à insuline Tandem avec une MCG et un Control-IQ.

Contactez votre médecin si vous n'êtes pas satisfait(e) de votre expérience avec une pompe à insuline. Contactez votre médecin si vous êtes préoccupé(e) par l'utilisation d'une pompe à insuline.

### **6.3. Profil suggéré et formation à l'intention des utilisateurs**

Tandem soumet tous ses dispositifs à un processus appelé test des facteurs humains. Ce processus permet de s'assurer qu'un dispositif peut être utilisé en toute sécurité par un grand nombre de personnes. Le processus des facteurs humains de Tandem est conforme aux normes mondiales relatives aux dispositifs médicaux.

Ces tests ont montré que tous les utilisateurs de pompes à insuline Tandem doivent faire ce qui suit :

- Suivre les instructions de votre médecin. Il vous fournira la formation adéquate.
- Suivre les instructions de votre formateur à la pompe Tandem.
- Suivre les instructions figurant dans le Guide de l'utilisateur de votre pompe à insuline et du Guide de l'utilisateur de votre MCG.
- Surveiller votre glycémie.
- Disposer d'une bonne vision et/ou d'une bonne audition pour reconnaître toutes les fonctions de votre pompe Tandem et de l'application mobile, y compris les alertes, les alarmes et les rappels.

Le tableau ci-dessous résume onze (11) études cliniques réalisées sur des personnes utilisant la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ (ou Control-IQ+). Les onze (11) études ont toutes conclu que la pompe à insuline était un moyen d'administration d'insuline sûr et efficace. La pompe Tandem Mobi est très similaire à la pompe Tandem t:slim X2.

**Tableau 13. Résumé des études cliniques**

| Étude clinique                                                                                                                                      | Résumé                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. L'essai international en boucle fermée sur le diabète (IDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel, une étude pivot de t:slim X2 avec la | Cette étude a examiné la sécurité et l'efficacité de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ auprès de 168 personnes. Les participants étaient âgés de 14 ans ou plus et souffraient de diabète de type 1. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| technologie<br>Control-IQ                                                                                                                                                                                | <p>Les participants ont utilisé une pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ ou une pompe à insuline augmentée par capteur pendant 6 mois.</p> <p>La pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ s'est avérée sûre et efficace pendant 6 mois d'utilisation.</p> <p>Cette étude a été achevée en 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. L'essai international sur le diabète en boucle fermée (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel, phase de prolongation, une étude de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ              | <p>Il s'agit d'une étude de prolongation de l'essai mentionné ci-dessus avec 164 personnes de l'étude initiale. Les participants ont continué à utiliser la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ ou sont passés à la technologie Basal-IQ pendant 3 mois supplémentaires.</p> <p>Les participants qui ont utilisé Control-IQ ont présenté de meilleurs temps dans l'intervalle cible et un meilleur taux d'HbA1c que ceux qui ont utilisé Basal-IQ. La pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ s'est avérée sûre et efficace pendant 9 mois d'utilisation totale.</p> <p>Cette étude a été achevée en 2020.</p>                                                                                             |
| 3. L'essai international sur le diabète en boucle fermée (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel en pédiatrie, une étude de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ                        | <p>Cette étude a examiné la sécurité et l'efficacité de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ chez 101 enfants atteints de diabète de type 1 et âgés de 6 à 13 ans. Les participants ont utilisé la pompe à insuline t:slim X2 avec Control-IQ ou une pompe à insuline augmentée par capteur pendant 16 semaines.</p> <p>Les participants qui ont utilisé Control-IQ ont passé plus de temps dans la zone cible que ceux qui ont utilisé la pompe augmentée par capteur. La pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ s'est révélée sûre et efficace.</p> <p>Cette étude a été achevée en 2020.</p>                                                                                                         |
| 4. L'essai international sur le diabète en boucle fermée (iDCL) : acceptation clinique du pancréas artificiel en pédiatrie, phase de prolongation, une étude de t:slim X2 avec la technologie Control-IQ | <p>Il s'agit d'une étude de prolongation de l'essai mentionné ci-dessus. Les participants qui ont utilisé la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ dans l'étude initiale ont continué à utiliser Control-IQ pendant 12 semaines supplémentaires. Les participants qui utilisaient une pompe augmentée d'un capteur sont passés à Control-IQ.</p> <p>Les participants qui ont utilisé Control-IQ ont passé plus de temps dans l'intervalle cible et moins de temps en hyperglycémie que ceux qui ont utilisé la pompe augmentée par capteur. La pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ s'est avérée sûre et efficace pendant 28 semaines d'utilisation totale.</p> <p>Cette étude a été achevée en 2020.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. L'essai de pancréas artificiel en pédiatrie (PEDAP) : une comparaison contrôlée randomisée de la technologie Control-IQ par rapport à la norme de soins chez les jeunes enfants atteints de diabète de type 1.</p>                        | <p>Cette étude a évalué la sécurité et l'efficacité de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ chez des enfants atteints de diabète de type 1 âgés de 2 à 6 ans. Les participants ont utilisé la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ ou leur insulinothérapie habituelle avec MCG pendant 3 mois.</p> <p>Les participants utilisant Control-IQ ont passé plus de temps dans l'intervalle cible que le groupe utilisant leur insulinothérapie habituelle avec MCG. Les résultats ont également montré que Control-IQ pouvait être utilisé en toute sécurité dans ce groupe d'âge.</p> <p>Cette étude a été achevée en 2022.</p> |
| <p>6. L'essai de pancréas artificiel en pédiatrie (PEDAP) : une comparaison contrôlée randomisée de la technologie Control-IQ par rapport à la norme de soins chez les jeunes enfants atteints de diabète de type 1 (phase de prolongation)</p> | <p>Il s'agit d'une étude de prolongation de 13 semaines de l'essai ci-dessus. Les participants ont été interrogés sur leur expérience de l'utilisation de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+.</p> <p>Les résultats ont montré que l'utilisation du système Control-IQ+ chez les enfants a permis d'améliorer la santé mentale et d'alléger le fardeau des familles. Les participants ont rapporté une expérience plus positive avec Control-IQ+ qu'avec leur insulinothérapie habituelle. Ils ont également souligné les avantages de Control-IQ+ au-delà des résultats glycémiques.</p> <p>Cette étude a été achevée en 2023.</p>             |
| <p>7. La technologie Control-IQ pour les patients à fortes doses d'insuline atteints de diabète de type 1 (Higher-IQ)</p>                                                                                                                       | <p>Cette étude a évalué la sécurité et l'efficacité de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ chez les adultes atteints de diabète de type 1. Les participants devaient utiliser au moins un débit basal supérieur à 3 unités/heure.</p> <p>La pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ s'est avérée sûre et efficace pendant les 13 semaines d'utilisation.</p> <p>Cette étude a été achevée en 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>8. Évaluation de la sécurité d'un système en boucle fermée hybride avancé utilisant l'insuline Lyumjev avec le Tandem t:slim X2 avec</p>                                                                                                     | <p>Cette étude a évalué la sécurité de l'insuline Lyumjev dans la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ chez les adultes et les enfants atteints de diabète de type 1.</p> <p>Les participants ont utilisé leur système Control-IQ+ avec l'insuline Humalog pendant 2 semaines, suivies de 13 semaines d'utilisation du système Control-IQ+ avec l'insuline Lyumjev.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control-IQ chez les adultes, les adolescents et les enfants atteints de diabète de type 1.                                                                                                                                                              | <p>L'utilisation du système Control-IQ+ avec l'insuline Lyumjev s'est avérée sûre et efficace. Les mesures de la qualité de vie se sont également améliorées par rapport au début de l'étude.</p> <p>Cette étude a été achevée en 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. Innocuité et efficacité de l'administration automatisée et continue d'insuline par rapport à la thérapie par capteur et pompe chez les adultes atteints de diabète de type 1 présentant un risque élevé d'hypoglycémie : un essai contrôlé randomisé | <p>Cette étude a évalué la sécurité et l'efficacité de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ chez des adultes présentant un risque élevé d'hypoglycémie. Les participants ont utilisé la pompe à insuline t:slim X2 avec Control-IQ ou une pompe à insuline augmentée par capteur pendant 3 mois.</p> <p>Les participants qui ont utilisé le système Control-IQ ont passé beaucoup plus de temps dans la plage cible et moins de temps en état d'hypoglycémie par rapport à ceux qui ont utilisé la pompe augmentée par capteur.</p> <p>Durant la phase de prolongation de 3 mois, les participants qui sont passés de la pompe augmentée par capteur à Control-IQ ont constaté les mêmes améliorations.</p> <p>Cette étude a été achevée en 2021.</p> |
| 10. Résultats de Control-IQ comparant les capteurs Dexcom G6 et G7 chez les adultes atteints de diabète de type 1                                                                                                                                       | <p>Cette étude en conditions réelles a suivi 463 utilisateurs de la pompe Tandem avant et après le changement de leur capteur de glucose. Les participants utilisaient la technologie Control-IQ avec un capteur Dexcom G6 et sont passés à un capteur de glucose Dexcom G7.</p> <p>Les résultats cliniques ont été les mêmes avant et après le changement de capteurs. Les résultats ont montré que les pompes Tandem fonctionnent de la même manière avec les deux capteurs.</p> <p>Cette étude a été achevée en 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. Étude observationnelle post-approbation Control-IQ (CLIO)                                                                                                                                                                                           | <p>Il s'agit d'une vaste étude après commercialisation portant sur près de 3 000 personnes ayant utilisé Control-IQ pendant 12 mois. Les résultats ont montré que les utilisateurs de Control-IQ présentaient des taux inférieurs d'acidocétose diabétique et d'hypoglycémie sévère par rapport aux données historiques. Ces résultats sont valables pour les adultes comme pour les enfants.</p> <p>La pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ s'est révélée sûre et efficace pendant 12 mois d'utilisation en conditions réelles.</p> <p>Cette étude a été achevée en 2023.</p>                                                                                                                                                                          |



## 7. Référence aux normes harmonisées et aux spécifications communes appliquées

Les normes suivantes ont été appliquées à la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ et l'application mobile Tandem t:slim :

- EN ISO 14971:2019/A11:2021 – Dispositifs médicaux. Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux
- EN ISO 13485:2016/A11:2021 - Dispositifs médicaux. Systèmes de management de la qualité. Exigences à des fins réglementaires
- AAMI ES60601-1:2005 et A1:2012 et A2:2021 – Équipements électromédicaux – Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité et les performances essentielles (IEC 60601-1:2005, MOD)
- AAMI/IEC 60601-1-2:2014 – Équipements électromédicaux - Partie 1-2 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale : Perturbations électromagnétiques – Exigences et essais
- IEC 60601-1-6:2010/A2:2021 - Appareils électromédicaux - Partie 1-6 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale : aptitude à l'utilisation (y compris IEC 62366-1:2015/(R2021) +AMD1:2020 – Dispositifs médicaux – Partie 1 : Application de l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation aux dispositifs médicaux, y compris l'amendement 1)
- IEC 60601-1-8:2020 - Appareils électromédicaux – Partie 1-8 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale : Exigences générales, essais et guides pour les systèmes d'alarme des appareils et des systèmes électromédicaux
- IEC 60601-1-11:2020 - Appareils électromédicaux – Partie 1-11 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale : Exigences pour les appareils électromédicaux et les systèmes électromédicaux utilisés dans l'environnement des soins à domicile
- IEC 60601-2-24:2012 - Appareils électromédicaux – Partie 2-24 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des pompes et régulateurs de perfusion
- IEC 60601-1-10:2008+A2:2021 – Appareils électromédicaux – Partie 1-10 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale : Exigences pour le développement des régulateurs physiologiques en boucle fermée
- AAMI/IEC 62304:2006+A1:2016 - Logiciels de dispositifs médicaux – Processus du cycle de vie du logiciel
- CEI EN 62366-1/A1 - Dispositifs médicaux Partie 1 : Application de l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation aux dispositifs médicaux
- ISO 10993-1:2020 - Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 1 : Évaluation et essais au sein d'un processus de gestion du risque
- ISO 10993-3:2014 - Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 3 : Essais concernant la génotoxicité, la cancérogénicité et la toxicité sur la reproduction
- ISO 10993-4/Amd.1:2006 - Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 4 : Choix des essais pour les interactions avec le sang
- ISO 10993-5:2009 - Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 5 : Essais concernant la cytotoxicité in vitro
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-08) - Systèmes de transmission à large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande 2,4 GHz ; norme harmonisée pour l'accès au spectre radioélectrique

|                                 |                |                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Document Number:<br>REC-0027855 | Revision:<br>A | Title:<br>Summary of Safety and Clinical Performance, Tandem Mobi, Control-IQ+, Tandem Mobi Mobile Application, fra | Page Number:<br>61 of 62 |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

- ISO 11137-1:2006/Amd2:2018 - Stérilisation des produits de santé – Irradiation – Partie 1 : Exigences relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle de routine d'un procédé de stérilisation pour les dispositifs médicaux
- ISO 11137-2:2013/Amd1:2022 - Stérilisation des produits de santé – Irradiation – Partie 2 : Établissement de la dose stérilisante
- ISO 11737-1:2018/Amd1:2021 – Stérilisation des produits de santé – Méthodes microbiologiques – Partie 1 : Détermination d'une population de microorganismes sur des produits
- ISO 11737-2:2019 - Stérilisation des produits de santé – Méthodes microbiologiques – Partie 2 : Contrôles de stérilité pratiqués au moment de la définition, de la validation et de la maintenance d'un procédé de stérilisation
- EN ISO 15223-1:2021 - Dispositifs médicaux. Symboles à utiliser avec les informations à fournir par le fabricant

## 8. Historique des révisions

| Numéro de révision du RCSPC | Date d'émission  | Description de la modification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Révision validée par l'organisme notifié                                                                  |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                           | 16 décembre 2024 | Version initiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Oui<br>Langue de validation :<br><input checked="" type="checkbox"/> Non         |
| B                           | 5 mars 2025      | Mise à jour pour refléter la validation par l'organisme notifié. Le langage utilisé dans les sections à l'intention des patients a été modifié pour l'adapter à un public profane, conformément aux orientations du MDCG.                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Oui<br>Langue de validation : anglais<br><input type="checkbox"/> Non |
| C                           | 2 octobre 2025   | Mise à jour des mises en garde conformément au livre blanc de BSI, « Révision du Guide MDCG 2019-9 sur le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques » pour énumérer les mises en garde les plus pertinentes pour les patients et les cliniciens sur la base des preuves disponibles. Simplification supplémentaire des sections à l'intention des patients, conformément aux orientations du MDCG. Mise à jour des essais de conformité aux normes. | <input type="checkbox"/> Oui<br>Langue de validation :<br><input checked="" type="checkbox"/> Non         |