Opalescence™ Quick 45% PF
In-Office Tooth Whitening System

Product Description

Opalescence™ Quick whitening is a dental professional controlled, dental professional supervised, in-office whitening system. It is a clear, high viscosity, sticky gel containing carbamide peroxide (along with potassium nitrate and sodium fluoride) available in a 45% carbamide peroxide equivalent gel (15% hydrogen peroxide equivalent). It also contains significant water content to help prevent tooth dehydration and sodium fluoride to help desensitize. Apatite whitening products feature sustained release action and adhesive properties. All Opalescence whitening products are gluten-free and kosher.

Delivery Form(s)
For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.
- 1.2 ml delivery syringe
- Straight Mac Clear Tip

Indications for Use/Intended Purpose

Opalescence Quick 45% PF whitening is for medical in-office use only. Opalescence Quick 45% PF whitening provides an alternative, conservative method (compared to crowns, veneers, etc.) for treating dark, discoloured teeth caused by physiological factors such as Tetracycline, trauma, or iatrogenic injury, congenital, systemic, metabolic, or pharmacological influences; these can include but are not limited to elevated bilirubin, tetracycline and adult minocycline stains, porphyria, erythroblastosis fetalis and high fluoride intake during tooth development.

Contraindications

- Pregnant or nursing women should not use teeth whitening products.
- For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.
- Opalescence Quick 45% PF whitening is NOT a take-home product.

Warnings and Precautions

- Use only recommended tips.
- Avoid direct contact of the active surface of the tooth whitening product with the gums and/or salivary flow. Avoid treatment if patient may swallow or aspirate tray.
- For patients with increased sensitivity, treatment pre-op and post-op with Ultrazet™ desensitizing gel, Opalescence™ Sensitivity Relief Whitening Toothpaste, and/or Enamelax™ fluoride varnish is recommended. Some patients may experience temporary discomfort of the gums, lips, throat, tongue, or teeth. Should any of these symptoms persist or worsen after discontinuing use, or in cases of severe discomfort, call your dental professional.
- Avoid swallowing large amounts of gel. Ingestion of small amounts of gel during use is expected.
- If the product is ingested, drink large amounts of water and contact a physician. If the product is aspirated, seek immediate medical attention.
- Inform patients that restorative materials will not whiten. We recommend whitening dark teeth before restorative placement.
- Wait at least 7–10 days after whitening procedures before placing adhesive restorations.
- Patients with tooth sensitivity, treatment pre-op and post-op with Ultrazet™ desensitizing gel is recommended.
- Avoid contact with eyes. Rinse immediately if product comes into contact with them.
- Patient and dental professionals must wear protective eyewear with side shields when handling this product.
- To prevent splashes, gingival protection or rubber dam application at the dental professional's discretion is indicated during treatment.
- Contains sodium fluoride.
- Etching enamel or prophy paste polishing before any whitening procedure is not recommended and does not potentiate the whitening process (but can cause sensitivity).
- Read and understand all instructions. Use recommended tray design and administer appropriate treatment regime to maintain optimal patient comfort.
- Restorations should be adequately sealed, and all exposed sensitive dentin should be covered. If a history of sensitivity exists, treat with appropriate restoration or blocking agent such as dentin bonding, a temporary dentin sealing agent, or fluoride varnish.
- Monitor patient's whitening progress to prevent whitening beyond the desired level of whitening or degree of translucency.
- Opalescence whitening agent is supplied in preloaded 1.2 ml syringes. Material is NOT to be injected.
- Dispose of tips and syringe according to local regulations.
- If more than a single patient is treated with a syringe, use a separate syringe for each patient (to avoid cross contamination), remove tray, discontinue treatment, and make an appointment to re-treat at another time. Patient may also be sent home with Opalescence™ Quick 45% PF whitening syringe.
- Do not eat, drink, or use tobacco products while whitening trays are in place.

Stepwise Instructions

Preparation
1) Do an oral exam and treat areas of concern, including exposed dentin, prior to treatment.
2) Determine and prophylaxis teeth/enamel surfaces to be treated. Use non-fluoride pumice.

Use
NOTE: For patients with known tooth sensitivity, treatment pre-op and post-op with Ultrazet desensitizing gel, Opalescence Sensitivity Relief Whitening Toothpaste, and/or Enamelax fluoride varnish is recommended. Depending on the severity of sensitivity, other treatment options are available.
NOTE: Wear lipstick or petroleum jelly on lips to prevent dry, chapped lips. Do not exceed 15 minutes.
1) Fabricate the custom tray.
2) Load tray to represent one continuous bead of gel approximately half-way up (or slightly lower) from the incisal edge on the facial side of the tray from molar to molar. This should use no more than 1/3 to 1/2 of a syringe.
3) Seat tray. Run a wet toothbrush, cotton roll, or finger along all edges of the tray to remove any gel that may be in contact with the gingiva.
4) At the completion of treatment time, remove the tray, rinse, and brush the gel from the teeth. Do not swallow rinsed gel.
5) Clean the tray with a toothbrush and water after use and store in a clean dry container.
6) If used as a starter treatment, only one session is needed.
7) The patient can then be sent home with a take-home whitening treatment for a prescribed home whitening regime. Patient should wait 24 hours after in-office treatment before beginning home whitening.
8) Follow up with patient treatment. The number of days required for complete treatment depends on the type and severity of tooth stains. For excessive stains, treatment may need to be repeated more than other types of stains.

NOTE: If you have any questions regarding this product, please consult your dental professional OR find additional information at https://www.opalescence.com/education/faq

Processing

To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use.

Storage and Disposal

Store according to outer package label.
Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information

- Hypocalcified areas (white spots/ lesions), which may not be visible to the naked eye, will whiten faster; thereby becoming more obvious during whitening. Continue whitening treatment until the unaffected tooth surface blends. Re-evaluate two weeks after whitening treatment when tooth color has stabilized.
- Also, for a small percentage of the population, their teeth will occasionally whiten unevenly.
- Some amalgam fillings may leave a dark purple color in your whitening tray. This is normal. Teeth can re-stain over time. So, do touch up their whitening treatments as necessary.

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opalescence™ Quick 45 % PF
Zahnaufhellungssystem zur Anwendung in der Zahnarztpraxis

Produktbeschreibung

Opalescence™ Quick Whitening ist ein von Zahnärzten kontrolliertes, von Zahnärzten überwachtes Aufhellungssystem mit Zahnarzt-Gel. Es handelt sich um eine klare, sehr zähflüssige, klebrige Gel, das Carbamidperoxid (zusammen mit Kaliumnitrat und Natriumfluorid) enthält. Es ist als ein Gel mit 45 % Carbamidperoxid-Äquivalent (15 % Wasserstoffperoxid-Äquivalent) erhältlich. Es enthält auch einen erheblichen Wassergehalt, um Zahnausdrücknung und Fluoridzugabe zu verhindern. Alle Opalescence™ Aufhellungsprodukte zeichnen sich durch anhaltende Freisetzung der Wirkstoffe und Haftungseigenschaften aus. Alle Opalescence Aufhellungsprodukte sind glutenfrei und koscher.

Verabreichungsformen
Für alle beschriebenen Produkte vor der Verwendung sorgfältig alle Anweisungen und SDB-Informationen durch lesen.
- 1.2 ml Applikationsspritze
- Gerades Mac-Clear Applikationsspitze

Hinweise für den Gebrauch / Verwendungszweck

Opalescence Quick 45 % PF Zahnaufhellung ist nur für den medizinischen Gebrauch in der Praxis bestimmt. Opalescence Quick 45 % PF Zahnaufhellung bietet eine alternative, konservative Methode (im Vergleich zu Kronen, Veneers etc.) zur Behandlung dunkler, verfärbter Zähne, die durch vorhergehende Faktoren wie Krankheiten, traumatische oder iatrogene Verletzungen, angeborene, systemische, metabolische oder pharmakologische Einflüsse verursacht werden; dazu gehören unter anderem erhöhtes Bilirubin, Tetracycline, Stoffwechsel- und Minocyclinflecken, Porphyrie, Erythroblastose fetalis und eine hohe Fluoridaufnahme während der Zahnentwicklung.

Kontraindikationen

- Schwangere oder stillende Mütter sollten keine Zahnaufhellungsprodukte verwenden.
- Für Patienten oder Anwender mit Allergiebedenken wenden Sie sich bitte an das Produktallergendokument unter www.ultradent.com. Wenn eine allergische Reaktion vorkommt, spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser ab und lassen Sie den Patienten einen Arzt aufsuchen.
- Opalescence Quick 45 % PF Zahnaufhellung ist KEIN Mitnahme-Produkt.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie nur empfohlene Applikationstipps.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt der aktiven Oberfläche des Zahnaufhellungsprodukts mit dem Zahnfleisch und/ oder dem Speichelfluss.
- Vermeiden Sie die Behandlung, wenn der Patient die Schiene verschlucken oder aspirieren könnte.
- Bei Patienten mit bekannter Zahnempfindlichkeit wird die Behandlung vor und nach der Verwendung, mit UltraEZ™ Desensibilisierungsgel, Opalescence™ Sensitivity Relief Zahnaufhellungszahnpasta und/oder Enamelax™ Fluoridlack empfohlen.
- Bei einigen Patienten können vorübergehend leichte Schmerzen im Bereich des Zahnfleisches, der Lippen, des Rachens, der Zunge oder der Zähne auftreten. Sollte eines dieser Symptome bestehen oder sich nach Beendigung der Anwendung verschlechtern oder anhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt.
- Vermeiden Sie es, größe Gelmengen zu schlucken. Die Einnahme kleiner Gelmengen während der Anwendung ist zu erwarten.
  - Falls das Produkt verschluckt wird, viel Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen. Wenn das Produkt aspiriert wird, ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
- Informieren Sie die Patienten darüber, dass das Produkt keine Restaurationsmaterialien aufhellt. Wir empfehlen, dunkle Zähne vor der Restauration aufzuhellen.
- Warten Sie nach dem Aufhellen mindestens 7–10 Tage, bevor Sie adhäsive Restaurationen verwenden.
- Patienten mit Zahnempfindlichkeit wird die Behandlung vor und nach der Verwendung, mit UltraEZ™ Desensibilisierungsgel zu Rate ziehen.
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Sofort ausspülen, wenn das Produkt mit den Augen in Berührung kommt.
- Patienten und zahnärztliches Personal müssen beim Umgang mit diesem Produkt eine Schutzbrille mit Seitenschutzen tragen.
- Die Gesundheit der Zahnfleisches und der allgemeine orale Gesundheitszustand sollten vor dem Beginn einer Behandlung bewertet werden, um eine optimale Patientenpflege zu gewährleisten.
- Enthält Natriumfluorid.
- Das Ätzen des Zahnschmelzes oder das Polieren mit Prophy-Paste vor einem Aufhellungsverfahren wird nicht empfohlen und verbessert den Aufhellungsprozess nicht (kann aber Empfindlichkeit verursachen).
- Sie müssen alle Gebrauchsanweisungen lesen und verstehen. Verwenden Sie empfohlene Schienen-Design und wenden Sie die geeignete Behandlungsverfahrenlage an, um optimales Patientenkomfort zu gewährleisten.
- Restaurationen müssen angemessen versiegelt werden und alle exponierten Zahnhälsen müssen abgedeckt werden. Wenn eine Vorgeschichte Empfindlichkeit vorliegt, aufhellen, behandeln Sie sie mit einem geeigneten Restaurations- oder Blockierungsmittel wie Dentinkleber, einem temporären Dentinversiegelungsmittel oder Fluoridlack.
- Überwachen Sie den Aufhellungsfortschritt des Patienten, um eine Aufhellung über den gewünschten Aufhellungsgrad hinaus oder Lichtdurchlässigkeit zu vermeiden.
- Opalescence Zahnaufhellungsgel wird in vorgeladenen 1.2-ml-Spritzen geliefert. Material darf NICHT injiziert werden.
- Spitzen und Spritzen gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.
- Wenn mehr als leichte Zahnfleisch- oder Zahnbeschwerden auftreten (z. B. übermäßige Temperaturempfindlichkeit), entfernen Sie die Schiene und/oder die Applikationsspitze und verringern Sie wenn Sie im Verlauf der einen Behandlung zu einem anderen Zeitpunkt. Der Patient kann auch das Opalescence™ Zahnaufhellungssystem für Zuhause nehmen.
- Essen, Trinken oder die Verwendung von Tabakprodukten ist zu vermeiden, während die Zahnaufhellungsschiene eingesetzt ist.

Schrittweise Gebrauchsanweisung

Vorbereitung
1) Führen Sie vor der Behandlung eine orale Untersuchung durch und behandeln Sie problematische Bereiche, einschließlich freiliegenden Dentin.
2) Stellen Sie fest und kitten/ ist die Grundfläche. Verwenden Sie Fotos, wenn dies für die Basisdokumentation erforderlich ist.

Gebrauch
HINWEIS: Bei Patienten mit bekannter Zahnempfindlichkeit wird die Behandlung vor und nach der Verwendung, mit UltraEZ™ Desensibilisierungsgel, Opalescence™ Sensitivity Relief Aufhellungszahnpaste und/oder Enamelax™ Fluoridlack empfohlen. Je nach Schweregrad der Empfindlichkeit stehen andere Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.
HINWEIS: Tragen Sie Lippenstift oder Vaseline auf die Lippen, um trockene, rissige Lippen zu vermeiden. Nicht länger als 15 Minuten.
1) Füllen Sie das Gel in die Schiene, indem Sie einen ununterbrochenen Gelstrang, ungefähr auf halber Höhe (oder darunter) von der Schneidekante auf der Frontalseite der Schiene von Molar zu Molar auftragen. Dies sollte nicht mehr als 1/3 bis 1/2 einer Spritze verwenden.
2) Setzen Sie die Schiene ein. Führen Sie eine Zahnbürste, einen Wattebausch oder einen Finger entlang aller Kanten der Schiene, um jegliches Gel zu entfernen, das möglicherweise mit dem Zahnfleisch in Kontakt gekommen ist.
3) Am Ende der Aufhellungszeit entfernen Sie die Schiene, spülen und bürsten das Gel von den Zähnen. Das ausgespülte Gel nicht schlucken.
4) Reinigen Sie die Schiene nach Gebrauch mit einer Zahnbürste und Wasser und bewahren Sie sie in einem sauberen, trockenen Behälter auf.
5) Eine Anwendung zur Gelbehandlung ist nur eine Anwendung erforderlich.
6) Der Patient kann dann ein Zahnaufhellungssystem für Zuhause erhalten und nach Vorgabe des Zahnarztes selbst weiterbehandeln. Der Patient sollte nach der Behandlung in der Praxis 24 Stunden warten, bevor er mit dem Zahnaufhellungssystem daheim beginnt.
7) Verfolgen Sie die Patienten mit einer Behandlung nach. Die Tagesanzahl, die für eine vollständige Behandlung erforderlich ist, hängt von der Art und der Stärke der Zahnverfärbungen ab. Zum Beispiel benötigen Tétracycline-Flecken mehr Behandlungen als andere Arten von Flecken.

HINWEIS: Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt ODER finden Sie weitere Informationen unter https://www.opalescence.com/education/faq

Verarbeitung

Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, wischen Sie die Spritze zwischen den Anwendungen mit einem mittelstarken Desinfektionsmittel ab und verwenden Sie eine Einwegschutzhülle. Wenn keine Schutzhülle verwendet wird, sollte die Spritze nur einmal verwendet werden.

Lagerung und Entsorgung

Gemäß dem Etikett der äußeren Verpackung lagern.
Verschiedene Informationen
Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.
- Hypokalzifizierte Bereiche (Weiß-Fleck-Läsionen), die mit bloßem Auge möglicherweise nicht sichtbar sind, werden schneller weiß und werden dadurch während der Aufhellung deutlicher. Fahren Sie mit der Aufhellungsbehandlung fort, bis die nicht betroffene Zahnoberfläche aufgehellt ist. Bewerten Sie das Ergebnis zwei Wochen nach der Aufhellungsbehandlung erneut, wenn sich die Zahnfarbe stabilisiert hat.
- Es kann auch bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung vorkommen, dass die Zähne nicht merklich weiter werden.
- Einige Amalgamfüllungen können eine dunkelviolette Farbe in Ihrer Aufhellungsschienen hinterlassen. Das ist normal. Zähne können im Laufe der Zeit wieder verfärben. Führen Sie daher die Zahnaufhellungsbehandlung nach Bedarf.

Alle schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und zuständigen Behörden zu melden.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opalescence™ Quick 45 % PF
Système d'éclaircissement des dents en cabinet

Description du produit

Le système d'éclaircissement Opalescence™ Quick est un système de d'éclaircissement en cabinet contrôlé et supervisé par le chirurgien-dentiste. Il s'agit d'un gel transparent, à haute viscosité et collant contenant du peroxyde de carbamide (ainsi que du nitrate de potassium et du fluorure de sodium) disponible dans un gel équivalent à 45 % de peroxyde de carbamide (équivalent à 15 % de peroxyde d'hydrogène). Il contient également une teneur en eau importante pour éviter la déshydratation des dents et l'effet ressort de la teinte. Tous les produits d'éclaircissement Opalescence™ présentent une action de libération prolongée et des propriétés adhésives. Tous les produits de blanchissement Opalescence sont gluten-free et casher.

Pour tous les produits décrits, lire attentivement et assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions et informations de la FDS avant utilisation.

Modèle(s) d'injection
- Seringue d'application de 1.2 ml
- Embout Straight Mac Clear

Indications d'utilisation/Utilisation prévue

Le système d'éclaircissement Opalescence Quick 45 % PF est destiné à un usage médical en cabinet uniquement. Le système d'éclaircissement Opalescence Quick 45 % PF offre une méthode alternative et conservatrice (par rapport aux couronnes, facettes, etc.) pour le traitement des dents sombres et décolorées dues à des facteurs physiologiques tels qu'une maladie, une blessure traumatique ou iatrogène, des influences congénitales, systémiques, métaboliques ou pharmacologiques ; ceci peut inclure, sans toutefois se limiter à, une bilirubine élevée, des taches de tétracycline et de minocycline adulte, la porphyrie, l'erythroblastose fœtale et un apport élevé en fluorure pendant le développement des dents.

Contre-indications

- Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas utiliser de produits d'éclaircissement des dents.
- Pour les patients ou les utilisateurs ayant des problèmes d'allergie, reportez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée avec de l'eau et demander au patient de consulter son médecin.
- Le système d'éclaircissement Opalescence Quick 45 % PF n'est PAS un produit à utiliser à domicile.

Avertissements et précautions

- Utiliser uniquement les embouts recommandés.
- Éviter le contact direct de la surface active du produit d'éclaircissement dentaire avec les gencives et/ou le flux salivaire.
- Éviter le traitement si le patient risque d'avaler ou d'aspirer la gouttière.
- Pour les patients présentant une sensibilité dentaire connue, un traitement préopératoire et postopératoire avec le gel désensibilisant UltraEZ™ le dentifrice blanchissant Opalescence™ Sensibilité de la Sensibilité Dentaire et le vernis fluoré Enamelax™ est recommandé.
- Certains patients peuvent ressentir une gêne temporaire des gencives, des lèvres, de la gorge, de la langue ou des dents. Si l'un de ces symptômes persiste ou s'aggrave après l'arrêt de l'utilisation ou en cas d'inconfort grave, consultez votre dentiste.
- Éviter d'avaler de grandes quantités de gel. L'ingestion de petites quantités de gel pendant l'utilisation est attendue.
- En cas d'ingestion du produit, boire de grandes quantités d'eau et consulter un médecin. Si le produit est aspiré, consulter immédiatement un médecin.
- Informer les patients que les matériaux de restauration n'éclaircissent pas. Nous recommandons d'éclaircir les dents foncées avant la mise en place de la restauration.
- Attendre au moins 7 à 10 jours après les procédures de d'éclaircissement avant de placer les restaurations adhésives.
- Les patients ayant de graves problèmes de santé devraient consulter leur médecin traitant avant le traitement.
- Éviter le contact avec les yeux. Rincer immédiatement si le produit entre en contact avec les yeux.
- Les patients et les professionnels dentaires doivent porter des lunettes de protection avec écrans latéraux lors de l'utilisation de ce produit.
- Pour éviter toute irritation supplémentaire, la santé gingivale et bucco-dentaire générale doit être évaluée avant d'entamer le traitement.
- Contient du fluorure de sodium.
- Le mordançage de l'émail ou le polissage à base de pâte prophylactique avant toute procédure de d'éclaircissement n'est pas recommandé et ne potentialise pas le processus de d'éclaircissement (mais peut provoquer une sensibilité).
- Lisez et assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions. Utilisez le modèle de gouttière recommandé et administrez le régime de traitement approprié pour maintenir un confort optimal du patient.
- Les restaurations doivent être correctement scellées et toutes les dentines exposées doit être recouverte. S'il existe des antécédents de sensibilité, traiter le patient au moyen d'une restauration appropriée ou d'un agent bloquant tel qu'un dentifrice, un agent temporaire de scellement dentinaire ou un vernis fluoré.
- Surveiller l'avancement de l'éclaircissement des patients afin d'éviter un éclaircissement supérieur au niveau de d'éclaircissement souhaité ou un degré de translucidité.
- L'agent d'éclaircissement Opalescence est fourni dans des seringues préchargées de 1,2 ml. Le matériau ne doit PAS être injecté.
- Jetez les embouts et la seringue conformément aux réglementations locales.
- En cas de traitement de plus d'un patient avec une seringue (lorsque cela est nécessaire pour éviter la contamination croisée), enlevez la seringue avec un désinfectant de niveau intermédiaire entre les utilisations et utiliser un manchon protecteur jetable, si le manchon protecteur n'est pas utilisé, la seringue doit être traitée comme une seringue à usage unique.

Stockage et élimination

Conformément aux informations de l'étiquette de l'emballage extérieur.
Jetez les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

Informations diverses

- Les zones hypocalcifiées (présentant des lésions sous forme de points blancs) éclaircissent plus rapidement et sont alors plus visibles lors du blanchissement. Continuer le traitement d'éclaircissement jusqu'à ce que la surface de la dent non affectée se fonde avec la reste. Réévaluer deux semaines après le traitement d'éclaircissement lorsque la teinte des dents est stabilisée.
- En outre, les dents d'un faible pourcentage de la population éclaircissent par de façon significative.
- Certains amalgames dentaires peuvent laisser une teinture violette foncée dans votre gouttière d'éclaircissement. Cela est normal.
- Les dents peuvent se recolorer avec le temps. Il convient alors d'ajuster les traitements d'éclaircissement des dents si nécessaire.

Signaler tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opalescence™ Quick 45% PF
Gebitsbleeksysteem voor toepassing in de tandartspraktijk

Productbeschrijving

Opalescence™ Quick is een gebitsbleeksysteem voor gebruik in tandartspraktijken. Patiënten worden erinnerd behandeld onder controle en supervisie door een tandarts. Het is een helder, kleverige gel met hoge viscositeit die carbamideperoxide bevat (samen met kaliumnitraat en natriumfluoride). De gel bevat 45% carbamideperoxide (het equivalent van 15% waterstofperoxide). De gel heeft ook een hoog watergehalte om uitdroging van de gebitselementen en terugval in kleurtint te voorkomen. Alle bleekproducten van Opalescence™ hebben een aanhoudende afgifte en hechtingseigenschappen. Alle bleekproducten van Opalescence zijn glutenvrij en koosjer. Lees alle instructies en veiligheidsinformatiebladen voorafgaand aan de toepassing van de producten om zorg dat u de regels begrijpt.

Applicatievorm(en)
- 1.2 ml applicatiespuit
- Straight Mac Clear Tip

Modèle(s) d'injection
- Seringue d'application de 1.2 ml
- Embout Straight Mac Clear

Indications voor gebruik/Voorgedoeld doel

Opalescence Quick 45% PF is uitsluitend bedoeld als medische bleekbehandeling in de tandartspraktijk. Opalescence Quick 45% PF is een alternatief, conserverende behandelmethode (vergeleken met kronen, veneers enz.) voor de behandeling van donkere, verkleurde tanden, die zijn veroorzaakt door fysiologische factoren zoals tetracycline, trauma of iatrogene letsel, aangeboren, systemische, metabolische of farmacologische invloeden; deze kunnen onder anderen omvatten: verhoogde bilirubine, tetracycline- en adult minocycline-vlekken, porfyrie, erythroblastosis fetalis en hoge fluoride-inname tijdens de gebitsontwikkeling.

Contraindicaties

- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, mogen geen gebitsbleekproducten gebruiken.
- Voor patiënten of gebruikers met allergieën, raadpleeg het productallergeendocument op www.ultradent.com. Als een allergische reactie wordt waargenomen, spoel het blootgestelde gebied dan grondig met water en laat de patiënt een arts raadplegen.
- Opalescence Quick 45% PF is NIET bedoeld voor thuisgebruik.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Gebruik alleen aanbevolen tips.
- Vermijd direct contact van het actieve oppervlak van het bleekproduct met tandvlees en/of speeksel.
- Voor de behandeling niet toepassen als de patiënt de bleekmiddel kan inslikken of inademen.
- Bij patiënten met een bekende gevoeligheid van het gebit is het raadzaam om voor en na de behandeling UltraEZ™ desensitizing gel, Opalescence™ Sensitivity Relief Whitening Toothpaste en/of Enamelax™ fluoride te gebruiken.
- Sommige patiënten kunnen tijdelijk ongemak van het tandvlees, de lippen, de keel, de tong of de gebitselementen ervaren. Als een van deze symptomen aanhoudt of verergert nadat het gebruik van het product is gestaakt, of in geval van ernstig ongemak, dient de patiënt contact op te nemen met de tandarts.
- Voorkom dat grote hoeveelheden gel worden ingeslikt. Inslikken van kleine hoeveelheden gel tijdens gebruik is te verwachten.
- Bij inslikken van het product: drink veel water en neem contact op met een arts. Bij inademen van het product: zoek onmiddellijk medische hulp.
- Informeer patiënten dat restaurationeelmaterial niet wit wordt. We raden aan om donkere tanden te bleken voordat de restauratie wordt geplaatst.
- Wacht ten minste 7-10 dagen na de bleekbehandeling voordat u adhesieve restauraties plaatst.
- Patiënten met tandgevoeligheid wordt aanbevolen om voor en na de behandeling UltraEZ™ desensitizing gel te gebruiken.
- Contact voorkomen met de ogen. Spoel onmiddellijk als het product in aanraking komt met de ogen.
- Patiënten en dental professionals moeten een veiligheidsbril met zijbescherming dragen tijdens gebruik van dit product.
- De gezondheid van het tandvlees en de algehele mondgezondheid moet voorafgaand aan de behandeling worden beoordeeld om een optimale tandzorg te garanderen.
- Bevat natriumfluoride.
- Het etsen van glazuur of het polijsten met prophylaxpasta voorafgaand aan een bleekbehandeling wordt niet aanbevolen en zorgt niet voor een beter bleekresultaat (maar kan wel gevoeligheid veroorzaken).
- U moet alle gebruiksaanwijzingen lezen en begrijpen. Gebruik aanbevolen tandvleesbeschermer en administreer de behandeling op de juiste manier om ervoor te zorgen dat de patiënt zich op zijn gemak voelt.
- Restaurationeelmaterialen moeten goed afgedekt zijn en alle blootgestelde dentine moet worden afgedekt. Bij eerdere gevoeligheid behandelt u met een geschikte restauratie- of blokmiddel, zoals dentinebonding, een tijdelijk dentinezegelmiddel of fluorietlak.
- Controleer de vordering van de patiënt om te voorkomen dat de gewenste tint of translucentie wordt overschreden.
- Opalescence-bleekgel wordt geleverd in voorgevulde spuiten van 1,2 ml. Het materiaal mag NIET worden geïnjecteerd.
- Gooi tips en spuiten weg volgens de lokale regelgeving.
- Als de patiënt meer dan licht ongemak van tandvlees of gebitselementen ervaart (zoals overmatige temperatuurgevoeligheid), verwijder dan de spuitbuis of de tip van de applicatiespuit en verminder de sterkte van de gel op een nieuwe behandeling op een ander tijdstip. U kunt de patiënt ook Opalescence™ voor thuisgebruik mee naar huis geven.
- De patiënt mag niet eten, drinken of roken tijdens het dragen van de bleekbeugels.

Stapsgewijze instructies

Voorbereiding
1) Voer een examen bucal uit en behandel de aandachtspunten, inclusief blootgelegde dentine.
2) Bepaal en noteer de basiskleur. Maak eventueel foto's voor latere vergelijking van de resultaten.

Gebruik
WAARSCHUWING: Bij patiënten met bekende tandvleesgevoeligheid wordt de behandeling vóór en na de behandeling UltraEZ™ desensitizegel, Opalescence™ Whitening Toothpaste Sensitivity Relief en/of Enamelax™ fluoridelak te gebruiken. Afhankelijk van de ernst van de gevoeligheid zijn er dan andere behandelmogelijkheden.
WAARSCHUWING: Gebruik lipstick of vaseline op de lippen om droge, gebarsten lippen te voorkomen.
1) Fabriceer de gepersonaliseerde tray.
2) Laad de tray om een continue gel-bead te vormen van ongeveer 1/3 tot 1/2 van de tray.
3) Plaats de tray. Gebruik een natte tandenborstel, wattenrol of vinger langs alle randen van de lipbed om alle gel te verwijderen, die mogelijk in contact is geraakt met de gingiva.
4) Aan het einde van de behandelingstijd verwijdert u de lipbed. Daarna spoelt en poetst u de gel van de tanden. Zorg ervoor dat u de gespoelde gel niet wordt doorgeslikt.
5) Maak de lipbed na gebruik schoon met een tandenborstel en water en bewaar in een schone, droge houder.
6) Bij gebruik als een starter-behandeling is maar een sessie nodig.
7) De patiënt kan dan een thuisbleekbehandeling meenemen als een voorgeschreven thuis gebruiken. De patiënt moet na de behandeling in de praktijk 24 uur wachten voordat hij begint met thuisbleken.
8) Zorg voor een follow-up van de behandeling van de patiënt. Het aantal behandeldagen voor een volledige behandeling hangt af van de aard en de ernst van de tandverkleuring. Tetracycline-vlekken bijvoorbeeld meer behandelingen nodig dan andere soorten verkleuringen.

OPMERKING: Als u vragen heeft over dit product, raadpleeg dan contact op met uw tandarts OF kies aanvullende informatie op https://www.opalescence.com/education/faq

Verwerking

Voor een kruisverontreiniging te voorkomen, wischen Sie die Spritze zwischen den Anwendungen mit einem mittelstarken Desinfektionsmittel ab und verwenden Sie eine Einwegschutzhülle. Wenn keine Schutzhülle verwendet wird, sollte die Spritze nur einmal verwendet werden.

Opslag en verwijdering

Bewaar de producten volgens de buitenverpakking lagen.
Verwijder de producten overeenkomstig de plaatselijke richtlijnen, voorschriften en regelgeving.

Overige opmerkingen

- Hypokalcificerende gebieden (witte vlekken), die mogelijk niet zichtbaar zijn voor het blote oog, worden sneller wit, waardoor ze zichtbaarder worden tijdens bleken. Continueer de behandeling totdat het niet-aangetaste gebied samenvalt met de rest van de tand. Herevaluatie twee weken na de bleekbehandeling opnieuw wanneer de tandkleur is gestabiliseerd.
- Bij een klein percentage van de bevolking kan het voorkomen dat de tandkleur niet merkbaar witter wordt.
- Sommige amalgaamvullingen kunnen donkerpaarse kleur achterlaten in de bleekbeugel. Dat is normaal.
- Gebitselementen kunnen in de loop van tijd weer verkleuren. Herhaal de bleekbehandeling daarom indien nodig.

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opalescence™ Quick 45% PF
Sistema di biancamento dentale professionale

Descrizione del prodotto

Il sistema di biancamento Opalescence™ Quick è un sistema di biancamento professionale da impiegare sotto controllo e supervisione da un professionista del settore dentale. È un gel trasparente, di alta viscosità e appiccicoso, contenente perossido di carbamide (insieme a nitrato di potasso e fluoruro di sodio) disponibile nella versione gel al 45% di perossido di carbamide equivalente (15% di perossido di idrogeno equivalente). Contiene inoltre un significativo contenuto di acqua che aiuta a prevenire la disidratazione dei denti e le recidive cromatiche. Tutti i prodotti del sistema di biancamento Opalescence presentano un'azione di rilascio prolungato e proprietà adesive. Tutti i prodotti del sistema di biancamento Opalescence sono senza glutine e kosher.

Per tutti i prodotti descritti, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni sulla FDS prima dell'uso.

Modalità di applicazione
- 1,2 ml siringa
- Puntale Straight Mac Clear

Indicazioni per uso previsto/Finalità d'uso

Il sistema di biancamento Opalescence Quick 45% PF è solo per uso professionale in studio. Il sistema di biancamento Opalescence Quick 45% PF rappresenta un metodo alternativo e conservativo (rispetto a corone, faccette, ecc.) per il trattamento di denti scuri e scoloriti a causa di fattori predisponenti quali malattie, lesioni traumatiche o iatrogene, congenite, sistemiche, metaboliche o farmacologiche; ciò può includere, tra l'altro, bilirubina elevata, macchie da tetraciclina e minociclina per adulti, porfiria, eritroblastosi fetale ed elevata assunzione di fluoro durante lo sviluppo dei denti.

Controindicazioni

- Le donne in gravidanza o che allattano non dovrebbero essere sottoposte all'utilizzo di prodotti per lo sbiancamento dei denti.
- Per i pazienti o gli utenti con problemi di allergia, fare riferimento al documento sugli allergeni del prodotto disponibile su www.ultradent.com. Se si osserva una reazione allergica, sciacquare accuratamente l'area esposta con acqua e chiedere al paziente di consultare il proprio medico.
- Il sistema di biancamento Opalescence Quick 45% PF NON è un prodotto per uso domestico.

Avvertenze e precauzioni

- Utilizzare solo le punte consigliate.
- Evitare il contatto diretto della superficie attiva del prodotto sbiancante con le gengive e/o il flusso salivare.
- Evitare il trattamento se il paziente rischia di ingerire o aspirare il vassoio.
- Per i pazienti presentanti una sensibilità dentale nota, si raccomanda un trattamento pre- e post-operatorio con il gel desensibilizzante UltraEZ™, il dentifricio sbiancante Opalescence™ Sensitivity Relief Whitening Toothpaste e/o fluoro Enamelax™.
- Qualche paziente potrebbero avvertire un disagio temporaneo a livello di gengive, labbra, gola, lingua o denti. Se uno qualsiasi di questi sintomi persiste o peggiora dopo l'interruzione, o in caso di grave disagio, contattare il proprio dentista.
- Evitare di ingerire grandi quantità di gel. È previsto l'ingestione di piccole quantità di gel durante l'uso.
- Se il prodotto viene ingerito, bere grandi quantità di acqua e contattare un medico. Se il prodotto viene aspirato, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Informare i pazienti che i materiali da restauro non sbiancano. Si consiglia di sbiancare i denti scuri prima della realizzazione di un restauro.
- Nel caso siano presenti dei restauri adesivi, attendere almeno 7–10 giorni dopo le procedure di biancamento.
- Pazienti con ipersensibilità dentale hanno la possibilità di usare il prodotto sbiancante Opalescence™ Quick 45% PF prima e dopo il trattamento.
- Evitare il contatto con gli occhi. Sciacquare immediatamente se il prodotto viene a contatto con gli occhi.
- I pazienti e gli operatori sanitari devono indossare occhiali con schermi laterali quando manegiano questo prodotto.
- Per prevenire ulteriori irritazioni, valutare la salute gengivale e orale generale prima di iniziare il trattamento. Contiene fluoruro di sodio.
- Evitare una irritazione additivale, se dobbe evitare la salud bucal general y de las encías antes de iniciar el tratamiento.
- Contiene fluoruro sódico.
- Il trattamento con gel allo 45% o pulimento da esmalte con pasta profilattica antes de qualquer procedimento de clareamento não é recomendado e não melhora o processo de clareamento (mas pode causar sensibilidade).
- Leia e entenda todas as instruções. Use o desenho recomendado da bandeja e administre o regime de tratamento adequado para manter o conforto ideal do paciente.
- As restaurações devem ser adequadamente seladas e toda a dentina sensível exposta deve ser coberta. Se existir um histórico de sensibilidade, trate

Opalescence™ Quick 45% PF
Rendeló fogfehérítő rendszer

Termékleírás
Az Opalescence™ Quick fogfehérítő egy fogszínű szakember által szabályozott, fogonyú szálember által felügyelt, rendelői fogfehérítő rendszer. Ez egy alábbszú, nagy viskozitású, nátrium-peroxid alapú, gélszerű karbamid-peroxid (kálium-nitráttal és nátrium-fluoriddal egészítő) tartalmaz, 45%-os karbamid-peroxid elemzésre, gélben (15%-os hidrogén-peroxid egyenértékű) kapható, jelentős karbamidtartalmú és gyors megszilárdú a fogak kiszárítása és a sárgulás kiküszöbölése. Minden Opalescence™ fogfehérítő termék tartós hatású hatóanyag-felszabadulást biztosítanak a fogszövetben. Minden Opalescence™ fogfehérítő termék glutémentes és kézzel

Az összes leírt termék szerkezet szakembereket illetően figyelemben olvasva el és értse meg az összes utasítást valamint a biztonsági adatlapon található információkat.

Szükséges anyagok
- 1,2 ml-es adagolók fecskendő
- Egyenes Max Detailer hegyek

Használati javallatok/Rendeltetésszerű használat
Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő kizárólag orvosi rendelő használatra szolgál. Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő szakember felügyelete alatt szükséges (pl. kontaktlencse, fogfájdalom stb. kérjen hajlamosító tényezők, pélnyál betegségek, traumás vagy sérülés sérülések, vérszivattyú, szívrohamok, metabolikus betegségek, vérzési betegségek, hallási akut okozott hallás, vesekő, vesebetegségek, vesekárosodás vagy fertőzés, fertőzés, jogi és orvosi szakember felügyelete alatt szükséges).

Ellenjavallatok
- Terhes vagy szoptató nők nem használhatnak fogfehérítő termékeket.
- Az allergiás problémákkal küzdő betegek vagy felhasználók esetében tekintse meg a termék allergénjeinek kapcsolatos dokumentumok, amely mérhető a weoldal www.ultradent.com-ban. Az allergiás reakciók ekzéma, alapos olibiba le vizet a kitett testrészek, és kérje meg a betegek, hogy forduljon az orvosukhoz.
- Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő NEM hatékony hazafinomult termék.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- Csak az ajánlott vegyeket használja.
- Kerülje a fogak, hogy a fogfehérítő termék akár felülete közvetlenül érintkezzen az ínyével és/vagy a nyálkahártyával.
- Kerülje a fogak, hogy a fogfehérítő vagy beszívhatja a készítmény szemébe.
- Az ismert fogérzékenységű betegek számára az Ultrazet™ desensibilizáló gélbel, Opalescence™ Sensitivity Relief Whitening fogfehérítő és/vagy Enamelast™ fluorid lakkal javasolt mielőtt és utána kezelés.
- Fogyasztóban. Ha a fenti tünetek bármelyike tovabbra is fennáll vagy folyosodott a hazafinál abbahagyása után, vagy kérje meg szakembergyik esetén hívja fogorvosát.
- Kerülje a fogak szemét, és ne szívja be a fogfehérítő. Használat közben szemüveget és szemüvegszárat viselni. Ha a termékkel lenyelt, igyon nagy mennyiségű vizet és forduljon orvoshoz. A termék belélegzése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Tájékoztassa a betegeket, hogy a fogoldó anyagok nem befehérítik. Javasolja a sötét fogak fehérítését a fogoldás előtt.
- Várjon legalább 7-10 napot a fehérítési eljárások után, mielőtt fehérjeivel a ragasztós próbálnak.
- A jelenleg szoptatott vagy terhes nőknek javasolja a fogorvosi kezelésüknek kiszüléseik vagy szoptatásuk befejezése.
- Kerülje a bőrrel vagy szemmel érintkezést. Azonnal öblítse le, ha a termék vele érintkezik.
- A páciensekre és a fogorvosokat oktatókat ellenőrzött viselőszemüveget kell viselniük a termék kezelése során.
- A további irritáció elkerülése érdekében a kezelés megkezdése előtt érintkelni kell a fogny és a szájp átlátszó gélpajzzal.
- Nátrium-fluoridot tartalmaz.
- Nem javasolt a szoptatás vagy profi pasztra politúrozás bármilyen fehérítési eljárás előtt, és nem fokozza a fehérítési folyamatot (de érzékenységet okozhat).
- Óvatosan és fokozott figyelem szükséges, ha a kezelés olyan tárgyakat/eszközöket, és alkalmazza a megfelelő kezelési rendet a páciens optimális kényelmének megőrzése érdekében.
- A gélszerű rendszerben van a fogon, és minden lehet érzékeny ezekre a kezelésre. Ha a kórtörténetben előfordult érzékenység, kezelje megelőző fogoldó vagy blokkoló szerrel, például denton kolloszsnapp, vagy Ultrazet desensibilizáló szerrel vagy fluorid lakkal.
- Kövesse nyomon a páciens fogfehérítési folyamatát, hogy megakadályozza a kívánt fehérítési vagy érzékenységi szintet meghaladó fehérítést.
- Az Opalescence fogfehérítő ízei előrelátóan 12 ml-es fecskendőben kerülnek forgalomba. Az anyagot NEM szabad felhasználni szájon belülre.
- A hegyek és a fecskendő a hely előtöltésének megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő termék nem alkalmas (kivéve szakembergyik), vegye ki a takart, hagja ábrán a kezelést, és kérjen időpontot egy másik szakembertől az ezt megelőző kezelésre.
- Ne szívja be a gőzöket, ne szívja fogfehérítő termék a fogon.
- Ne egyen, igyon és ne haszználjon dohányzóeszközöket, amíg a fehérítő tálcák a helyükön vannak.

Lépésenkénti utasítások
Készítmény
1. A kezelés előtt végezzen szájrevizsgálatot, és kezelje az érintett területeket, beleértve a nyitott dentint is.
2. Hagyassza meg és rögzítse az alapvonal jegyzeket. Az alapdokumentációnak használon fényképeket.

Használat
EGYÉZT: Az ismert fogérzékenységű betegek számára a mielőtt ellés és utáni kezelés javasolt Ultrazet desensibilizáló gél és/vagy Enamelast fluorid lakk alkalmazása. Az Opalescence™ Sensitivity Relief és/vagy Enamelast fluorid lakk. Az érzékenység súlyosságától függően más kezelési lehetőségek is rendelkezésre állnak.
EGYÉZT: Vizelet-terhességi teszt szükséges a fogfehérítés megkezdése előtt.
1. Készítsd el az egyéni tálcát.
2. Tálba fel a gélt egy vékony folyatos gélgyöngyöt a tálca arcoldalán lévő inciziális sérülési kis tálca felfele (vagy válamelyik lejjebb) nyomva ötfolyójú dróttöpörg nyomja. Ehhez legfeljebb 1-3 cc fecskendő használata.
3. Ülés tálca. Vissza fogfehérítő, pamutkeresztcsavart vagy szájtükröt vegyél a tálca minden sérülés, hogy eltávolítsa a felesleget minden sérülés.
4. A kezelés befejeztével távolítsa el a tálcát, döltse le és mossa le a gélt a fogakról. Ne nyelje le az oldatot!
5. Használat után törölje meg a tálcát fogoldóval és vízzel, és tárolja tiszta, sárage edényben.
6. Ne tárolja a tálcát a napfényen vagy hőforrás közelében.
7. A páciens ezután haszálnod kell egy otthoni fogfehérítő kezelőszert, az otthon otthoni fehérítőt. Az otthoni fogfehérítő kezelés az ebédszünet ebédszünet az ebédszünet.
8. Kövesse nyomon a beteg kezelését. A teljes kezeléshez szükséges napok száma a fogoldók és a fogfehérítő termékek szerint. Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő a terápiás fehérítés egy vagy más típusú fogfehérítő.

(EGYÉZT: Ha bármilyen kérdése van ezzel a termékkel kapcsolatban, forduljon fogorvosához, VAGY látogjon tovább információkat a https://www.opalescence.com/education/faq oldalon

Felelősségek
A kereskedelemben elérhető érzékeny fehérítés terméke: A fecskendő egy kiszerelés szerint fehérítőszerszámot a két használat között, és kapcsolódó eldobható vékonyhegyek. Ha nem használnák vékonyhegyek, a fecskendő egyszer használásakor kell kezelni.

Tárolás és élettartam
Tárolja a külső csomagolás cimkéjének megfelelően.
A hulladékot a helyi szabályok, irányelvek és előírások szerint ártalmatlanítsa.

Egyéb információk
- A hosszúkifutású biztonsági fehér fotós eldobtacskó, amelyek szabad csommel nem lábtartok, gyorsabban fehérednek, így a fehérítés során nyálkavédőként szolnak. Folytassa a fehérítő kezelést, amíg az elmélyítő fehérítőszert kiszívod. Kit felfel a fehérítő szélénél, amíg, amikor a fogszín szabályosodik.
- Emlékezzünk a lakozsdja egy kis szárakilakult a foga nem fog fehérednek kifehéredni.
- Egyes amalgámtömésekre szükség szint hagyjunk a fehérítésnek. Ez normálisan.
- Ne hagyja el a fogfehérítőszert sehol máshol, csak a fogon! Ez a fogfehérítő kezelésekre van szükség.
- Ne egyen, ne igyon és ne szívja be a fogfehérítő termékeket, amíg a fehérítő tálcák a helyükön vannak.

Szükséges anyagok
- 1,2ml méretű adagolók
- Max Detailer hegyek

Használati javallatok/Rendeltetésszerű használat
Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő kizárólag orvosi rendelő használatra szolgál. Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő szakember felügyelete alatt szükséges (pl. kontaktlencse, fogfájdalom stb. kérjen hajlamosító tényezők, pélnyál betegségek, traumás vagy sérülés sérülések, vérszivattyú, szívrohamok, metabolikus betegségek, vérzési betegségek, hallási akut okozott hallás, vesekő, vesebetegségek, vesekárosodás vagy fertőzés, fertőzés, jogi és orvosi szakember felügyelete alatt szükséges).

Ellenjavallatok
- Terhes vagy szoptató nők nem használhatnak fogfehérítő termékeket.
- Az allergiás problémákkal küzdő betegek vagy felhasználók esetében tekintse meg a termék allergénjeinek kapcsolatos dokumentumok, amely mérhető a weoldal www.ultradent.com-ban. Az allergiás reakciók ekzéma, alapos olibiba le vizet a kitett testrészek, és kérje meg a betegek, hogy forduljon az orvosukhoz.
- Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő NEM hatékony hazafinomult termék.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- Csak az ajánlott vegyeket használja.
- Kerülje a fogak, hogy a fogfehérítő termék akár felülete közvetlenül érintkezzen az ínyével és/vagy a nyálkahártyával.
- Kerülje a fogak, hogy a fogfehérítő vagy beszívhatja a készítmény szemébe.
- Az ismert fogérzékenységű betegek számára az Ultrazet™ desensibilizáló gélbel, Opalescence™ Sensitivity Relief Whitening fogfehérítő és/vagy Enamelast™ fluorid lakk javasolt mielőtt és utána kezelés.
- Fogyasztóban. Ha a fenti tünetek bármelyike tovabbra is fennáll vagy folyosodott a hazafinál abbahagyása után, vagy kérje meg szakembergyik esetén hívja fogorvosát.
- Kerülje a fogak szemét, és ne szívja be a fogfehérítő. Használat közben szemüveget és szemüvegszárat viselni. Ha a termékkel lenyelt, igyon nagy mennyiségű vizet és forduljon orvoshoz. A termék belélegzése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Tájékoztassa a betegeket, hogy a fogoldó anyagok nem befehérítenek. Javasolja a sötét fogak fehérítését a fogoldás előtt.
- Várjon legalább 7-10 napot a fehérítési eljárások után, mielőtt fehérjeivel a ragasztós próbálnak.
- A jelenleg szoptatott vagy terhes nőknek javasolja a fogorvosi kezelésüknek kiszüléseik vagy szoptatásuk befejezése.
- Kerülje a bőrrel vagy szemmel érintkezést. Azonnal öblítse le, ha a termék vele érintkezik.
- A páciensekre és a fogorvosokat oktatókat ellenőrzött viselőszemüveget kell viselniük a termék kezelése során.
- A további irritáció elkerülése érdekében a kezelés megkezdése előtt érintkelni kell a fogny és a szájp átlátszó gélpajzzal.
- Nátrium-fluoridot tartalmaz.
- Nem javasolt a szoptatás vagy profi pasztra politúrozás bármilyen fehérítési eljárás előtt, és nem fokozza a fehérítési folyamatot (de érzékenységet okozhat).
- Óvatosan és fokozott figyelem szükséges, ha a kezelés olyan tárgyakat/eszközöket, és alkalmazza a megfelelő kezelési rendet a páciens optimális kényelmének megőrzése érdekében.
- A gélszerű rendszerben van a fogon, és minden lehet érzékeny ezekre a kezelésre. Ha a kórtörténetben előfordult érzékenység, kezelje megelőző fogoldó vagy blokkoló szerrel, például denton kolloszsnapp, vagy Ultrazet desensibilizáló szerrel vagy fluorid lakk.
- Kövesse nyomon a páciens fogfehérítési folyamatát, hogy megakadályozza a kívánt fehérítési vagy érzékenységi szintet meghaladó fehérítést.
- Az Opalescence fogfehérítő ízei előrelátóan 12 ml-es fecskendőben kerülnek forgalomba. Az anyagot NEM szabad felhasználni szájon belülre.
- A hegyek és a fecskendő a hely előtöltésének megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő termék nem alkalmas (kivéve szakembergyik), vegye ki a takart, hagja ábrán a kezelést, és kérjen időpontot egy másik szakembertől az ezt megelőző kezelésre.
- Ne szívja be a gőzöket, ne szívja fogfehérítő termék a fogon.
- Ne egyen, igyon és ne haszználjon dohányzóeszközöket, amíg a fehérítő tálcák a helyükön vannak.

Lépésenkénti utasítások
Készítmény
1. A kezelés előtt végezzen szájrevizsgálatot, és kezelje az érintett területeket, beleértve a nyitott dentint is.
2. Hagyassza meg és rögzítse az alapvonal jegyzeket. Az alapdokumentációnak használon fényképeket.

Használat
EGYÉZT: Az ismert fogérzékenységű betegek számára a mielőtt ellés és utáni kezelés javasolt Ultrazet desensibilizáló gél és/vagy Enamelast fluorid lakk alkalmazása. Az Opalescence™ Sensitivity Relief és/vagy Enamelast fluorid lakk. Az érzékenység súlyosságától függően más kezelési lehetőségek is rendelkezésre állnak.
EGYÉZT: Vizelet-terhességi teszt szükséges a fogfehérítés megkezdése előtt.
1. Készítsd el az egyéni tálcát.
2. Tálba fel a gélt egy vékony folyatos gélgyöngyöt a tálca arcoldalán lévő inciziális sérülési kis tálca felfele (vagy válamelyik lejjebb) nyomva ötfolyójú dróttöpörg nyomja. Ehhez legfeljebb 1-3 cc fecskendő használata.
3. Ülés tálca. Vissza fogfehérítő, pamutkeresztcsavart vagy szájtükröt vegyél a tálca minden sérülés, hogy eltávolítsa a felesleget minden sérülés.
4. A kezelés befejeztével távolítsa el a tálcát, döltse le és mossa le a gélt a fogakról. Ne nyelje le az oldatot!
5. Használat után törölje meg a tálcát fogoldóval és vízzel, és tárolja tiszta, sárage edényben.
6. Ne tárolja a tálcát a napfényen vagy hőforrás közelében.
7. A páciens ezután haszálnod kell egy otthoni fogfehérítő kezelőszert, az otthon otthoni fehérítőt. Az otthoni fogfehérítő kezelés az ebédszünet ebédszünet az ebédszünet.
8. Kövesse nyomon a beteg kezelését. A teljes kezeléshez szükséges napok száma a fogoldók és a fogfehérítő termékek szerint. Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő a terápiás fehérítés egy vagy más típusú fogfehérítő.

(EGYÉZT: Ha bármilyen kérdése van ezzel a termékkel kapcsolatban, forduljon fogorvosához, VAGY látogjon tovább információkat a https://www.opalescence.com/education/faq oldalon

Felelősségek
A kereskedelemben elérhető érzékeny fehérítés terméke: A fecskendő egy kiszerelés szerint fehérítőszerszámot a két használat között, és kapcsolódó eldobható vékonyhegyek. Ha nem használnák vékonyhegyek, a fecskendő egyszer használásakor kell kezelni.

Tárolás és élettartam
Tárolja a külső csomagolás cimkéjének megfelelően.
A hulladékot a helyi szabályok, irányelvek és előírások szerint ártalmatlanítsa.

Egyéb információk
- A hosszúkifutású biztonsági fehér fotós eldobtacskó, amelyek szabad csommel nem lábtartok, gyorsabban fehérednek, így a fehérítés során nyálkavédőként szolnak. Folytassa a fehérítő kezelést, amíg az elmélyítő fehérítőszert kiszívod. Kit felfel a fehérítő szélénél, amíg, amikor a fogszín szabályosodik.
- Emlékezzünk a lakozsdja egy kis szárakilakult a foga nem fog fehérednek kifehéredni.
- Egyes amalgámtömésekre szükség szint hagyjunk a fehérítésnek. Ez normálisan.
- Ne hagyja el a fogfehérítőszert sehol máshol, csak a fogon! Ez a fogfehérítő kezelésekre van szükség.
- Ne egyen, ne igyon és ne haszználjon dohányzóeszközöket, amíg a fehérítő tálcák a helyükön vannak.

Szükséges anyagok
- 1,2ml méretű adagolók
- Max Detailer hegyek

Felhasználási javallatok
Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő kizárólag orvosi rendelő használatra szolgál. Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő szakember felügyelete alatt szükséges (pl. kontaktlencse, fogfájdalom stb. kérjen hajlamosító tényezők, pélnyál betegségek, traumás vagy sérülés sérülések, vérszivattyú, szívrohamok, metabolikus betegségek, vérzési betegségek, hallási akut okozott hallás, vesekő, vesebetegségek, vesekárosodás vagy fertőzés, fertőzés, jogi és orvosi szakember felügyelete alatt szükséges).

Ellenjavallatok
- Terhes vagy szoptató nők nem használhatnak fogfehérítő termékeket.
- Az allergiás problémákkal küzdő betegek vagy felhasználók esetében tekintse meg a termék allergénjeinek kapcsolatos dokumentumok, amely mérhető a weoldal www.ultradent.com-ban. Az allergiás reakciók ekzéma, alapos olibiba le vizet a kitett testrészek, és kérje meg a betegek, hogy forduljon az orvosukhoz.
- Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő NEM hatékony hazafinomult termék.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- Csak az ajánlott vegyeket használja.
- Kerülje a fogak, hogy a fogfehérítő termék akár felülete közvetlenül érintkezzen az ínyével és/vagy a nyálkahártyával.
- Kerülje a fogak, hogy a fogfehérítő vagy beszívhatja a készítmény szemébe.
- Az ismert fogérzékenységű betegek számára az Ultrazet™ desensibilizáló gélbel, Opalescence™ Sensitivity Relief Whitening fogfehérítő és/vagy Enamelast™ fluorid lakk javasolt mielőtt és utána kezelés.
- Fogyasztóban. Ha a fenti tünetek bármelyike tovabbra is fennáll vagy folyosodott a hazafinál abbahagyása után, vagy kérje meg szakembergyik esetén hívja fogorvosát.
- Kerülje a fogak szemét, és ne szívja be a fogfehérítő. Használat közben szemüveget és szemüvegszárat viselni. Ha a termékkel lenyelt, igyon nagy mennyiségű vizet és forduljon orvoshoz. A termék belélegzése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Tájékoztassa a betegeket, hogy a fogoldó anyagok nem befehérítenek. Javasolja a sötét fogak fehérítését a fogoldás előtt.
- Várjon legalább 7-10 napot a fehérítési eljárások után, mielőtt fehérjeivel a ragasztós próbálnak.
- A jelenleg szoptatott vagy terhes nőknek javasolja a fogorvosi kezelésüknek kiszüléseik vagy szoptatásuk befejezése.
- Kerülje a bőrrel vagy szemmel érintkezést. Azonnal öblítse le, ha a termék vele érintkezik.
- A páciensekre és a fogorvosokat oktatókat ellenőrzött viselőszemüveget kell viselniük a termék kezelése során.
- A további irritáció elkerülése érdekében a kezelés megkezdése előtt érintkelni kell a fogny és a szájp átlátszó gélpajzzal.
- Nátrium-fluoridot tartalmaz.
- Nem javasolt a szoptatás vagy profi pasztra politúrozás bármilyen fehérítési eljárás előtt, és nem fokozza a fehérítési folyamatot (de érzékenységet okozhat).
- Óvatosan és fokozott figyelem szükséges, ha a kezelés olyan tárgyakat/eszközöket, és alkalmazza a megfelelő kezelési rendet a páciens optimális kényelmének megőrzése érdekében.
- A gélszerű rendszerben van a fogon, és minden lehet érzékeny ezekre a kezelésre. Ha a kórtörténetben előfordult érzékenység, kezelje megelőző fogoldó vagy blokkoló szerrel, például denton kolloszsnapp, vagy Ultrazet desensibilizáló szerrel vagy fluorid lakk.
- Kövesse nyomon a páciens fogfehérítési folyamatát, hogy megakadályozza a kívánt fehérítési vagy érzékenységi szintet meghaladó fehérítést.
- Az Opalescence fogfehérítő ízei előrelátóan 12 ml-es fecskendőben kerülnek forgalomba. Az anyagot NEM szabad felhasználni szájon belülre.
- A hegyek és a fecskendő a hely előtöltésének megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő termék nem alkalmas (kivéve szakembergyik), vegye ki a takart, hagja ábrán a kezelést, és kérjen időpontot egy másik szakembertől az ezt megelőző kezelésre.
- Ne szívja be a gőzöket, ne szívja fogfehérítő termék a fogon.
- Ne egyen, igyon és ne haszználjon dohányzóeszközöket, amíg a fehérítő tálcák a helyükön vannak.

Lépésenkénti utasítások
Készítmény
1. A kezelés előtt végezzen szájrevizsgálatot, és kezelje az érintett területeket, beleértve a nyitott dentint is.
2. Hagyassza meg és rögzítse az alapvonal jegyzeket. Az alapdokumentációnak használon fényképeket.

Használat
EGYÉZT: Az ismert fogérzékenységű betegek számára a mielőtt ellés és utáni kezelés javasolt Ultrazet desensibilizáló gél és/vagy Enamelast fluorid lakk alkalmazása. Az Opalescence™ Sensitivity Relief és/vagy Enamelast fluorid lakk. Az érzékenység súlyosságától függően más kezelési lehetőségek is rendelkezésre állnak.
EGYÉZT: Vizelet-terhességi teszt szükséges a fogfehérítés megkezdése előtt.
1. Készítsd el az egyéni tálcát.
2. Tálba fel a gélt egy vékony folyatos gélgyöngyöt a tálca arcoldalán lévő inciziális sérülési kis tálca felfele (vagy válamelyik lejjebb) nyomva ötfolyójú dróttöpörg nyomja. Ehhez legfeljebb 1-3 cc fecskendő használata.
3. Ülés tálca. Vissza fogfehérítő, pamutkeresztcsavart vagy szájtükröt vegyél a tálca minden sérülés, hogy eltávolítsa a felesleget minden sérülés.
4. A kezelés befejeztével távolítsa el a tálcát, döltse le és mossa le a gélt a fogakról. Ne nyelje le az oldatot!
5. Használat után törölje meg a tálcát fogoldóval és vízzel, és tárolja tiszta, sárage edényben.
6. Ne tárolja a tálcát a napfényen vagy hőforrás közelében.
7. A páciens ezután haszálnod kell egy otthoni fogfehérítő kezelőszert, az otthon otthoni fehérítőt. Az otthoni fogfehérítő kezelés az ebédszünet ebédszünet az ebédszünet.
8. Kövesse nyomon a beteg kezelését. A teljes kezeléshez szükséges napok száma a fogoldók és a fogfehérítő termékek szerint. Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő a terápiás fehérítés egy vagy más típusú fogfehérítő.

(EGYÉZT: Ha bármilyen kérdése van ezzel a termékkel kapcsolatban, forduljon fogorvosához, VAGY látogjon tovább információkat a https://www.opalescence.com/education/faq oldalon

Felelősségek
A kereskedelemben elérhető érzékeny fehérítés terméke: A fecskendő egy kiszerelés szerint fehérítőszerszámot a két használat között, és kapcsolódó eldobható vékonyhegyek. Ha nem használnák vékonyhegyek, a fecskendő egyszer használásakor kell kezelni.

Tárolás és élettartam
Tárolja a külső csomagolás cimkéjének megfelelően.
A hulladékot a helyi szabályok, irányelvek és előírások szerint ártalmatlanítsa.

Egyéb információk
- A hosszúkifutású biztonsági fehér fotós eldobtacskó, amelyek szabad csommel nem lábtartok, gyorsabban fehérednek, így a fehérítés során nyálkavédőként szolnak. Folytassa a fehérítő kezelést, amíg az elmélyítő fehérítőszert kiszívod. Kit felfel a fehérítő szélénél, amíg, amikor a fogszín szabályosodik.
- Emlékezzünk a lakozsdja egy kis szárakilakult a foga nem fog fehérednek kifehéredni.
- Egyes amalgámtömésekre szükség szint hagyjunk a fehérítésnek. Ez normálisan.
- Ne hagyja el a fogfehérítőszert sehol máshol, csak a fogon! Ez a fogfehérítő kezelésekre van szükség.
- Ne egyen, igyon és ne haszználjon dohányzóeszközöket, amíg a fehérítő tálcák a helyükön vannak.

Szükséges anyagok
- 1,2ml méretű adagolók
- Max Detailer hegyek

Felhasználási javallatok
Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő kizárólag orvosi rendelő használatra szolgál. Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő szakember felügyelete alatt szükséges (pl. kontaktlencse, fogfájdalom stb. kérjen hajlamosító tényezők, pélnyál betegségek, traumás vagy sérülés sérülések, vérszivattyú, szívrohamok, metabolikus betegségek, vérzési betegségek, hallási akut okozott hallás, vesekő, vesebetegségek, vesekárosodás vagy fertőzés, fertőzés, jogi és orvosi szakember felügyelete alatt szükséges).

Ellenjavallatok
- Terhes vagy szoptató nők nem használhatnak fogfehérítő termékeket.
- Az allergiás problémákkal küzdő betegek vagy felhasználók esetében tekintse meg a termék allergénjeinek kapcsolatos dokumentumok, amely mérhető a weoldal www.ultradent.com-ban. Az allergiás reakciók ekzéma, alapos olibiba le vizet a kitett testrészek, és kérje meg a betegek, hogy forduljon az orvosukhoz.
- Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő NEM hatékony hazafinomult termék.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- Csak az ajánlott vegyeket használja.
- Kerülje a fogak, hogy a fogfehérítő termék akár felülete közvetlenül érintkezzen az ínyével és/vagy a nyálkahártyával.
- Kerülje a fogak, hogy a fogfehérítő vagy beszívhatja a készítmény szemébe.
- Az ismert fogérzékenységű betegek számára az Ultrazet™ desensibilizáló gélbel, Opalescence™ Sensitivity Relief Whitening fogfehérítő és/vagy Enamelast™ fluorid lakk javasolt mielőtt és utána kezelés.
- Fogyasztóban. Ha a fenti tünetek bármelyike tovabbra is fennáll vagy folyosodott a hazafinál abbahagyása után, vagy kérje meg szakembergyik esetén hívja fogorvosát.
- Kerülje a fogak szemét, és ne szívja be a fogfehérítő. Használat közben szemüveget és szemüvegszárat viselni. Ha a termékkel lenyelt, igyon nagy mennyiségű vizet és forduljon orvoshoz. A termék belélegzése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Tájékoztassa a betegeket, hogy a fogoldó anyagok nem befehérítenek. Javasolja a sötét fogak fehérítését a fogoldás előtt.
- Várjon legalább 7-10 napot a fehérítési eljárások után, mielőtt fehérjeivel a ragasztós próbálnak.
- A jelenleg szoptatott vagy terhes nőknek javasolja a fogorvosi kezelésüknek kiszüléseik vagy szoptatásuk befejezése.
- Kerülje a bőrrel vagy szemmel érintkezést. Azonnal öblítse le, ha a termék vele érintkezik.
- A páciensekre és a fogorvosokat oktatókat ellenőrzött viselőszemüveget kell viselniük a termék kezelése során.
- A további irritáció elkerülése érdekében a kezelés megkezdése előtt érintkelni kell a fogny és a szájp átlátszó gélpajzzal.
- Nátrium-fluoridot tartalmaz.
- Nem javasolt a szoptatás vagy profi pasztra politúrozás bármilyen fehérítési eljárás előtt, és nem fokozza a fehérítési folyamatot (de érzékenységet okozhat).
- Óvatosan és fokozott figyelem szükséges, ha a kezelés olyan tárgyakat/eszközöket, és alkalmazza a megfelelő kezelési rendet a páciens optimális kényelmének megőrzése érdekében.
- A gélszerű rendszerben van a fogon, és minden lehet érzékeny ezekre a kezelésre. Ha a kórtörténetben előfordult érzékenység, kezelje megelőző fogoldó vagy blokkoló szerrel, például denton kolloszsnapp, vagy Ultrazet desensibilizáló szerrel vagy fluorid lakk.
- Kövesse nyomon a páciens fogfehérítési folyamatát, hogy megakadályozza a kívánt fehérítési vagy érzékenységi szintet meghaladó fehérítést.
- Az Opalescence fogfehérítő ízei előrelátóan 12 ml-es fecskendőben kerülnek forgalomba. Az anyagot NEM szabad felhasználni szájon belülre.
- A hegyek és a fecskendő a hely előtöltésének megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő termék nem alkalmas (kivéve szakembergyik), vegye ki a takart, hagja ábrán a kezelést, és kérjen időpontot egy másik szakembertől az ezt megelőző kezelésre.
- Ne szívja be a gőzöket, ne szívja fogfehérítő termék a fogon.
- Ne egyen, igyon és ne haszználjon dohányzóeszközöket, amíg a fehérítő tálcák a helyükön vannak.

Lépésenkénti utasítások
Készítmény
1. A kezelés előtt végezzen szájrevizsgálatot, és kezelje az érintett területeket, beleértve a nyitott dentint is.
2. Hagyassza meg és rögzítse az alapvonal jegyzeket. Az alapdokumentációnak használon fényképeket.

Használat
EGYÉZT: Az ismert fogérzékenységű betegek számára a mielőtt ellés és utáni kezelés javasolt Ultrazet desensibilizáló gél és/vagy Enamelast fluorid lakk alkalmazása. Az Opalescence™ Sensitivity Relief és/vagy Enamelast fluorid lakk. Az érzékenység súlyosságától függően más kezelési lehetőségek is rendelkezésre állnak.
EGYÉZT: Vizelet-terhességi teszt szükséges a fogfehérítés megkezdése előtt.
1. Készítsd el az egyéni tálcát.
2. Tálba fel a gélt egy vékony folyatos gélgyöngyöt a tálca arcoldalán lévő inciziális sérülési kis tálca felfele (vagy válamelyik lejjebb) nyomva ötfolyójú dróttöpörg nyomja. Ehhez legfeljebb 1-3 cc fecskendő használata.
3. Ülés tálca. Vissza fogfehérítő, pamutkeresztcsavart vagy szájtükröt vegyél a tálca minden sérülés, hogy eltávolítsa a felesleget minden sérülés.
4. A kezelés befejeztével távolítsa el a tálcát, döltse le és mossa le a gélt a fogakról. Ne nyelje le az oldatot!
5. Használat után törölje meg a tálcát fogoldóval és vízzel, és tárolja tiszta, sárage edényben.
6. Ne tárolja a tálcát a napfényen vagy hőforrás közelében.
7. A páciens ezután haszálnod kell egy otthoni fogfehérítő kezelőszert, az otthon otthoni fehérítőt. Az otthoni fogfehérítő kezelés az ebédszünet ebédszünet az ebédszünet.
8. Kövesse nyomon a beteg kezelését. A teljes kezeléshez szükséges napok száma a fogoldók és a fogfehérítő termékek szerint. Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő a terápiás fehérítés egy vagy más típusú fogfehérítő.

(EGYÉZT: Ha bármilyen kérdése van ezzel a termékkel kapcsolatban, forduljon fogorvosához, VAGY látogjon tovább információkat a https://www.opalescence.com/education/faq oldalon

Felelősségek
A kereskedelemben elérhető érzékeny fehérítés terméke: A fecskendő egy kiszerelés szerint fehérítőszerszámot a két használat között, és kapcsolódó eldobható vékonyhegyek. Ha nem használnák vékonyhegyek, a fecskendő egyszer használásakor kell kezelni.

Tárolás és élettartam
Tárolja a külső csomagolás cimkéjének megfelelően.
A hulladékot a helyi szabályok, irányelvek és előírások szerint ártalmatlanítsa.

Egyéb információk
- A hosszúkifutású biztonsági fehér fotós eldobtacskó, amelyek szabad csommel nem lábtartok, gyorsabban fehérednek, így a fehérítés során nyálkavédőként szolnak. Folytassa a fehérítő kezelést, amíg az elmélyítő fehérítőszert kiszívod. Kit felfel a fehérítő szélénél, amíg, amikor a fogszín szabályosodik.
- Emlékezzünk a lakozsdja egy kis szárakilakult a foga nem fog fehérednek kifehéredni.
- Egyes amalgámtömésekre szükség szint hagyjunk a fehérítésnek. Ez normálisan.
- Ne hagyja el a fogfehérítőszert sehol máshol, csak a fogon! Ez a fogfehérítő kezelésekre van szükség.
- Ne egyen, igyon és ne haszználjon dohányzóeszközöket, amíg a fehérítő tálcák a helyükön vannak.

Szükséges anyagok
- 1,2ml méretű adagolók
- Max Detailer hegyek

Felhasználási javallatok
Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő kizárólag orvosi rendelő használatra szolgál. Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő szakember felügyelete alatt szükséges (pl. kontaktlencse, fogfájdalom stb. kérjen hajlamosító tényezők, pélnyál betegségek, traumás vagy sérülés sérülések, vérszivattyú, szívrohamok, metabolikus betegségek, vérzési betegségek, hallási akut okozott hallás, vesekő, vesebetegségek, vesekárosodás vagy fertőzés, fertőzés, jogi és orvosi szakember felügyelete alatt szükséges).

Ellenjavallatok
- Terhes vagy szoptató nők nem használhatnak fogfehérítő termékeket.
- Az allergiás problémákkal küzdő betegek vagy felhasználók esetében tekintse meg a termék allergénjeinek kapcsolatos dokumentumok, amely mérhető a weoldal www.ultradent.com-ban. Az allergiás reakciók ekzéma, alapos olibiba le vizet a kitett testrészek, és kérje meg a betegek, hogy forduljon az orvosukhoz.
- Az Opalescence Quick 45% PF fogfehérítő NEM hatékony hazafinomult termék.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- Csak az ajánlott vegyeket használja.
- Kerülje a fogak, hogy a fogfehérítő termék akár felülete közvetlenül érintkezzen az ínyével és/vagy a nyálkahártyával.
- Kerülje a fogak, hogy a fogfehérítő vagy beszívhatja a készítmény szemébe.
- Az ismert fogérzékenységű betegek számára az Ultrazet™ desensibilizáló gélbel, Opalescence™ Sensitivity Relief Whitening fogfehérítő és/vagy Enamelast™ fluorid lakk javasolt mielőtt és utána kezelés.
- Fogyasztóban. Ha a fenti tünetek bármelyike tovabbra is fennáll vagy folyosodott a hazafinál abbahagyása után, vagy kérje meg szakembergyik esetén hívja fogorvosát.
- Kerülje a fogak szemét, és ne szívja be a fogfehérítő. Használat közben szemüveget és szemüvegszárat viselni. Ha a termékkel lenyelt, igyon nagy mennyiségű vizet és forduljon orvoshoz. A termék belélegzése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Tájékoztassa a betegeket, hogy a fogoldó anyagok nem befehérítenek. Javasolja a sötét fogak fehérítését a fogoldás előtt.
- Várjon legalább 7-10 napot a fehérítési eljárások után, mielőtt fehérjeivel a ragasztós próbálnak.
- A jelenleg szoptatott vagy terhes nőknek javasolja a fogorvosi kezelésüknek kiszüléseik vagy szoptatásuk befejezése.
- Kerülje a bőrrel vagy szemmel érintkezést. Azonnal öblítse le, ha a termék vele érintkezik.
- A páci