PermaFlo™ Purple
Anatomical Indicating Composite

EN

Product Description
PermaFlo™ Purple composite is a 68% filled, light-cured, radiopaque, thixotropic, methacrylate-based flowable composite with 1µ average particle size. Its color aids in identifying root canal orifices when restoring a tooth following an endodontic procedure. For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s)
- 1.2 ml delivery syringe
- Delivery tip:
  - Micro 20 ga tip

Indications for Use/Intended Purpose
Restorative composites are used for direct and indirect restorations in both the anterior and posterior regions.
PermaFlo Purple can be used for anterior and posterior restorations following endodontic procedures.

Contraindications
- Do not use on patients with known sensitivity to methacrylates or other resins. If dermatitis, rash, or other allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly and have patient consult their physician.
- For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions
- Resins can be sensitizing. Do not use on patients with a known sensitivity to acrylates or other resins. If allergic reaction, dermatitis, or rash develops, have patient consult their physician.
- To avoid cross-contamination, use clean gloves and a clean instrument.
- Redirect overhead light to prevent premature polymerization.
- To optimize bond to each succeeding layer, do not remove oxygen inhibition layer between incremental layers of composite.
- Ensure composite is totally polymerized between layers.

Stepwise Instructions

Preparation
1) Complete endodontic obturation. Clean pulpal floor with cotton and isopropyl alcohol and dry.
2) Apply dentin bonding agent to entire preparation according to manufacturer's instructions.
3) Remove Luer Lock cap and securely attach recommended delivery tip.
4) Verify flow prior to applying intraorally.

Use
1) Apply ≤ 1.0 mm layer of PermaFlo Purple composite over each canal orifice.
2) For curing lights with an intensity of ≥ 800 mW/cm2 in the wavelength region of 385–515 nm, cure each layer for 10 seconds.
3) Place temporary or permanent restoration.

Processing
To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use.

Storage and Disposal
Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information
Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple

DE

Produktbeschreibung
PermaFlo™ Purple Komposit ist ein lichthärtendes, röntgenopakes, thixotropes, fließfähiges Komposit auf Methacrylatbasis mit einem Fülleranteil von 68 % einer durchschnittlichen Partikelgröße von 1 µ. Seine Farbe hilft bei der Identifizierung von Wurzelkanalöffnungen bei der Wiederherstellung eines Zahns nach einem endodontischen Eingriff.
Für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung sorgfältig alle Anleitungen und Sicherheitsdatenblätter lesen.

Lieferform(en)
- Spritze (1,2 ml)
- Applikationsspitze:
  - Micro 20 ga Spitze

Anwendungsbereich/Verwendungszweck
Füllungs-Komposite werden für direkte und indirekte Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich verwendet.
PermaFlo Purple kann für Front- und Seitenzahnrestaurationen nach endodontischen Verfahren verwendet werden.

Kontraindikationen
- Nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegenüber Methacrylaten oder anderen Harzen anwenden. Falls Dermatitis, Hautausschlag oder andere allergische Reaktionen beobachtet werden, den exponierten Bereich gründlich ausspülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt aufsucht.
- Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien finden Sie Informationen im Allergen-Produktdokument unter www.ultradent.com. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den exponierten Bereich gründlich mit Wasser spülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt konsultiert.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
- Harze können sensibilisierend sein. Nicht bei Patienten mit bekannter Sensibilität gegen Acrylate oder andere Harze anwenden. Der Patient muss seinen Arzt aufsuchen, wenn allergische Reaktionen, Dermatitis oder Hautausschlag auftreten.
- Saubere Handschuhe und ein sauberes Instrument verwenden, um Kreuzkontamination zu vermeiden.
- Operationslampe wegdrehen, damit eine vorzeitige Polymerisation verhindert wird.
- Die Sauerstoff-Inhibitionsschicht zwischen den inkrementellen Schichten des Komposits nicht entfernen, um die Bindung an jede nachfolgende Schicht zu optimieren.
- Es muss gewährleistet sein, dass der Komposit zwischen den Schichten gänzlich polymerisiert ist.

Schrittweise Anleitung

Vorbereitung
1) Vollständige endodontische Obturation. Pulpaboden mit Watte und Isopropylalkohol reinigen und trocknen.
2) Dentin-Haftvermittler nach Herstellerangaben auf die gesamte Präparation auftragen.
3) Entfernen Sie die Luer-Lock-Kappe und bringen Sie die empfohlene Applikations spitze sicher an.
4) Überprüfen Sie den Fluss vor der intraoralen Anwendung.

Gebrauch
1) Tragen Sie ≤ 1,0 mm Schicht PermaFlo Purple Komposit auf jede Kanalöffnung auf.
2) Bei Aushärtung von Lampen mit einer Intensität von ≥ 800 mW/cm2 im Wellenlängenbereich von 385–515 nm jede Schicht 10 Sekunden lang aushärten.
3) Platzieren Sie provisorische oder permanente Restaurationen.

Verarbeitung
Die Applikationsspitze vor jeder Benutzung mit einem Desinfektionsmittel mittlerer Konzentration abwischen und eine das entfällt Schutzhülle für den einmaligen Gebrauch verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn keine das entfällt Schutzhülle verwendet wird, sollte die Applikationsspitze als Einweg-Applikationsspitze behandelt werden.

Lagerung und Entsorgung
Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.

Sonstige Angaben
Alle schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und zuständigen Behörden zu melden.
www.ultradent.com / +1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Composite indicateur anatomique

FR

Description du produit
Le composite PermaFlo™ violet est un composite fluide à base de méthacrylate, chargé à 68 %, photopolymérisé, radio-opaque, thixotrope, avec une taille de particule moyenne de 1 µ. Sa couleur aide à identifier les orifices du canal radiculaire lors de la restauration d'une dent à la suite d'une procédure endodontique.
Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions et informations de la FDS avant utilisation.

Type(s) d'application
- Seringue d'application de 1,2 ml
- Embout d'application :
  - Embout micro 20 ga

Indications d'utilisation/Utilisation prévue
Les composites de restauration sont utilisés pour les restaurations directes et indirectes dans les régions antérieure et postérieure.
PermaFlo violet peut être utilisé pour les restaurations antérieures et postérieures après des procédures endodontiques.

Contre-indications
- Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue aux méthacrylates ou autres résines. Si une dermatite, une éruption cutanée ou une autre réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée et demander au patient de consulter son médecin.
- Pour les patients ou utilisateurs souffrant d'allergies, reportez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.

Avertissements et précautions
- Les résines peuvent être sensibilisantes. Ne pas utiliser sur des patients ayant une sensibilité connue aux acrylates et autres résines. Si une réaction allergique, une dermatite ou une éruption cutanée se développe, demander au patient de consulter son médecin.
- Pour éviter la contamination croisée, utiliser des gants propres et un instrument propre.
- Rediriger le plafonnier pour éviter une polymérisation prématurée.
- Pour optimiser la liaison entre chaque couche successive, ne pas retirer la couche inhibitrice d'oxygène entre les couches du composite.
- Assurez-vous que le composite est totalement polymérisé entre les couches.

Instructions par étapes

Préparation
1) Obturation endodontique complète. Nettoyer le plancher pulpaire avec du coton et de l'alcool isopropylique et sécher.
2) Appliquer l'adhésif sur la dentine sur toute la préparation selon les instructions du fabricant.
3) Retirer le capuchon Luer Lock et fixer solidement l'embout d'application recommandé.
4) Contrôler le débit avant l'application intraorale.

Utilisation
1) Appliquer une couche de ≤ 1,0 mm de composite PermaFlo violet sur chaque orifice canalaire.
2) Pour les lampes à polymériser d'une intensité ≥ 800 mW/cm2 dans la plage de longueurs d'onde de 385 à 515 nm, polymériser chaque couche pendant 10 secondes.
3) Placer une restauration temporaire ou permanente.

Traitement
Pour éviter toute contamination croisée, essuyer la seringue avec un désinfectant de niveau intermédiaire entre les utilisations et utiliser un manchon barrière jetable. Si un manchon de protection n'est pas utilisé, la seringue doit être traitée comme à usage unique.

Stockage et élimination
Éliminer les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

Informations diverses
Signaler tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Anatomisch indicatiecomposiet

NL

Productomschrijving
PermaFlo™ Paars-composiet is een voor 68% gevuld, lichtuithardend, radiopaak, thixotroop, vloeibaar composiet op methacrylaatbasis met een gemiddelde deeltjesgrootte van 1µ. De kleur helpt bij het identificeren van wortelkanaalopeningen bij het herstellen van een tand na een endodontische procedure.
Lees voor elk beschreven product alle instructies en SDS-informatie aandachtig door en begrijp deze alvorens het product te gebruiken.

Leveringsvorm(en)
- 1,2 ml injectiespuit
- Leveringspunt:
  - Micro 20ga punt

Indicaties voor gebruik/beoogde doel
Restauratieve composieten worden gebruikt voor directe en indirecte restauraties in zowel de gebieden voor als achter.
PermaFlo Paars kan worden gebruikt voor restauraties voor en achter, na endodontische procedures.

Contra-indicaties
- Niet gebruiken bij patiënten met bekende gevoeligheid voor methacrylaten of andere harsen. Als dermatitis, uitslag of een andere allergische reactie wordt waargenomen, spoel het blootgestelde gebied dan grondig en laat de patiënt haar/zijn arts raadplegen.
- Voor patiënten of gebruikers met allergieën, raadpleeg het document over allergene producten op www.ultradent.com. Als er een allergische reactie wordt waargenomen, spoel dan de blootgestelde zone grondig met water en laat de patiënt haar/zijn arts raadplegen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
- Harsen kunnen overgevoeligheid veroorzaken. Niet gebruiken bij patiënten van wie bekend is dat zij gevoelig zijn voor acrylaten of andere harsen. Als een allergische reactie, dermatitis of uitslag ontstaat, moet de patiënt haar/zijn arts raadplegen.
- Gebruik schone handschoenen en een schoon instrument om kruisbesmetting te voorkomen.
- Richt de operatielamp om vroegtijdige polymerisatie te voorkomen.
- Om de hechting van elke opeenvolgende laag te optimaliseren, mag de zuurstofremmende laag tussen de opeenvolgende composietlagen niet worden verwijderd.
- Zorg ervoor dat composiet tussen de lagen volledig is gepolymeriseerd.

Stapsgewijze instructies

Voorbereiding
1) Voltooi de endodontische obturatie. Reinig de pulpabodem met een wattenstaafje en isopropylalcohol en maak het droog.
2) Breng het dentinehechtmiddel aan op de gehele preparatie volgens de instructies van de fabrikant.
3) Verwijder de Luer Lock-dop en bevestig stevig de aanbevolen toedieningspunt.
4) Controleer de uitstroom voordat u het intraoraal aanbrengt.

Gebruik
1) Breng ≤ 1,0 mm laag PermaFlo Purple composiet aan over elke kanaalopening.
2) Voor uithardingslampen met een intensiteit van ≥ 800 mW/cm2 in het golflengtegebied van 385-515 nm, hardt u elke laag 10 seconden uit.
3) Plaats de tijdelijke of permanente restauratie.

Verwerking
Veeg, om kruisbesmetting te voorkomen, de spuit af met een desinfectiemiddel van gemiddeld niveau tussen verschillende toepassingen en gebruik een barrièrehuls voor eenmalig gebruik. Als een barrièrehuls niet wordt gebruikt, moet de spuit worden behandeld als zijnde voor eenmalig gebruik.

Opslag en verwijdering
Gooi afval weg volgens de lokale regels, richtlijnen en voorschriften.

Overige informatie
Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Composito indicativo anatomico

IT

Descrizione del prodotto
Il composito PermaFlo™ Purple è un composito fluido a base di metacrilato, riempito al 68%, fotopolimerizzabile, radiopaco, con particelle di dimensione media di 1µ. Il suo colore aiuta a identificare gli orifizi del canale radicolare quando si restaura un dente dopo una procedura endodontica.
Per tutti i prodotti descritti, prima dell'utilizzo, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Modalità di erogazione
- Siringa di erogazione da 1,2 ml
- Puntale di erogazione:
  - Puntale micro 20 ga

Indicazioni per l'uso/Scopo previsto
I compositi da restauro vengono utilizzati per restauri diretti e indiretti sia nella regione anteriore che in quella posteriore.
PermaFlo Purple può essere utilizzato per restauri anteriori e posteriori a seguito di procedure endodontiche.

Controindicazioni
- Non usare su pazienti con sensibilità accertata verso metacrilati o altri tipi di resine. Se vengono riscontrate dermatiti, eruzioni cutanee o altre reazioni allergiche, sciacquare abbondantemente l'area esposta e chiedere al paziente di consultare il proprio medico.
- Per pazienti o utenti con problemi di allergie, fare riferimento al documento sugli allergeni presenti nel prodotto disponibile all'indirizzo www.ultradent.com. Se si manifestano reazioni allergiche, lavare accuratamente con acqua la zona interessata e far controllare il paziente da un medico.

Avvertenze e precauzioni
- Le resine possono essere sensibilizzanti. Non utilizzare su pazienti con sensibilità nota agli acrilati o ad altri tipi di resine. In caso di reazioni allergiche, dermatiti o eruzioni cutanee, il paziente deve consultare il proprio medico.
- Per evitare la contaminazione incrociata, utilizzare guanti puliti e uno strumento pulito.
- Allontanare la lampada del riunito per evitare la polimerizzazione prematura del materiale.
- Per ottimizzare l'adesione con ciascuno strato successivo, non rimuovere lo strato di inibizione dell'ossigeno tra gli strati incrementali del composito.
- Assicurarsi che il composito sia completamente polimerizzato tra gli strati.

Istruzioni procedurali

Preparazione
1) Otturazione endodontica completa. Pulire il pavimento della camera pulpare con cotone e alcool isopropilico e asciugare.
2) Applicare l'agente adesivo dentinale all'intera preparazione secondo le istruzioni del produttore.
3) Rimuovere il cappuccio luer-lock e fissare saldamente il puntale di erogazione consigliato.
4) Verificare il flusso prima dell'applicazione intraorale.

Utilizzo
1) Applicare uno strato di ≤ 1,0 mm di composito PermaFlo Purple su ciascun orifizio del canale.
2) Per lampade fotopolimerizzanti con un'intensità di ≥ 800 mW/cm2 nella regione della lunghezza d'onda di 385–515 nm, polimerizzare ogni strato per 10 secondi.
3) Posizionare il restauro provvisorio o permanente.

Trattamento
Per evitare la contaminazione crociata, pulire la siringa con un disinfettante di livello intermedio tra un utilizzo e l'altro e utilizzare una guaina protettiva monouso. Se non si utilizza una guaina protettiva, la siringa deve essere trattata come monouso.

Conservazione e smaltimento
Smaltire i rifiuti secondo le norme, le linee guida e le regolamentazioni locali.

Informazioni varie
Segnalare eventuali gravi incidenti al produttore e alle autorità competenti.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo ™ Purple
Compuesto indicador anatómico

ES

Descripción del producto
El compuesto PermaFlo ™ morado es un compuesto fluido a base de metacrilato, tixotrópico, fotopolimerizable, radiopaco, relleno al 68 %, con un tamaño de partícula promedio de 1µ. Su color ayuda a identificar los orificios del conducto radicular cuando se restaura un diente después de un procedimiento de endodoncia.
Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

Presentación
- Jeringa de administración de 1,2 ml
- Punta de administración:
  - Punta micro 20 ga

Indicaciones de uso/Fin previsto
Los composites restauradores se utilizan para restauraciones directas e indirectas en las regiones anterior y posterior.
PermaFlo Purple se puede utilizar para restauraciones anteriores y posteriores después de procedimientos de endodoncia.

Contraindicaciones
- No usar en pacientes con sensibilidad conocida a los metacrilatos u otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.
- Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.

Advertencias y precauciones
- Las resinas pueden ser sensibilizantes. No utilizar en pacientes con una sensibilidad conocida a los acrilatos u otras resinas. Si se desarrolla una reacción alérgica, dermatitis o erupción, haga que el paciente consulte a su médico.
- Para evitar la contaminación cruzada, use guantes limpios y un instrumento limpio.
- Redirigir la luz del techo para evitar la polimerización prematura.
- Para optimizar la adhesión entre capas, no elimine la capa de inhibición de oxígeno entre capa y capa de compuesto.
- Asegúrese de que el composite esté totalmente polimerizado entre capas.

Instrucciones paso a paso

Preparación
1) Obturación endodóntica completa. Limpiar el piso pulpar con algodón y alcohol isopropílico y secar.
2) Aplique el agente adhesivo de dentina a toda la preparación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3) Retire la tapa Luer Lock y coloque de forma segura la punta de administración recomendada.
4) Verifique el flujo antes de aplicarlo de manera intraoral.

Uso
1) Aplique una capa de ≤ 1,0 mm de composite PermaFlo Purple sobre cada orificio del canal.
2) Para las lámparas de polimerización con una intensidad de ≥ 800 mW / cm2 en la región de la longitud de onda de 385–515 nm, cure cada capa durante 10 segundos.
3) Coloque una restauración temporal o permanente.

Procesamiento
Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre cada uso, y utilice una funda de barrera desechable. Si no se usa una funda de barrera, la jeringa debe tratarse como si fuera de un solo uso.

Almacenamiento y descarte
Descarte los residuos de acuerdo con las normas, directrices y regulaciones locales.

Información variada
Informe cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Compósito para indicação anatómica

PT

Descrição do produto
O compósito PermaFlo™ Roxo é um compósito fluido com 68% preenchido, fotopolimerizado, radiopaco, tixotrópico, à base de metacrilato com tamanho médio da partículas de 1µ. A sua cor ajuda a identificar os orifícios do canal radicular durante a restauração de um dente após um procedimento endodôntico.
Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações nas FDS antes de utilizar.

Forma(s) de aplicação
- Seringa de aplicação de 1,2 ml
- Pontas de aplicação:
  - Ponta micro 20 ga

Indicações de utilização/Finalidade prevista
Os compósitos restauradores são utilizados para restaurações diretas e indiretas nas regiões anterior e posterior.
O PermaFlo Roxo pode ser utilizado para restaurações anteriores e posteriores após procedimentos endodônticos.

Contraindicações
- Não utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida aos metacrilatos ou outras resinas. Se for observada dermatite, erupção cutânea ou outra reação alérgica, enxágue a área exposta completamente e peça ao paciente que consulte o seu médico assistente.
- Para pacientes ou utilizadores com problemas de alergia, consulte o documento alergénico do produto disponível em www.ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico.

Advertências e Precauções
- As resinas podem ser sensibilizantes. Não utilizar em pacientes com uma sensibilidade conhecida a acrilatos ou outras resinas. Se ocorrer uma reação alérgica, dermatite ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.
- Para evitar contaminação cruzada, use luvas limpas e um instrumento limpo.
- Redirecionar o foco odontológico para evitar a polimerização prematura.
- Para aperfeiçoar a união a cada camada subsequente, não remova a camada de inibição de oxigénio entre as camadas incrementais do compósito.
- Certifique-se de que o composto esteja totalmente polimerizado entre as camadas.

Instruções passo a passo

Preparação
1) Termine a obturação endodôntica. Limpe o pavimento pulpar com algodão e álcool isopropílico e seque.
2) Aplique agente adesivo à dentina em toda a preparação de acordo com as instruções do fabricante.
3) Remova a tampa Luer Lock e fixe com segurança a ponta de aplicação recomendada.
4) Verifique o fluxo antes de aplicar intraoralmente.

Utilização
1) Aplique uma camada ≤ 1,0 mm de compósito PermaFlo Roxo sobre cada orifício do canal.
2) Para luzes de polimerização com uma intensidade de ≥ 800 mW/cm2 na região do comprimento de onda de 385–515 nm, polimerize cada camada durante 10 segundos.
3) Coloque a restauração temporária ou permanente.

Processamento
Para evitar a contaminação cruzada, limpe a seringa com um desinfetante de nível intermédio entre utilizações e utilize uma manga de barreira descartável. Se não for utilizada uma manga de barreira, a seringa deve ser tratada como sendo de utilização única

Armazenamento e eliminação
Elimine os resíduos de acordo com as regras, diretrizes e regulamentos locais.

Informações Diversas
Comunique qualquer incidente grave ao fabricante e à autoridade competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Anatomisk indikerande komposit

SV

Produktbeskrivning
PermaFlo™ Purple komposit är en 68 % fylld, ljushärdad, strålsäker, tixotrop, metakrylatbaserad flytande komposit med 1µ genomsnittlig partikelstorlek. Färgen hjälper till att identifiera rotkanalöppningar vid återställning av en tand efter en endodontisk procedur.
Läs igenom bruksanvisningarna och säkerhetsdatabladen för alla beskrivna produkter före användning.

Leveransform(er)
- 1,2 ml leveranssprута
- Appliceringsspets:
  - Micro 20 ga spets

Indikationer för användning/avsett syfte
Restaurerande universalkomposit används för direkta och indirekta restaureringar i både de främre och bakre regionerna.
PermaFlo Purple kan användas för främre och bakre restaureringar efter endodontiska ingrepp.

Kontraindikationer
- Använd inte till patienter med känd överkänslighet för metakrylater eller andra resiner. Om dermatit, utslag eller annan allergisk reaktion observeras, skölj det exponerade området grundligt och rådfråga patientens läkare.
- Besök www.ultradent.com för att se dokument om produktallergener för patienter eller användare med allergiproblem. Om en allergisk reaktion observeras, skölj det exponerade området grundligt med vatten och uppmana patienten att konsultera sin läkare.

Varningar och försiktighetsåtgärder
- Resiner kan vara sensibiliserande. Använd inte på patienter med känd överkänslighet för akrylater eller andra hartser. Om en allergisk reaktion, dermatit eller utslag uppträder, be patienten att kontakta sin läkare.
- Använd rena handskar och ett rent instrument för att undvika korskontaminering.
- Rikta bort ljus ovanifrån för att förhindra för tidig polymerisering.
- För optimerad bonding av varje följande lager bör det syreinhiberande lagret mellan de olika lagren komposit inte avlägsnas.
- Se till att kompositen är helt polymeriserad mellan skikten.

Instruktioner steg-för-steg

Förberedelse
1) Fullständig endodontisk obturering. Rengör pulpabotten med bomull och isopropylalkohol och torka.
2) Applicera tandbondingsmedel på hela preparatet enligt tillverkarens anvisningar.
3) Ta bort luer lock-hättan och fäst rekommenderad leveranstspets.
4) Kontrollera flödet, innan du applicerar intraoralt.

Användning
1) Applicera ≤ 1,0 mm skikt PermaFlo Purple komposit över varje kanalöppning.
2) Med härdljus med en intensitet av ≥ 800 mW/cm2 i våglängdsområdet 385–515 nm, härda varje lager i 10 sekunder.
3) Placera tillfällig eller permanent restaurering.

Bearbetning
För att undvika korskontamination, torka sprutan med ett medelstarkt desinfektionsmedel mellan användningarna och använd en skyddsfolie för engångsbruk. Om en skyddsfolie inte används, ska sprutan kasseras

Förvaring och avfallshantering
Avfallshantera enligt lokala regler, riktlinjer och förordningar.

Övrig information
Anmäl en eventuell allvarlig händelse till tillverkaren och den behöriga myndigheten.
www.ultradent.com / +1 800 552 5512 / +1 801 572 4200

PermaFlo™ Purple
Anatomická indikující kompozit

DA

Produktbeskrivelse
PermaFlo ™ Lilla komposit er en 68% fyldt, lysherdet, røntgentæt, thixotropisk, methacrylatbaseret flydbart komposit med 1µ gennemsnitlig partikelstørrelse. Dens farve hjælper med at identificere rodkanalåbninger, når en tand restaureres efter en endodontisk procedure.
Sørg for omhyggeligt at læse og forstå alle anvisninger og SDS-oplysninger for alle de beskrevne produkter inden brug.

Leveringsudgave(r)
- 1,2 ml leveringssprøjte
- Indføringsspids:
  - Micro 20 ga spids

Indikationer for brug/tilsigtet formål
Restorative kompositter bruges til direkte og indirekte restaureringer i både de forreste og bageste regioner.
PermaFlo Purple kan bruges til forreste og bageste restaureringer efter endodontiske procedurer.

Kontraindikationer
- Må ikke anvendes på patienter med kendt følsomhed over for methacrylater eller andre harpikser. Hvis dermatitis, udslæt eller anden allergisk reaktion observeres, skylles det behandlede område grundigt, og anmod patienten om at kontakte sin læge.
- For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til produktallergendokumentet, som findes på www.ultradent.com. Hvis der observeres en allergisk reaktion skylles det eksponerede område grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin læge.

Advarsler og forholdsregler
- Harpiksmaterialer kan være sensibiliserende. Undgå anvendelse på patienter med kendt følsomhed overfor acrylater eller andre harpiksmaterialer. Hvis der opstår allergisk reaktion, dermatitis eller udslæt, skal patienten konsultere deres læge.
- Brug rene handsker og et rent instrument for at undgå krydskontaminering.
- Omdiriger overbelysning for at forhindre for tidlig polymerisation.
- For at optimere bindingen til hvert efterfølgende lag må ilthæmningslaget mellem inkrementelle lag af komposit ikke fjernes.
- Sørg for, at komposit er fuldstændigt polymeriseret mellem lagene.

Trinvise instruktioner

Klargøring
1) Komplet endodontisk obturation. Rengør pukpgulvet med bomuld og isopropylalkohol og tør.
2) Påfør dentinbindemiddel på hele præparatet i henhold til producentens instruktioner.
3) Fjern Luer Lock -hætten, og fastgør en anbefalet leveringsspids.
4) Kontroller flowet inden påføring intraoralt.

Brug
1) Påfør ≤ 1,0 mm lag PermaFlo Purple-komposit over hver kanalåbning.
2) Til hærdningslys med en intensitet på ≥ 800 mW/cm2 i bølgelængdeområdet på 385–515 nm skal hvert lag hærdes i 10 sekunder.
3) Anbring midlertidig eller permanent restaurering.

Forarbejdning
For at undgå krydskontaminering, skal du tørre sprøjten med et desinfektionsmiddel på middelniveau mellem brug og bruge et barrierehylster til engangsbrug. Hvis der ikke anvendes et barrierehylster, skal sprøjten behandles som engangsbrug

Opbevaring og bortskaffelse
Bortskaffelse af affald skal være i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse oplysninger
Rapportér enhver alvorlig hændelse til producenten og den kompetente myndighed.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Anatominen ilmaiseva komposiitti

FI

Tuotteen kuvaus
PermaFlo™ Purple -kompositti on 68 prosenttisesti täyteainepitoinen, valokovettuva, röntgenpositiivinen, tiksotrooppinen, metakrylaattipohjainen, juokseva kompositti, jonka keskimääräinen hiukkaskoko on 1 µ.
Sen väri auttaa tunnistamaan juurikanavan aukot, kun hammasta korjataan endodonttisen toimenpiteen jälkeen.
Lue huolellisesti ja sisäistä kaikkien kuvattujen tuotteiden ohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet ennen tuotteiden käyttöä.

Antotapa/-tavat
- 1,2 ml:n annosteluruisku
- Annostelukärki:
  - 20 ga:n mikrokärki

Käyttöaiheet/-tarkoitus
Korjaavia komposiitteja käytetään sekä etu- että takaosan suoriin ja epäsuoriin korjauksiin.
PermaFlo Purple a voidaan käyttää etu- ja takaosan korjauksiin endodonttisten toimenpiteiden jälkeen.

Vasta-aiheet
- Älä käytä potilailla, joiden tiedetään olevan herkkiä metakrylaateille tai muille hartseille. Jos havaitaan ihottumaa, ihottumaa tai muuta allergista reaktiota, huuhtele altistunut alue huolellisesti ja pyydä potilasta ottamaan yhteys lääkäriin.
- Katso allergioiden osalta tuotteen allergeenidokumentti, joka on saatavana osoitteessa www.ultradent.com. Jos allergisia reaktioita havaitaan, huuhtele altistunut alue huolellisesti vedellä ja kehota potilasta ottamaan yhteys lääkäriin.

Varoitukset ja varotoimet
- Hartsit voivat olla herkistäviä. Älä käytä potilaille, joiden tiedetään olevan herkkiä akrylaatille tai muille hartseille. Jos allerginen reaktio, ihottuma tai ihottuma kehittyy, kehota potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriin.
- Käytä puhtaita käsineitä ja puhdasta instrumenttia välttääksesi ristikontaminaation.
- Suuntaa toimenpidevalo ja huonevalo muualle ennenaikaisen polymerisoitumisen välttämiseksi.
- Seuraavan kerroksen optimaalisen tarttumisen vuoksi hapettumista estävää kerrosta ei saa poistaa yhdistelmämuovin kerrosten välillä.
- Varmista, että komposiitti on polymeroitunut täysin kerrosten välillä.

Vaihekohtaiset ohjeet

Valmistelu
1) Suorita endodonttinen obturaatio. Puhdista hammasytimen pohja vanulla ja isopropyylialkoholilla ja kuivaa.
2) Levitä dentiinin sidosainetta koko valmisteeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3) Poista Luer Lock -kynkä ja kiinnitä suositeltu annostelukärki tukevasti.
4) Varmista virtaus ennen suunsisäistä annostelua.

Käyttö
1) Levitä ≤ 1,0 mm:n kerros PermaFlo Purple -kompositiitta jokaisen kanava-aukon päälle.
2) Kun kovetat valolla, jonka intensiteetti on ≥ 800 mW/cm2 aallonpituusalueella 385-515 nm, koveta jokaista kerrosta 10 sekunnin ajan.
3) Tee tilapäinen tai pysyvä korjaus.

Prosessointi
Hävitä jäte paikallisten sääntöjen, ohjeiden ja määräysten mukaisesti

Säilytys ja hävittäminen
Hävitä jäte paikallisten sääntöjen, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Sekalaiset tiedot
Ilmoita vakavista tapauksista valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Anatomisk indikerende komposit

NO

Produktbeskrivelse
PermaFlo™ Purple-kompositt er en 68 % fylt, lysherdet, røntgentett, tiksotropisk, metakrylatbasert flytende kompositt med 1 µ gjennomsnittlig partikkelstørrelse. Fargen hjelper til med å identifisere rotkanalåpninger ved gjenoppretting av en tann etter en endodontisk prosedyre.
For alle produktene som er beskrevet, må du lese nøye og forstå alle instruksjoner og sikkerhetsdataflad-informasjon før bruk.

Leveringsskjema(er)
- 1,2 ml leveringssprøyte
- Leveringsspiss:
  - Micro 20 ga-spiss

Indikasjoner for bruk / tiltenkt formål
Restorative kompositter brukes til direkte og indirekte restaureringer i både fremre og bakre regioner.
PermaFlo Purple kan brukes til fremre og bakre restaurering etter endodontiske prosedyrer.

Kontraindikasjoner
- Må ikke brukes på pasienter med kjent følsomhet for metakrylater eller andre harpikser. Hvis det oppstår dermatitt, utslett eller annen allergisk reaksjon, skyll det utsatte området grundig, og la pasienten kontakte lege.
- For pasienter eller brukere med allergiproblemer, se produktallergendokumentet som du finner på www.ultradent.com. Hvis det oppstår en allergisk reaksjon, skyll det eksponerte området grundig med vann og få pasienten til å kontakte sin lege.

Advarsler og forholdsregler
- Harpikser kan være sensibiliserende. Må ikke brukes på pasienter med kjent følsomhet for akrylater eller andre harpikser. Hvis det oppstår allergisk reaksjon, dermatitt eller utslett, må du be pasienten kontakte sin lege.
- Bruk rene hansker og et rent instrument for å unngå krysskontaminering.
- Snu unna overlys for å forhindre for tidlig polymerisasjon.
- For å optimalisere bindingen for hvert etterfølgende lag, ikke fjern inhiberingslaget for oksygen mellom inkrementelle lag av kompositt.
- Forsikre deg om at kompositt er fullstendig polymerisert mellom lagene.

Trinnvise instruksjoner

Klargjøring
1) Fullstendig endodontisk obturasjon. Rengjør massegulvet med bomull og isopropylalkohol, og tørk.
2) Påfør dentinbindemiddel på hele preparatet i henhold til produsentens instruksjoner.
3) Fjern luerlåshetten og fest en anbefalt leveringsspiss.
4) Kontroller flyt før påføring intraoralt.

Bruk
1) Påfør ≤ 1,0 mm lag PermaFlo Purple-kompositt over hver kanalåpning.
2) For herdingslys med en intensitet på ≥ 800 mW/cm2 i bølgelengdeområdet på 385–515 nm, herdes hvert lag i 10 sekunder.
3) Plasser midlertidig eller permanent restaurering.

Behandling
For å unngå krysskontaminering, tørk sprøyten med et mellomliggende desinfeksjonsmiddel mellom bruk og bruk engangsbarrierehylse. Hvis en barrierehylse ikke brukes, må sprøyten behandles som til engangsbruk

Lagring og kassering
Kast avfall i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse opplysninger
Rapporter en alvorlig hendelse til produsenten og den kompetente myndigheten.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Ανατομικός δείκτης σύνθετης ρητίνης

EL

Περιγραφή προϊόντος
Η σύνθετη ρητίνη PermaFlo Purple, είναι μία φωτοπολυμερίζόμενη, ακτινοσκιερή, με μεθακρυλική βάση λεπτόρρευστη σύνθετη ρητίνη η οποία περιέχει ενισχυτικές ουσίες σε ποσοστό 68%με μέσο μέγεθος σωματιδίων 1μ. Το χρώμα της βοηθά στον εντοπισμό των στομίων του ριζικού σωλήνα κατά την αποκατάσταση ενός δοντιού μετά από ενδοδοντική επέμβαση.
Για όλα τα προϊόντα που περιγράφονται, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες στα δελτία δεδομένων ασφάλειας

PermaFlo™ Purple
Anatómiai jelzőkompozit

HU

Termékleírás
A PermaFlo™ Purple kompozit egy 68%-ban töltött, fényre keményedő, röntgensztót, tixotróp, metakrilát alapú folyékony kompozit, 1µ átlagos részecskeméretettel. A színe segíti a gyökércsatorna nyílások azonosításában, amikor egy fogat a fogat endodontikus beavatkozást követően helyreállítják.
Minden bemutatott termék esetén használat előtt gondosan olvassa el és értelmezze az összes utasítást és a biztonsági adatlapon található információkat.
Kiszerelés(ek)
- 1,2 ml-es adagoló fecskendő
- Adagolóhegy:
  - Micro 20 ga hegy

Felhasználási javallat/ Rendeltetésszerű felhasználás
A helyreállító kompozitokat közvetlen és közvetett helyreállításra használják mind az elülső, mind a hátsó régióban.
A PermaFlo Purple endodontikus beavatkozásokat követő anterior és posterior helyreállításokhoz használható.
Ellenjavallatok
- Nem alkalmazható olyan betegeknél, akik érzékenyek a metakrilátokra vagy más gyantákra. Ha dermatitist, kütést vagy egyéb allergiás reakciót észlelnek, alaposan öblítse le a kitett területet, és forduljon orvoshoz.
- Allergiában szenvedő betegek vagy felhasználók esetén olvassa el a www.ultradent.com weboldalon elérhető, a termék allergénjeire vonatkozó dokumentumot. Amennyiben allergiás reakciót észlel, az érintett területet öblítse le alaposan vízzel, és a beteg forduljon orvosához.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- A gyantát túlérzékenységet okozhatnak. Ne használja olyan pácienseknél akiknél ismert az akrilátokra vagy más gyantákra való érzékenység. Allergiás reakció, bőrgyulladás vagy kütés esetén a páciens forduljon a háziorvosához.
- A keresztszennyeződés elkerülése érdekében használjon tiszta kesztyűt és tiszta műszert.
- Irányítsa át a felső fényt az idő előtti polimerizáció megelőzése érdekében.
- Az egymást követő rétegekhez való kötés optimalizálása érdekében ne távolítsa el az oxigéngátló réteget a kompozit növekményes rétegei között.
- Ügyeljen arra, hogy a kompozit teljesen rétegződjön a rétegek között.

Lépésenkénti utasítások
Előkészítés
1) Teljes endodontiás elzáródás. Tiszítítsa meg a pulpáliis padlót vattával és izopropil alkohollal, majd szárítsa meg.
2) Vigyen fel dentin kötőanyagot a teljes készítményre a gyártó utasításai szerint.
3) Távolítsa el a Luer Lock kupakot, és rögzítse biztonságosan az ajánlott adagolóhegyet.
4) Az intraorális alkalmazás előtt ellenőrizze az áramlást.

Használat
1) Vigyen fel ≤ 1,0 mm -es PermaFlo Purple kompozit réteget minden csatorna nyílására.
2) A 385-515 nm hullámhosszú tartományban ≥ 800 mW/cm2 intenzitású keményítőfény esetén minden réteget 10 másodpercig kell keményíteni.
3) Helyezzen ideiglenes vagy végleges helyreállítást.

Feldolgozás
A keresztszennyeződés elkerülése érdekében törölje le a fecskendőt egy közepes szintű fertőtlenítőszerrel a felhasználások között, és használjon eldobható védőbotot. Ha nem használnák védőbotot, a fecskendőt egyszer használatosnak kell tekinteni

Tárolás és ártalmatlanítás
A hulladékot a helyi szabályok, irányelvek és előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Egyéb információk
Jelentsen minden súlyos balesetet a gyártónak és az illetékes hatóságnak.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Anatomiski indikatīvs kompozīts

LV

Produkta apraksts
PermaFlo™ Violetais kompozīts ir 68% pildīts, gaismā sacietējošs, radioaktīvo apstarojumu necaurlaidīgs, tiksotropisks, metakrilāta bāzes plūstošs kompozīts, ar vidēju daļiņu izmēru 1µ. Tā krāsa palīdz noteikt sakņu kanālu atveres, atjaunojot zobu pēc endodontiskās procedūras.
Pirms sākat izmantot jebkuru no augstāk minētajiem produktiem, uzmanīgi izlasiet visu tā lietošanas instrukciju un drošības datu lapu.
Piegādes forma(s)
- 1,2 ml piegādes šļirce
- Piegādāšanie uzgaļi:
  - Mikro 20 ga uzgalis

Lietošanas indikācijas/ paredzētais mērķis
Atjaunojošos kompozītmateriālus izmanto tiešai un netiešai atjaunošanai gan priekšējā, gan aizmugurējā reģionā.
PermaFlo Violets var izmantot priekšējai un aizmugurējai atjaunošanai pēc endodontiskām procedūrām.
Kontrindikācijas
- Nelietot pacientiem ar zināmu jutību pret metakrilātiem vai citām sveķiem. Ja tiek novērots dermatīts, izsitumi vai cita veida alerģiska reakcija, rūpīgi noskalojiet skarto vietu un lūdziet pacientam konsultēties ar savu ārstu.
- Alerģiskiem pacientiem vai lietotājiem skatīt produktu alerģeņu dokumentu, kas pieejams vietnē www.ultradent.com. Ja tiek novērota alerģiska reakcija, rūpīgi izskalojiet iedarbīšanā pakļauto vietu ar ūdeni un ieteikšet pacientam vērsties pie ārsta.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
- Sveķi var izraisīt paaugstinātu jutību. Nelietojiet pacientiem ar paaugstinātu jutību pret akrila vai citiem sveķiem. Ja parādās alerģiska reakcija, dermatīts vai izsitumi, pacientam jāskalojas ūdenī un tīru instrumentu.
- Novērstiet virsgaismu, lai novērstu priekšlaicīgu polimerizāciju.
- Lai optimizētu sasaisti ar katru nākamo slāni, nenoņemiet starp kompozītmateriāla pieaugošajiem slāņiem esošo skābekļa kavējošo slāni.
- Parliecinieties, ka kompozīts ir pilnībā polimerizēts starp slāņiem.

Lietošanas instrukcija soli pa solim
Sagatavošana
1) Pilnīga endodontiská obstrukcija. Notīriet pulpālo virsmu ar kokvilnu un izopropilspirtu un nosusiniet.
2) Uzklājiet dentīna saistvielu visam preparātam saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
3) Noņemiet luera blokēšanas vāciņu un droši pievienojiet ieteicamo piegādāto uzgali.
4) Pirms intraorālās lietošanas pārbaudiet plūsmu.

Lietošana
1) Uzklājiet ≤ 1,0 mm biezu PermaFlo Violetā kompozīta slāni uz katras kanāla ieteves.
2) Lai sacietinātu gaismā ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 viļņu garuma apgabalā 385–515 nm, katru slāni cietiniet 10 sekundes.
3) Piemērojiet pagaidu vai pastāvīgu atjaunošanu.

Apstrāde
Lai izvairītos no savstarpējas inficēšanas, noslaukiet šļirci ar vīnēja limeņa dezinfekcijas līdzekli starp lietojumiem un izmantojiet vienreizēju barjeras uzmavu. Ja barjeras uzmava netiek izmantota, šļirce jāuzskata par vienreizējas lietošanas

Uzglabāšana un utilizēšana
Utilizējiet atkritumus saskaņā ar vietējiem noteikumiem un pastāvošo kārtību.

Cita informācija
Par jebkuru nopietnu incidentu ziņojiet ražotājam un kompetentajai iestādei.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

„PermaFlo™ Purple"
Anatominis indikuojantis kompozitas

LT

Produkto aprašymas
„PermaFlo™ Purple" kompozitas yra 68% užpildomas, šviesa kietinmas, spinduliuotoks, tiksotropinis, birus kompozitas, kurio pagrindą sudaro metakrilatas, kompozito vidutinis dalelių dydis yra 1µ. Jo spalva padeda atpažinti šaknies kanalo angas atkuriant dantį po endodontinės procedūros.
Prieš naudodamiesi visais aprašytais produktais, atidžiai perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas ir saugos duomenų lapą informaciją.
Pristatymo forma (-os)
- 1,2 ml tiekimo švirkštas
- Tiekimo antgalis:
  - Mikro 20 ga antgalis

Naudojimo indikacijos / paskirtis
Restauraciniai kompozitai yra naudojami tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms tiek priekinėje, tiek užpakalinėje srityse.
„PermaFlo Purple" gali būti naudojamas priekinių ir užpakalinių dantų restauracijoms po endodontinių procedūrų.
Kontraindikacijos
- Negalima naudoti pacientams, kurie yra jautrūs metakrilatams ar kitoms derivoms. Jei pastebimas dermatitas, beriman ar kita alerginė reakcija, atsargiai nuplaukite paveiktą vietą ir kreipkitės į gydytoją.
- Pacientams ar vartotojams, kuriems gali pasireikšti alerginė reakcija, – žr. produktų alergenų dokumentą esantį svetainėje www.ultradent.com. Jei pastebima alergine reakcija, kruopščiai nuplaukite paveiktą vietą vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
- Dervos gali sukelti padidėjusį jautrumą. Negalima naudoti pacientams, kuriems nustatytas jautrumas akrilatams ar kitoms derivoms. Jei atsiranda alergine reakcija, dermatitas ar beriman, kreipkitės į gydytoją.
- Norėdami išvengti kryžminio užteršimo, naudokite Svarias pirštines ir švarų instrumentą.
- Nukreipkite papildomą šviesą, kad išvengtumėte priešlaikinės polimerizacijos.
- Norėdami optimizuoti sukibimą su kiekviena paskesniu sluoksniu, nepašalinkite deguonies slopinimo sluoksnio tarp minėtinio inkrementinių sluoksnių.
- Įsitikinkite, kad mišinys yra visiškai polimerizuotas tarp sluoksnių.

Etapinės instrukcijos
Paruošimas
1) Visiškas endodontinis užsikimšimas. Pulpinį paviršių nuvalykite medvilne ir izopropilo alkoholiu ir išdžiovinkite.
2) Viską preparatą pagal gamintojo instrukcijas tepkite su dantų rišikliu.
3) Nuimkite Luer Lock dangtelį ir tvirtai pritvirtinkite rekomenduojamą antgalį.
4) Prieš švirkšdami į burnos ertmę, patikrinkite srovę.

Naudojimas
1) Kiekvieną kanalo angą užpildykite ≤ 1,0 mm sluoksniu „PermaFlo Purple" kompozito.
2) Norėdami kietinti šviesas, kurių stipris yra ≥ 800 mW / cm2, esant 385–515 nm bangos ilgiui, kietinkite kiekvieną sluoksnį 10 sekundžių.
3) Įdėkite laikiną ar nuolatinę restauraciją.

Apdorojimas
Siekiant išvengti kryžminio užsikrėtimo, Švirkštą valykite tarpinio lygio dezinfekavimo priemone naudojimo metu ir naudokite vienkartinę barjerinę movą. Jei barjerinė mova nenaudojama, Švirkštas turi būti laikomas vienkartiniu.

Sandėliavimas ir šalinimas
Atliekas šalinkite pagal vietines taisykles, gaires ir reglamentus.

Įvairi informacija
Apie kiekvieną rimtą incidentą būtina pranešti gamintojui ir kompetentingai institucijai.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Kompost li jindika l-Anatomija

MT

Deskrizzjoni tal-Prodott
PermaFlo™ Kompost viola huwa 68% mimli, immixxel bid-dawl, radjopaku, tixotropiku, ibbażat fuq kompost bil-metakrilat li jiċċirkola b'daqs ta' partiċella medja ta' 1µ. Il-kulur tiegħu jgħin biex jidentifika l-orifiżji tal-kanal tal-qħeruq meta jirrestawra sinna wara procedura endodontika.
Qabel-prodotti deskritti kollha, aqra bir-reġqa u ifhem l-istruzzjonijiet u l-informazzjoni kollha tal-SDS qabel l-użu.
Forma/Fworni tal-Kunsinna
- Siringa tal-kunsinna ta' 1.2 mL
- Pontal tal-Applikazzjoni:
  - Ponta Mikro ta' 20 ga

Indikazzjonijiet għall-Użu/L-Ghan Maħsub
Komposti ta' restawr jintużaw għal restawr dirett u indirett kemm fir-reġjuni ta' quddiem kif ukoll ta' wara.
Il-PermaFlo viola jista' jintuża għal restawr ta' quddiem u ta' wara wara proċeduri endodontiċi.
Kontra-indikazzjonijiet
- Tużax fuq pazjenti b'sensitività magħrufa għal metakrilati jew raża oħra. Jekk tiġi osservata dermatite, raxx, jew xi reazzjoni allerġika oħra, laħlaħ sewwa ż-żona espożta u għid lill-pazjenti biex jikkonsultaw lit-tabib tagħhom.
- Għal pazjenti jew utenti bi problemi ta' allerġji, irreferi ghad-dokument dwar l-allerġeni tal-prodott li huwa disponibbli fuq www.ultradent.com. Jekk tiġi osservata reazzjoni allerġika, laħlaħ sewwa bl-ilma ż-żona espożta u għid lill-pazjenti biex jikkonsultaw it-tabib tagħhom.

Twissijiet u Prekawzjonijiet
- Ir-raża tista' tħalliq sensitizzazzjoni. Tużax fuq pazjenti b'sensitività magħrufa għall-akrilati jew tipi oħra ta' raża. Jekk tiżviluppa reazzjoni allerġika, dermatite, jew raxx, għid lill-pazjenti jikkonsultaw lit-tabib tagħhom.
- Biex tevita cross-contamination, uża inpwanti nodfa u strument nadif.
- Dawwar id-dawl ta' fuq rasek biex tevita polimerizzazzjoni prematura.
- Biex tottimizza r-rabta ma' kull saff suċċessiv, tneħħix is-saff tal-inibizzjoni tal-ossiġnenu bejn is-saffi inkrimentali tat-tabita.
- Kun żgur li t-tabbita hija totalment ippolimerizzata bejn is-saffi.

Istruzzjonijiet Pass Pass
Thejjija
1) Obturazzjoni endodontika kompluta. Naddaf l-art pulpali bil-qoton u l-alkohol isopropiliku u nixxef.
2) Applika aġent li jgħaqqad id-dentina ghal preparazzjoni shiha skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur.
3) Neħħi t-tapp Luer Lock u waħħal sewwa l-ponta tal-applikazzjoni rakkomandata.
4) Iverifika l-fluss qabel ma tapplika intraoraliment.

Użu
1) Applika saff ta' ≤ 1.0 mm ta' kompost PermaFlo viola fuq kull fetha tal-kanal.
2) Ghat-tnixxif bid-dwal b'intensità ta' ≥ 800 mW/cm2 fir-reġjun tal-firxa ta' 385-515 nm, nixxef kull saff ghal 10 sekondi.
3) Poġġi restawr temporanju jew permanenti.

Ipproċessar
Biex tevita kontro-kontaminazzjoni, imsaħ is-siringa b'diżinfettant tal-livell intermedju bejn l-użu u uża komma li tintrema wara li tintrema. Jekk ma tintużax liqugħ tal-liquġħ, is-siringa ghandha tiġi trattata bħala użu ta' darba

Ħażna u Rimi
Armi l-iskart skont ir-regoli, il-linji gwida u r-regolamenti lokali.

Informazzjoni Mixxellanja
Irrapporta kwalunkwe incident serju lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Kompozyt markujący ujścia kanałów

PL

Opis produktu
Kompozyt PermaFlo™ Purple jest wypełnionym w 68%, światłoutwardzalnym, nieprzepuszczalnym dla promieni rentgenowskich, tiksotropowym, płynnym kompozytem na bazie metakrylanu o średniej wielkości cząstek 1 µ. Jego kolor pomaga w identyfikacji ujścia kanału korzeniowego podczas odbudowy zęba po zabiegu endodontycznym.
W przypadku wszystkich opisanych produktów przed użyciem należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje i karty charakterystyki.
Forma aplikacji
- Strzykawka podająca 1,2 ml
- Aplikator:
  - Aplikator Micro 20 ga

Wskazania do stosowania / Przeznaczenie
Kompozyty do wypełnień są używane do bezpośrednich i pośrednich wypełnień zarówno w odcinku przednim, jak i tylnym. PermaFlo Purple może być stosowany do uzupełnień w odcinku przednim i tylnym po zabiegach endodontycznych.
Przeciwwskazania
- Nie używać u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na metakrylany lub inne żywice. W przypadku zaobserwowania zapalenia skóry, wysypki lub innej reakcji alergicznej dokładnie wypłukać narażony obszar i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku pacjentów lub użytkowników z problemami alergicznymi należy zapoznać się z dokumentem dotyczącym alergenów w produkcie dostępnym na stronie www.ultradent.com. W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej dokładnie przepłukać narażony obszar wodą i skierować pacjenta na konsultację do lekarza prowadzącego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Żywice mogą działać uczulająco. Nie używać u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na akrylany lub inne żywice. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, zapalenie skóry lub wysypka, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
- Aby uniknąć przeniesienia zakażenia, należy używać czystych rękawiczek i czystego przyrządu.
- Aby nie dopuścić do przedwczesnej polimeryzacji, należy odchylić lampę unitu na bok.
- Aby zoptymalizować wiązanie z każdą następną warstwą, nie usuwać warstwy inhibicji tlenowej między kolejnymi warstwami kompozytu.
- Upewnić się, że kompozyt pomiędzy warstwami jest całkowicie spolimeryzowany.

Szczegółowe instrukcje
Przygotowanie
1) Pełna obturacja endodontyczna. Oczyść dno komory wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym i osuszyć.
2) Na cały preparat nałóż środek wiążący zębinę zgodnie z instrukcją producenta.
3) Zdejmij zatyczkę Luer Lock i bezpiecznie zamocuj zalecany aplikator.
4) Przed zastosowaniem wewnątrzustnym sprawdź drożność aplikatora.

Użycie
1) Nałóż warstwę kompozytu PermaFlo Purple ≤ 1,0 mm na każde ujście kanału.
2) W przypadku lamp polimeryzacyjnych o natężeniu ≥ 800 mW/cm2 w zakresie długości fali 385–515 nm, utwardzaj każdą warstwę przez 10 sekund.
3) Umieść uzupełnienie czasowe lub stałe.

Odkażanie
Aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia, pomiędzy kolejnymi zastosowaniami strzykawkę należy przecierać środkiem dezynfekującym poziomu pośredniego i używać jednorazowego rękawa ochronnego. Jeśli nie używa się rękawa ochronnego, strzykawkę należy traktować jako wyrób jednorazowy

Przechowywanie i utylizacja
Odpady utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, wytycznymi i rozporządzeniami.

Inne informacje
Wszelkie poważne incydenty należy zgłosić producentowi i odpowiedniemu organowi.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™Purple
Compozit pentru indicarea formei anatomice

RO

Descrierea produsului
Compozitul PermaFlo™ Purple este un compozit cu continut de material de umplere de 68 %, fotopolimerizat, radioopac, tixotropic, pe bază de metacrilat, cu dimensiunea medie a particulelor de 1 µ. Culoarea acestuia ajută la identificarea orificiilor canalului radicular atunci când se reface un dinte în urma unei proceduri endodontice.
Pentru toate produsele descrise, citiți cu atenție și înțelegeți toate instrucțiunile și informațiile din fișa cu date de securitate înainte de utilizare.
Formă(e) de administrare
- Seringă de administrare de 1,2 ml
- Vârf de administrare:
  - Vârf micro 20 ga

Indicații de utilizare/ Destinația produsului
Compozitele restaurative sunt utilizate pentru restaurări directe și indirecte atât în regiunile anterioare, cât și în cele posterioare.
PermaFlo Purple poate fi utilizat pentru restaurări anterioare și posterioare în urma procedurilor endodontice.
Contraindicații
- A nu se utiliza la pacienții cu o sensibilitate cunoscută la metacrilați sau alte rășini. Dacă se observă dermatită, roșeață sau altă reacție alergică, clătiți temeinic zona expusă și îndrumați pacientul să consulte medicul.
- În cazul pacienților sau utilizatorilor cu probleme legate de alergii, consultați documentul privind alergenii produsului, disponibil la www.ultradent.com. Dacă se observă o reacție alergică, clătiți bine zona expusă cu apă și solicitați-i pacientului să consulte un medic.

Avertismente și precauții
- Rășinile pot fi sensibile la expunere. A nu se utiliza la pacienții cu o sensibilitate cunoscută la acrilați sau alte rășini. Dacă apar reacții alergice, dermatită sau erupții cutanate, consultați medicul.
- Pentru a evita contaminarea încrucișată, folosiți mănuși curate și un instrument curat.
- Redirectionați lumina suspendată pentru a preveni polimerizarea prematură.
- Pentru a optimiza cimentarea la fiecare strat succesiv, nu îndepărtați stratul de inhibare a oxigenului dintre straturile incrementale ale compozitului.
- Asigurați polimerizarea completă a compozitului între straturi.

Instrucțiuni etapizate
Pregătire
1) Obturație endodontică completă. Curățați podeaua camerei pulpare cu un tampon de bumbac și alcool izopropilic și uscați.
2) Aplicați agentul de cimentare a dentinei pe întregul preparat conform instrucțiunilor producătorului.
3) Scoateți capacul tip luer lock și atașați ferm vârful de administrare recomandat.
4) Verificați fluxul înainte de a aplica intraoral.

Utilizare
1) Aplicați ≤ 1,0 mm strat de compozit PermaFlo Purple peste fiecare orificiu de canal.
2) Pentru lămpile de polimerizare cu o intensitate de ≥ 800 mW/cm2 în lungimea de undă de 385–515 nm, polimerizați fiecare strat timp de 10 secunde.
3) Plasați restaurarea temporară sau permanentă.

Prelucrarea
Pentru a evita contaminarea încrucișată, ștergeți seringa cu un dezinfectant intermediar între utilizări și folosiți un husa de protecție de unică folosință. Dacă nu se utilizează o husă de protecție, seringa trebuie tratată ca fiind de unică folosință

Depozitare și eliminare
Eliminați deșeurile în conformitate cu normele, orientările și reglementările locale.

Informații diverse
Raportați orice incident grav producătorului și autorității competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Anatomický indikačný kompozit

SK

Popis výrobku
PermaFlo™ Purple je 68 % vyplnený, svetlom tuhnúci, rádioopakný, tixotropný, tekutý kompozit na báze metakrylátu s priemernou veľkosťou častíc 1 µ. Jeho farba pomáha pri identifikácii otvorov koreňového kanálika pri rekonštrukcii zuba po endodontickom zákroku.
Pred použitím akéhokoľvek výrobku si pozorne prečítajte a pochopte všetky pokyny a informácie uvedené na karte bezpečnostných údajov.
Formy aplikovania
- 1,2 ml aplikačná injekčná striekačka
- Aplikačný hrot:
  - Mikro hrot 20 ga

Indikácie na použitie/Určený účel
Restorative kompozity sa používajú na priame a nepriame rekonštrukcie v prednej aj zadnej oblasti.
PermaFlo Purple je možné použiť na prednej a zadnej rekonštrukcie po endodontických zákrokoch.
Kontraindikácie
- Nepoužívať u pacientov so známou citlivosťou na metakrylaty alebo iné živice. Ak sa objaví dermatitída, vyrážka alebo iná alergická reakcia, dôkladne opláchnite exponovanú oblasť a požiadajte pacienta, aby sa poradil so svojím lekárom.
- Informácie pre pacientov s alergiou nájdete v dokumente o alergénoch pre výrobok, ktoré sú k dispozícii na www.ultradent.com. Ak sa objaví alergická reakcia, opláchnite exponované miesto dôkladne vodou a odporúčte pacientovi konzultáciu s jeho lekárom.

Varovania a bezpečnostné opatrenia
- Živice môžu byť senzibilizujúce. Nepoužívať u pacientov so známou citlivosťou na akryláty alebo iné živice. Ak sa vyskytne alergická reakcia, dermatitída alebo vyrážka, požiadajte pacienta, aby sa poradil so svojím lekárom.
- Na zabránenie krížovej kontaminácie používajte čisté rukavice a čistý nástroj.
- Presmerujte horné svetlo, aby ste zabránili predčasnej polymerizácii.
- Na optimalizáciu väzby na každú nasledujúcu vrstvu neodstraňujte vrstvu inhibujúcu kyslík medzi prírastkovými vrstvami kompozitu.
- Skontrolujte, či je kompozit úplne polymerizovaný medzi vrstvami.

Pokyny pre postup
Príprava
1) Vykonajte endodontickú obturáciu. Dno pulpálnej oblasti vyčistite vatou a izopropylalkoholom a osušte.
2) Na celý prípravok naneste dentínové pojivo podľa pokynov výrobcu.
3) Odstráňte uzáver Luer lock a bezpečne pripevnite odporúčaný dávkovací hrot.
4) Pred intraorálnou aplikáciou overte prietok.

Použitie
1) Na každý otvor kanálika naneste vrstvu ≤ 1,0 mm kompozitu PermaFlo Purple.
2) Svetlami na vytvrdenie s intenzitou ≥ 800 mW/cm2 v oblasti vlnových dĺžok 385–515 nm vytvrdzujte každú vrstvu 10 sekúnd.
3) Umiestnite dočasnú alebo trvalú výplň.

Spracovanie
Aby ste predišli krížovej kontaminácii, utrite injekčnú striekačku z dezinfekčným prostriedkom strednej úrovne medzi použitiami a používajte jednorazový sterilný sáčok. Ak sa nepoužíva ochranné puzdro, injekčná striekačka má byť použitá ako jednorazová

Skladovanie a likvidácia
Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi, smernicami a nariadeniami.

Rôzne informácie
Výrobcovi a príslušnému orgánu nahlaste každú vážnu udalosť.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Kompozit za indikacijo anatomije

SL

Opis izdelka
PermaFlo™ vijolični kompozit je 68% napolnjen, svetlobno utrjen, radioopačen, tiksotropni, tekoči kompozit na osnovi metakrilata s povprečno velikostjo delcev 1 µ. Njegova barva pomaga pri prepoznavanju odprtin koreninskega kanala pri obnovi zoba po endodontskem posegu.
Za vse opisane izdelke pred uporabo natančno preberite in se seznanite z vsemi navodili in informacijami iz varnostnega lista.
Oblika(e) dobave
- 1,2 ml dozirna brizga
- Konica za dovajanje:
  - Konica micro 20 ga

Indikacije za uporabo/ predvideni namen
Obnovitveni kompoziti se uporabljajo za neposredne in posredne restavracije v sprednjem in zadnjem predelu.
PermaFlo Purple se lahko uporablja za sprednje in zadnje obnove po endodontskih posegih.
Kontraindikacije
- Ne uporabljajte pri bolnikih z znano občutljivostjo za metakrilate ali druge smole. Ce opazite dermatitis, izpuščaje ali druge alergijsko reakcijo, temeljito izperite izpostavljeno območje in napotite bolnika, naj se posvetuje s svojim zdravnikom.
- Pri bolnikih ali uporabnikih, ki imajo težave z alergijo, glejte dokument o alergenih izdelkih, ki je na voljo na spletni strani www.ultradent.com. Ce opazite alergijsko reakcijo, izpostavljeno območje temeljito sperite z vodo, bolnik pa se mora o tem posvetovati s svojim zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi
- Smole lahko povzročajo občutljivost. Ne uporabljajte pri bolnikih z znano občutljivostjo na akrilate ali druge smole. Ce pride do razvoja alergijske reakcije, dermatitisa ali izpuščajev, naj se pacient posvetuje s svojim zdravnikom.
- Da se izognete navzkrižni kontaminaciji, uporabite čiste rokavice in čist instrument.
- Preusmerite zgornjo svetlobo, da preprečite prezgodnjo polimerizacijo.
- Za optimizacijo vezi za vsako naslednjo plast ne odstranite zaviralnega sloja kisika med inkrementalnimi plastmi kompozita.
- Zagotovite, da je kompozit med plastmi popolnoma polimeriziran.

Navodila po korakih
Priprava
1) Popolna endodontska obturacija. Dno pulpe očistite z bombažem in izopropilnim alkoholom ter posušite.
2) V skladu z navodili proizvajalca na celoten pripravek nanesite vezivno sredstvo za zobovino.
3) Odstranite pokrovček z nastavkom po Luerju in varno pritrdite priporočeno konico za dovajanje.
4) Pred intraoralnim nanosom preverite pretok.

Uporaba
1) Na vsako odprtino kanala nanesite ≤ 1,0 mm plast kompozita PermaFlo Purple.
2) Za luči za utrjevanje z jakostjo ≥ 800 mW/cm2 v območju valovne dolžine 385–515 nm vsako plast sušite 10 sekund.
3) Namestite začasno ali trajno obnovo.

Obdelava
Da se izognete navzkrižni kontaminaciji, obrišite brizgo z zmernim razkuževalom med uporabo in uporabite rokav za prepreko za enkratno uporabo. Če se ne uporablja zaščitni ovoj, je treba brizgo obravnavati kot pripomoček za enkratno uporabo

Skladiščenje in odstranjevanje
Odpadke odstranjujte v skladu z lokalnimi pravili, smernicami in predpisi.

Razne informacije
Obvestite proizvajalca in pristojni organ o vsakem resnem incidentu.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Композит для воссздания анатомии зуба

RU

Описание продукта
Композит PermaFlo™ пурпурный - это светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, тиксотропный текучий композит на основе метакрилата со средним размером частиц 1 мкм с наполненностью на 68%. Его цвет помогает идентифицировать отверстия корневых каналов при восстановлении зуба после эндодонтической процедуры.
Перед использованием внимательно прочитайте и уясните инструкции для всех перечисленных продуктов, а также всю информацию в паспорте безопасности.
Форма поставки
- Шприц для доставки объемом 1,2 мл
- Насадки-дозаторы:
  - Насадка Micro 20 ga

Показания к применению/назначение
Реставрационные композиты используются для прямых и непрямых реставраций как передних, так и боковых отделов.
PermaFlo Purple можно использовать для реставраций передних и жевательных зубов после эндодонтических процедур.
Противопоказания
- Не используйте препараты для лечения пациентов с повышенной чувствительностью к метакрилатам и другим компонентам. Если наблюдается дерматит, сыпь или другая аллергическая реакция, тщательно промойте открытую область и попросите пациента проконсультироваться с врачом.
- Для пациентов или пользователей, имеющих проблемы с аллергией, см. документ о присутствующих в продукте аллергенах, доступный на веб-сайте www.ultradent.com. При возникновении аллергической реакции тщательно промойте область вмешательства водой и попросите пациента проконсультироваться с его лечащим врачом.

Особые указания и меры предосторожности
- Смолы могут повышать чувствительность. Не используйте препараты для лечения пациентов с известной повышенной чувствительностью к акрилатам и другим смолам. При развитии аллергической реакции, дерматита или сыпи обратитесь к врачу.
- Во избежание перекрестного загрязнения используйте чистые перчатки и чистые инструменты.
- Перенаправьте верхний свет, чтобы предотвратить преждевременную полимеризацию.
- Для достижения оптимального сцепления с каждым последующим слоем не удаляйте слой ингибирования кислорода между последовательными слоями композита.
- Убедитесь в полной полимеризации композита между слоями и зубами.

Пошаговая инструкция
Подготовка
1) Выполните эндодонтическую обтурацию. Очистите дно пульповой камеры ватой с изопропиловым спиртом и высушите.
2) Нанесите бонд, обеспечивающий сцепление с дентином, на подготовленную область в соответствии с указаниями производителя.
3) Снимите люэровский наконечник и надежно прикрепите рекомендуемый наконечник для доставки.
4) Перед внутриротовым использованием проверьте текучесть.

Использование
1) Нанесите слой композитного материала PermaFlo пурпурный толщиной ≤ 1,0 мм на каждое отверстие канала.
2) Для фотополимеризатора с интенсивностью ≥ 800 мВт / см2 в диапазоне длин волн 385–515 нм, отверждайте каждый слой в течение 10 секунд.
3) Установите временную или постоянную реставрацию.

Надлежащее обращение
Во избежание перекрестного загрязнения протирайте шприц между применениями дезинфицирующим средством средней активности и используйте одноразовые защитные чехлы. Если защитные чехлы не используются, шприцы следует рассматривать как одноразовые

Хранение и утилизация
Утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами, инструкциями и нормами.

Прочая информация
Сообщите о любых серьезных инцидентах производителю и компетентному органу.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
مركب أسنان تشريحي

AR

وصف المنتج
مركب الأسنان PermaFlo™ Purple هو مركب أسنان سائب ضوئي بنسبة 68٪ لملء بالضوء، ومتغير الانسيابية، ومصنوع من مادة الميثاكريلات، ويبلغ متوسط حجم الجسيمات 1 ميكرومتر. يساعد لونه في تحديد فتحات قناة الجذر عند ترميم السن بعد إجراء لبّ.
بالنسبة لجميع المنتجات المذكورة، ُرجى قراءة وفهم جميع التعليمات والمعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة بعناية قبل الاستخدام.
نموذج (نماذج) التسليم
- محقنة توصيل 1.2 مل
- أنبوب التوصيل:
  - ص ش ر ي ن ج ر ي ك س ب و ب ن أ ٥

دواعي الاستعمال / الغرض المقصود
تستخدم مركبات الأسنان الترميمية للترميمات المباشرة وغير المباشرة في كل من المناطق الأمامية والخلفية.
يمكن استخدام مركب PermaFlo Purple للترميم الأمامي والخلفي بعد إجراءات اللبية.
موانع الاستعمال
- لا تستخدم المنتج مع المرضى الذين لديهم حساسية معروفة للميثاكريلات أو الراتنجات الأخرى. إذا لوحظ حدوث التهاب جلدي أو طفح جلدي أو أي رد فعل تحسسي آخر، فاشطف المنطقة المصابة جيدًا واطلب من المريض استشارة الطبيب المتابع له.
- بالنسبة للمرضى أو المستخدمين الذين يعانون من الحساسية، ُرجى الاطلاع على الوثيقة المتعلقة بالحساسية تجاه المنتج على www.ultradent.com. وإذا لوحظ وجود رد فعل تحسسي، فغسل منطقة المنطقة المكشوفة بأكملها بالماء وتوجيه المريض لاستشارة الطبيب.

التحذيرات والاحتياطات
- يمكن أن تكون الراتنجات مادة محسسة. لا تستخدمه على المرضى الذين يعانون من حساسية معروفة للأكريلات أو الراتنجات أخرى. وإذا ازداد رد الفعل التحسسي أو التهاب الجلد أو الطفح الجلدي، فاطلب من المريض استشارة الطبيب.
- لتجنب انتقال التلوث، يرجى استخدام قفازات وأدوات نظيفة.
- إعادة توجيه التصليب العلوي لمنع بلمرة المبكرة.
- لتحسين اللصق لكل طبقة تالية، لا تقم بإزالة طبقة تثبيط الأكسجين بين الطبقات المتراكبة من المركب.
- تأكد من أن المركب مبلمر تمامًا بين الطبقات.

تعليمات خطوة بخطوة
التحضير
(1) الحشو اللبي الكامل. تنظيف أرضية اللب بالقطن وكحول الأيزوبروبيل ثم تجفيفها.
(2) وضع مادة ربط العاج على المستحضر بالكامل وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.
(3) نزع غطاء صمام لوير وإرفاق أنبوب التوصيل الموصى به بشكل آمن.
(4) التحقق من التدفق قبل الاستخدام داخل الفم.

الاستخدام
(1) وضع طبقة مقاس ≤ 1.0 مم من مركب PermaFlo Purple فوق كل فتحة قناة.
(2) معالجة كل طبقة لمدة 10 ثواني بالنسبة للمعالجة بشعاع بكثافة ≤ 800 ميغاواط / سم2 في منطقة بطول موجي يتراوح من 385 إلى 515 نانومتر.
(3) وضع حشو مؤقت أو دائم.

المعالجة
تجنب التلوث الخلطي، وامسح المحقنة باستخدام مطهر متوسط المستوى بعد كل استخدام واستخدم الحافظات لفترة وا