

Opal™ Etch

35% Phosphoric Acid

EN

Description:

Opal™ Etch is a 35% phosphoric acid etchant gel. The flowability allows precise placement. Opal Etch etchant is self-limiting in its depth of etch (average depth of 1.5µ with 15 second etch), contains no glycerin, and is designed for rapid and complete removal upon rinsing.

Indications for Use:

Etching of enamel prior to bonding.

Directions for Use:

1. For 1.2ml syringe

a. Remove Luer cap.

b. Securely attach the Opal Etch tips.

c. Verify etchant flow prior to applying intraorally.

2. Direct placement instructions

a. Isolate tooth (teeth) to be etched.

b. Pumice enamel.

c. Rinse and dry prepared area.

d. Verify etchant flow prior to applying intraorally.

e. Apply etchant to enamel and leave in place 30 sec.

f. Rinse thoroughly and dry. Enamel will appear chalky white.

g. Continue with bonding procedure according to manufacturer's instructions.

Precautions and Warnings:

1. Carefully read and understand all instructions before using.

2. If product comes in contact with any soft tissue, IMMEDIATELY rinse area with copious amounts of water.

3. Replace cap, disinfect, and wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses.

4. Dispose of tip and empty syringe properly.

5. Verify flow of all syringes prior to applying intraorally. If resistance is felt, replace tip and re-check. Use only recommended tips.

NOTE: For SDS and additional information about using our products, please go to www.ultradent.com

DE

Beschreibung

Opal™ Etch ist eine 35%-iges Phosphorsäure-Ätzelgel. Seine Viskosität gestattet gezieltes Aufbringen ohne abzufließen. Opal Etch etchant ist selbstbegrenzend hinsichtlich der Ätztiefe (durchschnittliche Tiefe 1,5µm bei 15 Sekunden Ätzung), glycerinfrei und läßt sich rasch und vollständig beim Spülen entfernen.

Indikation:

Zum Ätzen des Zahnschmelzes vor dem Bracket Kleben.

Gebrauchsanweisung

1. Für Spritze 1,2 ml

a. Die Luer-Kappe entfernen.

b. Den Opal Etch-Spritzenansatz korrekt anbringen.

c. Vor der Anwendung im Mund den Ätzmittelfluss aus der Spritze prüfen.

2. Anleitung für direktes Aufbringen

a. Den zu ätzenden Zahn (bzw. Zähne) isolieren.

b. Den Zahnschmelz reinigen.

c. Die vorbereitete Fläche spülen und trocknen.

d. Vor der Anwendung im Mundraum den Ätzmittelfluss prüfen.

e. Ätzelgel auf die zu beklebende Stelle des Zahnschmelzes aufbringen und 30 Sekunden einwirken lassen.

f. Gründlich spülen und trocknen. Der Zahnschmelz sieht nach dem Ätzzvorgang opak-weiß aus.

g. Das Klebeverfahren nach den Angaben des Herstellers fortsetzen.

Vorsichtsmaßnahmen und

Sicherheitshinweise:

1. Vor Gebrauch die gesamte Anleitung gründlich lesen.

2. Wenn das Produkt mit Weichgewebe in Kontakt kommt, den betroffenen Bereich SOFORT mit reichlich Wasser spülen.

3. Beim Wechsel der Ansätze Spritze und Ansatzstelle mit geeignetem Desinfektionsmittel reinigen um Kreuzkontamination auszuschließen.

4. Den Spritzenansatz und die leere Spritze ordnungsgemäß entsorgen.

5. Den Durchfluss aller im Mund eingesetzten Spritzen prüfen. Wenn Widerstand spürbar wird, Spritzenansatz wechseln und erneut prüfen. Nur empfohlene Spritzenansätze verwenden.

HINWEIS: Sicherheitsdatenblätter und zusätzliche Informationen über den Einsatz unserer Produkte finden Sie auf www.ultradent.com.

FR

Description:

Opal™ Etch est un gel décapant à l'acide phosphorique à 35%. Sa coulabilité en permet le placement précis. Opal Etch etchant est autolimitant quant à sa profondeur d'attaque (la profondeur moyenne est de 1,5µ pour un décapage de 15 secondes). Il ne contient pas de glycérine et il est conçu pour un retrait rapide et complet lors du ringage.

Indications d'emploi:

Décapage de l'émail avant les liaisons.

Mode d'emploi:

1. Pour une seringue de 1,2ml

a. Enlever le capuchon luer lock.

b. Fixez solidement les embouts Opal Etch.

c. Vérifiez l'écoulement du décapant avant l'application intraorale.

2. Instructions de placement direct

a. Isoler la (les) dent(s) à décaper.

b. Poncez l'émail.

c. Rincez et séchez la zone préparée.

d. Vérifiez l'écoulement du décapant avant l'application intraorale.

e. Appliquez le décapant sur l'émail et laissez-le en place pendant 30 secondes.

f. Rincez soigneusement et séchez. L'émail aura un aspect blanc crayeux.

g. Continuez avec la procédure de liaison selon le mode d'emploi du fabricant.

Precautions et avertissements:

1. Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser les produits.

2. Si le produit entre en contact avec des parties molles, rincez IMMEDIATEMENT la zone affectée avec une grande quantité d'eau.

3. Rebouchez, désinfectez et essuyez la seringue avec un désinfectant intermédiaire entre chaque utilisation.

4. Jetez les embouts et les seringues vides.

5. Vérifiez l'écoulement de toutes les seringues avant l'application intraorale. En cas de résistance, remplacez l'embout et vérifiez. N'utilisez que les embouts recommandés.

NOTE: Pour la FDS et des informations supplémentaires sur l'utilisation de nos produits, veuillez visiter www.ultradent.com

NL

Beschrijving:

Opal™ Etch is een etsgel die 35% fosforzuur bevat. Door de vloeibaarheid kan de gel precies aangebracht worden. Opal Etch etchant heeft een zelfbeperkende etsdiepte (gemiddelde diepte van 1,5 µ na 15 seconden etsen), bevat geen glycerine en wordt bij spoelen snel en volledig verwijderd.

Gebruiksindicaties:

Etsen van glazuur voorafgaande aan de hechting.

Gebruiksaanwijzing:

1. Voor spuit van 1,2 ml

a. Verwijder de Luer-dop.

b. Bevestig de Opal Etch-tips.

c. Controleer of het etsmiddel vloeit voordat u het intraoraal aanbrengt.

2. Instructies voor directe aanbrenging

a. Isoleer het gebitselement of elementen die geëtsd moeten worden.

b. Schuur het glazuur met puimsteen.

c. Spoel en droog het geprepareerde gebied.

d. Controleer of het etsmiddel vloeit voordat u het intraoraal aanbrengt.

e. Breng het etsmiddel aan op het glazuur en laat het 30 seconden zitten.

f. Het oppervlak grondig spoelen en drogen. Het glazuur ziet er nu krijtwit uit.

g. Ga verder met de hechtprocedure volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen en:

1. Zorg dat u alle aanwijzingen vóór gebruik zorgvuldig gelezen en begrepen hebt.

2. Als het product in contact komt met weke delen, dient u het ONMIDDELLIJK met een ruime hoeveelheid water te spoelen.

3. Plaats de dop weer op de spuit, desinfecteer en veeg de spuit na gebruik af met een middenniveau desinfecterend middel.

4. Werp de tip weg en leeg de spuit.

5. Controleer vóór intraorale toepassing of alle spuiten vloeien. Als u weerstand ondervindt, vervangt u de tip door een nieuwe tip en controleert u opnieuw of het etsmiddel naar behoren vloeit. Gebruik uitsluitend aanbevolen tips.

NB: Voor het veiligheidsinformatieblad (SDS) en aanvullende informatie over het gebruik van onze producten ga naar www.ultradent.com

IT

Descrizione:

Opal™ Etch è un gel per mordenzatura 35% acido fosforico. La sua fluidità consente un posizionamento preciso. Opal Etch etchant è autolimitante nella sua profondità di mordenzatura (profondità media di 1,5µ con una mordenzatura di 15), non contiene glicerina ed è creato per la rimozione rapida e completa con il risciacquo.

Indicazioni per l'uso:

Mordenzatura dello smalto prima del fissaggio.

Istruzioni per l'uso:

1. Per siringa 1.2

a. Levare il cappuccio luer.

b. Collegare fermamente le punte Opal Etch.

c. Verificare il flusso del mordenzante prima dell'applicazione intraorale.

2. Istruzioni per posizionamento diretto

a. Isolare il dente (o i denti) da mordenzare.

b. Sfregare lo smalto con pomice.

c. Sciacquare ed asciugare l'area preparata.

d. Verificare il flusso del mordenzante prima dell'applicazione intraorale.

e. Applicare il mordenzante allo smalto e lasciare in posizione per 30 secondi.

f. Sciacquare bene ed asciugare. Lo smalto apparirà bianco gessato.

g. Continuare con la procedura di fissaggio secondo le istruzioni del produttore.

Precauzioni ed avvertenze:

1. Leggere facendo attenzione e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.

2. Se il prodotto viene in contatto con un tessuto molle, sciacquare IMMEDIATAMENTE l'area con una buona quantità d'acqua.

3. Richiudere, disinfettare e pulire la siringa con disinfettante di livello medio tra un utilizzo ed un altro.


4. Eliminare la punta e la siringa vuota in maniera corretta.

5. Verificare il flusso di tutte le siringhe pria dell'applicazione intraorale. Se si dovesse verificare una resistenza, sostituire la punta e riverificare. Usare solo punte suggerite per l'uso.

NOTE: per la scheda di sicurezza e ulteriori informazioni sull'utilizzo dei nostri prodotti, visitare il sito www.ultradent.com



EN- Do not re-use to avoid cross contamination
 DE- Um Kreuzkontaminierung zu vermeiden, nicht erneut benutzen
 FR- Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée
 NL- Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen
 IT- Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata
 ES- No reutilice para evitar la contaminación cruzada
 PT- Não reutilize para evitar a contaminação cruzada.
 SV- För undvikande av korskontaminering, återanvänd inte
 DA- Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering
 FI- Älä käytä uudelleen ristikontaminaation välttämiseksi.
 EL- Μην το επαναχρηματοποιείτε για να αποφύγετε τη διασταυρωμένη μόλυνση



EN- Store at room temperature
 DE- Bei Raumtemperatur lagern
 FR- Entreposer à température ambiante
 NL- Bij kamertemperatuur bewaren
 IT- Conservare a temperatura ambiente
 ES- Almacene a temperatura ambiente
 PT- Armazene em temperatura ambiente
 SV- Förvaras i rumstemperatur
 DA- Opbevares ved stuetemperatur
 FI- Säilytä huoneenlämmössä
 EL- Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου



EN- Corrosive
 DE- Ätzend
 FR- Corrosif
 NL- Corrosief
 IT- Corrosivo
 ES- Corrosivo
 PT- Corrosivo
 SV- Frätande
 DA- Ætsende
 FI- Syövyttävä
 EL- Διαβρωτικό

RxOnly

EN- For professional use only
 DE- Nur zur Verwendung durch Sachkundige
 FR- Destiné à un usage professionnel uniquement
 NL- Alleen voor professioneel gebruik
 IT- Esclusivamente ad uso professionale
 ES- Sólo para uso profesional
 PT- Apenas para uso profissional
 SV- Endast för yrkesmässig användning
 DA- Kun til professionel brug
 FI- Vain ammattikäyttöön
 EL- Για επαγγελματική χρήση μόνο

For product SDS please see our website: www.ultradent.com



EN- Use by date
 DE- Verfallsdatum
 FR- Date de péremption
 NL- Uiterste gebruiksdatum
 IT- Utilizzare entro
 ES- Usar antes de
 PT- Usar até a data
 SV- Använd före datum
 DA- Udløbsdato
 FI- Viimeinen käyttöajankohhta
 EL- Ημερομηνία λήξης



EN- Manufacturer
 DE- Hersteller
 FR- Fabricant
 NL- Fabrikant
 IT- Fabricante
 ES- Fabricante
 PT- Fabricante
 SV- Tillverkare
 DA- Producent
 FI- Valmistaja
 EL- Κατασκευαστής

LOT

EN- Lot Number
 DE- Chargennummer
 FR- Numéro du lot
 NL- Batchnummer
 IT- Numero del lotto
 ES- Número de lote
 PT- Número do lote
 SV- Satsnummer
 DA- Lotnummer
 FI- Eränumero
 EL- Αριθμός παρτίδας



EN- See Instructions
 DE- Siehe Anleitung
 FR- Cf. instructions
 NL- Zie gebruiksaanwijzing
 IT- Vedere le istruzioni
 ES- Lea las Instrucciones
 PT- Veja as instruções
 SV- Se anvisningar
 DA- Se brugsanvisningen
 FI- Lue käyttöohjeet
 EL- Δείτε τις οδηγίες



EN- Health hazard
 DE- Gesundheitsgefahr
 FR- Dangereux pour la santé
 NL- Gevaar voor de gezondheid
 IT- Pericolo per la salute
 ES- Peligro para la salud
 PT- Riscos à saúde
 SV- Hälsöfara
 DA- Sundhedsfarlig
 FI- Terveysvaara
 EL- Κινδυνεύει την υγεία/ορόραση

opaletch™
 35% Phosphoric Acid

CE 0044

Manufactured by:
 Ultradent Products Inc.
 505 West Ultradent Drive (10200 South)
 South Jordan, Utah 84095 USA
 Manufactured in the USA from globally sourced materials

EC REP
 Ultradent Products GmbH
 Am Weishover Berg 30
 51149 Cologne Germany

ULTRADENT PRODUCTS, INC.
 © Copyright 2022 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.
 59173AR13 102212

For product SDS please see our website: www.ultradent.com
 1-800-552-5512; 801-572-4200



EN- Recycle
 DE- Recyceln
 FR- Recycler
 NL- Recyclen
 IT- Riciclare
 ES- Reciclar
 PT- Reciclar
 SV- Återvinna
 DA- Genbrug
 FI- Kiertää
 EL- Ανακυκλώστε το

REF

EN- Catalog Number
 DE- Katalognummer
 FR- Numéro de référence
 NL- Catalogusnummer
 IT- Numero di catalogo
 ES- Número de catálogo
 PT- Número do catálogo
 SV- Katalognummer
 DA- Katalognummer
 FI- Luettelonumero
 EL- Αριθμός καταλόγου

Descripción:
 Opal™ Etch es un gel de ácido fosfórico al 35%. Su fluidez permite colocación precisa. Opal Etch etchant es autolimitante en su profundidad de grabado (un promedio de 1.5µ de profundidad en un grabado de 15 segundos), no contiene glicerina y está diseñado para una remoción rápida y completa al enjuagarse.

Indicaciones de Uso:
 Grabado del esmalte antes de una adhesión.
 Instrucciones de Uso:
 1. Jeringa de 1,2 ml
 a. Desenrosque la tapa Luer.
 b. Enrosque firmemente la punta Opal Etch.
 c. Verifique el flujo del grabador antes de aplicar intraoralmente.
 d. Instrucciones para colocación directa:
 a. Aísle el diente (los dientes) a ser grabado(s).
 b. Limpie el esmalte con pomez.
 c. Enjuague y seque la zona preparada.
 d. Verifique el flujo del grabador antes de aplicar intraoralmente.
 e. Aplique el grabador sobre el esmalte y deje en posición 30 segundos.

f. Enjuague a fondo y seque. El esmalte tendrá un aspecto blanquecino. g. Continúe con el procedimiento adhesivo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Precauciones y Advertencias:
 1. Lea y comprenda cuidadosamente todas las instrucciones antes de utilizar.
 2. Si el producto entra en contacto con cualquier tejido blando, enjuague la zona INMEDIATAMENTE con abundante cantidad de agua.
 3. Entre usos, coloque nuevamente la tapa, desinfecte y limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio.
 4. Descarte adecuadamente la punta y la jeringa vacía.
 5. Verifique el flujo de todas las jeringas antes de utilizarlas intraoralmente. De notar resistencia, cambie la punta y vuelva a controlar. Utilice solamente las puntas recomendadas.

NOTA: Para ver la FDS e información adicional sobre el uso de nuestros productos, por favor visite www.ultradent.com

Beskrivelse:
 Opal™ Etch er en 35% fosforholdig syre ætsende gel. Den flydende evne gør det muligt at foretage en nøjagtig placering. Opal Etch etchant er selvbeholdende i sin ætsningsdybde (gennemsnitsdybden er 1,5µ med 15 sekunders ætsning), indeholder ikke glycerin og er beregnet til hurtig og fuldstændig fjernelse efter skylning.

Bruksindikationer:
 Ætsning af emalje inden binding.
 Brugsanvisning:
 1. Til 1,2 ml kanyle
 a. Fjern luer låg.
 b. Anbring omhyggeligt Opal Etch spidsen.
 c. Kontroller ætsningsstrømmen inden det anvendes oralt.
 2. Direkte anbringelsesinstruktioner
 a. Isolér tanden (tænderne) der skal ætzes
 b. Rengør emaljen med pimpsten.
 c. Skyl og tør det forberede område.
 d. Kontroller ætsningsstrømmen inden det anvendes oralt.
 e. Anvend ætsning på emaljen og lad det sidde i 30 sekunder.
 f. Skyl omhyggeligt og tør. Emaljen vil fremtræde kalkagtig.
 g. Fortsæt med bindingsproceduren ifølge producentens instruktioner.

Forholdsregler og advarsler:
 1. Læs og forstå omhyggeligt alle instruktionerne inden brug.
 2. Hvis produktet kommer i kontakt med blødt væv, skyl OMGÅENDE området med rigelige mængder vand.
 3. Sæt låget på, desinfecter og tør kanylen af med et mellem desinficeringsniveau imellem handlingerne.
 4. Bortkast spidsen og tomme kanyler på en ordentlig måde.
 5. Kontroller alle kanyler inden de anvendes oralt. Hvis der mærkes modstand, så udskift spidsen og kontroller igen. Brug kun anbefalede spidser.

Bemærk: Besøg www.ultradent.com for sikkerhedsdatablade og yderligere oplysninger om vores produkter

ES

Descrição:
 Opal™ Etch é um gel de condicionamento ácido à base de ácido fosfórico a 35%. A fluibilidade permite uma aplicação precisa. Opal Etch etchant é autolimitador na profundidade de condicionamento (profundidade média de 1.5µ com 15 segundos de condicionamento), não contém glicerina e foi concebido para uma remoção rápida e total após o enxaguamento.

Instruções de utilização:
 Condicionamento do esmalte antes da adesão.
 Instruções de utilização:
 1. Para seringa de 1,2ml
 a. Remover a tampa Luer.
 b. Aplicar firmemente as pontas Opal Etch.
 c. Verificar o fluxo do ácido condicionador antes da aplicação intraoral.
 2. Instruções de colocação directa
 a. Isolar o dente (dentes) a condicionar.
 b. Trabalhar o esmalte com pedra-pomes.
 c. Enxaguar e secar a área preparada.
 d. Verificar o fluxo do ácido condicionador antes da aplicação intraoral.
 e. Aplicar o ácido condicionador no esmalte e deixar actuar durante 30 seg.

f. Enxaguar abundantemente e secar. O esmalte parecerá branco como a cal.
 g. Continuar com o procedimento de adesão de acordo com as instruções do fabricante.
Precações e advertências:
 1. Ler atentamente e compreender todas as instruções antes da utilização.
 2. Se o produto entrar em contacto com qualquer tecido mole, lavar IMEDIATAMENTE a área com água abundante.
 3. Entre utilizações recolocar a tampa, desinfectar e limpar a seringa com um desinfetante de nível intermédio.
 4. Descartar a ponta e a seringa vacia de forma adequada.
 5. Verificar o fluxo de todas as seringas antes da aplicação intraoral. Se se sentir resistência, substituir a ponta e verificar novamente. Utilizar apenas as pontas recomendadas.

NOTA: Para obter SDS e informações adicionais sobre a utilização de nossos produtos, visite o site www.ultradent.com.

DA

Kuvaus:
 Opal™ Etch on 35-pros. fosforihappoa sisältävä etsausgeeli. Sen virtausominaisuksien ansiosta se voidaan asettaa tarkasti. Opal Etch etchant -geelin syvyysvaikutus rajoittuu itsestään (keskim. syvyys 1,5 µm 15 sekuntia kestävänsä etsäyksen aikana), ei sisällä glyseriniä ja se voidaan poistaa nopeasti ja täydellisesti huuhteleamalla.
Käyttöaiheet:
 Kiilteen etsaus ennen sidostusta.
 Käyttöohjeet:
 1. 1,2 ml:n ruiskua varten
 a. Poista luer-korkki.
 b. Kiinnitä Opal Etch-kärit lujasti.
 c. Varmista etsausaineen virtaus ennen kuin levität sitä suunsiisäisiin.
 2. Suoraa levitystä koskevat ohjeet
 a. Eriötä etsättävältä hammasta tai hampaalta.
 b. Hio kiilteen holkakivellä.
 c. Huuhtele ja kuivaa valmistettu kohta.
 d. Varmista etsausaineen virtaus ennen kuin levität sitä suunsiisäisiin.
 e. Levitä etsausainetta kiilleepinnolle ja anna sen vaikuttaa 30 sekunnin ajan.
 f. Huuhtele perusteellisesti ja kuivaa. Kiille äyttää tällöin kalkinvalkoiselta.
 g. Jatka sidostusta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Varoituksia ja varotoimenpiteitä:
 1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja sisäistä ne ennen käyttöä.
 2. Ruiskeet pehmytosiolla on huuhdeltava VALITTOMASTI runsaalla määrällä vettä.
 3. Aseta korkki takaisin, desinfiioi ja pyyhki ruisku keskitason desinfiointineella käyttökertojen välillä.
 4. Hävitä kärjet ja lyhjat ruiskut asianmukaisesti.
 5. Varmista virtaus kaikista ruiskuista ennen kuin levität ainetta suunsiisäisiin. Jos virtausvastausta ilmenee, vaihda kärki ja tarkista virtaus uudelleen. Käytä ainostaan suuostelutuja kärkiä.
HUOMAA: Käyttöturvallisuustiedotteita ja luottelimeitä käyttöä koskevia lisätietoja on saatavana verkkosivustoltamme www.ultradent.com

PT

Beskrivning:
 Opal™ Etch är ett etsgel med 35 % fosforsyra. Tack vare fluiditeten kan en exakt placering göras. Opal Etch etchant är självbegränsande i sitt etsdjup (ett medel djup på 1,5 µ med 15 sekunder), innehåller inte glycerin och har designats så att det snabbt och fullständigt kan avlägsnas genom sköljning.

Användningsområde:
 Ets av emall före bonding.
 Bruksanvisning:
 1. För 1,2ml spruta
 a. Avlägsna luer-locket.
 b. Fäst stadigt Opal Etch spetsarna.
 c. Kontrollera etsmedlets flöde före intraoral applicering.
 2. Anvisningar för direkt placering
 a. Isolera tanden (tänderna) som skall etsas.
 b. Rengör emaljen med pimpsten.
 c. Skölj och torka det preparerade området.
 d. Kontrollera etsmedlets flöde före intraoral applicering.
 e. Applicera etsmedlet på emaljen och låt det verka i 30 sek.
 f. Skölj ordentligt och torka. Emaljen kommer att se krivlit ut.
 g. Fortsätt bondingförfarandet enligt tillverkarens instruktioner.

Försiktighetsåtgärder och varningar:
 1. Läs noga igenom och förstå alla instruktioner före användning.
 2. Skölj GENAST med stora mängder vatten om produkten kommer i kontakt med mjukvävnad.
 3. Sätt locket åter på, desinficera och torka av sprutan med ett intermediärt desinficeringsmedel mellan användningarna.
 4. Kasserar används spetsar och tomma sprutor på rätt sätt.
 5. Verifiera flödet i alla sprutor före intraoral användning. Om det finns ett motstånd bör spetsen ersättas och flödet kontrolleras på nytt. Använd endast rekommenderade spetsar.
OBS: För säkerhetsdatablad och ytterligare information om användningen av våra produkter hänvisas till www.ultradent.com

FI

Περιγραφή:
 Το Opal™ Etch είναι ένα γέλι αδροποίησης με 35% φωσφορικό οξύ. Η ρευστότητα επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση. Το Opal Etch etchant αυτοπεριορίζεται στο βάθος αδροποίησης (ο μέσος όρος αδροποίησης είναι 1,5 µ με 15 δευτερόλεπτα αδροποίησης), δεν περιέχει γλυκερίνη, και έχει σχεδιαστεί για ταχεία και πλήρη αφαίρεση κατά το ξέπλυμα.
Ενδείξεις για χρήση:
 Αδροποίηση της αδαμαντίνης πριν από τη συγκόλληση.
 Οδηγίες χρήσης
 1. Για σύριγγα 1,2ml
 α. Αφαιρέστε το πώμα Luer.
 β. Εφαρμόστε με ασφαλή και τα άκρα Opal Etch.
 γ. Επαληθεύστε τη ροή του αδροποιητικού προτού το εφαρμόσετε ενδοστοματικά.
 2. Οδηγίες για άμεση τοποθέτηση
 α. Απομονώστε το δόντι (τα δόντια) στα οποία θα κάνετε αδροποίηση.
 β. Περάστε ελαφρώς επάνω από τη αδαμαντίνη.
 γ. Ξεπλένετε και στεγνώνετε την προετοιμασμένη περιοχή.
 δ. Επαληθεύστε τη ροή αδροποιητικού προτού το εφαρμόσετε ενδοστοματικά.
 ε. Εφαρμόστε αδροποιητικό στην αδαμαντίνη και αφήστε το στη θέση του επί 30 δευτ.
 στ. Ξεπλένετε καλά και στεγνώνετε. Η αδαμαντίνη θα έχει εμφάνιση σαν άσπρη κωμλία.
 ζ. Συνεχίστε τη διαδικασία συγκόλλησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις:
 1. Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
 2. Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με μαλακό ιστό, ξεπλύνετε ΑΜΕΣΩΣ την περιοχή με άφθονο νερό.
 3. Αντικαταστήστε το πώμα, απολυμνήστε και αποστειρώστε τη σύριγγα με ένα απολυμαντικό μεσαίου βαθμού μεταξύ χρήσεων.
 4. Πετατέ το άκρο και την άδεια σύριγγα με τον κατάλληλο τρόπο.
 5. Επαληθεύστε τη ροή όλων των σύριγγων προτού τις εφαρμόσετε ενδοστοματικά. Εάν αισθανθείτε αντίσταση, αντικαταστήστε και επαναελέγξτε. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα άκρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ultradent.com

SV