Opal™ Seal
Fluoride Releasing and Recharging Primer

EN

Product Description
Opal™ Seal primer is 38% filled with proprietary GI particles and nano fillers that release fluoride during orthodontic treatment. When Opal Seal primer has been applied to the tooth surface the use of a UV black light will make the primer illuminate showing that the resin containing fluoride is present.
For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.
Leveringsform(er)
- 1,2 ml applikationssprøjte
- Applikationsspidser:
  - Metal Opal™ Seal spids
  - Opal™ Seal spids

Indikationer for Use/Intended Purpose
Opal Seal primer is a light cure primer that is used when bonding orthodontic appliances to etched enamel.
Kontraindikationer
- Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis, udslæt eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienten skal kontakte sin læge.
- For patienter eller brugere med allergriprobemer henvises til produktallergendokumentet tilgængeligt på www.ultradent.com. Hvis der observeres en allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt med vand, og patienten skal kontaktere sin læge.

Advarsler og forholdsregler
- Resin kan være sensibiliserende. Undgå gentagen kontakt af uhærdet resin med hud og/eller bladt væv. Hvis der opstår allergiske reaktioner, dermatitis eller udslæt, skal patienten kontakte sin læge.
- Hærd brondingen fuldstændigt–uhærdeden resinmaterialer vil være mangelfulde i fysiske egenskaber, stress og slidstyrke.
- Flyt operatørlyset for at forhindre for tidlig polymerisering.
- Lyshærdende resiner er følsomme overfor omgivende lys. Når den ikke anvendes, skal du sikre dig, at hætten er fastgjort til sprøjten eller kapslen.
- Patienter og tandlæger skal bære beskyttelsesbriller med sideskærme.
- Hvis produktet indtages, drik store mængder vand og kontakt en læge. Søg omgående længehjælp, hvis produktet aspireres.
- Brug kun anbefalede spidser.
- Spidserne er kun til engangsbrug.

Stepwise Instructions
Preparation – 1,2 ml Syringe
1) Fjern Luer Lock cap.
2) Securely attach recommended tip.
3) Verify flow, color, and consistency prior to expressing intraorally. If resistance is met, expel and re-check.

Preparation – Tooth
1) Clean enamel surfaces to be primed with pumice or a similar water-based, mild abrasive.
2) Etch, rinse, and dry all tooth surfaces prior to Opal Seal primer placement.

Use – Direct Bonding
1) Apply a thin layer of Opal Seal primer to the etched enamel.
2) Gently air dry for 2 seconds per tooth to thin. Opal Seal primer should appear shiny, not pooled on the tooth surface. An initial cure of 5 seconds per tooth (on standard mode for curing lights with an intensity of ≥ 800 mW/cm² in the wavelength region of 385–515 nm) will help avoid bracket "skating" upon placement.
3) Apply bonding adhesive to brackets according to manufacturer's instructions and place brackets on prepared teeth.
4) Light cure for 10 seconds on standard mode for curing lights with an intensity of ≥ 800 mW/cm² in the wavelength region of 385–515 nm to cure the bonding adhesive, and completely cure the Opal Seal primer. Follow manufacturer's guidelines to ensure bonding adhesive is completely cured.
5) Opal Seal primer is designed to be re-applied periodically during orthodontic treatment. Shining a UV black light on the tooth will indicate the presence of the primer.

Use – Reapplication
1) With orthodontic wire removed, ensure enamel surface is free of plaque and debris.
2) Prepare exposed enamel around bonded brackets as instructed above.
3) Light cure for 10 seconds per tooth on standard mode for curing lights with an intensity of ≥ 800 mW/cm² in the wavelength region of 385–515 nm.

Processing
To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use.

Storage and Disposal
Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.
Miscellaneous Information
Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority. www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opal™-Seal
Fluoridfreisetzender und aufnehmender Primer

DE

Produktbeschreibung
Opal™ Seal Primer ist zu 38 % mit proprietären GI-Partikeln und Nanofüllstoffen gefüllt, die während der kieferorthopädischen Behandlung Fluorid freisetzen. Wenn der Opal Seal Primer auf die Zahnoberfläche aufgetragen wurde, bringt die Verwendung von UV-Schwarzlicht den Primer zum Leuchten und zeigt damit, dass das fluoridhaltige Harz vorhanden ist.
Lesen Sie für alle beschriebenen Produkte vor der Verwendung alle Anweisungen und SDS-Informationen sorgfältig durch und verstehen Sie sie.
Lieferform(en)
- 1,2 ml Verabreichungsspritze
- Applikationsspitzen:
  - Metall Opal™ Seal-Applikationsspitzen
  - Opal™ Seal Applikationsspitze

Hinweise zur Verwendung/Zweckbestimmung
Opal Seal Primer ist ein lichthärtender Primer, der verwendet wird, wenn kieferorthopädische Apparaturen mit geätztem Zahnschmelz verbunden werden.
Kontraindikationen
- Nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegenüber Methacrylaten oder anderen Harzen anwenden. Wenn Dermatitis, Hautausschlag oder andere allergische Reaktionen beobachtet werden, spülen Sie den exponierten Bereich gründlich aus und bitten Sie den Patienten, seinen Arzt zu konsultieren.
- Für Patienten oder Benutzer mit Allergieproblemen siehe Produktallergendokument unter www.ultradent.com. Wenn eine allergische Reaktion beobachtet wird, spülen Sie den exponierten Bereich gründlich mit Wasser und lassen Sie den Patienten seinen Arzt konsultieren.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
- Harze können sensibilisierend sein. Wiederholten Kontakt von ungehärtetem Dentalkunststoff mit Haut und/oder Weichgewebe vermeiden. Wenn eine allergische Reaktion, Dermatitis oder Hautausschlag auftritt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Härten Sie Bondings vollständig aus–ungehärtete Harzmaterialien weisen Mängel in den physikalischen Eigenschaften, der Belastung und der Verschleißfestigkeit auf.
- Richten Sie das Deckenlicht um, um eine vorzeitige Polymerisation zu verhindern.
- Lichtaktivierte Harze sind empfindlich gegenüber Umgebungslicht; Stellen Sie bei Nichtgebrauch sicher, dass die Kappe auf der Spritze oder Kapsel befestigt ist.
- Patienten und Zahnärzte müssen Schutzbrillen mit Seitenschutz tragen.
- Wenn das Produkt verschluckt wird, viel Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen. Wenn das Produkt aspiriert wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Verwenden Sie nur empfohlene Applikationsspitzen.
- Applikationsspitzen sind nur zum einmaligen Gebrauch.

Schrittweise Anleitung
Vorbereitung – 1,2 ml Spritze
1) Entfernen Sie die Luer-Lock-Kappe.
2) Empfohlene Applikationsspitzen sicher anbringen.
3) Überprüfen Sie Fluss, Farbe und Konsistenz vor dem intraoralen Ausdrücken. Wenn Widerstand auftritt, Applikationsspitzen ersetzen und erneut prüfen.

Vorbereitung – Zahn
1) Reinigen Sie die zu ätzenden Schmelzoberflächen mit Bimsstein oder einem ähnlichen milden Scheuermittel auf Wasserbasis.
2) Ätzen, spülen und trocknen Sie alle Zahnoberflächen, bevor Sie den Opal Seal Primer auftragen.

Verwendung – Direktverklebung
1) Tragen Sie eine dünne Schicht Opal Seal Primer auf den geätzten Schmelz auf.
2) Pro Zahn 2 Sekunden lang vorsichtig mit Luft trocknen lassen, um die Schichtstärke zu reduzieren. Opal Seal Primer sollte glänzend erscheinen und keine hohen Schichtstärken auf der Zahnoberfläche ansammeln. Eine Anfangshärtung von 5 Sekunden pro Zahn (im Standardmodus der Lichthärtungslampen mit einer Intensität von ≥ 800 mW/cm² im Wellenlängenbereich von 385–515 nm) hilft, ein Verrutschen (« Brackets Tanz der Platzierung) zu vermeiden.
3) Bonding Adhäsiv nach Herstellerangaben auf die Brackets auftragen und Brackets auf die präparierten Zähne setzen.
4) 10 Sekunden im Standardmodus für Polymerisationslampen mit einer Intensität von ≥ 800 mW/cm lichthärten² im Wellenlängenbereich von 385–515 nm, um den Haftkleber auszuhärten und den Opal Seal Primer vollständig auszuhärten. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um sicherzustellen, dass der Klebekleber vollständig ausgehärtet ist.
5) Opal Seal Primer wurde entwickelt, um während der kieferorthopädischen Behandlung regelmäßig erneut aufgetragen zu werden. Das Leuchten der Zahnoberfläche bei UV Schwarzlicht zeigt das Vorhandensein des Primers an.

Verwendung – Wiederverwendung
1) Stellen Sie bei entfernten kieferorthopädischen Draht sicher, dass die Schmelzoberfläche frei von Plaque und Ablagerungen ist.
2) Bereiten Sie den freigelegten Schmelz um die geklebten Brackets wie oben beschrieben vor.
3) 10 Sekunden pro Zahn im Standardmodus für Polymerisationslampen mit einer Intensität von ≥ 800 mW/cm lichthärten² im Wellenlängenbereich von 385–515 nm.

wird bearbeitet
Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, wischen Sie die Spritze zwischen den Anwendungen mit einem mittelstarken Desinfektionsmittel ab und verwenden Sie eine Einweg-Schutzhülle. Wenn keine Schutzhülle verwendet wird, sollte die Spritze als Einwegspritze behandelt werden.

Lagerung und Entsorgung
Abfall gemäß den örtlichen Regeln, Richtlinien und Vorschriften entsorgen.
Verschiedene Informationen
Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall dem Hersteller und der zuständigen Behörde. www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opal™ Seal
Fluoridfrisättande och återuppladdningsbar primer

SV

Produktbeskrivning
Opal™ Seal primer är till 38 % fylld med patenterade glasjonomerpartiklar och nanofiller som frigör fluorid under ortodontisk behandling. När Opal Seal primer har applicerats på tandytan kommer användningen av UV-ljus att få primern att lysa vilket visar att resinet som innehåller fluorid är närvarande.
För alla beskrivna produkter, läs och förstå alla instruktioner och säkerhetsdatabladsinformation noggrant före användning.
Leveransformer
- 1,2 ml applikeringssprута
- Applikeringsspetsar:
  - Metall Opal™ Seal tip
  - Opal™ Seal tip

Indikationer för användning/avsedd användning
Opal Seal primer är en ljushärdande primer som används vid bonding av ortodontisk apparatur till etsad emalj.
Kontraindikationer
- Använd inte på patienter med känd känslighet för metakrylater eller andra resiner. Om dermatit, hudutslag eller annan allergisk reaktion observeras, skölj det exponerade området noggrant och låt patienten konsultera sin läkare.
- För patienter eller användare med allergier, se produktallergendokumentet tillgängligt på www.ultradent.com. Om allergisk reaktion observeras, skölj det exponerade området noggrant med vatten och låt patienten konsultera sin läkare.

Varningar och försiktighetsåtgärder
- Resiner kan vara sensibiliserande. Undvik upprepad kontakt av ohärdat resin med hud och/eller mjukvävnad. Om en allergisk reaktion, dermatit eller hudutslag uppträder ska patienten rådfråga sin läkare.
- Härda resinet helt–ohärdat resinmaterial kommer att ha bristfälliga fysikaliska egenskaper och sämre motstånd mot spänningar och nötning.
- Rikta bort ljus ovanifrån för att förhindra för tidig polymerisering.
- Ljuskänsliga resiner är känsliga för omgivande ljus; när den inte används, se till att locket sitter fast på sprutan eller kapseln.
- Patienter och tandläkare måste bära skyddsglasögon med sidoskydd.
- Om produkten förtärs, drick stora mängder vatten och kontakta läkare. Om produkten aspireras, sök omedelbart läkarvård.
- Använd endast rekommenderade spetsar.
- Spetsar är endast för engångsbruk.

Stegvisa instruktioner
Beredning – 1,2 ml spruta
1) Ta bort Luer Lock-locket.
2) Fäst den rekommenderade spetsen säkert.
3) Verifiera flöde, färg och konsistens innan du applicerar intraoralt. Om motstånd upplevs, byt ut spetsen och kontrollera igen.

Förberedelse – Tand
1) Rengör emaljytor som ska primas med pimpsten eller liknande vattenbaserat, mild slipmedel.
2) Etsa, skölj och torka alla tandytor innan Opal Seal primer appliceras.

Användning – Direkt bonding
1) Applicera ett tunt lager Opal Seal primer på den etsade emaljen.
2) Låt försiktigt i 2 sekunder per tand för att tunna ut. Opal Seal primer ska verka glänsande, inte i samlingar på tandytan. En initial härdning på 5 sekunder per tand (i standardläget för ljushärdningslampor med en intensitet på ≥ 800 mW/cm² i våglängdsområdet 385–515 nm) hjälper till att undvika att bracket glider vid placering.
3) Applicera bonding på brackets enligt tillverkarens instruktioner och placera brackets på förberedda tänder.
4) Ljushärdning i 10 sekunder i standardläge för härdljuslampor med en intensitet på ≥ 800 mW/cm² i våglängdsområdet 385–515 nm för att härda adhesiven och helt härda Opal Seal-primern. Följ tillverkarens riktlinjer för att säkerställa att adhesiven är helt härdad.
5) Opal Seal primer är designad för att återappliceras med jämna mellanrum under ortodontisk behandling. Att lysa med UV-ljus på tanden indikerar närvaron av primern.

Användning – Återapplicering
1) Med ortodontisk tråd bortagen, se till att emaljytan är fri från plack och skräp.
2) Förbered exponerad emalj runt bondade brackets enligt anvisningarna ovan.
3) Ljushärdning i 10 sekunder per tand i standardläge för härdljuslampor med en intensitet på ≥ 800 mW/cm² i våglängdsområdet 385–515 nm.

Bearbetning
För att undvika korskontaminering, torka av sprutan med ett medelnivådesinfektionsmedel mellan användning och använd en engångsbarriärhylsa. Om en barriärhylsa inte används ska sprutan behandlas som engångssprutа.
Förvaring och avfallshantering
Kassera avfall enligt lokala regler, riktlinjer och föreskrifter.
Diverse Information
Rapportera alla allvarliga incidenter till tillverkaren och den behöriga myndigheten. www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opal™ Seal
Fluoridfrigørende og genopbyggende primer

DA

Produkt beskrivelse
Opal™ Seal primer er 38 % fyldt med patenterede GI-partikler og nanofiller, der frigiver fluor ifm. ortodontisk behandling. Når Opal Seal primer er påført tandoverfladen, vil brugen af UV sort lys få primeren til at lyse, hvilket viser, at resinen indeholdende fluor er til stede.
For alle beskrevne produkter skal du omhyggeligt læse og forstå alle instruktioner og SDS-oplysninger før brug.
Leveringsform(er)
- 1,2 ml applikationssprøjte
- Applikationsspidser:
  - Metal Opal™ Seal spids
  - Opal™ Seal spids

Indikationer for brug/tilsigtet formål
Opal Seal primer er en lyshærdende primer, der bruges ved påsætning af ortodontisk apparatur til ætset emalje.
Kontraindikationer
- Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis, udslæt eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienten skal kontakte sin læge.
- For patienter eller brugere med allergriprobemer henvises til produktallergendokumentet tilgængeligt på www.ultradent.com. Hvis der observeres en allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt med vand, og patienten skal kontaktere sin læge.

Advarsler og forholdsregler
- Resin kan være sensibiliserende. Undgå gentagen kontakt af uhærdet resin med hud og/eller bladt væv. Hvis der opstår allergiske reaktioner, dermatitis eller udslæt, skal patienten kontakte sin læge.
- Hærd bondingen fuldstændigt–uhærdeden resinmaterialer vil være mangelfulde i fysiske egenskaber, stress og slidstyrke.
- Flyt operatørlyset for at forhindre for tidlig polymerisering.
- Lyshærdende resiner er følsomme overfor omgivende lys. Når den ikke anvendes, skal du sikre dig, at hætten er fastgjort til sprøjten eller kapslen.
- Patienter og tandlæger skal bære beskyttelsesbriller med sideskærme.
- Hvis produktet indtages, drik store mængder vand og kontakt en læge. Søg omgående længehjælp, hvis produktet aspireres.
- Brug kun anbefalede spidser.
- Spidserne er kun til engangsbrug.

Trinvise instruktioner
Forberedelse – 1,2 ml sprøjte
1) Fjern Luer Lock-hætten.
2) Fastgør den anbefalede spids sikkert.
3) Bekræft flow, farve og konsistens før ekspression intraoralt. Hvis der er modstand, udskiftes spidsen og kontrolleres igen.

Forberedelse – Tand
1) Rengør emaljeoverflader, der skal renses med pimpsten eller et lignende vandbaseret, mildt slibemiddel.
2) Æts, skyl og tør alle tandoverflader før placering af Opal Seal primer.

Anvendelse – Direkte bonding
1) Påfør et tyndt lag Opal Seal primer på den ætsede emalje.
2) Lufttør forsigtigt i 2 sekunder pr. tand for at udjævne. Opal Seal primer skal virke skinnende, ikke samlet på tandoverfladen. En indledende hærdning på 5 sekunder pr. tand (i standard-mode til hærdning af lys med en intensitet på ≥ 800 mW/cm² i bølgelængdeområdet 385–515 nm) vil hjælpe med at undgå "skøjteløb" ved placering.
3) Påfør adhæsiv på brackets i henhold til producentens anvisninger og anbring bracket på fortænderne.
4) Lyshærdning i 10 sekunder på standard-mode, til hærdning af lys med en intensitet på ≥ 800 mW/cm² i bølgelængdeområdet 385-515 nm, for at hærde adhæsiven og fuldstændig hærde Opal Seal-primeren. Følg producentens retningslinjer for at sikre, at adhæsiven er fuldstændig hærdet.
5) Opal Seal primer er designet til at blive genpåført periodisk under ortodontisk behandling. At lyse med et UV-sort lys på tanden vil indikere tilstedeværelsen af primeren.

Anvendelse – Genanvendelse
1) Når ortodontisk tråd er fjernet; tjek at emaljeoverfladen er fri for plak og snavs.
2) Forbered blotlagt emalje omkring bracket som beskrevet ovenfor.
3) Lyshærdning i 10 sekunder pr. tand på standard-mode, til hærdning af lys med en intensitet på ≥ 800 mW/cm² i bølgelængdeområdet 385-515 nm.

Forarbejdning
For at undgå krydskontaminering skal du tørre sprøjten af med et mellemniveau desinfektionsmiddel efter brug og anvend et engangs barriereovertræk. Hvis barriereovertræk ikke anvendes, skal sprøjten behandles som engangsbrug.

Opbevaring og bortskaffelse
Bortskaf affald i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse oplysninger
Rapporter enhver alvorlig hændelse til fabrikanten og den kompetente myndighed. www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opal™ Seal
Fluoria vapauttava sidosaine

FI

Tuotekuvaus
Opal™ Seal -sidosaine sisältää 38 % patentoituja GI-hiukkasia ja nanotäyteainetta, ja se vapauttaa fluoria oikomishoidon aikana. Kun Opal Seal -sidosaine on levitetty hampaan pinnalle, UV mustavalolla saa sen näkyviin hampaan pinnalla. Tämä osoittaa, että fluoria sisältävää hartsia on käytetty.
Lue kaikkien kuvattujen tuotteiden ohjeet ja käyttöturvallisuustiedot huolellisesti ja sisäistä ne ennen käyttöä.
Pakkauskoko
- 1,2 ml:n annosruisku
- Annostelukärjet:
  - Metallinen Opal™ Seal -kärki
  - Opal™ Seal -kärki

Käyttöaiheet/Aiottu käyttötarkoitus
Opal Seal primer on valokovettuva sidosaine, jota käytetään kiinnitettäessä oikomislaitteita etsattuun hammaskiilteeseen.
Vasta-aiheet
- Ei saa käyttää potilailla, joiden tiedetään olevan herkkiä metakrylaateille tai muille hartseille. Jos huomaat oireita ihotulehduksesta, ihottumasta tai muun allergisen reaktion, huuhtele altistunut alue huolellisesti ja pyydä potilasta kääntymään lääkärin puoleen.
- Potilaat tai käyttäjät, jotka on allergioita: katso tuotteen allergeenit. Asiakirja on saatavilla osoitteessa www.ultradent.com. Jos havaitset allergisen reaktion, huuhtele altistunut alue huolellisesti ja pyydä potilasta kääntymään lääkärin puoleen.

Varoitukset ja varotoimet
- Hartsit voivat olla herkistäviä. Vältä kovettumattoman hammashartsin toistuvaa kosketusta ihon ja/tai pehmytkudosten kanssa. Jos potilas saa allergisen reaktion, ihotulehduksen tai ihottumaa, käänny lääkärin puoleen.
- Koveta sidoshartsit kokonaan - kovettumattomien hartsimateriaalien fysikaaliset ominaisuudet, jännitys ja kulutuskestävyys ovat puutteellisia.
- Rajoita käytännön valaistus, että ensimmäisista polymeroitumisista ei tapahdu.
- Valolla aktivoivat hartsit ovat herkkiä ympäristön valolle. Kun hartsia ei käytetä, varmista, että ruiskun tai kapselin korkki on kunnolla kiinni.
- Potilaiden ja ammattilaisten on käytettävä suojalaseja, joissa on sivusuojat.
- Jos tuotetta on niellyt, juo runsaasti vettä ja ota yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on hengitetty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Käytä vain suositeltuja kärkiä.
- Kärjet ovat vain kertakäyttöisiä.

Vaiheittaiset ohjeet
Valmistelu – 1,2 ml ruisku
1) Poista Luer Lock -suojus.
2) Kiinnitä suositeltu kärki tukevasti.
3) Tarkista virtaus, väri ja konsistenssi ennen suunsisäistä käyttöä. Jos materiaali ei tule vaivattomasti ulos ruiskusta, vaihda kärki ja tarkista uudelleen.

Valmistelu – Hammas
1) Puhdista pohjustettavat emalipinnat hohkakivellä tai vastaavalla vesipohjaisella miedolla hankausaineella.
2) Etsaa, huuhtele ja kuivaa kaikki hampaiden pinnat ennen Opal Seal -pohjustusaineen lisäämistä.

Käyttö - Suora sidostus
1) Levitä ohut kerros Opal Seal -sidosainetta etsatulle hammaskiilteelle.
2) Kuivaa varovasti ilmalla kaksi (2) sekuntia per hammas ohentaaksesi ainekerrosta. Opal Seal -pohjustusaineen tulee näyttää kiiltävältä, ei kasaantuneelta hampaan pinnalle. Ensimmäinen kovettumisaika viisi (5) sekuntia hammasta kohden (hammaslääkärivalojen vakiotilassa, jonka intensiteetti on ≥ 800 mW/cm2 aallonpituusalueella 385–515 nm) estää brackettien liukumista, kun ne sijoitetaan paikoilleen.
3) Levitä sidosainetta brakketteihin valmistajan ohjeiden mukaisesti ja aseta ne esivalmistetuille hampaille.
4) Koveta valolla 10 sekuntia hammasta kohden kovetusvalojen vakiotilassa, jonka intensiteetti on ≥ 800 mW/cm2 aallonpituusalueella 385–515 nm kiinnittääksesi sidosainetta ja lopullisesti myös Opal Seal -pohjustusaine. Noudata valmistajan ohjeita varmistaaksesi, että aine on täysin kovettunut.
5) Opal Seal -sidosainetta on suunniteltu levittettäväksi uudelleen säännöllisesti oikomishoidon aikana. UV mustavaloa käyttämällä saa näkyviin pohjustusaineen hampaan pinnalla.

Käyttö - Uudelleen levittäminen
1) Kun oikomislaite on poistettu, varmista, että kiillepinnalla ei ole plakkia ja likaa.
2) Valmistele esille oleva hammaskiille liimattujen brakettien ympäriltä yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
3) Kuivaa valolla 10 sekuntia hammasta kohden valokovettajan vakiotilassa, jonka intensiteetti on ≥ 800 mW/cm2 aallonpituusalueella 385–515 nm.

Käsittely
Ristikontaminaation välttämiseksi pyyhi ruiskua keskitason desinfiointiaineella käyttökertojen välillä ja käytä kertakäyttöistä suojahylkiötä. Jos suojahylkiötä ei käytetä, ruiskua tulee käsitellä kertakäyttöisenä.
Varastointi ja hävittäminen
Hävitä jätteet paikallisten sääntöjen, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Sekalaisia tietoja
Ilmoita kaikista vakavista tapauksista valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle. www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opal™ Seal
Primer som kan oppta og avgi fluor

NO

Produktbeskrivelse
Opal™ Seal-primer er 38% fylt med proprietære GI-partikler og nanofillere som frigjør fluor under ortodontisk behandling. Når Opal Seal-primer har blitt påført tannoverflaten, vil bruk av svart UV- lys få primeren til å lyse, noe som viser at resinet som inneholder fluor er tilstede.
For alle beskrevne produkter, les nøye og forstå alle instruksjoner og SDS-informasjon før bruk.
Leveringstype(r)
- 1,2 ml applikeringssprøyte
- Applikeringsspisssspiss:
  - Metal Opal™ forseglingsspiss
  - Opal™ forseglingsspiss

Indikasjoner for bruk/tiltenkt formål
Te Opal Seal primer er en lysherdende primer som brukes ved festing av ortodontisk apparatur til etset emalje.
Kontraindikasjoner
- Må ikke brukes på pasienter med kjent følsomhet overfor metakrylater eller andre resiner. Hvis dermatitt, utslett eller annen allergisk reaksjon observeres, skyll det eksponerte området grundig og la pasienten ta å konsultere sin lege.
- For pasienter eller brukere med allergiproblemer, se produktallergendokument som du finner på www.ultradent.com. Hvis det oppstår en allergisk reaksjon, skyll det eksponerte området grundig med vann og få pasienten til å kontakte sin lege.

Advarsler og forholdsregler
- Resin kan være sensibiliserende. Unngå gjentatt kontakt av uherdet resin med hud og/ eller bløtevc. Hvis det oppstår allergiske reaksjoner, dermatitt eller utslett, må pasienten konsultere legen sin.
- Herd resiner fullstendig–uherdede resinmaterialer vil ha mangelfulle fysiske egenskaper, mekanisk styrke og slitestyrke.
- Flytt vekk operasjonslyset for å forhindre for tidlig polymerisering.
- Lysaktiverte resiner er følsomme for lys; når den ikke er i bruk, sørg for at hetten er festet til sprøyten eller kapselen.
- Pasienter og tannleger må bruke vernebriller med sideskjold.
- Hvis produktet svelges, drikk store mengder vann og kontakt lege. Søk umiddelbar medisinsk hjelp hvis produktet er aspirert, søk øyeblikkelig legehjelp.
- Bruk kun anbefalte spisser
- Spisser er kun til engangsbruk.

Trinnvise instruksjoner
Klargjøring – 1,2 ml sprøyte
1) Fjern Luer låse-hetten.
2) Fest anbefalt spiss omhyggelig.
3) Kontroller flow, farge og konsistens før du presser ut noe intraoralt. Hvis motstand registreres, bytt ut spissen og kontroller på nytt.

Klargjøring – Tann
1) Rengjør emaljeoverflater som skal primes med pimpstein eller lignende vannbasert, mildt slipemiddel.
2) Ets, skyll og tørk alle tannoverflater før Opal Seal-primer appliseres.

Bruk – direkte bonding
1) Påfør et tynt lag med Opal Seal-primer på den etsede emaljen.
2) Lufttørk forsiktig i 2 sekunder per tann for å tynne. Opal Seal-primer skal fremstå som skinnende, og jevnt fordelt på tannoverflaten. Et første herding på 5 sekunder per tann (i standardmodus for herdelys med en intensitet på ≥ 800 mW/cm² i bølgelengdeområdet på 385–515 nm) vil bidra til å unngå at bracketene «glir» ved plassering.
3) Påfør adhesiv på bracketen i henhold til produsentens instruksjoner og plasser bracketene på klargjorte tenner.
4) Lysherding i 10 sekunder på standardmodus for herdelys med en intensitet på ≥ 800 mW/cm² i bølgelengdeområdet 385–515 nm for å herde festemiddelet, og fullstendig herde Opal Seal-primeren. Følg produsentens retningslinjer for å sikre at festemiddelet er fullstendig herdet.
5) Opal Seal-primer er designet for å påføres med jevne mellomrom under ortodontisk behandling. Skråling av et UV-svart lys på tannen vil indikere tilstedeværelsen av primeren.

Bruk – Påføring på nytt
1) Med ortodontisk bue fjernet, sørg for at emaljeoverflaten er fri for plakk og debris.
2) Klargjør eksponert emalje rundt festede brackets som instruert ovenfor.
3) Lysherding i 10 sekunder per tann i standardmodus for herdelys med en intensitet på ≥ 800 mW/cm² i bølgelengdeområdet 385–515 nm.

Behandling
For å unngå krysskontaminering, tørk av sprøyten med et middels desinfeksjonsmiddel mellom bruk og bruk er engangs hygieneovertrekk. Hvis en hygieneovertrekk ikke brukes, bør sprøyten behandles som engangs.
Lagring og kassering
Kast avfall i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.
Diverse informasjon
Rapporter en alvorlig hendelse til produsenten og den kompetente myndigheten. www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opal™ Seal
Αστάρι απελευθέρωσης και επαναφόρτισης φθορίου

EL

περιγραφή προϊόντος
Το Opal™ Seal primer είναι 38% γεμάτο με ιδιόκτητα συμπαίξια GI και νανοπληρωτικά που απελευθερώνουν φθόριο κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας. Όταν το Opal Seal primer έχει εφαρμοστεί στην επιφάνεια του δοντιού, η χρήση ενός μαύρου φωτός UV θα κάνει το αστάρι να φωτοστεί δείχνοντας ότι υπάρχει η ρητίνη που περιέχει φθόριο.
Για όλα τα προϊόντα που περιγράφονται, διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες SDS πριν από τη χρήση.
Συσκευασία(ες)
- Σύριγγα παράδοσης 1,2 ml
- Συμβουλές παράδοσης:
  - Μεταλλική άκρη εφαρμογέα Opal™
  - Μύτη εφαρμογέα Opal™

Ενδείξεις χρήσης/Προοριζόμενος σκοπός
Το Opal Seal primer είναι ένα στάρι ελαφρού κρίματος που χρησιμοποιείται κατά τη συγκόλληση ορθοδοντικών συσκευών σε χαραγμένο σμάλτο.
Αντενδείξεις
- Να μη χρησιμοποιείται σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στα μεθακρυλικά ή άλλες ρητίνες. Εάν παρατηρηθεί δερματίτιδα, εξάνθημα ή άλλη αλλεργική αντίδραση, ξεπλύνετε καλά την εκτεθειμένη περιοχή και ζητήστε από τον ασθενή να συμβουλευτεί τον γιατρό του.
- Για ασθενείς ή χρήστες με αυτοκρατείς για αλλεργίες, ανατρέξτε στο έγγραφο αλλεργιογόνου προϊόντος που διατίθεται στη διεύθυνση www.ultradent.com. Πλήρωσε να αντιμετωπίσει αλλεργική αντίδραση, ξεπλύνετε καλά την εκτεθειμένη περιοχή με νερό και ζητήστε από τον ασθενή να συμβουλευτεί τον γιατρό του.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
- Οι ρητίνες μπορεί να είναι ευαισθητοποιητικές. Αποφύγετε την επανειλημμένη επαφή της μη ψημασμένης οδοντικής ρητίνης με το δέρμα και/ή τους μαλακούς ιστούς. Εάν εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση, δερματίτιδα ή εξάνθημα, ζητήστε από τον ασθενή να συμβουλευτεί τον γιατρό του.
- Πολυμερίστε τις συγκολλητικές ρητίνες–τα μη χρησιμοποιημένα υλικά ρητίνης θα έχουν ελλιπή φυσικές ιδιότητες, αντοχή και αντοχή στη φθορά.
- Ανακατεύθυνση του υπηρεσιακού φωτός για να αποτρέψετε τον πρόωρο πολυμερισμό.
- Οι ελαφρώς ενεργοποιημένες ρητίνες είναι ευαίσθητες στο φως του περιβάλλοντος. Όταν δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι ασφαλισμένο στη σύριγγα ή την κάψουλα.
- Οι ασθενείς και οι επαγγελματίες οδοντίατροι πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά με πλευρικά εμπόδια.
- Εάν το προϊόν καταποθεί, πιείτε μεγάλες ποσότητες νερού και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. Εάν το προϊόν αναρροφάται, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Χρησιμοποιήστε μόνο συνιστώμενες συμβουλές.
- Οι συμβουλές είναι μόνο μίας χρήσης.

Βηματικές οδηγίες
Προετοιμασία – Σύριγγα 1,2 ml
1) Αφαιρέστε το καπάκι Luer Lock.
2) Προσαρμόστε με ασφάλεια τη συνιστώμενη άκρη.
3) Επαληθεύστε τη ροή, το χρώμα και τη συνοχή πριν από την ενδοστοματική έκφραση. Εάν συναντήσετε αντίσταση, αντικαταστήστε το άκρο και ελέγξτε ξανά.

Προετοιμασία – Δόντι
1) Καθαρίστε τις επιφάνειες από σμάλτο για αστάρωμα με ελαφρόπετρα ή παρόμοιο ήπιο λειαντικό με βάση το νερό.
2) Χαράξτε, ξπλύνετε και στεγνώστε όλες τις επιφάνειες των δοντιών πριν από την τοποθέτηση του αστάρι Opal Seal.

Χρήση – Άμεση συγκόλληση
1) Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα Opal Seal primer στο χαραγμένο σμάλτο.
2) Στεγνώστε απαλά στον αέρα για 2 δευτερόλεπτα ανά δόντι για να αραιώσει. Το Opal Seal primer πρέπει να φαίνεται γυαλιστερό, να μην συγκεντρώνεται στην επιφάνεια του δοντιού. Αρχική σκλήρυνση 5 δευτερολέπτων ανά δόντι (στην τυπική λειτουργία για φώτα σκλήρυνσης με ένταση ≥ 800 mW/cm² στην περιοχή μήκους κύματος 385–515 nm) θα βοηθήσει στην αποφυγή του «παγοπέδιλο» του βραχίονα κατά την τοποθέτηση.
3) Εφαρμόστε συγκολλητική κόλλα στους βραχίονες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τοποθετήστε τους βραχίονες σε προετοιμασμένα δόντια.
4) Φωτοπολυμερισμός για 10 δευτερόλεπτα σε τυπική λειτουργία για φώτα πολυμερισμού με ένταση ≥ 800 mW/cm² στην περιοχή μήκους κύματος 385–515 nm για να σκληρύνει τη συγκολλητική ουσία και να σκληρύνει πλήρως το αστάρι Opal Seal. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι η κόλλα συγκόλλησης έχει σκληρυνθεί πλήρως.
5) Το Opal Seal primer έχει σχεδιαστεί για να επαναεφαρμόζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας. Η λάμψη ενός μαύρου φωτός UV στο δόντι θα υποδηλώνει την παρουσία του αστεριού.

Χρήση – Εκ νέου εφαρμογή
1) Με την αφαίρεση του ορθοδοντικού σύρματος, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του σμάλτου είναι απαλλαγμένη από πλάκες και υπολείμματα.
2) Προετοιμάστε το εκτεθειμένο σμάλτο γύρω από τα κολλημένα στηρίγματα σύμφωνα με τις οδηγίες παραπάνω.
3) Φωτοπολυμερισμός για 10 δευτερόλεπτα ανά δόντι σε τυπική

Opal™ Seal
Fluorid felszabadító és újratöltő alapozó

HU

Termékleírás
Az Opal™ Seal alapozó 38%-ban szabadalmaztatott Cl részecskékkel és nano töltőanyagokkal van feltöltve, amelyek fluoridot szabadítanak fel a fogszabályozási kezelés során. Amikor az Opal Seal primert feltörlés a fogfelületre, UV-fekete fény hatására az alapozó megvilágosodik, jelezve, hogy fluoridot tartalmazó gyanta van jelen.
Az összes leírt termék esetében használat előtt figyelmesen olvassa el és értse meg az összes utasítást és SDS-információt.
Szállítási útlap(ok)
- 1,2 ml-es adagolófecskendő
- Szállítási tippek
  - Fém Opal™ Seal tip
  - Opal™ Seal tip

Használati javallatok/rendeltetés
Az Opal Seal alapozó egy fényre térhálósodó alapozó, amelyet fogszabályozó készülékek rögzített zománchoz való ragasztására használnak.
Ellenjavallatok
- Ne használja olyan betegeknél, akik ismerten érzékenyek metakrilátokra vagy más gyantára. Ha bőrgyulladást, bőrkiütést vagy egyéb allergiás reakciót észlel, alaposan öblítse le az érintett területet, és forduljon orvosához.
- Az allergiás problémákkal küzdő betegek vagy felhasználók esetében tekintse meg a termék allergiennekkel kapcsolatos dokumentumát, amely elérhető a www.ultradent.com webhelyen. Ha allergiás reakciót észlel, alaposan öblítse le vízzel a kitett területet, és kérje meg a beteget, hogy forduljon az orvosához.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- A gyantát szenzibilizálókat lehetnek. Kerülje el a meg nem kötött fogyantás ismételt érintkezését a bőrrel és/vagy légzőrendszerkel. Ha allergiás reakció, bőrgyulladás vagy bőrkiütés alakul ki, forduljon orvosához.
- A kötőgyantát teljes kikeményítése A kikeményítetlen gyantaanyagok fokozott tulajdonságaik, fészültség- és kopásállóságuk hiányos lesz.
- Az új és előtt polimerizáció elkerülése érdekében irányítsa át a felső lámpát.
- A fénnyel aktivált gyanták érzékenyek a környezeti fényre; használaton kívül ügyeljen arra, hogy a kupak rögzítője legyen a fecskendőn vagy a kapszulán.
- A betegekhez és a fogorvosokkal oldalkérdések és -válaszok elérhetőségével kell vesíteniük.
- Ha a termékkel lenyelt, igyon nagy mennyiségű vizet és forduljon orvoshoz. Ha a termékkel beszívták, azonnal forduljon orvoshoz.
- Csak az ajánlott tippeket használja.
- A tippek csak egyszer használhatók.

Lépésenkénti utasítások
Elkészítés – 1,2 ml-es fecskendő
1) Távolítsa el a Luer Lock sapkát.
2) Biztonságosan rögzítse az ajánlott hegyet.
3) Az intraorális kifejezés előtt ellenőrizze a folyást, a szint és a konzisztenciát. Ha ellenállást észlel, cserélje ki a véget, és ellenőrizze újra.

Előkészítés – Tray
1) Az alapozandó zománcfelületeket habkövel vagy hasonló vízbázisú, enyhe csiszolóanyaggal tisztítsa meg.
2) Maradéka, előtérbe és szárítsa az összes fogfelületet az Opal Seal alapozó felhelyezése előtt.

Felhasználás – Közvetlen ragasztás
1) Vigyen fel vékony réteg Opal Seal alapozót a maratott zománcra.
2) Óvatosan szárítsa meg a levegőn 2 másodpercig fogánként, hogy elpárologtassa az Opal Seal alkotóanyagait. Az Opal Seal alapozónak az összes fogfelszínen összetapadni. Fogánként 5 másodpercres kezdeti kikeményedés (normál módban ≥ 800 mW/cm² intenzitású lámpákhoz² a 385–515 nm hullámhosszartományban) segít elkerülni a korozol „korcsolyázást" az elhelyezéskor.
3) Vigyen fel ragasztót a konzolokra a gyártó utasításai szerint, és helyezze a konzolokat az előkészített fogakra.
4) Fényrekeményítés 10 másodpercig normál üzemmódban ≥ 800 mW/cm² cm intenzitású lámpákhoz² a 385–515 nm hullámhosszú tartományban a kötőragasztó kikeményítéséhez, és az Opal Seal alapozó teljes kikeményítéséhez. Kövesse a gyártó útmutatását, hogy biztosítsa a ragasztóanyag teljes megkötését.
5) Az Opal Seal alapozót úgy távolítsa el, hogy a fogszabályozási kezelés során rendszeresen újra felhordják. Ha UV-fekete fénnyel világít a fogra, az jelzi a primer jelenlétét.

Használat – Ismételt alkalmazás
1) A fogszabályozó huzal eltávolítása után győzödjön meg arról, hogy a zománcfelület plakk- és törmeléktől mentes.
2) Készítse elő a szabaddá tett zománcot a ragasztott tartók köré a fenti utasítások szerint.
3) Fénykeményítés fogonként 10 másodpercig normál üzemmódban ≥ 800 mW/cm² cm intenzitású lámpákhoz² a 385–515 nm hullámhosszú-tartományban.

Feldolgozás
A keresztszennyeződés elkerülése érdekében törölje át a fecskendőt egy közepes szintű fertőtlenítőszerrel a két használat között, és használjon eldobható védőhüvelyt. Ha nem használnak védőhüvelyt, a fecskendőt egyszer használatosnak kell kezelni.
Tárolás és újratalmatlanítás
A hulladékot a helyi szabályok, irányelvek és előírások szerint ártalmatlanítsa.
Egyéb információk
Minden súlyos eseményt jelentsen a gyártónak és az illetékes hatóságnak. www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opal™ Seal
Fluorīda izdalīšanas un uzlādes gruntējums

LV

Produkta apraksts
Opal™ Seal primer ir 38% piepildīts ar patentētām GI daļiņām un nano pildvielām, kas ortodontiskās ārstēšanas laikā atbrīvo fluoru. Kad Opal Seal gruntis ir uzklāts uz zoba virsmas, UV nelabvēlīgas izmantošana liks gruntis izgaismot, parādot, ka tajā ir fluoru saturoši savieši.
Attiecībā uz visiem aprakstītajiem produktiem pirms lietošanas rūpīgi izlasiet un izpratiet visas instrukcijas un informāciju drošības datu lapās.
Piegādes forma(-as)
- 1,2 ml ievadīšanas šļirce
- Piegādes padomi
  - Metāla Opal™ Seal uzgalis
  - Opal™ Seal uzgalis

Lietošanas indikācijas/paredzētais lietojums
Opal Seal primer ir vieglā cietējošas gruntējums, ko izmanto ortodontisko ierīču līmēšanai ar iegravētu emalju.
Kontrindikācijas
- Nelietot pacientiem ar zināmu jutību pret metakrilātiem vai citiem sveķiem. Ja tiek novērots dermatīts, izsitumi vai cita alerģiska reakcija, rūpīgi izskalojiet pakļauto vietu un palūdziet pacientam konsultēties ar ārstu.
- Alerģiskiem pacientiem vai lietotājiem jāskata produktu alerģisku dokumentu, kas pieejams vietnē www.ultradent.com. Ja tiek novērota alerģiska reakcija, rūpīgi izskalojiet iedarbībai pakļauto vietu ar ūdeni un ieskaiet pacientam vērstās pie ārsta.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
- Sveķi var būt sensibilizējoši. Izvairieties no nesacietējušu zobu sveķu atkārtotas saskares ar ādu un/vai mikstajiem audiem. Ja pacientam attīstās alerģiska reakcija, dermatīts vai izsitumi, konsultējieties ar savu ārstu.
- Pilnībā sacietējiet savienojošos sveķus–nesacietējušiem sveķu materiāliem būs nepietiekamas fizikālās īpašības, piemēram, nodilumizturība.
- Novirziet augšējo gaismu, lai novērstu priekšlaicīgu polimerizāciju.
- Gaismas aktīvētie sveķi ir jutīgi pret apkārtējo gaismu; kad to nelietojat, nodrošiniet, ka šļirces vai kapsulai ir pieaizpirstināts vāciņš.
- Pacientiem un zobārstniecības speciālistiem jāveikā aizsargbrilles ar sānu aizsargiem.
- Ja produkts ir norīts, dzeriet lielu daudzumu ūdens un sazinieties ar ārstu. Ja produkts ir aspirēts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.
- Izmantojiet tikai ieteiktos padomus.
- Uzgaļi ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai.

Lietošanas instrukcija solī pa solim
Pagatavošana – 1,2 ml šļirce
1) Noņemiet Luer Lock vāciņu.
2) Droši piestipriniet ieteicamo galu.
3) Pirms intraorālām izteikšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet plūsmu.

Sagatavošana – Zobs
1) Gruntējamās emaljas virsmas notīriet ar pumeku vai līdzīgu, maigu abrazīvu uz ūdens bāzes.
2) Rodīnet, nosūdziet un nosusiniet visas zobu virsmas pirms Opal Seal gruntis uzlikšanas.

Pielietošana – tiešā līmēšana
1) Uz ingravētas emaljas uzklājiet plānu Opal Seal gruntējuma slāni.
2) Uzmanīgi žāvējiet gaisā 2 sekundes katram zobam, lai tas būtu retināts. Opal Seal gruntēšanai vajadzētu izskatīties spīdīgai, nevis saplūst uz zoba virsmas. Sākotnēji sacietēšana 5 sekundes ieilgums zobam (standarta režīmā sacietēšanas gaismām ar intensitāti ≥ 800 mW/cm² viļņa garuma reģionā 385–515 nm) palīdzēs izvairīties no korozīvena "slidināšanās" novietošanas laikā.
3) Uzkļājiet līmes līmi uz kronšteiniem saskaņā ar ražotāja norādījumiem un novietojiet kronšteinus uz sagatavotajiem zobiem.
4) Gaismas sacietēšana 10 sekundes standarta režīmā ar intensitāti ≥ 800 mW/cm² viļņa garuma reģionā 385–515 nm, lai sacietētu savienojošs līmu un pilnībā sacietētu Opal Seal gruntī. Ievērojiet ražotāja norādījumus, lai nodrošinātu, ka līmējošā līme ir pilnībā sacietējusi.
5) Primer Opal Seal ir paredzēts periodiskai atkārtotai uzklāšanai ortodontiskās ārstēšanas laikā. Uz melnas gaismas spīdēšana uz zoba norāda uz gruntsklātbūtni.

Lietošana – atkārtota lietošana
1) Kad ortodontiskais vadis ir noņems, pārliecinieties, ka emaljas virsma ir brīva no aplikuma un gružiem.
2) Sagatavojiet atklāto emalju ap savienotajiem kronšteiniem, kā norādīts iepriekš.
3) Gaismas sacietēšana uz vienu zobu 10 sekundes standarta režīmā gaismām ar intensitāti ≥ 800 mW/cm² viļņa garuma reģionā 385–515 nm.

Apstrāde
Lai izvairītos no saraustīgas inficēšanās, starp lietošanas reizēm noslaukiet šļirci ar vidēja līmeņa dezinfekcijas līdzekli un izmantojiet vienreizējās lietošanas birjeras uzmavu. Ja birjeras uzmava netiek izmantota, šļirce jāuzskata par vienreizējās lietošanas.
Uzglabāšana un utilizēšana
Utilizējiet atkritumus saskaņā ar vietējiem noteikumiem un pastāvošo kārtību.
Cita informācija
Par jebkuru nopietnu incidentu ziņojiet ražotājam un kompetentajai iestādei.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opal™ Seal
Fluoro atpalaiduojantis ir įkraunantis gruntas

LT

Prekės aprašymas
„Opal™ Seal" gruntas yra 38% užpildytas patentuotomis GI dalelėmis ir nano užpildais, kurie ortodontinio gydymo metu išskiria fluoridą. Kai danties paviršius buvo padengtas „Opal Seal" gruntu, naudojant juodą UV šviesą gruntas pradės šviesti, parodydamas, kad jame yra dervos, turinčios fluoro.
Atliečiant su visiem aprakstītajiem produktiem pirms lietošanas rūpīgi izlasiet un izpratiet visas instrukcijas un informāciju drošības datu lapās.
Pristatymo forma (-os)
- 1,2 ml švirkštas šļirce
- Pristatymo patarimai:
  - Metalinis Opal™ Seal antgalis
  - Opal™ Seal antgalis

Naudojimo indikacijos / paskirtis
„Opal Seal" gruntas yra šviesiai kietėjantis gruntas, naudojamas klijuojant ortodontinius prietaisus prie ėgraviruoto emalio.
Kontraindikacijos
- Nenaudoti pacientams, kuriems nustatytas jautrumas metakrilatams ar kitoms dervoms. Pastebėjus dermatitą, bėrimą ar kitą alerginę reakciją, gerai nuplaukite paveiktą vietą ir kreipkitės į gydytoją.
- Pacientams ar naudotojams, turintiems problemų dėl alergijos, žr. produkto alergenų dokumentą, kurį rasite adresu www.ultradent.com. Pastebėjus alergine reakciją, paveiktą vietą kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
- Dervos gali sukelti jautrumą. Venkite pakartotinio nesukietėjusios dantų dervos sąlyčio su oda ir (arba) minkštaisiais audiniais. Jei pacientui pasireiškia alergija, dermatitas ar bėrimas, kreipkitės į gydytoją.
- Visiškai sukietinkite rišamąsias dervas–nesukietėjusios dervos medžiagos turės ritinį savybių, įtempių ir atsparumo dilimui trūkumo.
- Nukreipkite viršutinę šviesą, kad išvengtumėte ankstyvos polimerizacijos.
- Šviesa aktyvinamos dervos ir jautros aplinkos šviesai; kai nenaudojate, įsitikinkite, kad dangtelis yra privirintinas ant švirkšto arba kapsulės.
- Pacientai ir odontologijos specialistai turi dėvėti apsaugines akinius su šoniniais skydais.
- Nurijus produkto, gerkite daug vandens ir kreipkitės į gydytoją. Jei produktas įsiurbiamas, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.
- Naudokite tik rekomenduojamus patarimus.
- Antgaliai naudojami tik vieną kartą.

Laipsniškos instrukcijos
Paruošimas – 1,2 ml Švirkštas
1) Nuimkite Luer Lock dangtelį.
2) Saugiai pritvirtinkite rekomenduojamą antgalį.
3) Prieš išreikšdami į burną, patikrinkite tekėjimą, spalvą ir konsistenciją. Jei pasipriešinimas pasieikiamas, pakeiskite antgalį ir patikrinkite dar kartą.

Preparatas – dantis
1) Gruntuojamo emaliuoto paviršius nuvalykite pemzės arba panašiu vandens pagrindu pagamintu švelniu abrazyvu.
2) Išgruntuokite visus likusius dantų paviršius ir džiovinkite visus dantų paviršius prieš dedami „Opal Seal" gruntą.

Naudojimas – Tiesioginis klijavimas
1) Ant išgraviruoto emalio užtepkite plonų Opal Seal gruntėjimo sluoksnį.
2) Švelniai džiovinkite 2 sekundes kiekvienam dantis, kad suplonėtų. „Opal Seal" gruntas turi atrodyti blizgus, nesusikaupes ant danties paviršiaus. Pradinis kietėjimas per 5 sekundes vienam dantukui (standartinio režimu, kai kietėja šviesa, kurios intensyvumas ≥ 800 mW/cm² 385–515 nm bangos ilgio srityje) padės išvengti laikiklio „čiuožimo" įdėjus.
3) Ant gembių užtepkite kliju pagal gamintojo instrukcijas ir uždėkite laikiklius ant paruoštų dantų.
4) Šviesos kietėjimas 10 sekundžių standartiniu režimu, skirtas kietinti šviesos, kurių intensyvumas ≥ 800 mW/cm² 385–515 nm bangos ilgio srityje, kad suketėtų rišamieji klijai ir visiškai sukietėtų „Opal Seal" gruntas. Laikykitės gamintojo nurodymų, kad klijai visiškai sukietėtų.
5) „Opal Seal" gruntas skirtas periodiškai pakartotiniai tepti ortodontinio gydymo metu. UV juoda šviesa ant danties parodys grunto buvimą.

Naudojimas – pakartotinis pritaikymas
1) Nuėmę ortodontinę vielę įsitikinkite, kad emalio paviršius nėra apnašų ir šiukšlių.
2) Įgruntuokite atvirą emalį aplink suklijuotus laikiklius, kaip nurodyta aukščiau.
3) Šviesos kietėjimas 10 sekundžių vienam dantukui standartiniu režimu, skirtas kietinti šviesos, kurių intensyvumas ≥ 800 mW/cm² 385–515 nm bangos ilgio srityje.

Apdorojimas
Kad išvengtumėte kryžminio užteršimo, tarp naudojimo būdu nuvalykite šviežtą vidutinio lygio dezinfekavimo priemone ir naudokite vienkartinę apsaugine movą. Jei naudojama apsauginė įvorė, šviežstas turi būti laikomas vienkartiniu.
Laikymas ir utilizavimas
Išmeskite atliekas pagal vietines taisykles, gaires ir reglamentus.
Įvairi informacija
Apie bet kokį rimtą incidentą praneškite gamintojui ir kompetentingai institucijai.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opal™ Seal
Primer għar-rilaxx u l-iċkarġjar tal-fluworidu

MT

Deskrizzjoni tal-Prodott
Opal™ Seal primer huwa 38% mimli b'partiċelli proprjetarji GI u nano fillers li jirrilaxxaw il-fluworidu waqt it-trattament ortodontiku. Meta l-primer tal-Opal Seal ikun ġie applikat fuq il-wiċċ tas-snien l-użu ta 'dawl iswed UV jagħmel il-primer jeħdi l-u juri li r-reżina li fiha l-fluworidu hija preżenti.
Għall-prodotti deskritti kollha, qara u ifhem bir-reqaq l-istruzzjonijiet u l-informazzjoni kollha tal-SDS qabel l-użu.
Forma/Forom tal-Konsenja
- Siringa tal-konsenja tal 'l 2 ml
- Parir dwar il-konsinna:
  - Metal Opal™ Sigill punta
  - Ponta tas-Sigill Opal™

Indikazzjonijiet għall-Użu/Għan Maħsub
Opal Seal primer huwa primer tal-kura tad-dawl li jintuża meta jgħaqqad apparat ortodontiku ma 'enamel inċiż.
Kontraindikazzjonijiet
- Tużax fuq pazjenti li huwa sensittivi għaqfiru għall-metakrilati jew reżini oħra. Jekk tiġi osservata dermatite, raxx, jew reazzjoni allerġika oħra, laħlaħ sew iż-żona esposta u poġġi lill-pazjent jikkonsulta lit-tabib tiegħu.
- Ghall-pazjenti jew utenti bi problemi ta' allerġji, irreferi għad-dokument dwar l-allergen tal-prodott disponibbli f'www.ultradent.com. Jekk tiġi osservata reazzjoni allerġika, laħlaħ sewwa ż-żona esposta bl-ilma u għid lill-pazjenti jikkonsultaw lit-tabib tagħhom.

Twissijiet u Prekawzjonijiet
- Ir-reżini jistgħu jkunu sensittizzanti. Evita kuntatt ripetut tar-reżina dentali mhux vulkanizzata mal-ġilda u/jew tessut ratba. Jekk tiżviluppa reazzjoni allerġika, dermatite jew raxx, ieqaf tuża l-materjal, solliċita l-pariri mediċi u kkonsulta lit-tabib tiegħu.
- Kura reżini ta 'twaħħil kompletament–materjali tar-reżina mhux imqaddsed se jkunu deficjenti fil-proprjetajiet fiżiċi, stress, u reżistenza għall-ilbies.
- Uċelleġ id-dawl sorġenti biex tevita polimerizzazzjoni prematura.
- Ir-reżini attivati bid-dawl huma sensittivi għad-dawl ambjentali; meta ma tkunx qed tintuża, kun żgur li l-pjanġa jitwaħħal fuq is-siringa jew il-kapsula.
- Il-pazjenti u t-tobba tal-pajjiet u tas-snien għandhom jilbsu nuċċalijiet protettivi b'tarki tal-ġenb.
- Il-punent jinbtiegħ u jitfa' barra.
- Il-punent jintuża darba biss.

Istruzzjonijiet Pass
Preparazzjoni - 1.2 ml Siringa
1) Neħħi l-ġħatu Luer Lock.
2) Waħħal sew il-ponta rakkomandata.
3) Qabel ma tipproċedi, ivverifika l-konsistenza qabel ma tesprimi gol-ħalq. Jekk issib reżistenza, iddeli il-ponta u erġa' ċekkja.

Preparazzjoni – Snien
1) Ippulixxi l-enamel li għandhom jiġu ippreparati bil-Hafliefa jew xi abraziv ħafif simili ibbażat fuq l-ilma.
2) Inċiżjoni, laħlaħ, u nixxef l-uċuh kollha tas-snien qabel it-tqegħid tal-primer tal-Opal Seal.

Użu - Twaħħil Dirett
1) Applika saff rqiq ta' primer Opal Seal fuq l-enamel inċiż.
2) Nixxef bil-mod bl-arja għal 2 sekondi għal kull sinna biex irqaq. Opal Seal primer għandu jidher bleqq, mhux miġbura fuq il-wiċċ tas-snien. Kura inizjali ta' 5 sekondi għal kull sinna (fuq mod standard għal dwal tal-kura b'intensità ta' ≥ 800 mW/cm² fir-reġjun ta 'wavelength ta' 385–515 nm) se jgħin biex l-"skating" tal-bracket mat-tqegħid.
3) Applika l-adeżiv tal-twaħħil mal-parentesi skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur u poġġi l-parentesi fuq is-snien ippreparati.
4) Kura tad-dawl għal 10 sekondi fil-modalità standard għall-likkurar ta 'dwal b'intensità ta' ≥ 800 mW/cm² fir-reġjun ta 'wavelength ta' 385–515 nm biex tiġi żgurata l-polimerizzazzjoni kompluta tal-adeżiv tal-twaħħil, u tiġi kompletament il-primer Opal Seal. Segwi l-linji gwida tal-manifattur biex tiżgura li l-adeżiv tat-twaħħil jitfejjaq kompletament.
5) Opal Seal primer huwa ddisinjat biex jerġa 'jiġi applikat perjodikament waqt it-trattament ortodontiku. Tiddi dawl iswed UV fuq is-snien se jindika l-preżenza tal-primer.

Użu – Applikazzjoni mill-ġdid
1) Bil-wajer ortodontiku mneħħi, kun żgur li l-wiċċ tal-enamel ikun hieles minn plakka u debris.
2) Ippriżerva enamel espost madwar parentesi maqħuqin kif inhu struzzjonijiet hawn fuq.
3) Kura bid-dawl għal 10 sekondi għal kull sinna fil-modalità standard għall-likkurar ta' dwal b'intensità ta' ≥ 800 mW/cm² fir-reġjun ta 'wavelength ta' 385–515 nm.

Ipproċessar
Biex tevita l-kontaminazzjoni inkroċjata, imsaħ is-siringa b'tidinfettant ta 'likil imemmeġ bejn l-użu u uża kmieni ta' barriera li jintmess. Jekk ma tintużax kmieni barrier, is-siringa għandha tiġi ttrattata bħala li tintuża darba.

Ħżin u Kmi
Ħassar l-iskart skont ir-regoli, il-liġi ġwida u r-regolamenti lokali.
Informazzjoni Mixxellanja
Irrapporta kwalunkwe inċident serju lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opal™ Seal
Primer uwalniający i absorbujący fluor

PL

Opis produktu
Primer Opal™ Seal jest w 38% wypełniony specjalnym glasjonomerem i nanowypełniaczami, które uwalniają fluor podczas leczenia ortodontycznego. Po nałożeniu produktu Opal Seal na powierzchnię zęba i zastosowaniu czarnego światła UV primer zostanie podświetlony, uwidaczniając obecność żywicy zawierającej fluor.
W przypadku wszystkich opisanych produktów przed użyciem należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje i informacje zawarte w karcie charakterystyki.
Metody nakładania
- Strzykawka do nakładania 1,2 ml
- Wskazówki dotyczące nakładania:
  - Metalowa końcówka Opal™ Seal
  - Końcówka Opal™ Seal

Wskazania do stosowania / Przeznaczenie
Primer Opal Seal to światłoutwardzalny materiał do wypełnień stosowany do łączenia aparatów ortodontycznych z wytrawionym szkliwem.
Przeciwwskazania
- Nie stosować u pacjentów ze znaną wrażliwością na metakrylany lub inne żywice. W przypadku zaczerwienienia zapalenia skóry, wysypki lub innej reakcji alergicznej należy dokładnie spłukać narażony obszar i poprosić pacjenta o skonsultowanie się z lekarzem.
- W przypadku pacjentów lub użytkowników z problemami alergicznymi należy zapoznać się z dokumentem dotyczącym obecnych w produktach alergenów dostępnym na stronie www.ultradent.com. W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej należy dokładnie spłukać narażony obszar wodą i poprosić pacjenta o skonsultowanie się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Żywice mogą uczulać. Unikać wielokrotnego kontaktu nieutwardzonej żywicy dentystycznej ze skórą i/lub tkanką miękką. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, zapalenie skóry lub wysypka, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
- Należy zadbać o całkowite utwardzenie żywic wiążących – nieutwardzone materiały zwiększą podatność na ścieranie i zmniejszą wytrzymałość.
- Primer Opal Seal jest czuły na światło otoczenia; należy go nakładać w pomieszczeniu o przyciemnionym oświetleniu.
- Światło polimeryzacyjne należy ustawić tak, aby nie świeciło bezpośrednio w oczy pacjenta.
- Pacjenci i stomatolodzy muszą nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami.
- W przypadku połknięcia produktu należy pić dużo płynów i skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się produktu do dróg oddechowych należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- Używać tylko zalecanych końcówek.
- Końcówki są wyłącznie jednorazowego użytku.

Instrukcje krok po kroku
Przygotowanie – strzykawka 1,2 ml
1) Zdjąć zatyczkę Luer Lock.
2) Dokładnie zamocować zalecaną końcówkę.
3) Przed użyciem wykonać próbę ekstruzji, sprawdzić przepływ, kolor i konsystencję produktu. Jeśli występuje opór, wymienić końcówkę i sprawdzić ponownie.

Przygotowanie – ząb
1) Powierzchnie szkliwa, na które ma zostać nałożony primer, oczyścić przy użyciu pumeksu lub podobnego łagodnego materiału ściernego na bazie wody.
2) Przed nałożeniem primera Opal Seal wytrawić, spłukać i osuszyć wszystkie powierzchnie zębów.

Zastosowanie – bezpośrednie
1) Na wytrawione szkliwo nałożyć cienką warstwę primera Opal Seal.
2) Delikatnie wysuszyć, kierując strumień powietrza przez 2 sekundy na każdy ząb, aby rozprowadzić primer Opal Seal. Powinien on być równomiernie rozprowadzony, a nie gromadzić się na powierzchni zęba. Wstępnie utwardzić, naświetlając każdy ząb przez 5 sekund (w trybie standardowym przy natężeniu światła ≥ 800 mW/cm² w zakresie długości fal 385–515 nm), aby uniknąć „ślizgania się" zamka po jego umieszczeniu.
3) Nałożyć klej ortodontyczny zgodnie z instrukcją producenta i umieścić zamki na przygotowanych zębach.
4) Utwardzić, naświetlając przez 10 sekund (w trybie standardowym lampy do utwardzania o intensywności ≥ 800 mW/cm² w zakresie długości fal 385–515 nm), aby utwardzić cały materiał. Upewnić się, że materiał został całkowicie utwardzony.
5) Primer Opal Seal przeznaczony jest do okresowego ponownego nakładania podczas leczenia ortodontycznego. Ciemnofioletowe światło ujawni obecność primera.

Zastosowanie – ponowne nałożenie
1) Po usunięciu aparatu ortodontycznego należy upewnić się, że na powierzchni szkliwa nie ma śladów płytki nazębnej ani zanieczyszczeń.
2) Przygotować odsłonięte szkliwo wokół przykręconych zamków zgodnie z powyższymi opisami.
3) Utwardzić, naświetlając każdy ząb przez 10 sekund w trybie standardowym lampy do utwardzania o intensywności ≥ 800 mW/cm² w zakresie długości fal 385–515 nm.

Przetwarzanie
Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, przed kolejnym użyciem na dezynfectant de nivel intermediar între utilizări și utilizați un manșon de barieră de unică folosință. Dacă nu se utilizează un manșon de barieră, seringa trebuie tratată ca unică folosință.
Depozitare și eliminare
Aruncați deșeurile în conformitate cu regulile, ghidurile și reglementările locale.
Informații diverse
Raportați orice incident grav producătorului și autorității competente.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opal™ Seal
Primer pentru eliberarea și reîncărcarea fluorului

RO

Descrierea produsului
Primerul Opal™ Seal este umplut în proporție de 38% cu particule GI brevetate și nano umpluturi care eliberează fluor în timpul tratamentului ortodontic. Când amorsa Opal Seal a fost aplicată pe suprafața dintelui, utilizarea unei lumini negagă UV va face ca primerul să se lumineze, arătând că rășina care conține fluor este prezentă.
Pentru toate produsele descrise, citiți cu atenție și înțelegeți toate instrucțiunile și informațiile din fișa cu date de siguranță (SDS) înainte de utilizare.
Formular(e) de livrare
- Seringă de aplicare de 1,2 ml
- Sfaturi de livrare:
  - Vârf de etanșare Metal Opal™
  - Vârf de etanșare Opal™

Indicații de utilizare/Destinația produsului
Grund Opal Seal este un grund fotopolimerizabil care este utilizat atunci când lipiți aparatele ortodontice de smalțul gravat.
Contraindicații
- A nu se utiliza la pacienții cu sensibilitate cunoscută la metacrilați sau alte rășini. Dacă se observă dermatită, erupție cutanată sau altă reacție alergică, clătiți bine zona expusă și rugați pacientul să-și consulte medicul.
- În cazul pacienților sau utilizatorilor cu probleme legate de alergii, consultați documentul privind alergenii produsului, disponibil la www.ultradent.com. Dacă se observă o reacție alergică, clătiți bine zona expusă cu apă și solicitați-i pacientului să consulte un medic.

Avertismente și precauții
- Rășinile pot fi sensibilizante. Evitați contactul repetat al rășinii dentare nevulcanizate cu pielea și/sau țesuturile moi. Dacă se dezvoltă o reacție alergică, dermatită sau erupție cutanată, solicitați pacientului să vă consulte medicul.
- Întăriirea completă a rășinilor de lipire–materialele rășinoase neîntărite vor fi deficitare în proprietăți fizice, stres și rezistență la uzură.
- Redirecționați lumina de deasupra pentru a preveni polimerizarea prematură.
- Rășinile activate prin lumină sunt sensibile la lumina ambientală; atunci când nu este utilizat, asigurați-vă că capacul este fixat pe seringă sau capsulă.
- Pacienții și profesioniștii din domeniul stomatologic trebuie să poarte ochelari de protecție cu scuturi laterale.
- Dacă produsul este ingerat, beți cantități mari de apă și contactați un medic. Dacă produsul este aspirat, solicitați imediat asistență medicală.
- Folosiți doar sfaturile recomandate.
- Sfaturile sunt de unică folosință.

Instrucțiuni pas cu pas
Preparare – Seringă de 1,2 ml
1) Scoateți capacul Luer Lock.
2) Atașați bine vârful recomandat.
3) Verificați fluxul și consistența înainte de a expirma intraoral. Dacă se întâlnește rezistență, înlocuiți vârful și verificați din nou.

Preparare – Dinte
1) Curățați suprafețele de email care urmează să fie amorsate cu piatră ponce sau un abraziv ușor, pe bază de apă, similar.
2) Gravați, clătiți și uscați toate suprafețele dentare înainte de plasarea grundului Opal Seal.

Utilizare – Lipire directă
1) Aplicați un strat subțire de grund Opal Seal pe smalțul gravat.
2) Uscați ușor la aer timp de 2 secunde per dinte pentru a se subția. Primerul Opal Seal ar trebui să arăt un aspect strălucitor, fără a se amesteca pe suprafața dinților. Întărirea inițială de 5 secunde per dinte (în modul standard pentru lămpi de polimerizare cu o intensitate ≥ 800 mW/cm² în regiunea lungimi de unda de 385–515 nm) va ajuta la evitarea „patinajului" suportului la plasare.
3) Aplicați adeziv de lipire pe brackets conform instrucțiunilor producătorului și poziționați brackets pe dinții pregătiți.
4) Fotopolimerizare timp de 10 secunde în modul standard pentru lămpi de polimerizare cu o intensitate ≥ 800 mW/cm² în regiunea de lungime de unda de 385–515 nm pentru a întări adezivul de lipire și întăriți complet amorsa Opal Seal. Urmați instrucțiunile producătorului pentru a vă asigura că adezivul de lipire este complet întărit.
5) Primerul Opal Seal este conceput pentru a fi reaplicat periodic în timpul tratamentului ortodontic. Luminată în lumină neagră UV pe dinte va indica prezența primerului.

Utilizare – Reaplicare
1) Cu firul ortodontic îndepărtat, asigurați-vă că suprafața smaltului este lipsită de placă și resturi.
2) Pregătiți smaltul expus în jurul suporturilor lipite, conform instrucțiunilor de mai sus.
3) Fotopolimerizare timp de 10 secunde per dinte în modul standard pentru lămpi de polimerizare cu o intensitate ≥ 800 mW/cm² în regiunea lungimi de undă de 385–515 nm.

Prelucrare
Pentru a evita contaminarea încrucișată, ștergeți seringa cu un dezinfectant de nivel intermediar între utilizări și utilizați un manșon de barieră de unică folosință. Dacă nu se utilizează un manșon de barieră, seringa trebuie tratată ca de unică folosință.
Depozitare și eliminare
Aruncați deșeurile în conformitate cu regulile, ghidurile și reglementările locale.
Informații diverse
Raportați orice incident grav producătorului și autorității competente.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opal™ Seal
Primer uvoľňujúci a dobíjajúci fluorid

SK

Popis produktu
Opal™ Seal primer je z 38 % naplnený patentovanými GI časticami a nano výplňami, ktoré uvoľňujú fluorid počas ortodontickej liečby. Keď sa základný náter Opal Seal aplikuje na povrch zubov, použitie UV čierneho svetla spôsobí, že základný náter sa rozsvieti, čím sa ukáže, že je prítomná živica obsahujúca fluorid. Pri všetkých popísaných produktoch si pred použitím pozorne prečítajte a porozumejte všetkým pokynom a informácie z KBÚ.
Dodacie formuláre
- 1,2 ml injekčná striekačka
- Tipy na doručenie:
  - Špička Metal Opal™ Seal
  - Opal™ Seal hrot

Indikácie na použitie/Zamýšľaný účel
Opal Seal primer je svetlom tvrdnúci primer, ktorý sa používa pri lepení ortodontických aparátov na leptanú sklovinu.
Kontraindikácie
- Nepoužívať u pacientov so známou citlivosťou na metakryláty alebo iné živice. Ak spozorujete dermatitídu, vyrážku alebo inú alergickú reakciu, dôkladne opláchnite postihnutú oblasť a požiadajte pacienta, aby sa poradil so svojím lekárom.
- Pre pacientov alebo používateľov s obavami z alergií si pozrite dokument o alergénoch v produkte dostupný na www.ultradent.com. Ak spozorujete alergickú reakciu, zasiahnuté miesto dôkladne opláchnite vodou a požiadajte pacientku, aby sa poradil so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia
- Živice môžu byť senzibilizujúce. Zabráňte opakovanému kontaktu nevytvrdenej zubnej živice s pokožkou a/mäkkým tkanivom. Ak sa u pacienta objaví alergická reakcia, dermatitída alebo vyrážka, poraďte sa so svojím lekárom.
- Popolymerizujte živice prostredníctvom úplného vytvrdnutia – nevytvrdené materiály budú mať nedostatočné fyzikálne vlastnosti, napätie a odolnosť proti opotrebovaniu.
- Presmerujte hornú svetlo, aby ste zabránili predčasnej polymerizácii.
- Svetlom aktivované živice sú citlivé na okolité svetlo; keď sa nepoužíva, uistite sa, že je uzáver pripevnený na injekčnej striekačke alebo kapsule.
- Pacienti a zubní odborníci musia nosiť ochranné okuliare s bočnými štítmi.
- Ak je výrobok prehltnutý, vypite veľké množstvo vody a kontaktujte lekára. Ak dôjde k vdýchnutiu produktu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Používajte iba odporúčané tipy.